



Bedienungsanleitung

Quelle-Senke


Serie QL Baureihe A



User Manual

Source-Sink

QL Series Production Series A



Inhalt

1	Einführung und Sicherheit	9
1.1	Über diese Bedienungsanleitung	9
1.2	Beschreibung der verwendeten Symbole	9
1.3	Begriffsdefinition und bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
1.4	Schutzausrüstung	10
1.5	Allgemeine Hinweise	10
1.5.1	Beim Auspacken	10
1.5.2	Identifikation des Produkts	11
1.5.3	Verpackung	12
1.6	Anforderungen an den Bediener	12
1.7	Pflichten des Betreibers	13
1.8	Grundlegende Sicherheitshinweise	14
1.9	Mögliche Gefährdungen	15
1.9.1	Elektrischer Schlag	15
1.9.2	Verbrennungen	15
1.9.3	Mechanische Verletzungen	16
1.9.4	Beeinflussung elektro-medizinischer Geräte	17
1.10	Messkategorie	17
1.11	Betriebsbedingungen und Aufstellen des Gerätes	18
1.11.1	Umwelt und Emissionen	18
1.11.2	Betriebsbedingungen	18
1.11.3	Am Gerät verwendete Symbole	19
1.11.4	Tragen und Verlagern	20
1.12	Netzanschluss	20
1.13	Service und Wartung	21
1.14	Kalibrierung	22
1.15	Energieeffizienz	23
1.16	Gewährleistung und Reparatur	23
1.17	Entsorgung	25
1.18	Abkürzungen in diesem Handbuch	25
2	Inbetriebnahme	27
2.1	Bedienelemente an der Vorderseite	27
2.2	Anschlüsse an der Rückseite	28
2.3	Anschluss des Prüflings	29
2.3.1	Sicherheitshinweise zum Anschluss des Prüflings	29
2.3.2	Ausgangs- und Sense-Leitungen anschließen	30
2.3.3	Anschlussbeispiel	31

Content

1	Introduction and Safety	9
1.1	About This Manual	9
1.2	Description of the Symbols	9
1.3	Terminology and Intended Use	10
1.4	Safety Equipment	10
1.5	General Information	10
1.5.1	Unpacking	10
1.5.2	Product Identification	11
1.5.3	Packing	12
1.6	Requirements to the User	12
1.7	Operator's Responsibilities	13
1.8	General Safety Instructions	14
1.9	Possible Hazards	15
1.9.1	Electric Shock	15
1.9.2	Burns	15
1.9.3	Injury by Mechanical Effects	16
1.9.4	Effects on Electro-Medical Devices	17
1.10	Measuring Category	17
1.11	Operating Conditions and Installation of the Device	18
1.11.1	Environment and Emissions	18
1.11.2	Operating Conditions	18
1.11.3	Symbols on the Device	19
1.11.4	Moving and Relocating	20
1.12	Mains Connection	20
1.13	Service and Maintenance	21
1.14	Calibration	22
1.15	Energy Efficiency	23
1.16	Warranty and Repair	23
1.17	Disposal	25
1.18	Abbreviations Used in This Manual	25
2	Putting into Operation	27
2.1	Control Elements on the Front Panel	27
2.2	Connections at the Rear Panel	28
2.3	Connection of the Device Under Test (DUT)	29
2.3.1	Safety Instructions When Connecting the Device Under Test	29
2.3.2	Connecting Output and Sense Lines	30
2.3.3	Wiring Example	31

2.3.4	Zulässige Spannungen an den Geräteanschlüssen	32
2.3.5	Montage der Sicherheitsabdeckung	32
2.4	Betriebsbereich	37
2.5	Schutzfunktionen und Meldungen	38
2.6	Einschalten des Gerätes	39
3	Grundlagen der lokalen Bedienung	40
3.1	Bedienelemente	40
3.1.1	Touchscreen	40
3.1.2	Taste „Output“	40
3.1.3	Drehgeber „Setting“	41
3.1.4	Netzschalter	41
3.1.5	USB-Buchse	41
3.1.6	Summer	42
3.2	Aufbau des Touchscreens	43
3.2.1	Hauptbereich	43
3.2.2	Rechte Seitenleiste	46
3.2.3	Statusleiste	47
3.3	Hauptansichten	47
3.3.1	Hauptansicht mit numerischen Messwerten	48
3.3.2	Hauptansicht Yt-Graph	49
3.3.3	Funktionsspezifische Hauptansichten	49
3.4	Grafische Bedienelemente für die Navigation	50
3.4.1	Symbol für Hauptmenü	50
3.4.2	Symbol für Hauptfenster	50
3.4.3	Symbol für Hauptansicht	50
3.4.4	Symbol für virtuelle Tastatur	50
3.4.5	OK-Symbol	51
3.4.6	Esc-Symbol	51
3.4.7	Symbol für Shortcut-Auswahl	51
3.5	Grafische Bedienelemente für Ein- und Ausgabe	52
3.5.1	Messwertanzeige	52
3.5.2	Graphanzeige	52
3.5.3	Eingabefeld	53
3.5.4	Schaltfläche	54
3.5.5	Markierungsfeld	54
3.5.6	Auswahlfeld	54
3.5.7	Schieberegler	55
3.5.8	Listenansicht	55
3.5.9	Vereinfachte Listenansicht	55
3.5.10	Fortschrittsbalken	56

2.3.4	Permissible Voltages at the Device Terminals	32
2.3.5	Installing the Safety Cover	32
2.4	Operating Range	37
2.5	Protections and Messages	38
2.6	Powering the Device On	39
3	Basics of Local Operation	40
3.1	Control Elements	40
3.1.1	Touchscreen	40
3.1.2	Key "Output"	40
3.1.3	Rotary Encoder "Setting"	41
3.1.4	Mains Switch	41
3.1.5	USB Socket	41
3.1.6	Buzzer	42
3.2	Structure of the Touchscreen	43
3.2.1	Main Section	43
3.2.2	Right Sidebar	46
3.2.3	Status Bar	47
3.3	Main Views	47
3.3.1	Main View with Numeric Measurement Values	48
3.3.2	Main View Yt Graph	49
3.3.3	Function-Specific Main Views	49
3.4	Graphical Control Elements for Navigation	50
3.4.1	Main Menu Icon	50
3.4.2	Main Screen Icon	50
3.4.3	Main View Icon	50
3.4.4	Virtual Keypad Icon	50
3.4.5	OK Icon	51
3.4.6	Esc Icon	51
3.4.7	Shortcut Icon	51
3.5	Graphical Control Elements for Input and Output	52
3.5.1	Measurement Widget	52
3.5.2	Graph Widget	52
3.5.3	Edit Widget	53
3.5.4	Button Widget	54
3.5.5	Checkbox Widget	54
3.5.6	Dropdown Widget	54
3.5.7	Slider Widget	55
3.5.8	Swipelist Widget	55
3.5.9	Simplified Swipelist Widget	55
3.5.10	Progress Bar	56

3.6	Pop-up-Fenster	56
3.6.1	Fehlerfenster	56
3.6.2	Benachrichtigungsfenster	57
3.6.3	Benachrichtigungsfenster im Fernsteuerbetrieb	57
3.6.4	Warnfenster	58
3.6.5	Hilfefenster	58
3.6.6	Bestätigungsfenster	59
3.6.7	Statusübersicht	59
3.7	Menüstrukturplan	60
3.8	Hilfe zu Dialog- und Menüfenster	61
4	Funktionen	62
4.1	Betriebsarten der Regelung	63
4.1.1	Strombetrieb	64
4.1.2	Leistungsbetrieb	65
4.1.3	Widerstandsbetrieb	66
4.1.4	Spannungsbetrieb	67
4.2	Grundbetriebsarten	67
4.2.1	Sollwerte für die Grundbetriebsarten	67
4.2.2	Getriggerte Sollwerte für die Grundbetriebsarten	68
4.2.3	Sollwertumschaltung	69
4.3	AC Output Mode	70
4.4	Regelgeschwindigkeit	71
4.5	Schutzfunktionen	72
4.5.1	Untere und obere Strombegrenzung	72
4.5.2	Untere und obere Spannungsbegrenzung	73
4.6	Ausgang	74
4.6.1	Sollwert für den Ausgangszustand	74
4.6.2	Getriggelter Sollwert für den Ausgangszustand	74
4.7	Innenwiderstand	75
4.8	Modulator-Funktion	75
4.9	Rechteck-Funktion	76
4.10	PWM-Funktion	77
4.11	Listenfunktion	78
4.11.1	Begriffsdefinitionen	79
4.11.2	Listensatz definieren	81
4.11.3	Liste ausführen	83
4.11.4	Liste per Trigger ausführen	84
4.11.5	Messdatenerfassung durch die Listenfunktion	85
4.11.6	Beispiel für eine Liste mit Messdatenerfassung	86
4.11.7	Allgemeine Hinweise für die Listenfunktion	87

3.6	Pop-Up Windows	56
3.6.1	Error Window	56
3.6.2	Notification Window	57
3.6.3	Notification Window in Remote Operation	57
3.6.4	Warning Window	58
3.6.5	Help Window	58
3.6.6	Confirmation Window	59
3.6.7	Status Overview	59
3.7	Menu Structure	60
3.8	Help for Dialog and Menu Windows	61
4	Functions	62
4.1	Operating Modes of Regulation	63
4.1.1	Current Mode	64
4.1.2	Power Mode	65
4.1.3	Resistance Mode	66
4.1.4	Voltage Mode	67
4.2	Basic Operating Modes	67
4.2.1	Settings for Basic Operating Modes	67
4.2.2	Triggered Settings for Basic Operating Modes	68
4.2.3	Setting Toggling	69
4.3	AC Output Mode	70
4.4	Regulation Speed	71
4.5	Protections	72
4.5.1	Low and High Current Protection	72
4.5.2	Low and High Voltage Protection	73
4.6	Output	74
4.6.1	Setting for Output State	74
4.6.2	Triggered Setting for Output State	74
4.7	Internal Resistance	75
4.8	Modulator Function	75
4.9	Rectangular Function	76
4.10	PWM Function	77
4.11	List Function	78
4.11.1	Terminology	79
4.11.2	List Set Definition	81
4.11.3	List Execution	83
4.11.4	List Execution by Trigger	84
4.11.5	Data Acquisition by List Function	85
4.11.6	List Example with Data Acquisition	86
4.11.7	General Information for the List Function	87

4.12	Prüfen von Energiespeichern	87
4.12.1	Ladefunktion	88
4.12.2	Entladefunktion	91
4.12.3	Zykliefunktion.....	94
4.13	Innenwiderstandsmessung.....	97
4.14	Messdatenerfassung	99
4.14.1	Interne Messdatenerfassung.....	99
4.14.2	Protokollierung auf USB-Stick	100
4.15	Daten aus dem internen Speicher exportieren.....	101
4.16	Verzeichnisstruktur auf USB-Stick.....	101
4.17	Messdaten anzeigen	102
4.18	Triggersystem.....	103
4.18.1	Zustände im Trigger-Modell	103
4.18.2	Trigger-Verzögerungs- und Freihaltezeit	104
4.18.3	Trigger-Quellen	106
4.19	Lüftersteuerung	107
4.20	Tastensperre	108
4.21	Watchdog.....	109
4.22	Remote-Benachrichtigung.....	109
4.22.1	Piepser	110
4.22.2	Benachrichtigungs-Fenster	110
4.23	Alarm konfigurieren.....	110
4.24	Geräteeinstellungen speichern und laden	111
4.24.1	Interner Speicher.....	111
4.24.2	USB-Speicher	113
4.25	Geräteeinstellungen rücksetzen.....	116
4.26	Werkseinstellungen setzen (Preset).....	119
4.27	Firmware- und Handbuch-Update.....	120
4.28	Handbuch-Download	121
5	Digitale Fernsteuerung.....	122
5.1	Standards.....	122
5.2	Schnittstelle selektieren und deselektieren	122
5.3	CAN-Schnittstelle.....	123
5.3.1	CAN-Stecker	124
5.3.2	Terminierung	124
5.3.3	CAN-Kabel	124
5.3.4	Übertragungsrate	125
5.3.5	CAN-Adresse.....	125
5.3.6	CAN-Nachrichten	126
5.4	LAN-Schnittstelle.....	126

4.12	Testing Energy Storage Devices.....	87
4.12.1	Charge Function.....	88
4.12.2	Discharge Function.....	91
4.12.3	Cycling Function.....	94
4.13	Internal Resistance Measurement.....	97
4.14	Measurement Data Acquisition.....	99
4.14.1	Internal Data Acquisition.....	99
4.14.2	Logging on USB Flash Drive	100
4.15	Export Data from Internal Memory.....	101
4.16	Directory Structure on USB Flash Drive	101
4.17	Displaying Measurement Data	102
4.18	Trigger System.....	103
4.18.1	Trigger Model States.....	103
4.18.2	Trigger Delay and Holdoff.....	104
4.18.3	Trigger Sources	106
4.19	Fan Speed Control.....	107
4.20	Keylock Function	108
4.21	Watchdog.....	109
4.22	Remote Notification	109
4.22.1	Beep	110
4.22.2	Notification Window	110
4.23	Configuring Alarm	110
4.24	Save and Recall Device Settings	111
4.24.1	Internal Memory	111
4.24.2	USB Memory	113
4.25	Reset Device Settings	116
4.26	Factory Reset (Preset)	119
4.27	Firmware and User Manual Update	120
4.28	User Manual Download	121
5	Digital Remote Control	122
5.1	Standards.....	122
5.2	Selecting and Deselecting an Interface.....	122
5.3	CAN Interface	123
5.3.1	CAN Connector	124
5.3.2	Termination.....	124
5.3.3	CAN Cable	124
5.3.4	Transmission Rate	125
5.3.5	CAN Address	125
5.3.6	CAN Messages.....	126
5.4	LAN Interface	126

5.4.1	Ethernet.....	127
5.4.2	Ethernet-Buchse.....	127
5.4.3	Ethernet-Kabel.....	128
5.4.4	Übertragungsrate.....	128
5.4.5	Identifikation	128
5.4.6	TCP/IP	128
5.4.7	TCP-Socket	131
5.5	RS-232-Schnittstelle.....	131
5.5.1	RS-232-Kabel	131
5.5.2	RS-232-Schnittstellenparameter	132
5.5.3	Datenformat bei RS-232-Kommunikation	132
5.6	USB-Schnittstelle	133
5.6.1	USB-Kabel	133
5.6.2	USB-Schnittstellenparameter.....	133
5.6.3	Datenformat bei USB-Kommunikation	134
5.7	GPIO-Schnittstelle (Option QL02)	134
5.7.1	GPIO-Kabel	134
5.7.2	GPIO-Adresse	135
5.7.3	Datenformat bei GPIO-Kommunikation	135
5.8	SCPI-Befehlssyntax	136
5.8.1	Aufbau des Headers	136
5.8.2	Einrückungen.....	136
5.8.3	Auswahl.....	137
5.8.4	White Space	137
5.8.5	Lang- und Kurzform, Groß- und Kleinschreibung.....	137
5.8.6	Optionale Schlüsselwörter.....	138
5.8.7	Parameter.....	138
5.8.8	Zahlenwerte	139
5.8.9	Einheiten und Multiplizierer.....	139
5.8.10	Zahlen- und Extremwerte <NRf> MIN MAX	140
5.8.11	Boolesche Parameter <boolean>.....	141
5.8.12	Textparameter.....	141
5.8.13	Benutzung des Semikolons	142
5.8.14	Abfragebefehle (Queries).....	143
5.9	Beschreibung der Common Commands.....	144
5.9.1	*CLS	144
5.9.2	*ESE <NRf>, *ESE?	144
5.9.3	*ESR?.....	144
5.9.4	*IDN?.....	145
5.9.5	*OPC, *OPC?	145
5.9.6	*OPT?	145

5.4.1	Ethernet.....	127
5.4.2	Ethernet Connector	127
5.4.3	Ethernet Cable	128
5.4.4	Transmission Rate.....	128
5.4.5	Identification	128
5.4.6	TCP/IP	128
5.4.7	TCP Socket	131
5.5	RS-232 Interface	131
5.5.1	RS-232 Cable.....	131
5.5.2	RS-232 Interface Parameters.....	132
5.5.3	Data Format at RS-232 Communication	132
5.6	USB Interface	133
5.6.1	USB Cable	133
5.6.2	USB Interface Parameters.....	133
5.6.3	Data Format at USB Communication	134
5.7	GPIO Interface (Option QL02).....	134
5.7.1	GPIO Cable	134
5.7.2	GPIO Address.....	135
5.7.3	Data Format at GPIO Communication	135
5.8	SCPI Command Syntax.....	136
5.8.1	Header Construction	136
5.8.2	Indentations	136
5.8.3	Selection	137
5.8.4	White Space	137
5.8.5	Long and Short Form, Upper and Lower Case.....	137
5.8.6	Optional Keywords.....	138
5.8.7	Parameters	138
5.8.8	Numeric Values	139
5.8.9	Units and Multipliers.....	139
5.8.10	Numeric and Extreme Values <NRf> MIN MAX	140
5.8.11	Boolean Parameters <boolean>	141
5.8.12	Textparameter	141
5.8.13	Using the Semicolon	142
5.8.14	Queries	143
5.9	Common Commands Description	144
5.9.1	*CLS	144
5.9.2	*ESE <NRf>, *ESE?.....	144
5.9.3	*ESR?.....	144
5.9.4	*IDN?.....	145
5.9.5	*OPC, OPC?.....	145
5.9.6	*OPT?.....	145

5.9.7	*RCL <NRf>	146
5.9.8	*RST.....	146
5.9.9	*SAV <NRf>	148
5.9.10	*SRE <NRf>, *SRE?	149
5.9.11	*STB?.....	149
5.9.12	*TRG	149
5.9.13	*TST?.....	149
5.9.14	*WAI.....	149
5.10	Beschreibung gerätespezifische Befehle	150
5.10.1	ACQuisition-Subsystem	151
5.10.2	CURRent-Subsystem	152
5.10.3	DATA-Subsystem.....	154
5.10.4	DISPlay Subsystem.....	156
5.10.5	FORMat-Subsystem	156
5.10.6	FUNCTion-Subsystem	158
5.10.7	ICONductance-Subsystem	173
5.10.8	IREStance-Subsystem	173
5.10.9	LIST-Subsystem.....	174
5.10.10	MEASure-Subsystem	182
5.10.11	OUTPut-Subsystem.....	184
5.10.12	PORT-Subsystem.....	186
5.10.13	POWer-Subsystem	186
5.10.14	Rectangle-Subsystem	188
5.10.15	REStance-Subsystem	190
5.10.16	SERVice-Subsystem	191
5.10.17	SETTing-Subsystem	196
5.10.18	STATus-Subsystem	197
5.10.19	SYSTem-Subsystem.....	204
5.10.20	TRIGger-Subsystem.....	217
5.10.21	VOLTage-Subsystem	221
5.10.22	WAVEform-Subsystem	224
5.11	Befehlsübersicht für die Common Commands.....	226
5.12	Befehlsübersicht für die gerätespezifischen Befehle.....	228
6	Externe Steuerung über I/O-Port.....	241
6.1	Standard I/O-Port.....	241
6.2	Isolierter I/O-Port (Option QL06)	242
6.3	Steckerbelegung I/O-Port.....	242
6.4	Aktivierung der Steuersignale.....	244
6.5	Logikpegel und Remote Shut-Down-Funktion.....	246
6.6	Logik-Ein- und Ausgänge.....	247

5.9.7	*RCL <NRf>	146
5.9.8	*RST	146
5.9.9	*SAV <NRf>	148
5.9.10	*SRE <NRf>, *SRE?	149
5.9.11	*STB?	149
5.9.12	*TRG	149
5.9.13	*TST?.....	149
5.9.14	*WAI.....	149
5.10	Device-Dependent Commands Description	150
5.10.1	ACQuisition Subsystem	151
5.10.2	CURRent Subsystem	152
5.10.3	DATA Subsystem	154
5.10.4	DISPlay Subsystem.....	156
5.10.5	FORMat Subsystem	156
5.10.6	FUNCTion Subsystem	158
5.10.7	ICONductance Subsystem	173
5.10.8	IREStance Subsystem	173
5.10.9	LIST Subsystem	174
5.10.10	MEASure Subsystem.....	182
5.10.11	OUTPut Subsystem.....	184
5.10.12	PORT Subsystem	186
5.10.13	POWer Subsystem	186
5.10.14	Rectangle Subsystem	188
5.10.15	REStance Subsystem	190
5.10.16	SERVice Subsystem	191
5.10.17	SETTing Subsystem.....	196
5.10.18	STATus Subsystem.....	197
5.10.19	SYSTem Subsystem	204
5.10.20	TRIGger Subsystem	217
5.10.21	VOLTage Subsystem	221
5.10.22	WAVEform Subsystem.....	224
5.11	Common Commands Overview.....	226
5.12	Device-Dependent Commands Overview	228
6	External Control via I/O Port.....	241
6.1	Standard I/O Port	241
6.2	Isolated I/O Port (Option QL06)	242
6.3	Pin Assignment I/O Port.....	242
6.4	Activation of the Control Signals	244
6.5	Logic Levels and Remote Shut-Down Function	246
6.6	Logic Inputs and Outputs	247

6.6.1	Steuereingänge.....	247
6.6.2	Statusausgänge.....	249
6.7	Analoge Ein- und Ausgänge.....	250
6.7.1	Analoge Eingänge.....	250
6.7.2	Analoge Ausgänge.....	252
7	Optionen	253
7.1	GPIO-Datenschnittstelle (Option QL02)	253
7.2	Isolierter I/O-Port (Option QL06)	253
8	Problembehandlung.....	254
8.1	Regelschwingungen.....	254
8.2	Elektromagnetische Einkopplungen.....	255
8.3	Verzerrter Stromanstieg im dynamischen Betrieb.....	255
8.4	Verzerrte Monitorsignale.....	256
8.5	Auswirkungen der Ausgangskapazität.....	257
9	Anhang.....	258
9.1	Fehlercodes.....	258
9.1.1	Command Errors.....	258
9.1.2	Execution Errors.....	259
9.1.3	Device-specific Errors.....	260
9.1.4	Query Errors.....	261
9.1.5	Nicht standardisierte Error Codes.....	261
9.2	Geräteparameter.....	261
9.3	Informationen zu Sonderausführungen.....	262
9.4	Mitgeliefertes Zubehör.....	262
9.5	Technische Daten.....	263
9.6	Konformitätserklärung.....	263
10	Stichwortverzeichnis.....	264

6.6.1	Control Inputs.....	247
6.6.2	Status Outputs.....	249
6.7	Analog Inputs and Outputs.....	250
6.7.1	Analog Inputs.....	250
6.7.2	Analog Outputs.....	252
7	Options	253
7.1	GPIO Data Interface (Option QL02).....	253
7.2	Isolated I/O Port (Option QL06).....	253
8	Troubleshooting.....	254
8.1	Oscillations.....	254
8.2	Electromagnetic Coupling.....	255
8.3	Distorted Slew Rate in Dynamic Operation.....	255
8.4	Distorted Monitor Signals.....	256
8.5	Effects of the Output Capacity.....	257
9	Appendix.....	258
9.1	Error Codes.....	258
9.1.1	Command Errors.....	258
9.1.2	Execution Errors.....	259
9.1.3	Device-specific Errors.....	260
9.1.4	Query Errors.....	261
9.1.5	Non-standardized Error Codes.....	261
9.2	Device Parameters.....	261
9.3	Information for Special Models.....	262
9.4	Supplied Accessories.....	262
9.5	Technical Data.....	263
9.6	Declaration of Conformity.....	263
10	Index.....	264

1 Einführung und Sicherheit

1.1 Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionsweise und Bedienung der Quellen-Senken der Serie QL von der Höcherl & Hackl GmbH (im Folgenden auch H&H genannt). Diese Anleitung beinhaltet die Beschreibung der Hardware sowie der Firmware-Funktionen.



Bevor Sie die Quelle-Senke in Betrieb nehmen, müssen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Beachten Sie bei der Bedienung der Quelle-Senke die Anweisungen in dieser Anleitung.

Diese Bedienungsanleitung muss jederzeit in der Nähe der zugehörigen Quelle-Senke verfügbar sein. Wird der Ort der Quelle-Senke verändert, muss auch die Bedienungsanleitung mitgeführt werden bzw. elektronisch lesbar zur Verfügung stehen.

H&H behält sich vor, Änderungen oder Aktualisierungen an Bedienungsanleitungen jederzeit durchzuführen. Aktuelle Versionen werden auf der Homepage www.hoecherl-hackl.de bereitgestellt. Die auf der Homepage zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitungen sind nur für Geräte mit aktuellem Hardware- und Firmware-Stand gültig. Wenn Sie eine Bedienungsanleitung für ein Gebrauchtgerät benötigen, fragen Sie den H&H-Support support@hoecherl-hackl.com nach einer gültigen Fassung, die Ihrem Gerät entspricht (Seriennummer angeben).

1.2 Beschreibung der verwendeten Symbole



Dieses Symbol weist auf Informationen in der Bedienungsanleitung hin, die der Anwender befolgen muss, um Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden.



Dieses Symbol weist auf ein Verbot hin.

1 Introduction and Safety

1.1 About This Manual

This user manual describes the functions and operating of series QL source-sinks from Höcherl & Hackl GmbH (also called H&H in the following). This manual includes the description of the hardware as well as the description of the firmware functions.



Before operating the source-sink you must have carefully read and understood this manual. Follow the instructions in this manual when operating the source-sink.

This user manual must be present near the source-sink at any time. When moving the source-sink the user manual must be moved with it or, respectively, it must be available electronically readable.

H&H reserves the right to make changes or updates in user manuals at any time. The latest revisions are provided on the homepage www.hoecherl-hackl.com. The user manuals provided at the homepage are only valid for devices with up-to-date hardware and firmware release. If you need a user manual for a used device ask the H&H support support@hoecherl-hackl.com to get a manual corresponding to your device (provide serial number).

1.2 Description of the Symbols



This symbol indicates information in the operating manual that the user must follow to avoid injury to persons or damage to property.



This symbol refers to a prohibition.



Dieses Symbol zeigt einen Hinweis an, der für die Benutzung des Gerätes von Vorteil ist.

1.3 Begriffsdefinition und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Quelle-Senke der Serie QL ist eine 2- bzw. 4-Quadranten-Stromversorgung. Das heißt, der Strom kann am Ausgang in beide Richtungen fließen. Die Quelle-Senke ist daher als Kombination aus Spannungsversorgung und elektronischer Last zu sehen. Lüfter sorgen für die Kühlung der Elektronik und Abführung der thermischen Energie.

Die Quelle-Senke ist für Gleichstrom konzipiert und darf mit den Ausgangsleitungen NICHT an Wechselspannungen angeschlossen werden.

1.4 Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe

Beim Auspacken, Tragen und Verlagern

Handschuhe

Beim Auspacken, Tragen und Verlagern

Haarnetz

Für langhaarige Bediener in der Nähe der Lüftungsschlitze

1.5 Allgemeine Hinweise

1.5.1 Beim Auspacken

Zubehör

Das zu Ihrer Quelle-Senke gehörende Zubehör wie Netzkabel, Schrauben etc. ist in der separaten Datei TechDat_QL_gn.PDF (*gn* = Gerätenummer, siehe 1.5.2 Identifikation des Produkts) auf einem mitgelieferten USB-Stick aufgeführt. Es ist abhängig vom Modell und von eingebauten Optionen. Überprüfen Sie beim Auspacken, ob alle angegebenen Teile in der Lieferung enthalten sind und informieren Sie ggf. den Lieferanten des Gerätes.



This symbol refers to a note which is useful for operating the device.

1.3 Terminology and Intended Use

The source-sink of QL series is a 2- or, respectively, a 4-quadrant power supply. This means, the current at the output may flow in both directions. The source-sink can therefore be seen as a combination of power supply and electronic load. Fans cool the electronic parts and transport the thermal energy.

The source-sink is designed for DC applications and must NOT be connected to AC voltages at the output terminals.

1.4 Safety Equipment

Safety shoes

When unpacking, carrying and relocating

Gloves

When unpacking, carrying and relocating

Hairnet

For long-haired users near the ventilation slots

1.5 General Information

1.5.1 Unpacking

Accessories

Accessories coming with your source-sink such as mains cable, screws etc. are listed in the separate file TechDat_QL_gn.PDF (*gn* = device number, see 1.5.2 Product Identification) on the supplied USB flash drive. It depends on the model and on installed options. When unpacking, check if the packing actually contains all listed accessory parts and inform your supplier if necessary.

Mechanische Überprüfung



Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken umgehend auf mechanische Beschädigung und lose Teile im Gerät.

Sollten irgendwelche äußerlichen Mängel feststellbar sein, dürfen Sie die Quelle-Senke NICHT in Betrieb nehmen!

Handelt es sich um einen Transportschaden, teilen Sie das unverzüglich dem Spediteur mit, vermerken das auf dem Frachtbrief und lassen den Spediteur gegenzeichnen. Eine Reklamation, die später als drei Tage nach dem Empfang der Sendung gemacht wird, erkennt der Spediteur meist nicht mehr an. Informieren Sie auch unverzüglich den Lieferanten der elektronischen Last.


1.5.2 Identifikation des Produkts

Sie identifizieren die Quelle-Senke anhand der Seriennummer auf dem Typenschild an der Rückwand.

Modellbezeichnung /
model descriptor

Technische Eckdaten /
basic technical data

Seriennummer /
serial number



Mechanical Check-up



Check the source-sink for mechanical damages and loose parts inside the case immediately after unpacking.

If you recognize any mechanical damages you must NOT put the source-sink into operation!

If there is damage because of transportation inform the carrier immediately about this fact and write it down on the consignment note. The carrier should countersign the note. Any complaints later than three days after receiving the goods generally aren't accepted by the carrier. Inform also the supplier of the electronic load immediately.

1.5.2 Product Identification

You can identify the source-sink by the serial number printed on the identification label at the rear panel of the device.

Netzanschlussdaten/
Mains supply

Sicherheits- und Umweltsymbole /
safety and environmental symbols

Hersteller / manufacturer

Abbildung 1.1: QL Typenschild
Figure 1.1: QL identification label

Seriennummer:

99999 A-0222

Gerätenummer Baureihe Date Code

Sie finden die Seriennummer außerdem bei eingeschaltetem Gerät im Dialog *Main Menu -> Tech. Data*

Serial number:

99999 A-0222

device number production series date code

When the device is powered on, you will find the serial number also in the dialog *Main Menu -> Tech. Data*

1.5.3 Verpackung



H&H empfiehlt die Originalverpackung aufzubewahren und für den Weiter- bzw. Rücktransport der Geräte zu verwenden.

Recyceln Sie Materialien, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften in den entsprechenden Recyclingbehälter.

Sie können die Verpackung zur Entsorgung an H&H zurücksenden. Nur kostenfreie Rücksendungen werden angenommen.

1.6 Anforderungen an den Bediener

Das Personal zur Bedienung einer Quelle-Senke ist den gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitssicherheit verpflichtet und muss neben den Sicherheits- und Warnhinweisen in der Bedienungsanleitung auch die für den Einsatzbereich gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

Personen, die eine Quelle-Senke bedienen

- müssen Fachkräfte sein, die mit den beim Messen elektrischer Größen verbundenen Gefahren vertraut sind und die entsprechende Ausbildung haben;
- dürfen in ihrer Reaktionsfähigkeit nicht eingeschränkt sein, z. B. durch Medikamente, Alkohol oder Drogen;
- müssen über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informiert sein;
- müssen über die Zuständigkeiten für Wartung und Reinigung des Gerätes informiert sein;
- müssen vor der Bedienung die Allgemeinen Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben;
- müssen die vorgeschriebenen Schutzausrüstungen anwenden.



Unsachgemäßes Arbeiten kann zu Personen- und Sachschäden führen. Jegliche Tätigkeiten dürfen nur Personen ausführen, die die erforderliche Ausbildung, das notwendige Wissen und die Erfahrung dafür besitzen.

1.5.3 Packing



H&H recommends to store the original packing and to reuse it when forwarding or returning a device.

You shall recycle materials labelled with the symbol shown on the left. Dispose the packing to the corresponding recycling container according to the national regulations.

You can return the packing to the manufacturer. Deliveries are only accepted free of costs.

1.6 Requirements to the User

Each person using a source-sink is obligated to the legal job safety regulations and must apply the safety and warning notices in the user manual as well as the safety and accident prevention regulations valid for the given environment.

Persons using the source-sink

- must be skilled workers who are familiar with the risks during measuring electric magnitudes and have the corresponding qualification;
- may not be influenced in their reaction capability, e.g. by drugs, alcohol or medicines;
- must be informed about the relevant job safety requirements
- must be informed about the responsibilities for maintenance and cleaning of the device;
- must have read and understood the General Safety Instructions and the user manual before operating the device;
- must use the mandatory safety equipment.



Improper use can cause injury or damage. Any activities should be performed only by persons who have the required training, knowledge and experience.

Als Fachpersonal gilt, wer aufgrund seiner beruflichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage ist, die übertragenen Arbeiten ordnungsgemäß auszuführen, mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Jede Person, die eine Quelle-Senke bedient, muss den technisch einwandfreien Zustand des Gerätes kontrollieren.

1.7 Pflichten des Betreibers

Betreiber ist jede natürliche oder juristische Person, die das Gerät nutzt oder Dritten zur Anwendung überlässt und während der Nutzung für die Sicherheit des Benutzers, des Personals oder Dritter verantwortlich ist.

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Neben den Warn- und Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Insbesondere muss der Betreiber

- sich über die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren;
- durch eine Gefährdungsbeurteilung mögliche zusätzliche Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Anwendungsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben, und diese durch geeignete Maßnahmen minimieren;
- in Betriebsanweisungen die notwendigen Verhaltensanforderungen für den Betrieb des Gerätes am Einsatzort umsetzen;
- während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes regelmäßig prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen;
- die Betriebsanweisungen, sofern erforderlich, an neue Vorschriften, Standards und Einsatzbedingungen anpassen;
- die Zuständigkeiten für die Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung des Gerätes eindeutig und unmissverständlich regeln;

Skilled personnel are workers who are due to their professional training, knowledge and experience as well as knowledge of relevant regulations able to properly perform the assigned work, to recognize potential hazards and avoid injury or damage.

Each person operating a source-sink must check that the device is in a technically faultless state.

1.7 Operator's Responsibilities

An operator is any natural or legal person who uses the device or making the application available. He is responsible for the safety of the user, staff or third parties.

The device is used in the commercial sector. Therefore, the operator of the device is subject to legal industrial safety obligations. In addition to the warning and safety instructions in this manual the safety and accident prevention regulations as well as environmental protection rules must be respected.

Particularly, the operator must

- inform itself of the applicable health and safety regulations;
- determine other hazards that may arise from the special working conditions at the site of operation in a risk assessment and minimize the hazards;
- implement the necessary rules of conduct for using the source-sink on site in operating instructions;
- check regularly throughout the period of use whether the provided user instructions correspond to the current status of the regulations;
- adjust the operating instructions, if necessary, to new regulations, standards and operating conditions;
- regulate clearly and unambiguously the responsibilities for installation, operation, maintenance and cleaning of the source-sink;
- ensure that all employees who are working with the source-sinks have read and understood the user manual and the General Safety Instructions;
- provide the required and recommended safety equipment to the employees who are working with the source-sinks;

- dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die an dem Gerät beschäftigt sind, die Bedienungsanleitung und die Allgemeinen Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben;
- dem mit Arbeiten an dem Gerät beauftragten Personal die vorgeschriebenen und empfohlenen Schutzausrüstungen bereitstellen.

Der Betreiber muss das Personal in regelmäßigen Abständen im Umgang mit dem Gerät schulen und über die möglichen Gefahren informieren. Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass die Quelle-Senke stets in einem technisch einwandfreien Zustand ist.

1.8 Grundlegende Sicherheitshinweise



Die Quelle-Senke und den Prüfling nur unter Aufsicht betreiben!

Stellen Sie den Betrieb der Quelle-Senke sofort ein, wenn sie nicht mehr ordentlich funktioniert. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller.

Entsprechend der Schutzklasse 1 sind alle berührbaren Gehäuseteile mit dem Schutzleiter verbunden. Der Betrieb der Geräte darf nur an vorschriftsmäßig funktionierenden Schutzkontaktsystemen erfolgen.

NICHT die Schutzleiterverbindung am Netzkabel oder innerhalb des Gerätes auftrennen! Siehe auch 1.12 Netzanschluss.

Keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze einführen!

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, setzen Sie das Gerät außer Betrieb und sichern es gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Dieser Fall kann eintreten, wenn:

- sichtbare mechanische Beschädigungen vorhanden sind;
- sich lose Teile im Gerät befinden;
- Rauchentwicklung feststellbar ist;
- das Gerät oder der Prüfling überhitzt wurde;
- Flüssigkeiten in das Gerät eingetreten sind;
- das Gerät nicht funktioniert

The operator must train the employees working with the source-sinks at regular intervals how to use the devices and which possible dangers may appear. Furthermore, the operator must ensure that the device is technically proper functioning at any time.

1.8 General Safety Instructions



Use the source-sink and the device under test only under supervision!

If the source-sink does not work properly anymore immediately abort operating the device. Do not try to repair the device on your own. Immediately contact the manufacturer.

All case and chassis parts are connected to the protective earth corresponding to Protection Class 1. For the operating of the devices all protective contact systems have to be correctly established.

DO NOT remove the protective earth connection of the power cable or inside the device! See also 1.12 Mains Connection.

Do not insert any objects into the ventilation slots!

If you assume that a safe operating is not possible, you must disconnect the device and secure it against unintentional operation.

This may occur if:

- the device shows visible damages;
- there are loose parts inside the device;
- smoke is recognized;
- the device or the device under test has been overheated;
- liquids have gone into the device;
- the device does not work

Bevor Sie das Gehäuse öffnen, trennen Sie das Gerät zuerst von der Netzversorgung und allen anderen Spannungsquellen und warten 3 Minuten, bis sich die internen Spannungen abgebaut haben.

Prüfungen, Reparaturen oder Abgleicharbeiten bei geöffnetem Gehäuse dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden, die mit den Sicherheitsvorschriften vertraut ist.

Die Sicherheit eines Systems, in welches das Gerät integriert wird, liegt in der Verantwortung des Errichters des Systems.

Befolgen Sie außerdem die Sicherheitshinweise zum Anschluss des Prüflings in Kapitel 2.3.1.

1.9 Mögliche Gefährdungen

Bei der Benutzung des Gerätes können Gefährdungen für Personen und Sachen auftreten.

1.9.1 Elektrischer Schlag



Warnung vor elektrischem Schlag durch berührungsgefährliche Potentiale, falsche Anschlussleitungen oder unzureichend abgedeckte Ausgangsklemmen!

Elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen mit Todesfolge führen: Verbrennungen, Muskelreizungen wie Muskelverkrampfungen, Muskellähmungen, Herzrhythmusstörungen wie Herzkammerflimmern, Herzstillstand, Atemlähmung, neurologische Verletzungen, indirekt verursachte Unfälle wie Stürze.

- Bei berührungsgefährlichen Potentialen H&H-Sicherheitsabdeckung am Ausgang anbringen!
- Querschnitt der Anschlussleitungen ausreichend dimensionieren!

1.9.2 Verbrennungen



Warnung vor Verbrennung durch Abwärme, ungeeignete Anschlussleitungen, schlechte Verbindung oder Überspannung!

Quellen-Senken erzeugen Abwärme, die durch die Rückwand abgeführt wird. Dadurch können sich berührbare Teile am Gerät oder Teile, die im heißen Abluftstrom stehen, erhitzen und Verbrennungen bei Berührung hervorrufen. Leicht brennbare Stoffe und Flüssigkeiten, die im heißen Luftaustritt stehen, können sich entzünden.

Before opening the cover remove the mains supply and all other voltage sources, then wait 3 minutes until all internal voltages have dissipated.

Checks, repairs or calibration with open case must be carried out by qualified personnel acquainted with the safety regulations.

The safety of a system in which the device is integrated is the responsibility of the system designer.

Also follow the safety instructions when connecting the device under test in chapter 2.3.1.

1.9 Possible Hazards

When using this product hazards for persons and property can occur.

1.9.1 Electric Shock



Warning of electric shock caused by dangerous potentials, wrong connection cables, or insufficiently covered output terminals!

Electric shock can lead to serious injury resulting in death: Burns, muscle irritation such as muscle cramps, muscle paralysis, cardiac arrhythmias such as ventricular fibrillation, cardiac arrest, respiratory paralysis, neurological injuries, indirectly caused accidents such as falls.

- Install H&H safety cover at the output if dangerous voltages appear!
- Adequately dimension the cross-section of the output lines!

1.9.2 Burns



Warning of burn caused by thermal energy, bad connection cables, bad connection or overvoltage!

Source-sinks produce thermal energy fed out through the rear panel. Touchable parts in the hot airflow can heat up and cause burn when being touched. Readily combustible solids and liquids which are in the hot air outlet can ignite.

Verbrennungsgefahr besteht auch, wenn zum Anschluss des Prüflings ungeeignete Leitungen verwendet werden oder wenn die verwendeten Kabelschuhe oder Stecker an den Ausgangsklemmen nicht ausreichend fest angeschraubt sind. Dadurch können sich die Anschlussklemmen erhitzen und Verbrennungen bei Berührung hervorrufen. In der Hand gehaltene Kabel können Verbrennungen verursachen. Lockere Anschlüsse können Lichtbögen erzeugen, die in der Umgebung befindliche Materialien entzünden können. Verbrennungsgefahr besteht außerdem bei Überspannung. Überspannung erzeugt einen Kurzschluss und damit unkontrollierten Stromfluss!

- Keine berührbaren Teile oder entzündlichen Stoffe in den heißen Abluftstrom stellen!
- Querschnitt der Ausgangs-Leitungen ausreichend dimensionieren!
- Kabelschuhe und Stecker fest verschrauben!
- Auf richtige Polarität des angeschlossenen Prüflings achten!
- Maximale Spannung V_{max} NIE überschreiten!
- Externe Sicherung in den Ausgangskreis schalten!

Brände an einer Quelle-Senke sind mit einem CO₂-Feuerlöscher zu löschen.

1.9.3 Mechanische Verletzungen



Warnung vor Verletzungen durch Herunterfallen, Einklemmen, Haareinzug!

Die Quelle-Senke kann herunterfallen und durch ihr Gewicht Verletzungen wie Quetschungen, Knochenbrüche, Hautabschürfungen verursachen.

Beim Tragen und Abstellen des Gerätes können Finger an den Griffen oder zwischen Gehäuseboden und Abstellfläche einklemmen. Lange Haare können in die rotierenden Lüfter eingesaugt werden.

- Beim Auspacken, Transportieren, Tragen und Verlagern Hinweise unter 1.11.4 Tragen und Verlagern befolgen!
- Sicherheitsschuhe und Handschuhe tragen!
- Nicht mit den Händen zwischen Geräteboden und Abstellfläche greifen!
- Ggf. Haarnetz tragen!

Risk of burn is also given when the device under test is connected with unsuitable cables or when the used cable lugs or plugs are not sufficiently tightened. So the terminals can heat up and cause burns when touched. Cables held in hands can cause burns. Untightened terminals can cause electric arcs which can ignite materials in near environment.

Risk of burn is also given when the device under test is connected at overvoltage. Overvoltage causes short-circuit and therefore uncontrolled current flow!

- Do not put any touchable parts or readily combustible materials in the hot airflow!
- Sufficiently dimension the cross-section of the output lines!
- Fix cable lugs and plugs tightly!
- Take care that the device under test is connected in right polarity!
- NEVER exceed the maximum voltage V_{max} !
- Connect an external fuse in the output circuit!

Extinguish fire at a source-sink with a CO₂ extinguisher.

1.9.3 Injury by Mechanical Effects



Warning of injury by drop, clamp, trapping of hair!

The source-sink can drop or fall and cause injuries such as bruising, bone fractures, skin-abrasion.

When carrying or relocating the device fingers can clamp between device bottom and installation surface.

Long hair may be sucked in by the rotating fans.

- Follow the notes in 1.11.4 Moving and Relocating when unpacking, transporting, carrying and moving the device!
- Wear safety shoes and gloves!
- Do not put hands between device bottom and installation surface!
- Wear a hairnet if you have long hair!

1.9.4 Beeinflussung elektro-medizinischer Geräte



Warnung vor Verletzungen durch Beeinflussung elektro-medizinischer Geräte!

Quellen-Senken können beim Betrieb mit sehr hohen Stromstärken arbeiten. Hohe Ströme erzeugen starke magnetische Felder, die elektro-medizinische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher beeinflussen können.

- Menschen mit elektro-medizinischen Geräten dürfen sich nicht in der Nähe von eingeschalteten Quellen-Senken aufhalten!

1.10 Messkategorie



Die Messkategorien beziehen sich auf Transienten auf dem Netz. Transienten sind kurze, sehr schnelle Spannungs- und Stromänderungen, die periodisch und nicht periodisch auftreten können. Die Höhe möglicher Transienten nimmt zu, je kürzer die Entfernung zur Quelle der Niederspannungsinstallation ist.

Die Quelle-Senke ist für den Betrieb des Ausgangs an Stromkreisen bestimmt, die entweder gar nicht oder nicht direkt mit dem Netz verbunden sind.

Direkter Betrieb (ohne galvanische Trennung) an Prüfobjekten der Messkategorie II, III oder IV ist unzulässig!

Die Stromkreise eines Prüfobjekts sind nicht direkt mit dem Netz verbunden, wenn das Prüfobjekt über einen Trenntransformator der Schutzklasse 2 betrieben wird.

Messkategorien nach IEC 61010-2-30:

Kategorie	Definition
0	Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind: z. B. Bordnetze in KFZ oder Flugzeugen, Batterien
CAT I	Angabe nach EN 61010:2004 entspricht 0 nach aktueller Norm
CAT II	Messungen an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind: z. B. Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge

1.9.4 Effects on Electro-Medical Devices



Warning of injury by effects on electro-medical devices!

Source-sinks can work at very high currents. High currents generate strong magnetic fields, which can have effects on electro-medical devices like pacemakers.

- Persons with electro-medical devices must not be near operating source-sinks.

1.10 Measuring Category



The measuring categories refer to the transients on the mains supply. Transients are short and very fast voltage and current changes which appear periodically or non-periodically. The shorter the distance to the source of the low-voltage installation the higher possible transients can be.

The source-sink is meant for operating the output at circuits which are not or not directly wired to the mains.

Direct operation (without galvanic insulation) of devices under test (DUTs) with measurement category II, III, or IV is not allowed!

The current circuits of a test object are not connected directly to the mains if the test object is operated via an insulating transformer with protection class 2.

Measurement Categories referring to IEC 61010-2-30:

Category	Definition
0	Measurements at current circuits not directly connected to the mains: e.g. airborne supply systems, batteries
CAT I	Definition according to EN 61010:2004 Corresponds to 0 according to current standard
CAT II	Measurements at current circuits electrically directly connected to the low-voltage mains supply: e.g. household appliance, portable tools

CAT III	Messungen in der Gebäudeinstallation: z. B. Verteiler, Leistungsschalter, Steckdosen der festen Installation
CAT IV	Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation: z. B. Zähler, Rundsteuergeräte, primäre Überstromschutzeinrichtungen

1.11 Betriebsbedingungen und Aufstellen des Gerätes

1.11.1 Umwelt und Emissionen

Die Geräuscentwicklung der Quellen-Senken hängt von deren Bauart, Leistung und Betriebsweise ab. Unter Berücksichtigung sonstiger am Arbeitsplatz herrschenden Geräuschpegel ist vom Betreiber ein geeigneter Standort für das Gerät auszuwählen, der den Forderungen der Arbeitsstättenverordnung entspricht.

Quellen-Senken erzeugen Wärme und heizen die Umgebungsluft auf. Sorgen Sie beim Betrieb gegebenenfalls mit gesonderten Maßnahmen für die Einhaltung der Umgebungsbedingungen laut Arbeitsstättenverordnung.

1.11.2 Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen sind in der Datei TechDat_QL_gn.PDF (*gn* = Gerätenummer, siehe 1.5.2 Identifikation des Produkts) mit den technischen Daten des Geräts aufgeführt.



Warnung vor Spannungsüberschlägen aufgrund von Betauung!
Wird das Gerät trotz Betauung betrieben, kann es zu Fehlfunktionen oder zum totalen Defekt des Gerätes kommen.

- Bei Lagerung unter der Mindest-Betriebstemperatur muss das Gerät erst auf die Mindest-Betriebstemperatur gebracht werden, bevor es eingeschaltet wird!
- Es darf keine Betauung stattfinden!

Die Geräte sind zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Sie dürfen nicht bei besonders großem Staubgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Das Gerät darf nur stehend betrieben werden. Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzschalter leicht zu erreichen ist.

CAT III	Measurements in the building installation: e.g. junction box, power switches, mains sockets
CAT IV	Measurements at the source of the low-voltage installation: e.g. counters, primary overcurrent protection equipment

1.11 Operating Conditions and Installation of the Device

1.11.1 Environment and Emissions

The source-sink's noise emission depends on its construction, power, and operating mode. Considering the other noise emissions existing at the workplace, the operator has to choose a suitable location for the device corresponding to the requirements of the Workplace Ordinance.

Source-sinks produce heat and heat up the environment. Ensure to maintain the required environmental conditions corresponding to the requirements of the Workplace Ordinance by special measures.

1.11.2 Operating Conditions

The operating conditions are listed in the file TechDat_QL_gn.PDF (*gn* = device number, see 1.5.2 Product Identification) with the technical data of the device.



Warning of voltage flashovers due to condensation!
If the device is operated despite condensation, malfunctions or total destruction of the device may occur.

- When stored below the minimum operating temperature, the device must first be brought to the minimum operating temperature before it is powered on!
- No condensation may occur!

The operating of all devices has to take place in clean, dry rooms. They shall not be brought into operation in rooms that are contaminated with dust or humidity, under the danger of explosion or aggressive chemical influence. You may use the device only in upright alignment. Ensure that the mains switch is easily reachable when positioning the device.



Halten Sie den Lufteintritt über die Frontplatte und den Luftaustritt auf der Rückwand frei, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten. Sorgen Sie beim Schrankeinbau für einen ungestörten Luftaustritt.

Betreiben Sie das Gerät keinesfalls bei geschlossener Rücktür ohne Luftgitter! Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt!

Bei geschlossenen Rücktüren mit eingesetztem Luftgitter müssen Sie eine Leistungsminderung des Gerätes in Kauf nehmen.

Berücksichtigen Sie bei erhöhten Umgebungstemperaturen das Leistungsderating (siehe technische Daten).

Wenn das Gerät in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutzt wird, kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein.

1.11.3 Am Gerät verwendete Symbole



Gleichstrom



Wechselstrom



Gleich- oder Wechselstrom



Erdungs-Anschluss



Schutzleiteranschluss



Warnung vor einer Gefahrenstelle



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor heißer Oberfläche



Make sure that good air circulation is possible at the front panel and rear panel. For rack-mounted devices take care for good air circulation.

Never bring the device into operation when the rear door of the rack is closed! Never operate the device unattended!

Closed rear doors with ventilation slots will reduce the source-sink's power consumption.

At higher environment temperatures take the power derating into account (see technical data).

If the device is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection supported by the device may be weakened.

1.11.3 Symbols on the Device



DC current



AC current



DC or AC current



Grounding terminal



Protective earth terminal



Warning about a dangerous place



Warning about dangerous electrical voltage



Warning about hot surface

1.11.4 Tragen und Verlagern

Wenn Sie die Quelle-Senke verlagern wollen, stellen Sie sicher, dass sie ausgeschaltet und von allen Kabeln getrennt ist.

Nehmen Sie die Bedienungsanleitung der Quelle-Senke bei einer Ortsveränderung mit und bewahren Sie sie in der Nähe des Gerätes auf bzw. stellen Sie die Bedienungsanleitung elektronisch lesbar zur Verfügung.

1.12 Netzanschluss

Entsprechend der Schutzklasse 1 sind alle berührbaren Gehäuseteile mit dem Schutzleiter verbunden. Der Betrieb der Geräte darf nur an vorschriftsmäßigen, funktionierenden Schutzkontaktsystemen erfolgen.



Schutzkontaktverbindung am Netzkabel oder innerhalb des Gerätes NICHT auftrennen!

Verwenden Sie nur Netzkabel mit ausreichendem Querschnitt. Abnehmbare Netzanschlussleitungen mit Netzkupplungen gemäß IEC 60320 müssen entweder den Anforderungen von IEC 60799 entsprechen, oder sie müssen mindestens für einen Strom entsprechend den Bemessungsdaten der an der Netzanschlussleitung befestigten Netzkupplung bemessen sein.

Vergewissern Sie sich vor Anschluss der Quelle-Senke an die Netzversorgung, dass die am Gerät eingestellte bzw. geforderte Netzspannung mit der Spannung der Netzversorgung übereinstimmt.

Bei einigen Modellen befindet sich auf der Rückseite des Gerätes ein Netzspannungswahlschalter. Schieben oder drehen Sie den Schalter ggf. in die entsprechende Position. Siehe Abbildung 1.2.

1.11.4 Moving and Relocating

If you want to relocate the source-sink make sure that the power is switched off and all cables are disconnected.

Make sure to include the user manual when moving the source-sink and keep the manual near the source-sink or, respectively, the manual must be available electronically readable.

1.12 Mains Connection

All case and chassis parts are connected to the protective earth corresponding to Safety Class 1. For the operating of the devices all protective contact systems have to be correctly established.



Do NOT remove the protective earth connection of the mains cable or inside the device!

Only use a mains cable with sufficient diameter. Detachable mains cables with mains couplings in accordance with IEC 60320 must either meet the requirements of IEC 60799, or they shall be designed at least for a current corresponding to the rated data of the mains connector attached to the mains cable.

Before connecting the source-sink to the mains make sure that the mains voltage setting or, respectively, the allowed mains voltage at the device matches the technical data of the mains supply.

Some models have got a mains voltage selector at the rear panel. If necessary, push or turn the switch to the corresponding position. See Figure 1.2.




Abbildung 1.2: Netzeingang mit Schiebe- (l) oder Dreh-Netzspannungswahlschalter
Figure 1.2: Mains input with sliding (l) or rotary mains voltage selector



Wenn Sie die Netzspannung umschalten, müssen Sie auch eine entsprechende Sicherung lt. Angabe auf dem Gerät einsetzen.

1.13 Service und Wartung

Kühlwege reinigen

Zur Wartung der Geräte ist es wichtig, die Kühlwege regelmäßig zu reinigen, da sich durch die starke Zwangsbelüftung Staub auf den Kühlschienen und Lüftern ablagert.

Das macht sich dadurch bemerkbar, dass das Gerät nicht mehr seine Nennleistung aufnehmen kann und häufiger eine Übertemperaturabschaltung (OTP) erfolgt.

Sie können die Lüfter und Endstufen mit ionisierter Luft reinigen. Setzen Sie dazu zuerst das Gerät außer Betrieb und trennen Sie es von allen Spannungen. Blasen Sie durch die Rückwand auf die Kühlschienen, da sich insbesondere dort Staub ablagert.

Gehäuse reinigen

Nehmen Sie zum Reinigen das Gerät außer Betrieb. Trennen Sie alle Anschlüsse vom Gerät.



Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem mit Wasser befeuchteten Lappen. Bei hartnäckiger Verschmutzung können Sie einen Glasreiniger verwenden. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.



When you change the mains voltage setting you must also replace the fuse in the fuse holder by the type indicated on the device.

1.13 Service and Maintenance

Cleaning the Cooling Paths

For the maintenance of any device it is necessary to clean the cooling paths regularly. Because of the strong forced air cooling dust will deposit on the cooling fins and fans.

This is noticeable when the device can't take its nominal power anymore and an overtemperature shutdown (OTP) occurs frequently.

You can clean the cooling fins and the fans with ionized compressed air. To do so, switch off the device and disconnect it from all voltages. Blow through the rear panel onto the cooling fins because especially there dust has settled down.

Cleaning the Case

For cleaning the case put the unit out of operation and disconnect all wires and cables.



Clean the case only with a damp rag. Use only water. For strong dirt you may use a glass cleaner. Take care that no liquids enter the cabinet.

Netzsicherung ersetzen

Die Netzsicherung ist von außen zugänglich. Modelle mit 3-phasigem Netzanschluss besitzen 3 Netzsicherungen.



Nehmen Sie vor dem Ersetzen der Netzsicherung das Gerät außer Betrieb. Trennen Sie alle Anschlüsse vom Gerät!

Modelle mit integriertem Sicherungshalter (Abbildung 1.2 links):

1. Einen kleinen Schraubendreher in die Aussparung oben am Deckel des Sicherungshalters führen und den Halter herausziehen. Neben der aktiven Sicherung sollte noch eine Reserve-Sicherung sitzen.
2. Defekte Sicherung herausnehmen und Reserve-Sicherung einsetzen.
3. Halter wieder eindrücken, so dass er einrastet.

Modelle mit separatem Sicherungshalter (Abbildung 1.2 rechts):

1. Mit einem größeren Schraubendreher die Sicherung entgegen dem Uhrzeigersinn aus dem Halter drehen.
2. Defekte Sicherung herausnehmen und neue Sicherung einsetzen.
3. Sicherung im Uhrzeigersinn wieder in die Halterung drehen.



Verwenden Sie nur die an der Rückwand angegebenen Sicherungen! Das Kurzschließen des Sicherungshalters oder geflickte Sicherungen sind nicht zulässig!

1.14 Kalibrierung

Verschiedene wichtige Eigenschaften des Gerätes sollten in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden, wie die Einstellgenauigkeit des Stromes sowie die Genauigkeit der Anzeigen. Bei festgestellten Abweichungen, die außerhalb der angegebenen Toleranz liegen, sollte eine Neujustierung des Gerätes erfolgen.

Sie können das Gerät zu H&H schicken, dort wird es zum Festpreis überprüft und kalibriert. Bei der Auslieferung wird jedes neue Seriengerät bei H&H kalibriert. Innerhalb der 2-jährigen Gewährleistungsfrist kalibriert H&H ein zweites Mal kostenlos, wenn für das betreffende Gerät (Seriennummer) eine Registrierung über die H&H Webseite <https://www.hoecherl-hackl.de/service/geraeteregistrierung/> eingegangen ist.

Fordern Sie zur Kalibrierung eine RMA-Nummer von H&H an (siehe 1.16 Gewährleistung und Reparatur).

Replacing the Mains Fuse

The mains fuse is accessible from outside. Models with 3-phase mains supply have got 3 mains fuses.



Before replacing the mains fuse put the unit out of operation and disconnect all wires and cables!

Models with integrated fuse holder (Figure 1.2 left):

1. Insert a small screwdriver into the notch at the top of the fuse holder cover and pull out the holder. There should be a spare fuse next to the active fuse.
2. Remove the broken fuse and insert the spare fuse.
3. Push the holder back in so that it snaps into place.

Models with separated fuse holder (Figure 1.2 right):

1. Use a suitable screwdriver to turn the fuse counterclockwise out of the holder.
2. Remove the defective fuse and insert a new one.
3. Turn the fuse clockwise back into the holder.



Use only the type of fuse specified on the rear panel! Short-circuiting the fuse holder or repairing safety devices is not permissible!

1.14 Calibration

Several important characteristics of the device shall be inspected in regular periods, for example the accurate setting of the current or the accuracy of all displays. When there are noticeable deviations that are not within the specified tolerance range the device should be readjusted.

To do so, you can send the device to H&H where it is checked and calibrated at a fixed price. Before delivery, every new series device is calibrated at H&H. Within the 2-year warranty period, H&H will calibrate a second time free of charge if the respective device (serial number) has been registered at the H&H website: <https://www.hoecherl-hackl.com/service/device-registration/>.

Order an RMA number if you want to send the device to H&H for calibration (see 1.16 Warranty and Repair).

Für den Einsatz unter Laborbedingungen empfiehlt H&H ein Kalibrierintervall von 2 Jahren. Es handelt sich hierbei um einen Erfahrungswert, der für den ersten Benutzungszeitraum als Richtwert herangezogen werden kann. Je nach Einsatzzweck, Nutzungsdauer, Relevanz der Anwendung und Umgebungsbedingungen sollte der Betreiber dieses Intervall entsprechend anpassen.

1.15 Energieeffizienz

Elektronische Geräte verbrauchen Energie, sobald sie eingeschaltet sind, auch wenn sie nicht in Gebrauch sind. Schalten Sie deshalb Geräte, die nicht in Gebrauch sind, mit dem Netzschalter aus.

1.16 Gewährleistung und Reparatur

H&H gibt bei Neugeräten eine 24-monatige Funktionsgewährleistung. Voraussetzung ist, dass keine Veränderungen am Gerät vorgenommen wurden und der Fehler beim bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes aufgetreten ist.

Mängel werden durch Reparatur oder Austausch behoben, wenn sie H&H oder einer Vertretung innerhalb 24 Monaten nach Datum des Lieferscheines mitgeteilt und von H&H anerkannt werden.

Da H&H die exakte Anwendung der Geräte sowie die physikalischen Gegebenheiten der zu belastenden Einrichtungen nicht kennt, kann keine Garantie für die korrekte Funktionsweise der Geräte im Sinne des Kunden gegeben werden.

Bei Beschädigung des Gerätes durch Missachten der technischen Daten besteht kein Gewährleistungsanspruch, dazu zählt insbesondere das Überschreiten der maximal zulässigen Spannung (siehe Kapitel 2.5).

Die Gewährleistung schließt Verschleißteile und Verbrauchsmaterial wie Sicherungen, Relais, Schütze und Luftfilter aus.

Transportschäden sind ebenfalls vom Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.

Der Ort der Gewährleistung ist 94357 Konzell, Deutschland. Der Käufer ist verpflichtet, die bemängelte Ware mit genauer Beschreibung der festgestellten Mängel frachtfrei zu übersenden. Für Rückfragen bitte auch Ansprechpartner und Telefonnummer angeben. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

For use under laboratory conditions, H&H recommends a calibration interval of 2 years. This is an empirical value that can be used as a guiding value for the first period of use. Depending on the intended purpose, period of use, relevance of the application and ambient conditions, the operator should adjust this interval accordingly.

1.15 Energy Efficiency

Electronic devices consume energy as soon as they are powered on even when they are not in operation. Therefore power off devices which are not in use.

1.16 Warranty and Repair

H&H grants a 24-month warranty with new devices, under the condition that the device wasn't manipulated and the failure has occurred during intended use of the device.

Defects will be eliminated by repair or replacement, if they are registered and accepted by H&H or one of its representatives within 24 months after delivery date (bill of delivery).

Since H&H doesn't neither know the exact application of the source-sinks nor the physical conditions of the units under test, no warranty for the correct operation of a whole system in the customer's sense can be given.

Damaged devices because of disregarding the technical data are not covered by warranty, especially in case of exceeding the maximum permissible voltage (see chapter 2.5).

Worn out parts like fuses, relays and air filters are not subject to the warranty.

Damages caused by transport are not subject to the warranty.

Location of warranty fulfillment is 94357 Konzell, Germany. The customer has to send the faulty product with detailed descriptions of the established lacks carriage free. For queries please specify contact persons and telephone number. Deliveries not prepaid are not accepted.

Bei Durchführung der Garantieleistungen am Ort des Kunden werden die Kosten für An- und Abfahrt in Rechnung gestellt. Für die Übersendung per Spedition oder Paketdienst wird empfohlen, die Originalverpackung zu verwenden. Ist die Originalverpackung nicht mehr vorhanden, können Sie diese bei H&H zum Selbstkostenpreis anfordern. Geben Sie dazu den genauen Gerätetyp an.

Die Geräte sind in jedem Fall auf dem Geräteboden bzw. auf den Gerätefüßen stehend zu verpacken. Verpackte Geräte ab einer Größe von 5 HE unbedingt auf Palette befestigen! Wir empfehlen bereits ab 2 HE eine Palettenbefestigung.

Ausgenommen von der Gewährleistung sind:

- Schäden am Gerät durch Überschreiten der angegebenen Grenzwerte
- Schäden durch Änderungen am Gerät durch den Kunden
- Schäden durch unsachgemäße Handhabung (Fallenlassen, Flüssigkeitseintritt)
- Transportschäden
- Aufwand für nicht berechtigte Reklamationen

H&H Service innerhalb der Gewährleistungsfrist

Gewährleistung bei H&H:

- Material und Arbeitszeit werden nicht berechnet.
- Die Versandkosten zu H&H sind vom Auftraggeber zu tragen.
- Die Kosten für den Rückversand übernimmt H&H (jedoch keine Eil- und Termintransporte).

Gewährleistung vor Ort:

- Material und anfallende Arbeitszeit vor Ort werden nicht berechnet.
- Die Kosten für An- und Rückreisezeiten, gefahrene Strecken und gegebenenfalls Übernachtung werden in Rechnung gestellt.

In case of warranty repairs at the customer's locations the customer will be charged for the journey expenses. If you will send the device by carrier we recommend using the original packing. If you haven't got the original packing you can order it from H&H for cost price. Specify the exact device type.

The devices must always be packed standing on the bottom or feet of the device. Packed devices from a size of 5 U must be fastened on a pallet! We recommend a pallet fastening already from 2 HE.

This is Excluded from Warranty:

- Damages caused by exceeding the electrical specifications
- Damages caused by modifications made by the customer
- Damages caused by improper handling (e.g. dropping, entrance of liquids)
- Damages caused by transport
- Costs for checking the unit when no failure can be detected

H&H Service Within the Warranty Period

Warranty at H&H:

- Material and working time are free.
- The shipping costs to H&H are to be paid by the customer.
- H&H takes over the costs of the return shipment (standard shipment, no express shipment)

Warranty on site:

- Material and working time on site are free.
- The costs for travelling durations, driven distance and if necessary overnight accommodation are charged.

Nach Ablauf der GewährleistungsfristInstandsetzung bei H&H:

- Material und Arbeitszeit werden berechnet.
- Die Instandsetzung erfolgt bei H&H.
- Die Versandkosten zu H&H und der Rückversand sind vom Auftraggeber zu tragen.

Instandsetzung vor Ort:

- Material und Arbeitszeit für die Instandsetzung werden berechnet.
- Die Kosten für An- und Rückreise, gefahrene Strecken und gegebenenfalls Übernachtung werden in Rechnung gestellt.

Anfordern einer RMA-Nummer

Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät zur Reparatur an H&H zurückzusenden, müssen Sie eine RMA-Nummer (Return Material Authorization) bei H&H anfordern. Dies können Sie telefonisch, per E-Mail an support@hoecherl-hackl.com oder über die H&H Homepage www.hoecherl-hackl.de machen. Geben Sie die RMA-Nummer auf den Rücksendepapieren sowie außen auf der Verpackung der Ware an.

1.17 Entsorgung

Zur Entsorgung vorgesehene, von H&H produzierte Geräte können zum Hersteller zurückgegeben werden. Dort werden sie kostenlos entsorgt.

1.18 Abkürzungen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden folgende Abkürzungen gebraucht:

AC	Alternate current - Wechselstrom
AI	Analog Interface
CC	Constant current – Konstantstrom
CP	Constant power – Konstantleistung
CR	Constant resistance – Konstantwiderstand
CV	Constant voltage – Konstantspannung
DC	Direct current – Gleichstrom
DI	Data interface – Datenschnittstelle
DUT	Device under test – Prüfling
GND	Ground – Masse

After Expiration of the Warranty PeriodRepair at H&H:

- Material and working time are charged.
- The repair takes place at H&H.
- Forwarding expenses to H&H and the return shipment have to be paid by the customer.

Repair on site:

- Material and working time for the repair have to be charged.
- The costs for travelling durations, driven distance and if necessary overnight accommodation have to be charged.

Requesting an RMA Number

When you intend to send the unit back for repair you have to request an RMA number (Return Material Authorization) from H&H. You can do this by phone, e-mail to support@hoecherl-hackl.com or via H&H homepage www.hoecherl-hackl.com. Note the RMA numbers on your return papers as well as on the packaging of the goods.

1.17 Disposal

In order to dispose any device produced by H&H you may return it to the manufacturer where it will be disposed free of charge.

1.18 Abbreviations Used in This Manual

This manual uses the following abbreviations:

AC	Alternate current
AI	Analog Interface
CC	Constant current
CP	Constant power
CR	Constant resistance
CV	Constant voltage
DC	Direct current
DI	Data interface
DUT	Device under test
GND	Ground

OCP	Overcurrent protection – Überstrombegrenzung
OTP	Overtemperature protection – Temperaturbegrenzung
OV	Overvoltage – Überspannung
UI	User interface – Benutzerschnittstelle
UV	Undervoltage
WDP	Watchdog Protection

OCP	Overcurrent protection
OTP	Overtemperature protection
OV	Overvoltage
UI	User Interface
UV	Undervoltage
WDP	Watchdog Protection

2 Inbetriebnahme

2.1 Bedienelemente an der Vorderseite

2 Putting into Operation

2.1 Control Elements on the Front Panel




Abbildung 2.1: Bedienelemente an der Vorderseite
Figure 2.1: Control elements at the front panel

- A1 Touchscreen
- A2 Schalter für Ausgang ein/aus
- A3 Drehgeber für Einstellungen
- A4 Netzschalter
- A5 USB Host-Buchse

- A1 Touchscreen
- A2 Key for output on/off
- A3 Encoder for settings
- A4 Mains switch
- A5 USB host socket

2.2 Anschlüsse an der Rückseite

2.2 Connections at the Rear Panel




Abbildung 2.2: Anschlüsse an der Rückseite eines Gerätes
Figure 2.2 Connections at the rear panel of a device

- B1** Netzspannungsanschluss
- B2** Sicherungshalter
- B3** CAN-Schnittstelle
- B4** GPIB-Schnittstelle (optional)
- B5** Positiver Ausgang (hier Polklemme)
- B6** Positiver Sense-Eingang
- B7** Schutzleiter-Anschluss
- B8** Negativer Sense-Eingang
- B9** Negativer Ausgang (hier Polklemme)
- B10** I/O-Port-Buchse
- B11** USB-Schnittstelle
- B12** RS-232-Schnittstelle
- B13** Ethernet-Schnittstelle
- B14** Netzspannungswahlschalter

- B1** Mains voltage terminal
- B2** Fuse holder
- B3** CAN interface
- B4** GPIB interface (optional)
- B5** Positive output terminal (here binding post)
- B6** Positive sense terminal
- B7** Protective earth terminal
- B8** Negative sense terminal
- B9** Negative output terminal (here binding post)
- B10** I/O port socket
- B11** USB interface
- B12** RS-232 interface
- B13** Ethernet interface
- B14** Mains voltage selector

2.3 Anschluss des Prüflings

2.3.1 Sicherheitshinweise zum Anschluss des Prüflings



Bringen Sie bei einem Gerät mit Flachkupferschienen die Sicherheitsabdeckung für den Ausgang an, bevor Sie es in Betrieb nehmen (siehe 2.3.5 Montage der Sicherheitsabdeckung). Sie können den Berührungsschutz auch durch entsprechenden Einbau in andere Gehäuse, Schränke, etc. gewährleisten.

Die maximal zulässigen Grenzwerte für Berührungsschutz sind 30 V_{eff} / 42,4 V_s für Wechselspannung und 60 V für Gleichspannung.

Beachten Sie die erlaubte Maximalspannung zwischen negativem Ausgang und Gehäuse, siehe technische Daten.

Die in den technischen Daten angegebene maximale Eingangsspannung darf NICHT überschritten werden, auch nicht kurzfristig, weder an den Ausgangs- noch an den Sense-Anschlüssen!

Bei unipolaren Geräten (2-Quadranten-Geräte) auf richtige Polarität achten! Falschpolung kann das Gerät zerstören.

Bevor Sie den Prüfling mit der Quelle-Senke verbinden, schalten Sie die Quelle-Senke mit dem Netzschalter **A4** ein!

Schalten Sie mit der Taste **A2** den Ausgang aus, bevor Sie den Prüfling anschließen! Das Display muss „Output Off“ anzeigen!

Output- und Sense-Leitungen nur spannungslos an- und abklemmen!

Der rückseitige Schutzleiter-Anschluss **B7** muss immer mit der Schutz Erde des Gesamtsystems verbunden sein. Dazu eine Anschlussleitung von mindestens 10 mm² (AWG8) verwenden.

Eine Serienschaltung mehrerer Quellen-Senken zur Erhöhung der Ausgangsspannung ist NICHT zulässig!

2.3 Connection of the Device Under Test (DUT)

2.3.1 Safety Instructions When Connecting the Device Under Test



For a device with flat copper bars, assemble the safety cover for the output before operating (see 2.3.5 Installing the Safety Cover). Alternatively, you may realize the touch protection by installing the device in other casings, racks, etc.

The maximum permissible voltages for touch protection are 30 V_{eff} / 42.4 V_p for AC voltage and 60 V for DC voltage.

Take care for the maximum voltage between the negative output and the source-sink's case, see technical data.

The maximum input voltage defined in the technical data may NOT be exceeded, not even for a short time, neither at the output lines nor at the sense lines!

For unipolar devices (2-quadrant devices) take care for the right polarity! A wrong polarity can damage the device.

Before connecting the DUT to the source-sink, switch on the source-sink with the power switch **A4**!

Switch off the output with key **A2** before connecting the unit under test! The display must show "Output Off"!

Connect and disconnect output and sense terminals only voltage-free!

The rear protective earth terminal **B7** must always be connected to the whole system's protective earth potential. Use a wire with at least 10 mm² (AWG8) cross-section.

Do NOT connect several source-sinks in series to increase the maximum output voltage!

Zum Anschluss des Prüflings nur Kabel mit ausreichendem Querschnitt sowie ausreichender Spannungsfestigkeit benutzen! Mögliche hohe Ströme, die im Fehlerfall der Quelle-Senke oder des Prüflings auftreten können, beachten!

Schließen Sie eine Sicherung, die Ihrer Anwendung entspricht, in den Ausgangskreis!

Im CC-, CR-, und CP-Betrieb bestimmt das Vorzeichen von Einstellwerten die Stromflussrichtung!

Wenn der Prüfling korrekt gepolt an die Quelle-Senke angeschlossen ist, bewirken positive Einstellwerte einen Stromfluss aus der Quelle-Senke (Quellenstrom), negative Werte einen Stromfluss in die Quelle-Senke (Senkenstrom).

Falsche Einstellwerte können den Prüfling beschädigen, zerstören oder sogar zur Explosion bringen!

Only choose cables with sufficient diameter and electric strength for connecting the DUT. Be aware of possible high currents that may occur in the event of a fault in the source-sink or DUT.

Connect a fuse suitable for your application into the output circuit!

In CC, CR and CP mode, the sign of the setting values determines the current flow direction!

If the DUT is connected to the source-sink with correct polarity, positive setting values cause a current flow out of the source-sink (source current), negative values a current flow into the source-sink (sink current).

Incorrect setting values can damage or destroy the DUT or even cause it to explode!




Abbildung 2.3: Stromrichtungen bei positiven und negativen Einstellwerten
Figure 2.3: Current directions with positive or negative setting values

2.3.2 Ausgangs- und Sense-Leitungen anschließen

Der Prüfling wird über Flachkupferschienen bzw. über Polklemmen **B5** und **B9** an der Geräterückseite angeschlossen. Die mit "Output" bezeichneten Anschlüsse sind dabei die stromführenden Ausgänge.

Die mit "Sense" bezeichneten Klemmen **B6** und **B8** sind Eingänge zur Spannungsmessung direkt am Prüfling. Werden die Sense-Anschlüsse nicht beschaltet, misst die Quelle-Senke über interne PTC-Widerstände automatisch die Spannung am Ausgang.

2.3.2 Connecting Output and Sense Lines

The device under test is connected via flat copper bars or binding post terminals **B5** and **B9** on the rear panel. The terminals marked "Output" are the current-carrying outputs.

The terminals labeled with "Sense" **B6** and **B8** are inputs for voltage measurement directly at the device under test. If the sense terminals are not connected, the source-sink automatically measures the voltage at the output terminals via internal PTC resistors.



Die in den technischen Daten angegebenen Genauigkeiten für die Spannungsmessung gelten nur bei angeschlossenen Sense-Leitungen.

Verdrillen Sie die stromführenden Leitungen miteinander, um deren Induktivität zu minimieren. Verdrillen Sie auch die Sense-Leitungen miteinander, jedoch getrennt von den stromführenden Leitungen, um Einkopplungen zu vermeiden (siehe Abbildung 2.4).

Die Leitungen sollten eine Länge von 3 Metern nicht überschreiten.

2.3.3 Anschlussbeispiel



The voltage measurement accuracies specified in the technical data only apply when the sense lines are connected.

Twist the current-carrying lines to minimize the inductance. Twist also the sense lines, but do NOT twist the sense lines with the current-carrying lines to prevent coupling (see Figure 2.4).

The lines should not be longer than 3 meters.

2.3.3 Wiring Example




Abbildung 2.4: Anschlussbeispiel für Sense und Ausgang
Figure 2.4: Wiring example for sense and output

2.3.4 Zulässige Spannungen an den Geräteanschlüssen

2.3.4 Permissible Voltages at the Device Terminals




Abbildung 2.5: Zulässige Spannungen
Figure 2.5: Admissible voltages



Die maximal erlaubten Potentiale/Spannungen sind in den technischen Daten angegeben. Sie dürfen nicht überschritten werden, auch nicht im Fehlerfall!

Potential an den Datenschnittstellen:

Alle Datenschnittstellen (USB, RS-232, LAN, CAN und GPIB) sind mit dem Schutzleiter-Anschluss verbunden.



Schutzleiteranschluss:

Der rückseitige Schutzleiter-Anschluss **B7** muss immer mit der Schutzterde des Gesamtsystems verbunden sein. Dazu eine Anschlussleitung von mindestens 10 mm² (AWG8) verwenden!

2.3.5 Montage der Sicherheitsabdeckung

Für Modelle mit Flachkupferschienen als Ausgang wird als Berührungsschutz eine Sicherheitsabdeckung mitgeliefert, die vor der Inbetriebnahme des Gerätes anzubringen ist. Alle Sicherheitsabdeckungen sind bei H&H nachbestellbar.



The maximum permissible potentials/voltages are defined in the technical data. These voltages must not be exceeded, even not in an error case!

Potential at the Data Interfaces:

All data interfaces (USB, RS-232, Ethernet, CAN and GPIB) are connected to the protective earth terminal.

Protective earth Terminal:

The rear protective earth terminal **B7** must always be connected to the whole system's protective earth potential. Use a wire with at least 10 mm² (AWG8) cross-section.

2.3.5 Installing the Safety Cover

Models with flat copper bars output are delivered with a safety cover serving as touch protection. Mount this safety cover over the output bars before bringing the device into operation. All safety covers can be reordered from H&H.




Abbildung 2.6: Zubehör Sicherheitsabdeckung
Figure 2.6: Accessories safety cover

Zubehör Abdeckung:

- 1 1 St. Abdeckhaube
- 2 2 St. Ausgangskabel mit Kabelschuh (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)
- 3 Anschluss für Schutzleiter
- 4 1 St. Bodenplatte
- 5 4 St. Torx-Schraube FTM4x8 (DIN 7380) mit Kontaktscheibe (beigelegt)
- 6 1 St. Abdeckblende
- 7 2 St. Abdeckschieber
- 8 2 St. Torx-Schraube LTM4x16 (DIN 7985) mit Federring und Beilagscheibe

Montage:

1. Quelle-Senke von allen Kabeln und Leitungen trennen!
2. Falls an den Markierungen in Abbildung 2.7 Schrauben sitzen, diese von der Rückwand lösen und entsorgen.

Cover accessories:

- 1 1 pc. cover
- 2 2 pc. output cable with cable lug (not included in standard delivery)
- 3 protective earth terminal
- 4 1 pc. bottom panel
- 5 4 pc. torx screws FTM4x8 (DIN 7380) with contact washer (loosely enclosed)
- 6 1 pc. cover panel
- 7 2 pc. cover sliders
- 8 2 pc. torx screws LTM4x16 (DIN 7985) with spring washer and washer

Mounting:

1. Disconnect the source-sink from all cables and wires.
2. If there are screws at the markings in Figure 2.7, loosen them from the rear panel and dispose them.




Abbildung 2.7: Zu entfernende Schrauben bei Montage der Sicherheitsabdeckung
Figure 2.7: Screws to remove when mounting safety cover

3. Ausgangskabel entsprechend Abbildung 2.6 und Abbildung 2.8 mit dem an den Stromschienen befindlichen Schraubmaterial an die Stromschienen anschließen. Gegebenenfalls die Sense-Leitungen an Sense-Eingänge anschließen.
4. Abdeckblende **6** und Abdeckschieber **7** von der vormontierten Abdeckung abschrauben.
5. Abdeckung (Haube **1** mit Bodenplatte **3**) von hinten über die Ausgangskabel und über den Anschlussblock stülpen. Abdeckung mit den 4 mitgelieferten Torxschrauben **5** mit den in Abbildung 2.7 gezeigten Stellen verschrauben.
6. Abdeckblende **6** und -schieber **7** wie in Abbildung 2.10 an der Rückseite der Abdeckung festschrauben, so dass diese die Kabel so eng wie möglich umschließen.
7. Schutzleiteranschluss **3** mit der Schutz Erde des Gesamtsystems verbinden. Schrauben- und Scheibenanordnung laut Abbildung 2.9 einhalten!

3. Connect the output cables to the power bars as shown in Figure 2.6 and Figure 2.8 using the screw material available at the power bars. If required, connect the sense wires to the sense inputs.
4. Unscrew cover panel **6** and cover sliders **7** from the preassembled cover.
5. Slip the cover (cover **1** with bottom panel **3**) over the output cables and the connection block from behind. Fasten the cover with the 4 supplied Torx screws **5** at the points shown in Figure 2.7.
6. Screw the cover panel **6** and slider **7** to the rear of the cover as shown in Figure 2.10 so that they enclose the cables as closely as possible.
7. Connect protective earth terminal **3** to the system's protective earth. Observe the screw and washer arrangement according to Figure 2.9!




Abbildung 2.8: Anordnung der Schrauben und Scheiben an der Stromschiene
Figure 2.8: Sequence of screws and washers at output terminal

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Schraubengewinde |
| 2 | Mutter |
| 3 | Federring |
| 4 | Beilagscheibe |
| 5 | Stromschiene |
| 6 | Kabelschuh |
| 7 | Beilagscheibe |
| 8 | Schraubenkopf |

- | | |
|---|---------------|
| 1 | screw thread |
| 2 | nut |
| 3 | spring washer |
| 4 | washer |
| 5 | power bar |
| 6 | cable lug |
| 7 | washer |
| 8 | screw head |




Abbildung 2.9: Anordnung der Muttern und Scheiben am Schutzleiteranschluss der Sicherheitsabdeckung
Figure 2.9: Sequence of nuts and washers at protective earth terminal of safety cover

- | | |
|----|----------------------|
| 1 | Schraubenkopf |
| 2 | Federring |
| 3 | Seitenteil Abdeckung |
| 4 | Federring |
| 5 | Mutter |
| 6 | Beilagscheibe |
| 7 | Kabelschuh |
| 8 | Beilagscheibe |
| 9 | Federring |
| 10 | Mutter |
| 11 | Schraubengewinde |

- | | |
|----|--------------------|
| 1 | screw head |
| 2 | spring washer |
| 3 | side part of cover |
| 4 | spring washer |
| 5 | nut |
| 6 | washer |
| 7 | cable lug |
| 8 | washer |
| 9 | spring washer |
| 10 | nut |
| 11 | screw thread |




Abbildung 2.10: Montierte Sicherheitsabdeckung
Figure 2.10: Mounted safety cover

2.4 Betriebsbereich

2.4 Operating Range




Abbildung 2.11: Betriebsbereich 2-Quadranten- (links) und 4-Quadrantengeräte
Figure 2.11: Operating range 2-quadrant (left) and 4-quadrant devices

Der Betriebsbereich des Gerätes wird durch die minimale und maximale Spannung V_{min} und V_{max} sowie den minimalen und maximalen Strom I_{min} und I_{max} bestimmt. Die zutreffenden Grenzwerte sind den technischen Daten zu entnehmen:

V_{max} : Geräteinformation -> Maximal positive Spannung
 V_{min} : Geräteinformation -> Maximal negative Spannung
 I_{max} : Geräteinformation -> Maximal positiver Strom

The operating range of the device depends on the minimum and maximum voltage V_{min} and V_{max} and the minimum and maximum current I_{min} and I_{max} . The corresponding values are specified in the technical data:

V_{max} : Device information -> Maximum positive voltage
 V_{min} : Device information -> Maximum negative voltage
 I_{max} : Device information -> Maximum positive current

Imin: Geräteinformation -> Maximal negativer Strom

2.5 Schutzfunktionen und Meldungen

Begrenzungen

Bei aktiver Spannungsregelung wird der Eingangs- bzw. Ausgangsstrom durch eine einstellbare, obere und untere Strombegrenzung, bei aktiver Strom-, Leistungs- oder Widerstandsregelung wird die Eingangs- bzw. Ausgangsspannung durch eine einstellbare, obere und untere Spannungsbegrenzung limitiert.

Ist der Status LP (Low Protection) aktiv, so wird der Strom oder die Spannung in negative Richtung begrenzt.

Ist der Status HP (High Protection) aktiv, so wird der Strom oder die Spannung in positive Richtung begrenzt.

Der Status LP und HP wird in der Statusleiste (siehe 3.2 Aufbau des Touchscreens) der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Überspannungsanzeige

Ist der Betrag der Spannung an den Ausgangsanschlüssen höher als 105 % der maximal zulässigen Spannung V_{max} bzw. V_{min} , wird der Status OV (Overvoltage) aktiv.

Der Status OV wird in der Statusleiste (siehe 3.2 Aufbau des Touchscreens) der Benutzerschnittstelle angezeigt. Zusätzlich wird eine Warnung eingeblendet, die zur Reduzierung der Ausgangsspannung auffordert.



Überspannung verursacht einen Kurzschluss ohne jegliche Strombegrenzung und kann deshalb das Gerät beschädigen. Die Spannung an den Ausgangsanschlüssen darf nie höher als V_{max} und nie negativer als V_{min} sein, auch nicht kurzfristig!

Schäden an der Quelle-Senke, die durch Überspannung hervorgerufen wurden, unterliegen nicht der Gewährleistung!

Übertemperaturschutz

Zum Schutz der eingebauten Leistungstristoren befindet sich auf der Endstufe ein Temperatursensor, der laufend die Temperatur misst. Überschreitet die Temperatur den zulässigen Maximalwert, so wird der Stromfluss unterbrochen und der Status OTP aktiv. Nach Abkühlen der Endstufe wird der Stromfluss wieder hergestellt und Status OTP inaktiv.

Imin: Device information -> Maximum negative current

2.5 Protections and Messages

Protections

With active voltage control, the input or output current is limited by a high and low current protection, with active current, power or resistance control, the input or output voltage is limited by a high and low voltage protection.

If the LP (Low Protection) status is active, the current or voltage is limited in negative direction.

If the HP (High Protection) status is active, the current or voltage is limited in positive direction.

Status LP and HP is displayed in the status bar (see 3.2 Structure of the Touchscreen) of the user interface.

Overvoltage Indication

If the voltage magnitude at the output terminals is higher than 105 % of the maximum permissible voltage V_{max} or V_{min} , respectively, OV status becomes active.

Status OV is displayed in the status bar (see 3.2 Structure of the Touchscreen) of the user interface. Additionally, a warning is displayed that prompts you to reduce the output voltage.



Overvoltage causes a short circuit without any current limitation and can therefore damage the device. The voltage at the output terminals may never be higher than V_{max} nor more negative than V_{min} , also not for a short time!

Damages caused by overvoltage are not covered by warranty!

Overtemperature Protection

To protect the power stage of the source-sink a temperature sensor is provided which permanently monitors the temperature. If the temperature exceeds the permissible maximum, the current will be turned off and status OTP becomes active. After the power stage has cooled down, the current is automatically turned on again and status OTP becomes inactive.

Die Status OTP wird in der Statusleiste (siehe 3.2 Aufbau des Touchscreens) der Benutzerschnittstelle angezeigt.

2.6 Einschalten des Gerätes

Ist das Gerät ordnungsgemäß aufgestellt, an **B7** mit der Schutz Erde verbunden und über **B1** an das erforderliche Spannungsnetz angeschlossen, können Sie es mit dem Schalter **A4** einschalten. Während der Initialisierung des Geräts werden das H&H Logo sowie die technischen Daten des Geräts angezeigt.

Die Einstellungen nach dem Einschalten sind identisch mit den Einstellungen nach einem Reset, sofern nach dem Einschalten keine anwender-spezifischen Einstellungen einer Speicherposition geladen werden (siehe 4.24 Geräteeinstellungen speichern und laden).

Kontrollieren Sie bei der Inbetriebnahme Datum und Uhrzeit der Quelle-Senke und passen Sie beide gegebenenfalls in dem folgenden Dialog an:

Main Menu -> Configuration -> Time and Date

Status OTP is displayed in the status bar (see 3.2 Structure of the Touchscreen) of the user interface.

2.6 Powering the Device On

When the source-sink is set up properly, connected to the protective earth by **B7** and to the mains by **B1** it can be switched on by pressing switch **A4**. During the initialization of the device, the H&H logo and the technical data of the device are displayed.

The settings after power-on are identical with the settings after a reset, provided that no user-specific settings of a memory position are loaded after power-on (see 4.24 Save and Recall Device Settings).

Check time and date when putting the device into operation and adjust both in the following dialog if necessary:

Main Menu -> Configuration -> Time and Date

3 Grundlagen der lokalen Bedienung

3.1 Bedienelemente




Abbildung 3.1: Bedienelemente an der Vorderseite
Figure 3.1: Control elements at the front panel

- A1 Touchscreen
- A2 Schalter für Ausgang ein/aus
- A3 Drehgeber für Einstellungen
- A4 Netzschalter
- A5 USB Host-Buchse

3.1.1 Touchscreen

Der grafische Touchscreen **A1** ist das Kernelement der Benutzerschnittstelle und dient der einfachen Bedienung des Geräts. Es zeigt verschiedene Haupt-, Menü- und Dialogfenster an und erlaubt Benutzereingaben durch grafische Bedienelemente.

3.1.2 Taste „Output“

Die "Output"-Taste **A2** dient zum Aktivieren oder Deaktivieren des Ausgangs. Der Aktivierungszustand des Ausgangs wechselt mit jedem Tastendruck zwischen den Zuständen „ein“ (ON) und „aus“ (OFF).

3 Basics of Local Operation

3.1 Control Elements

- A1 Touchscreen
- A2 Key for output on/off
- A3 Encoder for settings
- A4 Mains switch
- A5 USB host socket

3.1.1 Touchscreen

The graphical touchscreen **A1** is the core element of the user interface and is used for easy device operation. It shows the different main windows, menus and dialog windows and allows user input via graphical control widgets.

3.1.2 Key "Output"

The "Output" key **A2** is used to activate or deactivate the output. The activation state of the output toggles with each keystroke between "ON" and "OFF".

3.1.3 Drehgeber „Setting“

Der Drehgeber **A3** dient zum Ändern von Zahlenwerten in Eingabefeldern. Drehen im Uhrzeigersinn inkrementiert die mit einem blinkenden Cursor markierte Dezimalstelle. Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn dekrementiert die Dezimalstelle. Das Drücken des Drehgebers verschiebt den blinkenden Cursor um eine Dezimalstelle nach links.

3.1.4 Netzschalter

Mit dem Netzschalter **A4** schalten Sie die Quelle-Senke ein und aus. "On" kennzeichnet den eingeschalteten Zustand, "Off" den ausgeschalteten.

3.1.5 USB-Buchse

3.1.5.1 USB-Stick

An die USB-Buchse **A5** (USB Embedded Host-Schnittstelle) können FAT16- und FAT32-formatierte USB-Sticks (Mass Storage Devices) angeschlossen werden. Ein angeschlossener und vollständig enumerierter USB-Stick wird durch ein USB-Symbol in der Statusleiste gezeigt.

Die USB-Schnittstelle wird für folgende Funktionen verwendet:

- Aufzeichnen von Messdaten
- Export von Messdaten aus dem internen Speicher
- Import und Export von Einstellungen
- Aktualisieren der Firmware



Folgende USB-Sticks wurden getestet:

- Intenso Alu Line USB 2.0, 4 GB
- Intenso Alu Line USB 2.0, 32 GB
- Intenso Speed Line USB 3.0, 8 GB
- Intenso Ultra Line USB 3.0, 32 GB
- Sandisk Ultra USB 3.0, 64 GB
- Transcend Jetflash 700 USB 3.1, 64 GB
- Verbatim Onestripe USB 3.0, 128 GB

3.1.3 Rotary Encoder "Setting"

The rotary encoder **A3** is used to change numerical values in edit widgets. Turn clockwise to increase the decimal digit marked by a blinking cursor. Turning counterclockwise decrements the decimal digit. Pressing the rotary encoder moves the blinking cursor one decimal place to the left.

3.1.4 Mains Switch

Use the mains switch **A4** to switch the source-sink on and off. "On" indicates the switched-on state, "Off" indicates the switched-off state.

3.1.5 USB Socket

3.1.5.1 USB Flash Drive

The USB socket **A5** (USB embedded host interface) is used to communicate with FAT16 and FAT32 formatted USB flash drives (mass storage devices). A connected and properly enumerated USB flash drive is indicated by a USB symbol in the status bar.

The USB interface is used for the following functions:

- logging measurement data
- exporting measurement data from internal memory
- importing and exporting settings
- updating the firmware



The following USB flash drives were tested:

- Intenso Alu Line USB 2.0, 4 GB
- Intenso Alu Line USB 2.0, 32 GB
- Intenso Speed Line USB 3.0, 8 GB
- Intenso Ultra Line USB 3.0, 32 GB
- Sandisk Ultra USB 3.0, 64 GB
- Transcend Jetflash 700 USB 3.1, 64 GB
- Verbatim Onestripe USB 3.0, 128 GB



Nur FAT16- und FAT32-formatierte USB-Sticks können verwendet werden. exFat- und NTSF-formatierte USB-Sticks sind nicht kompatibel. Windows bietet ab 64 GB USB-Sticks nur noch die Möglichkeit NTFS und exFAT zu formatieren. Verwenden Sie daher ein geeignetes Formatierungs-Tool.

Grundsätzlich sollten auch andere USB-Sticks kompatibel sein, jedoch kann H&H dies nicht garantieren.

3.1.5.2 USB-Maus

Zur einfacheren Bedienung des Geräts im Laborbetrieb kann an die USB-Buchse **A5** (USB Embedded Host-Schnittstelle) eine kabelgebundene Standard-Maus angeschlossen werden. Die Betätigung der linken Maustaste entspricht dabei einem normalen Touch Event. Wenn ein Eingabefeld (s. 3.5.3) fokussiert ist, kann die markierte Dezimalstelle mit Hilfe des Mausekkrads verändert werden. Durch Drücken des Mausekkrads wird der blinkende Cursor eine Stelle nach links verschoben. Das Mausekkrad hat somit die gleiche Funktion wie der Drehgeber „Setting“ (s. 3.1.3).



Bei der Verwendung einer Maus kann kein USB-Stick mehr angeschlossen werden. Die USB-Schnittstelle unterstützt keinen USB-Hub.

3.1.6 Summer

Der Summer dient zur akustischen Signalisierung

- eines Fehlerereignisses (für jedes Ereignis wird ein kurzer Piepton erzeugt)
- eines Alarms bei kritischen Systemzuständen (teilweise einstellbar)
- einer Drehgebereingabe (einstellbar)

Only FAT16 and FAT32 formatted USB flash drives can be used. exFat and NTSF formatted USB flash drives are not compatible. Windows only offers the possibility to format NTFS and exFAT on 64 GB USB flash drives. Therefore use a suitable formatting tool.

Other USB flash drives should also be compatible, but H&H cannot guarantee this.

3.1.5.2 USB Mouse

For easier operation of the device in laboratory environments, a wired standard mouse can be connected to the USB socket **A5** (USB embedded host interface). Pressing the left mouse button corresponds to a normal touch event. If an Edit Widget (see 3.5.3) is focused, the marked decimal place can be changed with the mouse wheel. Pressing the mouse wheel moves the blinking cursor one position to the left. The mouse wheel thus has the same function as the Rotary Encoder “Setting” (see 3.1.3).



When using a mouse, it is no longer possible to connect a USB flash drive. The USB interface does not support a USB hub.

3.1.6 Buzzer

The buzzer is used for acoustic signalling of

- an error event (a short beep is generated for each event)
- an alarm for critical system states (partially adjustable)
- an encoder input (adjustable)

3.2 Aufbau des Touchscreens

Der Touchscreen dient zur Interaktion des Benutzers mit dem Gerät und gliedert sich in drei Bereiche.




Abbildung 3.2: Gliederung des Touchscreen
Figure 3.2: Touchscreen division

- 1: Hauptbereich
- 2: Rechte Seitenleiste
- 3: Statusleiste

Außerdem werden auf dem Touchscreen bei spezifischen Ereignissen Pop-Up-Fenster eingeblendet, um dem Benutzer zusätzliche Informationen zukommen zu lassen. Eine detaillierte Beschreibung dieser einzelnen Pop-Up-Fenster finden Sie im Kapitel 3.6 Pop-up-Fenster.

3.2.1 Hauptbereich

In diesem Bereich werden die verschiedenen Haupt-, Menü- und Dialogfenster angezeigt.

3.2 Structure of the Touchscreen

The touchscreen serves for the interaction with the user and is divided into three sections.

- 1: main section
- 2: right sidebar
- 3: status bar

In addition, pop-up windows are displayed on the touch screen for specific events to provide the user with additional information. A detailed description of these pop-up windows can be found in the chapter 3.6 Pop-Up Windows.

3.2.1 Main Section

This section displays the various main, menu and dialog windows.

3.2.1.1 Hauptfenster

3.2.1.1 Main Window




Abbildung 3.3: Hauptfenster
Figure 3.3: Main window

Das Hauptfenster stellt je nach gewählter Ansicht unterschiedliche Messwerte dar und erlaubt die Änderung von wichtigen Sollwerten, die sofort wirksam werden.

Das Hauptfenster wird nach der Initialisierung der Quelle-Senke angezeigt und kann in einem Menü- oder Dialogfenster durch Drücken der folgenden Schaltfläche aktiviert werden:



Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Ansichten finden Sie im Kapitel 3.3 Hauptansichten.

Depending on the view selected, the main window displays different measurement values and allows important setting values to be changed, which take effect immediately.

The main window is displayed after initialization of the source-sink and can be activated in a menu or dialog window by pressing the following button:



A detailed description of the individual views can be found in the chapter 3.3 Main Views.

3.2.1.2 Menüfenster

3.2.1.2 Menu Window




Abbildung 3.4: Menüfenster
Figure 3.4: Menu window

Ein Menüfenster ermöglicht das Öffnen eines weiteren Menü- oder Dialogfensters. Jedes Menüfenster enthält Menü-Einträge in Form von Symbolen, die per Berührung über den Touchscreen auswählbar sind. Wenn mehr als acht Menüeinträge vorhanden sind, kann das Menü mit vertikalen Wischbewegungen gescrollt werden.

Durch Drücken der Schaltfläche "Esc" wird das aktuelle Menüfenster geschlossen und in das vorherige Menü- oder Hauptfenster gewechselt.

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Menüeinträge finden Sie im Kapitel 3.7 Menüstrukturplan.

A menu window allows to open another menu or dialog window. Each menu window contains menu items in the form of icons that can be selected by touching them on the touchscreen. If there are more than eight menu items, the menu can be scrolled with vertical swipe movements.

Pressing the "Esc" button closes the current menu window and switches to the previous menu or main window.

A detailed description of the individual menu items can be found in the chapter 3.7 Menu Structure.

3.2.1.3 Dialogfenster

3.2.1.3 Dialog Window




Abbildung 3.5: Dialogfenster
Figure 3.5: Dialog screen

Dialogfenster ermöglichen das Betrachten und Anpassen von Einstellungen für Funktionen mittels verschiedenen grafischen Bedienelementen.

Mit Hilfe der Schaltflächen "OK" oder "Esc" wird das Dialogfenster verlassen. "OK" übernimmt dabei die Änderungen, während "Esc" die Änderungen verwirft.

Eine detaillierte Beschreibung der grafischen Bedienelemente finden Sie im Kapitel 3.5 Grafische Bedienelemente.

Dialog windows allow you to view and adjust setting values for functions using various graphical control elements.

The dialog window is exited using the "OK" or "Esc" buttons. "OK" accepts the changes, while "Esc" rejects the changes.

A detailed description of the graphical control elements can be found in the chapter 3.5 Graphical Control Elements.

3.2.2 Rechte Seitenleiste

3.2.2 Right Sidebar



Abbildung 3.4: Rechte Seitenleiste
Figure 3.4: Right sidebar

In dieser Leiste werden wichtige Schaltflächen für die Navigation und Schnellbedienung angezeigt (z.B. Menü, virtuelle Tastatur usw.).

This sidebar displays important buttons for navigation and quick device operation (e. g. menu, virtual keypad etc.).

Die Symbole der Seitenleiste sind im Kapitel 3.4 Grafische Bedienelemente für die Navigation beschrieben.

The symbols of this sidebar are described in the chapter 3.4 Graphical Control Elements for Navigation.

3.2.3 Statusleiste

3.2.3 Status Bar



Abbildung 3.6: Statusleiste
Figure 3.6: Status bar

In dieser Leiste werden Betriebszustände und Statussignale unabhängig von Menü- und Dialogfenstern angezeigt. Beispiele:

- Ansteuerquelle (Local, RS-232, USB, CAN, LAN, GPIB)
- Aktivierungszustände des Ausgangs (Off, On)
- Betriebsart des Ausgangs (DC, AC)
- Betriebsart der Regelung (CC, CR, CP, CV)
- Regelgeschwindigkeit (Fast, Slow)
- Aktivierungszustand der externen Steuerung
- Operation, Questionable, Function und Service Status
- Fehlerstatus (ERR)
- Steuerung einer Funktion durch das UI ()
- Aktivierte Tastensperre (oder)
- Enumerierter USB-Stick ()

Eine detaillierte Beschreibung der angezeigten Statussignale findet man im Abschnitt 5.10.18 STATUS-Subsystem.



Durch Antippen der Statusleiste öffnet sich das Statusfenster, in dem alle aktiven Statussignale in einer Tabelle aufgelistet sind (siehe 3.6.7 Statusübersicht).

3.3 Hauptansichten

Die Hauptansichten liefern einen Überblick über wichtige Messwerte und deren Verlauf und erlauben die Anpassung von Sollwerten.

In this bar, operation states and status signals are displayed independent of menu and dialog windows. Examples:

- control source (Local, RS-232, USB, CAN, LAN, GPIB)
- activation state of the output (Off, On)
- operation mode of the output (DC, AC)
- operating mode of regulation (CC, CR, CP, CV)
- regulation speed (fast, slow)
- activation status of the external control
- operation, questionable, function and service status
- error status (ERR)
- control of a function by the UI ()
- activated key lock (or)
- enumerated USB flash drive ()

A detailed description of the displayed status signals can be found in the section 5.10.18 STATUS Subsystem.



By touching the status bar, the status window opens, in which all active status signals are listed in a table (see 3.6.7 Status Overview).

3.3 Main Views

The main views provide an overview of important measurement values and their history and allow the adaption of setting values.

3.3.1 Hauptansicht mit numerischen Messwerten

3.3.1 Main View with Numeric Measurement Values




Abbildung 3.7: Hauptansicht
Figure 3.7: Main View

In dieser Hauptansicht werden folgende Messwerte angezeigt:

- Ausgangsspannung (in Volt)
- Ausgangsstrom (in Ampere)
- Ausgangswiderstand (in Ohm)
- Ausgangsleistung (in Watt)

Außerdem können hier der Sollwert für die Regelung und die Strombegrenzung während des Betriebs verändert werden. Änderungen dieser Werte werden unmittelbar übernommen.

In this main view, the following measurement values are displayed:

- input voltage (in volts)
- input current (in amps)
- input resistance (in ohms)
- input power (in watts)

Furthermore, the setting values for the regulation and current protection can be changed here during the operation. The changes to these values are applied immediately.

3.3.2 Hauptansicht Yt-Graph

3.3.2 Main View Yt Graph




Abbildung 3.8: Zeitlicher Verlauf von U und I bei ausgeführter Liste
 Figure 3.8: Temporal course of V and I during list execution

In dieser Hauptansicht wird der zeitliche Verlauf von gemessenen Strom-, Spannungs- und Leistungssignalen dargestellt. Die einzelnen Signale können mit Hilfe von Markierungsfeldern angezeigt oder ausgeblendet werden. Unter den Markierungsfeldern werden die aktuellen Messwerte und die vertikale Auflösung der Messsignale angezeigt. Die zeitliche Auflösung und die Auflösungen der einzelnen Messsignale können im Dialogfenster Main Menu -> Settings -> Yt graph settings verändert werden. Außerdem kann mit dem Pause-Icon in der rechten oberen Ecke die Aktualisierung dieser Anzeige pausiert werden. Ein erneutes Drücken dieser Taste reaktiviert die Aktualisierung der Anzeige.

In this main view, the temporal course of measured current, voltage and power signals is displayed. The individual signals can be displayed or hidden using checkboxes. The measurement values and the vertical resolution of the measurement signals are displayed below the checkboxes. The temporal resolution and the resolutions of the individual measurement signals can be changed in the dialog window Main Menu -> Settings -> Yt graph settings. Furthermore the updating of this view can be paused with the "Pause" icon in the upper right corner. Pressing this key again reactivates the display update.

3.3.3 Funktionsspezifische Hauptansichten

3.3.3 Function-Specific Main Views

Für wichtige Funktionen stehen funktionsspezifische Hauptansichten zur Verfügung, die bei aktivierter Funktion wichtige Mess- und Statuswerte anzeigen sowie die Änderung wichtiger Sollwerte erlauben. Änderungen dieser Werte werden unmittelbar übernommen.

Abhängig von der Funktion kann deren Ausführung mit der Shortcut-Kombination S+ -> Start gestartet und mit S+ -> Stop beendet werden (siehe 3.4.7 Symbol für Shortcut-Auswahl).

Function-specific main views are available for important functions, which display important measurement and status values and allow important setting values to be changed when the function is activated. The changes of these values are applied immediately.

Depending on the function, its execution can be started with the shortcut combination S+ -> Start and ended with S+ -> Stop (see 3.4.7 Shortcut Icon).

3.4 Grafische Bedienelemente für die Navigation

Grafische Bedienelemente für die Navigation werden abhängig vom angezeigten Fenster im Hauptbereich in der rechten Seitenleiste angezeigt. Sie ermöglichen die Navigation zwischen Haupt-, Menü- und Dialogfenstern.

3.4.1 Symbol für Hauptmenü

Dieses Symbol wird bei aktiven Hauptfenstern eingeblendet und ermöglicht das Öffnen des Hauptmenüs.

3.4.2 Symbol für Hauptfenster

Dieses Symbol wird mit den meisten Menü- und Dialogfenstern angezeigt. Es erlaubt den direkten Wechsel in das Hauptfenster. Änderungen in Dialogfenstern werden dabei verworfen.

3.4.3 Symbol für Hauptansicht

Dieses Blättern-Symbol wird angezeigt, wenn verschiedene Ansichten im Hauptfenster vorhanden sind und eine Umschaltung möglich ist (siehe 3.3 Hauptansichten).

3.4.4 Symbol für virtuelle Tastatur

Dieses Symbol wird immer dann eingeblendet, wenn sich ein Eingabefeld im Bearbeitungsmodus befindet. Es erlaubt die direkte Eingabe eines Dezimalwerts.

3.4 Graphical Control Elements for Navigation

Graphical control elements for navigation are displayed in the right sidebar depending on the window displayed in the main area. They allow you to navigate between the main, menu, and dialog windows.

3.4.1 Main Menu Icon

This icon is displayed with active main windows and allows to open the main menu.

3.4.2 Main Screen Icon

This icon is displayed with most menu and dialog windows and allows to switch directly to the main window. Changes in dialog windows are discarded.

3.4.3 Main View Icon

This page turn icon is displayed if several main views are available and a switch of these views is possible (see 3.3 Main Views).

3.4.4 Virtual Keypad Icon

This icon is displayed whenever a numeric edit widget is in editing mode. It allows the direct input of a decimal value. The virtual keypad also opens by double-touching the edit widget.



3.4.5 OK-Symbol

Dieses Symbol wird hauptsächlich mit Dialogfenstern angezeigt, in denen Änderungen an Sollwerten möglich sind. Nach dem Drücken dieses Symbols werden die Änderungen übernommen und das vorherige Fenster angezeigt.

3.4.6 Esc-Symbol

Dieses Symbol wird hauptsächlich mit Menü- und Dialogfenstern angezeigt und dient zum Verlassen des Fensters. Änderungen in Dialogfenstern werden verworfen.

3.4.7 Symbol für Shortcut-Auswahl





Abbildung 3.9: Shortcut-Symbol (links) und Shortcut-Liste
Figure 3.9: Shortcut symbol (left) and shortcut list

Das Shortcut-Symbol wird mit Haupt-, Menü- und Dialogfenstern angezeigt. Es öffnet ein Fenster, welches das schnelle Auswählen wichtiger Funktionen und Dialogfenster ermöglicht.

- Anzeige der Einträge im Fehlerspeicher
- Anzeige der Hilfe für das aktuelle Dialog- oder Menüfenster
- Tastensperre für die lokale Bedienung
- Wechsel zur lokalen Bedienung
- Aufruf des Untermenüs "Function"
- Starten einer vorkonfigurierten Funktion

3.4.5 OK Icon

This icon is mainly displayed with dialog windows in which changes to setting values are possible. After pressing this icon, the changes are applied and the previous window is displayed.

3.4.6 Esc Icon

This icon is mainly displayed with menu and dialog windows and is used to exit the currently displayed window. Changes in dialog windows are discarded.

3.4.7 Shortcut Icon

The shortcut icon is displayed with main, menu and dialog windows. It opens a window with shortcuts that allows to quickly select important functions and dialog windows.

- Display of error queue entries
- Display help for the current dialog or menu window
- Keylock for local operation
- Change to local operation mode
- Calling the "Function" submenu
- Starting a previously configured function

- Stoppen einer laufenden Funktion
- Laden oder Speichern von Einstellungen
- Aufruf des Untermenüs „Mode“
- Erzeugung eines Screenshots

- Stopping a running function
- Loading or saving of settings
- Calling the “Mode” submenu
- Creation of a screenshot

3.5 Grafische Bedienelemente für Ein- und Ausgabe

Grafische Bedienelemente für die Ein- und Ausgabe kommen in den Haupt- und Dialogfenstern vor und werden für die Interaktion mit dem Gerät verwendet. Sie sind durch blaue Umrahmungen, blaue Bereiche im Symbol oder blaue Nuancen gekennzeichnet.

3.5 Graphical Control Elements for Input and Output

Graphical control elements for input and output appear in the main and dialog windows and are used for interaction with the device. They are identified by blue frames, blue sub-areas or blue nuances in a symbol.

3.5.1 Messwertanzeige

Die Messwertanzeige stellt einen formatierten Messwert dar. In den meisten Fällen wird hinter dem Wert das entsprechende Formelzeichen mit der Einheit angezeigt.

3.5.1 Measurement Widget

The measurement widget displays a formatted measurement value. In most cases, the corresponding symbol with the unit is displayed next to the value.

7.020 V

3.5.2 Graphanzeige

Die Graphanzeige dient zur optischen Darstellung eines Yt- oder XY-Diagramms. Es wird zum Beispiel dazu verwendet, den zeitlichen Verlauf eines Messsignals darzustellen. Im Output Mode AC werden Effektivwerte angezeigt.

3.5.2 Graph Widget

The graph widget is used for the optical representation of an Yt or XY diagram. For example, it is used to display the time course of a measurement signal. In output mode AC, RMS values are displayed.





Abbildung 3.10: Graphanzeige
Figure 3.10: Graph widget

3.5.3 Eingabefeld

3.5.3 Edit Widget



Dieses Element dient zur Eingabe bzw. Veränderung von numerischen Werten. Es wird durch einen eckigen blauen Rahmen mit einem Zahlenwert dargestellt. Das Eingabefeld kann auf zwei verschiedene Arten bedient werden.

Drehgeber:

Ein Eingabefeld kann durch Berührung in den Bearbeitungsmodus versetzt werden. Der Bearbeitungsmodus wird durch einen blinkenden Cursor an der berührten Dezimalstelle signalisiert. Durch Drehen des Drehgebers kann diese Dezimalstelle nun verändert werden. Bei einem Über- bzw. Unterlauf wird die benachbarte Dezimalstelle inkrementiert bzw. dekrementiert. Ein Drücken des Drehgebers schiebt den Cursor eine Dezimalstelle nach links. Nun kann der Wert dieser Stelle verändert werden, usw.

This element is used to enter or change numerical values. It is represented by an angular blue frame with a numerical value. The edit widget can be operated in two different ways.

Rotary encoder:

An edit widget can be set to editing mode by touching it. The editing mode is indicated by a blinking cursor at the decimal digit touched. This decimal digit can now be changed by turning the rotary encoder. In the event of an overflow or underflow, the adjacent decimal digit is incremented or decremented. Pressing the rotary encoder moves the cursor one digit to the left. Now the value of this digit can be changed, etc.




Abbildung 3.11: Tastenfeldsymbol und virtuelles Tastenfeld
Figure 3.11: Keypad icon and virtual keypad

Virtuelles Tastenfeld:

Wenn sich ein Eingabefeld im Bearbeitungsmodus befindet, wird in der rechten Leiste ein Tastenfeldsymbol eingeblendet. Das Berühren dieses Symbols öffnet die virtuelle Tastatur, durch die die Direkteingabe eines Dezimalwerts möglich ist. Mit der Schaltfläche "AC" wird die komplette Eingabe gelöscht. "OK" übernimmt die Eingabe, "Esc" verwirft die Eingabe.



Das virtuelle Tastenfeld kann auch mit einem „Doppel-Touch“ auf das entsprechende Eingabefeld aufgerufen werden.

Virtual keypad:

When an edit widget is in editing mode, a keypad icon appears on the right sidebar. Touching this icon opens the virtual keypad that can be used to enter a decimal value directly. With the button "AC" the complete input is deleted. "OK" accepts the input, "Esc" rejects it.



The virtual keypad can also be opened by "double-touching" on the corresponding edit widget.

3.5.4 Schaltfläche

Eine Schaltfläche wird durch Berührung bedient. Sie ist gekennzeichnet durch einen abgerundeten blauen Rahmen mit einem Text. Nach dem Loslassen der Schaltfläche wird die entsprechende Aktion ausgeführt.

3.5.5 Markierungsfeld

Das Markierungsfeld wird durch Berührung bedient. Dadurch wird der Haken, der den Zustand des Markierungsfeldes darstellt, ein- oder ausgeblendet.

3.5.6 Auswahlfeld

Das Auswahlfeld wird durch Berührung bedient. Es wird durch einen abgerundeten blauen Rahmen mit kleinem Dreieck gekennzeichnet. Nach dem Berühren des Auswahlfelds wird eine Auswahlliste mit vordefinierten Einträgen aufgeklappt. Wenn viele Einträge in der Auswahlliste sind, so kann die Liste per Wischgeste gescrollt werden. Der ausgewählte Listeneintrag hat eine blaue Schriftfarbe und ist mit einem blauen Rechteck markiert. Durch Drücken auf einen Eintrag wird dieser übernommen und die Auswahlliste klappt ein.

3.5.4 Button Widget



The button widget is operated by touch. It is marked by a rounded blue frame with text. After releasing the button, the corresponding action is executed.

3.5.5 Checkbox Widget

The checkbox widget is operated by touch. This causes the check mark, which represents the state of the checkbox to be shown or hidden.

3.5.6 Dropdown Widget

The dropdown widget is operated by touch. It is marked by a rounded blue frame and a small triangle. After touching the dropdown widget, a selection list with predefined entries is opened. If there are many entries in the selection list, the list can be scrolled by a swipe gesture. The selected list entry has a blue font color and is marked with a blue rectangle. By pressing on an entry it is taken over and the selection list collapses.



3.5.7 Schieberegler



Der Schieberegler kann durch Berührung, durch eine Wischgeste oder mit dem Drehgeber bedient werden.

3.5.7 Slider Widget

The slider widget can be operated by a touch, swipe gesture or by the rotary encoder.

3.5.8 Listenansicht




Die Listenansicht dient zur Anzeige von "read only"-Informationen. Die Listenansicht kann durch eine Wischgeste vertikal gescrollt werden.

3.5.8 Swipelist Widget

The swipelist widget is used to display "read only" information. The swipelist widget can be scrolled vertically by a swipe gesture.

3.5.9 Vereinfachte Listenansicht



Die vereinfachte Listenansicht dient zur Anzeige von "read only"-Informationen. Wenn viele Listeneinträge vorhanden sind, werden rechts neben der vereinfachten Listenansicht zwei Pfeile eingeblendet, die signalisieren, dass die Liste mit einer Wischgeste vertikal gescrollt werden kann.

3.5.9 Simplified Swipelist Widget

The simplified swipelist widget is used to display "read only" information. If there are many list entries, two arrows appear to the right hand side of the simplified swipelist widget in order to indicate that the list can be scrolled vertically by a swipe gesture.

3.5.10 Fortschrittsbalken

3.5.10 Progress Bar



Der Fortschrittsbalken dient zur optischen Anzeige des Verlaufs einer zeitlich begrenzten Aktion. Zusätzlich wird der prozentuale Fortschritt als Dezimalzahl auf dem Fortschrittsbalken dargestellt.

The progress bar is used to visually display the progress of a time-limited action. In addition, the percentage progress is displayed as a decimal number on the progress bar.

3.6 Pop-up-Fenster

3.6 Pop-Up Windows

Pop-up-Fenster werden über das aktuell angezeigte Haupt-, Menü- oder Dialogfenster geblendet. Sie werden verwendet, um dem Benutzer Informationen anzuzeigen (z.B. über Fehler) oder eine Aktion vom Benutzer bestätigen zu lassen.

Pop-up windows are displayed above the currently displayed main, menu or dialog window. They are used to display information for the user (e.g. about errors) or to have the user confirm an action.

3.6.1 Fehlerfenster

3.6.1 Error Window




Abbildung 3.12: Fehlerfenster
Figure 3.12: Error window

Dieses Fenster wird angezeigt, wenn ein unerwarteter Fehler oder ein Fehler während der lokalen Bedienung auftrat. Die Fehler werden in Klartext angezeigt.

Dieses Fenster kann durch Drücken der Schaltfläche "X" geschlossen werden.

This window is displayed if an unexpected error or an error during local operation occurred. The errors are displayed in plain text.

This window can be closed by pressing the "X" button.

3.6.2 Benachrichtigungsfenster

3.6.2 Notification Window




Abbildung 3.13: Benachrichtigungsfenster
Figure 3.13: Notification window

Dieses Fenster wird angezeigt, um den Benutzer über Ereignisse zu informieren, z.B. wenn ein USB-Stick erkannt wurde.

Das Fenster wird nach einer kurzen Anzeigedauer ausgeblendet oder kann vorher durch Drücken der Schaltfläche "X" ausgeblendet werden.

This window is displayed to inform the user about events, e.g. when a USB flash drive has been detected.

The window is closed after a short display period or can be closed before by pressing the "X" button.

3.6.3 Benachrichtigungsfenster im Fernsteuerbetrieb

3.6.3 Notification Window in Remote Operation




Abbildung 3.14: Benachrichtigungsfenster im Fernsteuerbetrieb
Figure 3.14: Notification window in remote operation

Dieses Fenster wird angezeigt, wenn ein Text mit dem SCPI-Befehl DISP:TEXT über eine der digitalen Datenschnittstellen an das Gerät gesendet wurde.

Das Fenster wird so lange eingeblendet, bis es durch Drücken der Schaltfläche "X", Neuzeichnen des angezeigten Screens oder durch den SCPI-Befehl DISP:TEXT "" ausgeblendet wird.

This window is displayed if a text has been sent to the device with the SCPI command DISP:TEXT via one of the digital data interfaces.

The window is displayed until it is removed by pressing the "X" button, redrawing the displayed screen or by the SCPI command DISP:TEXT "".

3.6.4 Warnfenster

3.6.4 Warning Window




Abbildung 3.15: Warnfenster
Figure 3.15: Warning window

Dieses Fenster wird angezeigt, um den Benutzer über gefährliche Systemzustände, die die Quelle-Senke zerstören und Menschen verletzen können, zu informieren (z.B. unzulässige Überspannung am Ausgang).

Das Fenster wird dauerhaft angezeigt, solange der gefährliche Systemzustand vorhanden ist. Diese Warnung kann in dieser Zeit nicht ausgeblendet werden. Nachdem der gefährliche Systemzustand nicht mehr vorhanden ist, wird die Warnung noch solange angezeigt, bis der Benutzer sie aktiv mit der Schaltfläche "X" ausblendet.

This window is displayed to inform the user about dangerous system conditions that can destroy the source-sink and injure humans (e.g. inadmissible overvoltage at output).

The window is permanently displayed as long as the dangerous system condition is present. This warning cannot be closed during this time. After the dangerous system condition no longer exists, the warning remains displayed until the user actively closes it with the "X" button.

3.6.5 Hilfefenster

3.6.5 Help Window




Abbildung 3.16: Hilfefenster
Figure 3.16: Help window

Dieses Fenster wird nach der Auswahl von S+ -> Help eingeblendet. Es enthält eine kurze Erläuterung des angezeigten Menü- oder Dialogfensters. Die Sprache der Hilfe-Texte kann im Menü *Main Menu -> Configuration -> User interface -> Help language* umgestellt werden (deutsch oder englisch).

This window appears after selecting S+ -> Help. It contains a short explanation of the displayed menu or dialog window. The language of the help texts can be selected in the menu *Main Menu -> Configuration -> User interface -> Help language* (German or English).

3.6.6 Bestätigungsfenster

3.6.6 Confirmation Window




Abbildung 3.17: Bestätigungsfenster
Figure 3.17: Confirmation window

Dieses Fenster wird eingeblendet, um eine Rückfrage an den Benutzer zu stellen, ob eine nachfolgende Aktion ausgeführt werden soll.

This window is displayed to ask the user whether a subsequent action should be performed.

3.6.7 Statusübersicht

3.6.7 Status Overview




Abbildung 3.18: Statusübersicht
Figure 3.18: Status overview

Dieses Fenster wird nach dem Berühren der Statusleiste eingeblendet. Es beinhaltet eine Angabe zum aktuellen Füllstand des internen Messdatenspeichers und eine Übersicht aller aktiven Statussignale.

Eine detaillierte Beschreibung der angezeigten Statussignale ist in 5.10.18 STATus-Subsystem zu finden.

This window is displayed after touching the status bar. It contains an indication of the current fill level of the internal memory for measurement data and an overview of all active status signals.

A detailed description of the displayed status signals can found in 5.10.18 STATus Subsystem.

3.7 Menüstrukturplan

3.7 Menu Structure

Main Menü Einträge (Level 1)	Menü Einträge (Level 2)	Menü Einträge (Level 3)	Menü Einträge (Level 4)		
Main Menu	Settings menu	Basic settings	Output		
			Mode	CC (Constant Current)	
				CP (Constant Power)	
				CR (Constant Resistance)	
				CV (Constant Voltage)	
			Internal resistance		
			External control ¹⁾		
			Protection		
			Cooling		
			Speed		
			Function	Modulator	
		Rectangular/PWM			
		List			
		Charge			
		Discharge			
		Cycling			
		Ri measurement			
		Trigger			
					Acquisition
					Yt graph settings
					Save/Recall
					Reset
	Data	Export			
		Graphical Data Viewer			
		USB Logging			
	Errors				
	Configuration	Power-on			
Communication		RS-232			
Communication User interface		USB VCP			
		LAN			Configuration
		Status			

		CAN	
		GPIB ²⁾	
		Display	
	User interface	Help language	
		Tips and tricks	
	Alarms		
	Buzzer		
	Time and date		
	Factory settings		
	Firmware update		
Service	User manual		
	Calibration	Calibration	
	Calibration Parameter	Calibration signal name	
		View parameter	
	Parameter Power stage temperature	Edit user parameter	
		Edit calibration parameter	
	H&H Service		
Technical data			
Contact			

¹⁾ "External Control" wird nur angezeigt, wenn der optionale I/O-Port verbaut ist.

²⁾ „GPIO" wird nur angezeigt, wenn die optionale GPIO-Schnittstelle verbaut ist.

3.8 Hilfe zu Dialog- und Menüfenster



Zur Erklärung der einzelnen Dialog- und Menüfenster gibt es ein geräteinternes Hilfesystem (siehe 3.6.5 Hilfefenster).

¹⁾ "External Control" is only displayed if the optional I/O port is installed.

²⁾ "GPIO" is only displayed if the optional GPIO interface is installed.

3.8 Help for Dialog and Menu Windows



For an explanation of the individual dialog and menu windows there is a device-internal help system (see 3.6.5 Help Window).

4 Funktionen

In diesem Kapitel werden Grund- und Spezialfunktionen der Quelle-Senke beschrieben. Am Ende der Funktionsbeschreibung werden die verschiedenen Möglichkeiten angegeben, die entsprechende Funktion zu steuern:

- Lokale Bedienung
- Digitale Fernsteuerung
- Externe Steuerung

Lokale Bedienung

Die lokale Bedienung erfolgt durch die Benutzerschnittstelle an der Geräte-Vorderseite (siehe 3 Grundlagen der lokalen Bedienung).

Spezialfunktionen sind an der Benutzerschnittstelle im Menü „Function“ $f(x)$ zusammengefasst. Diese Funktionen werden jeweils in einem eigenen Dialog definiert. Das Starten und Stoppen geschieht mit dem Shortcut S+ -> Start bzw. S+ -> Stop. Wenn eine Spezialfunktion definiert worden ist, beendet das eine evtl. bereits laufende andere Funktion.

Digitale Fernsteuerung

Die digitale Fernsteuerung erfolgt durch eine der Datenschnittstellen an der Geräte-Rückseite (siehe 5 Digitale Fernsteuerung). Lokale Bedienung und digitale Fernsteuerung schließen sich wechselseitig aus: nach dem Einschalten des Gerätes ist automatisch die lokale Bedienung aktiv, nach Empfang eines SCPI-Befehls über eine der Datenschnittstellen wechselt das Gerät automatisch zur digitalen Fernsteuerung.

Externe Steuerung

Die externe Steuerung erfolgt durch den optionalen I/O-Port an der Geräte-Rückseite (siehe 6 Externe Steuerung über I/O-Port). Die externe Steuerung ist unabhängig von lokaler Bedienung und digitalen Fernsteuerung und wird durch den Dialog *Main Menu -> Settings -> Basic settings -> Ext. control* oder mit Hilfe von SCPI-Befehlen konfiguriert. Durch sie lassen sich spezifische Sollwerte (z.B. Sollwert für den Ausgangszustand) durch analoge und digitale Eingangssignale vorgeben.

4 Functions

In this chapter the source-sink's basic and special functions are described. With each function description the various possibilities are given for controlling the corresponding function:

- Local operation
- Digital remote control
- External control

Local Operation

The local operation is done via the user interface on the front panel of the device (see 3 Basics of Local Operation).

At the user interface, special functions are arranged in the menu "Function" $f(x)$. These functions are each defined in a separate dialog. Starting and stopping is done with the shortcut S+ -> Start or S+ -> Stop. If a special function has been defined, this terminates any other function that may already be running.

Digital Remote Control

The digital remote control is done by one of the data interfaces on the rear side of the device (see 5 Digital Remote Control). Local operation and digital remote control are mutually exclusive: after switching on the device, local operation is automatically activated, after receiving a SCPI command via one of the data interfaces, the device automatically switches to digital remote control.

External Control

External control is done by the optional I/O port on the rear side of the device (see 6 External Control via I/O Port). The external control is independent of the local operation and digital remote control and is configured via the menu *Main Menu -> Settings -> Basic settings -> Ext. control* or the corresponding SCPI commands. Specific setting values (e.g. setting value for output state) can be controlled by analog and digital input signals.

4.1 Betriebsarten der Regelung

Die Quelle-Senke bietet vier (Grund-)Betriebsarten der Regelung:

- Strombetrieb
- Leistungsbetrieb
- Widerstandsbetrieb
- Spannungsbetrieb

Die aktive Betriebsart der Regelung wird durch die Grundbetriebsart oder eine aktive Funktion (z.B. Listenfunktion) vorgegeben. Wird der Ausgang ohne aktivierte Funktion eingeschaltet oder bei eingeschaltetem Ausgang eine Funktion deaktiviert, wird die Grundbetriebsart verwendet.

Beim Wechsel der Grundbetriebsart wird der jeweils zuletzt vorgegebene Sollwert für die neue Grundbetriebsart wieder eingeregelt.



Der Ausgang wird beim Wechsel der Grundbetriebsart NICHT deaktiviert, auch nicht vorübergehend. Bei Änderung der Grundbetriebsart können deshalb für den Prüfling gefährliche Situationen entstehen, die zu dessen Beschädigung oder Zerstörung führen können.

- Um beim Wechsel der Grundbetriebsart keine für den angeschlossenen Prüfling unzulässigen Zustände zu erhalten, empfehlen wir, den Ausgang vor Wechsel der Grundbetriebsart auszuschalten und erst nach Einstellen der neuen Grundbetriebsart wieder einzuschalten.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Eingabefeld „Setting“: Sollwert eingeben, der eingeregelt werden soll. Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.6 FUNCTION-Subsystem.

Externe Steuerung:

Siehe 6 Externe Steuerung über I/O-Port.

4.1 Operating Modes of Regulation

The source-sink offers four (basic) operating modes:

- Current mode
- Power mode
- Resistance mode
- Voltage mode

The active operating mode of the regulation is specified by the basic operating mode or an active function (e.g. list function). If the output is switched on without an activated function or if a function is deactivated when the output is switched on, the basic operating mode is used.

When changing the basic operating mode the last setting value for the new basic operating mode is regulated again.



The output is NOT deactivated when changing the basic operating mode, not even temporarily. Because of this changing the basic operating mode can cause dangerous situations which can damage or destroy the device under test.

- To avoid improper settings for the device under test while the operating mode is changed we recommend switching off the output before changing the mode and switching it on again after the mode change has been performed.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Edit widget "Setting": enter setting value for the controlled output level. Confirm with "OK".

Digital remote operation:

See 5.10.6 FUNCTION Subsystem.

External control:

See 6 External Control via I/O Port.

4.1.1 Strombetrieb

4.1.1 Current Mode




Abbildung 4.1: Strombetrieb
Figure 4.1: Current mode

Im Strombetrieb regelt die Quelle-Senke den Ausgangsstrom unabhängig von der Spannung auf den vorgegebenen Sollwert. Änderungen der Ausgangsspannung haben keinen Einfluss auf den Strom. Bei aktiver Grundbetriebsart ist der Sollwert für den Strom konstant (Constant Current, CC).

Using the current mode the source-sink regulates the output current independent of the voltage to the specified setting level. Changes in the output voltage do not affect the current. When the basic operating mode is active, the setting value for the current is constant (Constant Current, CC).

4.1.2 Leistungsbetrieb

4.1.2 Power Mode




Abbildung 4.2: Leistungsbetrieb
Figure 4.2: Power mode

Im Leistungsbetrieb regelt die Quelle-Senke die Ausgangsleistung per Software auf den vorgegebenen Sollwert. Bei aktiver Grundbetriebsart ist der Sollwert für die Leistung konstant (Constant Power, CP).

Die Reglerparameter sind nichtflüchtig in der Quelle-Senke gespeichert und können angepasst werden (siehe 9.2 Geräteparameter).

Reglerparameter K_p

Dieser Parameter bestimmt den Proportionalanteil des PI-Reglers. Dieser Parameter hat den Standardwert 0 und deaktiviert damit den Proportionalanteil des softwarebasierten PI-Reglers. Wird dieser Wert zur Beschleunigung der Regelung erhöht, ist darauf zu achten, dass die Regelung in allen Betriebssituationen stabil bleibt.

Reglerparameter K_i

Dieser Parameter bestimmt den Integralanteil des PI-Reglers. Wird diese Konstante zur Beschleunigung der Regelung erhöht, ist darauf zu achten, dass die Regelung über den gesamten Spannungs- und Strombereich stabil bleibt.



Wenn an der Quelle-Senke im Senkenbetrieb eine höhere Leistung eingestellt wird als der angeschlossene Prüfling liefern kann, kann es zu einem Kippeffekt in den Kurzschluss kommen!

In power mode the source-sink regulates the output power by software to the specified setting level. When the basic operating mode is active, the setting value for the power is constant (Constant Power, CP).

The control parameters are nonvolatily saved in the source-sink and can be changed (see 9.2 Device Parameters).

Control parameter K_p

This parameter determines the proportional part of the PI controller. This parameter has the standard value 0 and therefore deactivates the proportional part of the software-based PI controller. If you increase this value to accelerate the controller then you must ensure that the controller works stable in all operation situations.

Control parameter K_i

This parameter determines the integral part of the PI controller. If you increase this value to accelerate the controller then you must ensure that the controller works stable in all operation situations.



If a higher power is set at the source sink in sink mode than the connected DUT can supply, an overturn effect into short-circuit may occur!

4.1.3 Widerstandsbetrieb

4.1.3 Resistance Mode




Abbildung 4.3: Widerstandsbetrieb
Figure 4.3: Resistance mode

Im Widerstandsbetrieb wird der Widerstand R per Software auf den vorgegebenen Sollwert geregelt. Bei aktiver Grundbetriebsart ist der Sollwert für den Widerstand konstant (Constant Resistance, CR).

Die Reglerparameter sind nichtflüchtig in der Quelle-Senke gespeichert und können angepasst werden (siehe 9.2 Geräteparameter).

Reglerparameter K_p

Dieser Parameter bestimmt den Proportionalanteil des PI-Reglers. Dieser Parameter hat den Standardwert 0 und deaktiviert damit den Proportionalanteil des softwarebasierten PI-Reglers. Wird dieser Wert zur Beschleunigung der Regelung erhöht, ist darauf zu achten, dass die Regelung in allen Betriebssituationen stabil bleibt.

Reglerparameter K_i

Dieser Parameter bestimmt den Integralanteil des PI-Reglers. Wird diese Konstante zur Beschleunigung der Regelung erhöht, ist darauf zu achten, dass die Regelung über den gesamten Spannungs- und Strombereich stabil bleibt.



Für eine Belastung des Prüflings im Widerstandsbetrieb muss ein negativer Sollwert vorgegeben werden.

Im Gegensatz zu einem realen ohm'schen Widerstand kann der Strom bei einer Quelle-Senke der Ausgangsspannung nur mit einer begrenzten Regelgeschwindigkeit folgen.

In resistance mode the resistance R is controlled by software to the specified setting level. When the basic operating mode is active, the setting value for the resistance is constant (Constant Resistance, CR).

The control parameters are nonvolatily saved in the source-sink and can be changed (see 9.2 Device Parameters).

Control parameter K_p

This parameter determines the proportional part of the PI controller. This parameter has the standard value 0 and therefore deactivates the proportional part of the software-based PI controller. If you increase this value to accelerate the controller then you must ensure that the controller works stable in all operation situations.

Control parameter K_i

This parameter determines the integral part of the PI controller. If this constant is increased to accelerate the control, care must be taken to ensure that the control remains stable over the entire voltage and current range.



A negative setting value must be specified for loading the device under test in resistance mode.

In contrast to a real ohmic resistance, the current of the source-sink can follow the voltage only with a limited control speed.

4.1.4 Spannungsbetrieb

4.1.4 Voltage Mode




Abbildung 4.4: Spannungsbetrieb
Figure 4.4: Voltage mode

Im Spannungsbetrieb regelt die Quelle-Senke die Ausgangsspannung auf den vorgegebenen Sollwert. Änderungen des Ausgangsstroms haben keinen Einfluss auf die Spannung. Bei aktiver Grundbetriebsart ist der Sollwert für die Spannung konstant (Constant Voltage, CV).

Using the voltage mode the source-sink regulates the output voltage to the specified setting level. Changes in the output current do not affect the voltage. When the basic operating mode is active, the setting value for the voltage is constant (Constant Voltage, CV).

4.2 Grundbetriebsarten

4.2 Basic Operating Modes

4.2.1 Sollwerte für die Grundbetriebsarten

Für jede Grundbetriebsart kann der entsprechende, sofort einzu-
regelnde Sollwert vorgegeben werden.

Im CC-, CR-, und CP-Betrieb bestimmt das Vorzeichen von Einstell-
werten die Stromrichtung!

Wenn der Prüfling korrekt gepolt an die Quelle-Senke angeschlossen
ist, bewirken positive Einstellwerte einen Stromfluss aus der Quelle-
Senke (Quellenstrom), negative Werte einen Stromfluss in die Quelle-
Senke (Senkenstrom). Positive Spannungen bedeuten, dass das
Potential an Output + höher ist als an Output -, bei negativen Span-
nungen ist es umgekehrt.



Falsche Einstellwerte können den Prüfling beschädigen, zerstören
oder sogar zur Explosion bringen!

4.2.1 Settings for Basic Operating Modes

In each basic operating mode a corresponding immediate setting value
can be specified.

In CC, CR and CP mode, the sign of the setting values determines the
current direction!

If the DUT is connected to the source-sink with correct polarity, positive
setting values cause a current flow out of the source-sink (source
current), negative values a current flow into the source-sink (sink
current). Positive voltages mean that the potential at output + is higher
than at output -, with negative voltages it is vice versa.



Incorrect setting values can damage or destroy the DUT or even cause it
to explode!




Abbildung 4.5: Stromrichtungen bei positiven und negativen Einstellwerten
Figure 4.5: Current directions with positive or negative setting values

Wird die Grundbetriebsart gewechselt, so wird der zugehörige Sollwert automatisch eingeregelt. Wird ein Sollwert für eine Grundbetriebsart vorgegeben, die gerade nicht aktiv ist, wird der Sollwert gespeichert und beim nächsten Wechsel in diese Grundbetriebsart eingeregelt.

Wurde bisher noch kein Sollwert für eine Grundbetriebsart vorgegeben, stellt das Gerät einen Standardwert ein, der einen möglichst geringen Stromfluss verursacht.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Eingabefeld „Setting“: Sollwert eingeben, der eingeregelt werden soll. Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.2 CURRent-Subsystem,
5.10.13 POWer-Subsystem,
5.10.15 RESistance-Subsystem,
5.10.21 VOLTage-Subsystem.

Externe Steuerung:

Siehe 6 Externe Steuerung über I/O-Port.

4.2.2 Getriggerte Sollwerte für die Grundbetriebsarten

Neben dem sofort einzuregelnden Sollwert gibt es für jede Grundbetriebsart einen getriggerten Sollwert, der bei Eintreten eines Trigger-Ereignisses den sofort einzuregelnden Sollwert überschreibt. Der getriggerte Sollwert der aktiven Grundbetriebsart wird dann sofort aktiv. In den momentan nicht aktiven Grundbetriebsarten überschreibt

When changing the basic operating mode its associated setting value is regulated automatically. If a setting level is set for a basic operating mode currently not active the setting is saved by the source-sink and regulated when this basic operating mode becomes active.

If no setting level has been specified for a basic operating mode, the device uses a default level that causes the lowest possible current flow.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Edit widget "Setting": enter setting value for the controlled output level. Confirm with "OK".

Digital remote operation:

See 5.10.2 CURRent Subsystem,
5.10.13 POWer Subsystem,
5.10.15 RESistance Subsystem,
5.10.21 VOLTage Subsystem.

External control:

See 6 External Control via I/O Port.

4.2.2 Triggered Settings for Basic Operating Modes

Besides the immediate setting level there is a triggered setting level for each basic operating mode which overwrites the immediate setting level when a trigger event occurs. The triggered setting level of the active basic operating mode becomes immediately active while in the inactive modes the corresponding triggered setting level overwrites the

der getriggerte Sollwert den sofort einzuregelnden Sollwert und wird aktiv, wenn die jeweilige Grundbetriebsart aktiv wird.

Sobald ein Sollwert getriggert wurde, haben weitere Trigger keinen Effekt auf den sofort einzuregelnden Sollwert, bis wieder ein getriggelter Sollwert programmiert wird.

Nach einem Reset, nach Erhalt eines ABORT-Kommandos oder nachdem der Wert getriggert wurde, folgen getriggerte Sollwerte dem sofort einzuregelnden Sollwert solange, bis ein getriggelter Sollwert programmiert wird (siehe auch 4.18 Triggersystem).

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Markierungsfeld „Triggered setting“ aktivieren.

Eingabefeld „Triggered setting“: Sollwert eingeben, der nach einem Trigger-Ereignis geregelt werden soll. Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.2 CURRENT-Subsystem,

5.10.13 POWER-Subsystem,

5.10.15 RESistance-Subsystem,

5.10.21 VOLTage-Subsystem,

5.10.20 TRIGger-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.2.3 Sollwertumschaltung

Um einen möglichst einfachen Wechsel zwischen zwei Sollwerten zu ermöglichen, bietet die Quelle-Senke bei lokaler Bedienung in jeder der vier Grundbetriebsarten die Einstellung „Toggle settings“. Ist die Sollwertumschaltung aktiviert, kann der Sollwert in der Hauptansicht mit nur einem Tastendruck umgeschaltet werden. Die Sollwertumschaltung erleichtert z.B. die Aufnahme von Sprungantworten.



Temporäre Änderungen der beiden Sollwerte in der Hauptansicht werden bei aktivierter Power-On-Konfiguration „last setting“ nicht berücksichtigt.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Markierungsfeld „Toggle settings“ aktivieren.

Eingabefelder „Setting A“ und „Setting B“: Sollwerte eingeben.

Mit „OK“ bestätigen.

immediate value and becomes active as soon as the new basic operating mode is set.

Once a setting level is triggered, subsequent triggers will have no effect on the immediate setting level unless another triggered setting level is programmed.

After a reset, after getting an ABORT command or after a level has been triggered, triggered setting levels will follow the immediate setting level until a triggered setting level is programmed (see also 4.18 Trigger System).

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Activate checkbox „Triggered setting“.

Edit widget „Triggered setting“: enter setting value to be controlled after a trigger event. Confirm with „OK“.

Digital remote operation:

See 5.10.2 CURRENT Subsystem,

5.10.13 POWER Subsystem,

5.10.15 RESistance Subsystem,

5.10.21 VOLTage Subsystem,

5.10.20 TRIGger Subsystem.

External control:

Not available.

4.2.3 Setting Toggling

In local operation, the source-sink offers „Toggle settings“ in each of the four basic operating modes in order to make it as easy as possible to switch between two setting values. If setting toggling is activated, the setting value can be switched in the main screen with a single keystroke. Setting toggling makes it easy to record step responses, for example.



Temporary changes of the two setting values in the main screen are not taken into account when the power-on configuration „last setting“ is activated.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Mode -> <mode>

Activate checkbox „Toggle settings“.

Edit widgets „Setting A“ and „Setting B“: enter setting values.

Confirm with „OK“.

In der Hauptansicht zum Umschalten jeweils auf „Set A“ bzw. „Set B“ drücken. Die Sollwerte können auch in der Hauptansicht verändert werden.

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.3 AC Output Mode

Quellen-Senken sind prinzipiell DC-Geräte, jedoch können 4-Quadrantenmodelle auch Wechselströme bzw. -spannungen im CC- bzw. CV-Betrieb produzieren.

Im AC Mode sind Wellenform, Amplitude, Offset und Frequenz einstellbar. Eine arbiträre Wellenform kann ausgehend von einer sinus-, dreieck-, rechteck- oder sägezahnförmigen Grundwelle punktuell definiert werden.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Output

Auswahlfeld „Output mode“: „AC“ oder „DC“ wählen.

Mit „OK“ bestätigen.

Für DC Mode gelten die Settings wie in 4.2 Grundbetriebsarten beschrieben. Für AC Mode Wellenform definieren:

Basic Settings Menü -> AC waveform

Auswahlfeld „Mode“: Betriebsart „Current“ oder „Voltage“ wählen.

Auswahlfeld „Type“: Wellenform wählen, ggf. in der Liste wischen, um alle Einträge zu sehen.

Bei Wellenform „Arbitrary“ mit „Configure waveform type“ die Wellenform definieren.

In main screen, press “Set A” or, respectively “Set B” to choose the corresponding setting. The settings may be edited also in the main screen.

Digital remote operation:

Not available.

External control:

Not available.

4.3 AC Output Mode

Source-sinks are basically DC devices, but 4-quadrant models can also produce AC currents or voltages in CC or CV mode.

In AC mode, waveform, amplitude, offset and frequency are adjustable. An arbitrary waveform can be defined point-wise starting from a sinusoidal, triangular, rectangular or sawtooth waveform.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Output

Dropdown widget “Output mode”: select “AC” or “DC”.

Confirm with “OK”.

For DC mode, the settings described in 4.2 Basic Operating Modes apply.

For AC mode, define the corresponding waveform:

Basic Settings Menü -> AC waveform

Dropdown widget “Mode”: select operating mode “Current” oder “Voltage”.

Dropdown widget „Type“: select waveform type, wipe the list to see all entries.

If „Arbitrary” type is selected, define the waveform by „Configure waveform type”.




Abbildung 4.6: Arbiträre Wellenform ausgehend von Sinuswelle mit Einbruch
Figure 4.6: Arbitrary waveform starting from sine wave with voltage drop

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.11 OUTPut-Subsystem,
5.10.22 WAVEform-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Digital remote operation:

See 5.10.11 OUTPut Subsystem,
5.10.22 WAVEform Subsystem.

External control:

Not available.

4.4 Regelgeschwindigkeit

Bei bestimmten Prüflingen oder sehr langen Anschlussleitungen ist es eventuell notwendig, die Regelgeschwindigkeit der Quelle-Senke anzupassen, um eine stabile Regelung zu erzielen. Die Geschwindigkeit kann in zwei Stufen angepasst werden.

„Fast“ sollte nur verwendet werden, wenn die Zuleitungen sehr kurz und verdreht sind oder wenn spezielle, induktionsarme Kabel verwendet werden. „Slow“ dient zur Verwendung bei langen Anschlussleitungen oder bei Prüflingen mit zur Quelle-Senke inkompatiblen Regeleigenschaften.

Die Geschwindigkeiten (Anstiegs- und Abfallzeiten) für die Spannungs- und Stromregelung sind in den technischen Daten angegeben.

Die Geschwindigkeit der Leistungs- und Widerstandsregelung kann durch die Reglerparameter K_p und K_i an die Eigenschaften des Prüflings angepasst werden.

Lokale Bedienung:

4.4 Regulation Speed

For some devices under test or when using long output lines it can be necessary to change the source-sink's regulation speed to achieve a stable regulation. The speed can be changed in two steps.

“Fast” should only be selected when the output lines are very short and twisted or when special low-inductance cables are used. “Slow” is intended for use with long output lines or for devices under test with control characteristics incompatible to the source-sink.

The speeds (rise and fall times) for voltage and current regulation are specified in the technical data.

The speed of the power and resistance regulation can be adapted to the characteristics of the device under test by the controller parameters K_p and K_i .

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Speed
Auswahlfeld „Regulation speed“: Regelgeschwindigkeit wählen.
Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:
Siehe 5.10.6 FUNCTION-Subsystem.

Externe Steuerung:
Siehe 6.6.1.4 Regelgeschwindigkeit wählen.

4.5 Schutzfunktionen

4.5.1 Untere und obere Strombegrenzung

Die Quelle-Senke verfügt über zwei einstellbare Strombegrenzungen: eine untere, die nicht unterschritten werden kann, und eine obere, die nicht überschritten werden kann. Die Strombegrenzung wirkt bei aktiver Spannungsregelung. Wenn die obere Strombegrenzung aktiv ist, wird in der Statusleiste der Benutzerschnittstelle „HP“, wenn die untere Begrenzung aktiv ist, „LP“ angezeigt.

Nach dem Einschalten des Geräts steht die untere Strombegrenzung auf I_{min} (s. technische Daten) und die obere Strombegrenzung auf I_{max} , was einen uneingeschränkten Betrieb ermöglicht. Die Strombegrenzungen können nicht deaktiviert werden.



Aufgrund der Reglereigenschaften kann es zu kurzzeitigen Überschreitungen des eingestellten Grenzwertes kommen.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Protection
Eingabefeld „Current protection low“: Sollwert für die untere Strombegrenzung eingeben.
Eingabefeld „Current protection high“: Sollwert für die obere Strombegrenzung eingeben.
Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:
Siehe 5.10.2 CURRENT-Subsystem.

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Speed
Dropdown widget "Regulation speed": select regulation speed.
Confirm with "OK".

Digital remote operation:
See 5.10.6 FUNCTION Subsystem.

External control:
See 6.6.1.4 Regulation Speed Selection.

4.5 Protections

4.5.1 Low and High Current Protection

The source-sink has two adjustable current protections: a low one which cannot be undercut, and an high one which cannot be overcut. The current protection works in active voltage regulation. When the high current protection is active, "HP" is displayed in the status bar of the user interface, when the low protection is active, "LP" is displayed.

After power-on the low protection is set to I_{min} (see technical data) and the high protection is set to I_{max} to allow unrestricted operation. Current protections can not be deactivated.



Due to the controller characteristics, the set protection value may be overshoot for a short time.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Protection
Edit widget "Current protection low": define the setting value for the low current protection.
Edit widget "Current protection high", define the setting value for the high current protection.
Confirm with "OK".

Digital remote operation:
See 5.10.2 CURRENT Subsystem.

Externe Steuerung:

Siehe 6 Externe Steuerung über I/O-Port.

4.5.2 Untere und obere Spannungsbegrenzung

Die Quelle-Senke verfügt über zwei einstellbare Spannungsbegrenzungen: eine untere, die nicht unterschritten werden darf, und eine obere, die nicht überschritten werden darf. Die Spannungsbegrenzung wirkt bei aktiver Strom-, Leistungs- und Widerstandsregelung. Wenn die obere Spannungsbegrenzung aktiv ist, wird in der Statusleiste der Benutzerschnittstelle „HP“, wenn die untere Begrenzung aktiv ist, „LP“ angezeigt.

Nach dem Einschalten des Geräts steht die untere Spannungsbegrenzung auf V_{min} (s. technische Daten) und die obere Spannungsbegrenzung auf V_{max} , was einen uneingeschränkten Betrieb ermöglicht. Die Spannungsbegrenzungen können nicht deaktiviert werden.



Aufgrund der Reglereigenschaften kann es zu kurzzeitigen Überschreitungen des eingestellten Grenzwertes kommen.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Protection

Eingabefeld „Voltage protection low“: Sollwert für die untere Spannungsbegrenzung eingeben.

Eingabefeld „Voltage protection high“: Sollwert für die obere Spannungsbegrenzung eingeben.

Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.21 VOLTage-Subsystem.

Externe Steuerung:

Siehe 6 Externe Steuerung über I/O-Port.

External control:

See 6 External Control via I/O Port.

4.5.2 Low and High Voltage Protection

The source-sink has two adjustable voltage protections: a low one which must not be undercut, and an high one which must not be overcut. The voltage protection works in active current, power and resistance regulation. When the high voltage protection is active, "HP" is displayed in the status bar of the user interface, when the low protection is active, "LP" is displayed.

After switching on the device, the low voltage protection is set to V_{min} (see technical data) and the high voltage protection is set to V_{max} , which allows unrestricted operation. The voltage protections cannot be deactivated.



Due to the controller characteristics, the set protection value may be overshoot for a short time.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic Settings -> Protection

Edit widget "Voltage protection low": define the setting value for the low voltage protection.

Edit widget "Voltage protection high": define the setting value for the high voltage protection.

Confirm with "OK".

Digital remote operation:

See 5.10.21 VOLTage Subsystem.

External control:

See 6 External Control via I/O Port.

4.6 Ausgang

4.6.1 Sollwert für den Ausgangszustand

Mit der Taste **A2** wird der Ausgang aktiviert oder deaktiviert. Bei aktiviertem Ausgang wird im Display "Output On" angezeigt und der angeschlossene Prüfling wird mit der konfigurierten Spannung oder dem konfigurierten Strom beaufschlagt. Bei deaktiviertem Ausgang zeigt das Display "Output Off".

Lokale Bedienung:

Taste „Output“ **A2**

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.11 OUTPut-Subsystem.

Externe Steuerung:

Siehe 6.6.1.2 Ausgang ein- und ausschalten.

4.6.2 Getriggertter Sollwert für den Ausgangszustand

Neben dem sofort einzustellenden Sollwert des Aktivierungszustandes für den Ausgang gibt es einen getriggerten Sollwert, der bei Auftreten eines Trigger-Ereignisses den sofort einzustellenden Sollwert überschreibt. Der getriggerte Sollwert wird dann sofort aktiv.

Sobald ein Sollwert getriggert wurde, haben weitere Trigger keinen Effekt auf den sofort einzustellenden Sollwert, bis wieder ein getriggertter Sollwert programmiert wird.

Nach einem Reset, nach Erhalt eines ABORt-Kommandos oder nachdem der Wert getriggert wurde, folgt der getriggerte Sollwert dem sofort einzustellenden Sollwert solange, bis ein getriggertter Sollwert programmiert wird (siehe auch 4.18 Triggersystem).

Lokale Bedienung:

Nicht möglich.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.11 OUTPut-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.6 Output

4.6.1 Setting for Output State

The key **A2** is used to activate or deactivate the output. When the output is activated, the display shows "Output On" and the connected device under test is applied with the configured voltage or current. When the output is deactivated, the display shows "Output Off".

Local operation:

"Output" key **A2**

Digital remote operation:

See 5.10.11 OUTPut Subsystem.

External control:

See 6.6.1.2 Output On-Off.

4.6.2 Triggered Setting for Output State

Besides the immediate setting value for the output activation state there is a triggered setting value which overwrites the immediate setting value when a trigger event occurs. The triggered setting value becomes immediately active then.

Once a setting value is triggered, subsequent triggers will have no effect on the immediate setting value unless another triggered setting value is programmed.

After a reset, after getting an ABORt command or after a value has been triggered, the triggered setting value will follow the immediate setting value until a triggered setting value is programmed (see also 4.18 Trigger System).

Local operation:

Not available.

Digital remote operation:

See 5.10.11 OUTPut Subsystem.

External control:

Not available.

4.7 Innenwiderstand

Die Quelle-Senke kann im Spannungsbetrieb einen Innenwiderstand und im Strombetrieb einen Innenleitwert nachbilden.



Der verfügbare Bereich für den Sollwert des Innenwiderstands oder Innenleitwerts ist vom jeweiligen Modell abhängig (siehe technische Daten). Der eingegebene Sollwert ist sofort nach der Bestätigung aktiv. Nach dem Einschalten oder Zurücksetzen des Geräts ist der Sollwert 0,0 Ω bzw. 0,0 S.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Internal Resistance

Eingabefeld „Internal resistance“: Sollwert für Innenwiderstand im Spannungsbetrieb eingeben.

Eingabefeld „Internal conductance“: Sollwert für Innenleitwert im Strombetrieb eingeben.

Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.7 ICONductance-Subsystem

Siehe 5.10.8 IRESistance-Subsystem

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.8 Modulator-Funktion

Durch die Modulator-Funktion kann dem konstanten Ausgangssignal in der Grundbetriebsart Spannungs- oder Stromregelung ein sinus-, rechteck-, dreieck- oder sägezahnförmiges Signal überlagert werden. Amplitude und Frequenz sind mit hoher Auflösung einstellbar.



Der erreichbare Modulationsgrad hängt durch die gerätebedingte Dämpfung von den Einstellwerten und dem verwendeten Modell ab. Der technisch mögliche Bereich für die Frequenz ist eventuell durch die Regelgeschwindigkeit bzw. durch die Anstiegs- und Abfallzeit des jeweiligen Geräts beschränkt (siehe technische Daten).

4.7 Internal Resistance

The source-sink can emulate an internal resistance in voltage mode and an internal conductance in current mode.



The available range for the setting value of the internal resistance or internal conductance depends on the respective model (see technical data). The entered setting value is active immediately after confirmation. After switching on or resetting the device, the setting value is 0.0 Ω or 0.0 S.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Internal Resistance

Edit widget „Internal resistance“: define setting value for internal resistance in voltage mode.

Edit widget „Internal conductance“: define setting value for internal conductance in current mode.

Confirm with "OK".

Digital remote operation:

See 5.10.7 ICONductance Subsystem

See 5.10.8 IRESistance Subsystem

External control:

Not available.

4.8 Modulator Function

The modulator function allows a sinusoidal, square-wave, triangular or sawtooth signal to be superimposed on the constant output signal in the basic voltage or current control mode. Amplitude and frequency are adjustable with high resolution.



The achievable degree of modulation depends on the setting values and the model used due to the device-related damping. The technically possible range for the frequency may be limited by the regulation speed respectively by the rise and fall time of the particular device (see technical data).

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Modulator

Auswahlfeld „Type“: Wellenform wählen.

Auswahlfeld „Mode“: Betriebsart der Regelung wählen.

Eingabefeld „Level (DC)“: DC-Pegel eingeben.

Eingabefeld „Frequency“: Frequenz eingeben.

Eingabefeld „Amplitude“: Amplitude eingeben.

Mit „OK“ bestätigen.

Funktion mit S+ -> Start starten.




Abbildung 4.7: Hauptansicht der Modulator-Funktion

Figure 4.7: Main view of Modulator function

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Modulator

Dropdown widget "Type": select waveform.

Dropdown widget "Mode": select the regulation mode.


Edit widget "Level (DC)": enter DC level.

Edit widget "Frequency": enter frequency.

Edit widget "Amplitude": enter amplitude.

Confirm with "OK".

Start function with S+ -> Start.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.6 FUNCTION-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Digital remote operation:

See 5.10.6 FUNCTION Subsystem.

External control:

Not available.

4.9 Rechteck-Funktion

Die Rechteckfunktion dient zur Beaufschlagung eines Prüflings mit einem rechteckförmigen Signal, bei dem die Sollwerte für High- und Low-Pegel sowie die dazugehörigen Verweilzeiten während der Ausführung der Funktion geändert werden können.



Der technisch mögliche Bereich für die Frequenz ist eventuell durch die Regelgeschwindigkeit bzw. durch die Anstiegs- und Abfallzeit des jeweiligen Geräts beschränkt (siehe technische Daten).

4.9 Rectangular Function

The rectangular function is used to apply a rectangular signal to a device under test, where the setting values for high and low levels as well as the associated dwell times can be changed on the function-specific main view during the execution of the function.



The technically possible range for the frequency may be limited by the regulation speed respectively by the rise and fall time of the particular device (see technical data).

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Rectangular/PWM

Markierungsfeld „PWM Mode“: deaktivieren.

Schaltfläche „Edit“ drücken.

Auswahlfeld „Mode“: Betriebsart der Regelung wählen.

Eingabefelder „Level A“ und „Level B“, „Time A“ und „Time B“: Sollwerte für Pegel und Verweilzeiten definieren.

Mit „OK“ bestätigen.

Fenster „Rectangular/PWM“ mit „OK“ bestätigen.

Funktion mit S+ -> Start starten.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Rectangular/PWM

Checkbox „PWM Mode“: uncheck.

Press „Edit“ button.

Dropdown widget „Mode“: select regulation mode.

Edit widgets „Level A“ and „Level B“, „Time A“ and „Time B“: define setting values for levels and dwell times.

Confirm with „OK“.

Confirm „Rectangular/PWM“ window with „OK“.

Start function with S+ -> Start.





Abbildung 4.8: Hauptansicht der Rechteckfunktion
Figure 4.8: Main view of rectangular function

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.14 Rectangle-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Digital remote operation:

See 5.10.14 Rectangle Subsystem

External control:

Not available.

4.10 PWM-Funktion

Die PWM-Funktion dient zur Beaufschlagung eines Prüflings mit einem pulsweiten-modulierten Signal, bei dem die Sollwerte für Pegel, Frequenz sowie Tastverhältnis während der Ausführung der Funktion geändert werden können.



Der technisch mögliche Bereich für die Frequenz ist eventuell durch die Regelgeschwindigkeit bzw. durch die Anstiegs- und Abfallzeit des jeweiligen Geräts beschränkt (siehe technische Daten).

4.10 PWM Function

The PWM function is used to apply a pulse width modulated signal to a device under test where the setting value for levels, frequency as well as duty cycle can be changed during the execution of the function.



The technically possible range for the frequency may be limited by the regulation speed respectively by the rise and fall time of the particular device (see technical data).

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Rectangular/PWM

Markierungsfeld „PWM Mode“: aktivieren.

Schaltfläche „Edit“ drücken.

Auswahlfeld „Mode“: Betriebsart der Regelung wählen.

Eingabefelder „Level A“, „Level B“, „f“ und „Duty cycle“: Sollwerte für Pegel, Frequenz und Tastverhältnis definieren.

Mit „OK“ bestätigen.

Fenster „Rectangular/PWM“ mit „OK“ bestätigen.

Funktion mit S+ -> Start starten.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Rectangular/PWM

Checkbox "PWM Mode": check.

Press "Edit" button.

Dropdown widget "Mode": select regulation mode.

Edit widgets "Level A", "Level B", "f" and "Duty cycle": define setting values for levels, frequency and duty cycle.

Confirm with "OK".

Confirm "Rectangular/PWM" window with "OK".

Start function with S+ -> Start.




Abbildung 4.9: Hauptansicht der PWM-Funktion

Figure 4.9: Main view of PWM function

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Digital remote operation:

Not available.

External control:

Not available.

4.11 Listenfunktion

Die Quelle-Senke ist in der Lage, durch die Listenfunktion dynamische Profile nachzubilden. Dies ist im Strom-, Leistungs-, Widerstands- und Spannungsbetrieb der Regelung möglich.

4.11 List Function

The source-sink is able to generate dynamic profiles with the list function. This is possible in current, power, resistance and voltage regulation mode.




Abbildung 4.10: Spannungsprofil mit 4 Segmenten
Figure 4.10: Voltage profile with 4 segments

4.11.1 Begriffsdefinitionen

Profil

Ein Profil besteht aus aneinandergereihten, ansteigenden oder abfallenden Geradenstücken, die eine stetige Funktion für den zu regelnden Ausgangspegel (Strom, Leistung, Widerstand, Spannung) bilden.

Liste für Ausgangspegel

Diese Liste wird zur Definition eines Profils verwendet und enthält die Ausgangspegel für die entsprechende Betriebsart der Regelung. Ein Wert in der Liste repräsentiert den Ausgangspegel, der bei Ausführung einer Liste während der Verweilzeit geregelt wird. Ein Reset setzt die Listenlänge auf 0. Die maximale Listenlänge ist den technischen Daten zu entnehmen.

Listen-Betriebsart

Die Listen-Betriebsart definiert die Betriebsart der Regelung, die bei Ausführung der Liste aktiv ist und wählt die entsprechende Liste mit Ausgangspegeln aus. Ein Reset setzt den Spannungsbetrieb.

4.11.1 Terminology

Profile

A profile consists of a consecutively chained set of output levels building a continuous function (current, power, resistance, voltage).

List of output levels

This list is used to define a profile and contains the output levels for the corresponding regulation mode. A value in this list represents the level being regulated during the corresponding dwell time. The list length is set to 0 at reset. The maximum list length is defined in the technical data.

List Mode

The list mode defines the regulation mode which is active during list execution and selects the corresponding list of output levels. A reset sets the voltage regulation mode.

Liste für Rampenzeiten

Diese Liste wird zur Definition eines Profils verwendet. Ein Wert in der Liste repräsentiert die Zeitdauer für den Anstieg oder Abfall zum entsprechenden nächsten Pegel des Profils. Ein Reset setzt die Listenlänge auf 0.

Liste für Verweilzeiten

Diese Liste wird zur Definition eines Profils verwendet. Ein Wert in der Liste repräsentiert die Zeitdauer, für die der entsprechende Pegel konstant geregelt wird. Ein Reset setzt die Listenlänge auf 0.

Liste für Abtastzeiten in den Rampen

Diese Liste wird zur Definition von Messintervallen für die entsprechenden Rampen eines Profils verwendet. Die Liste für Abtastzeiten muss nicht definiert werden, wenn die Messdatenerfassung nicht aktiviert wird. Ein Reset setzt die Listenlänge auf 0.

Liste für Abtastzeiten in den Verweilzeiten

Diese Liste wird zur Definition von Messintervallen für die entsprechenden Verweilzeiten eines Profils verwendet. Die Liste für Abtastzeiten muss nicht definiert werden, wenn die Messdatenerfassung nicht aktiviert wird. Ein Reset setzt die Listenlänge auf 0.

Listensatz

Ein Listensatz besteht aus den Listen für das Profil (Pegel, Rampen- und Verweilzeiten) und den Listen für die Abtastzeiten. Die Elemente mit identischem Index in den einzelnen Listen (eines Listensatzes) definieren einen einzelnen Abschnitt des Profils. In einem gültigen Listensatz sind die Längen aller Listen größer als Null und identisch, d. h. alle Listen enthalten die gleiche Anzahl von Elementen.

Ein Reset setzt die Länge aller Listen eines Listensatzes sowie die der beiden Abtastzeiten auf 0. Der Listensatz ist damit ungültig, und die Liste kann nicht ausgeführt werden.

Anzahl der Durchläufe

Die Anzahl der Durchläufe legt fest, wie oft der komplette Listensatz nach dem Starten ausgeführt wird. Ein Reset setzt die Anzahl der Durchläufe auf 1.

Messdatensatz/Messdatenpunkt

Ein Messdatenpunkt ist ein Satz aus drei Messwerten bestehend aus Zeitstempel, Spannungswert und Stromwert. Beim Auslesen eines Messdatensatzes sind diese drei Werte jeweils durch Komma mit nachfolgendem Leerzeichen voneinander getrennt.

List of ramp times

This list is used to define a profile. A value in this list represents the duration of the rise or fall time to the next level of the profile. The list length is set to 0 at reset.

List of dwell times

This list is used to define a profile. A value in this list represents the duration of which the corresponding level is regulated constantly. The list length is set to 0 at reset.

List of sample times in ramps

This list is used to define sample intervals for the corresponding ramps of a profile. The list for sample times needs not to be defined if the data acquisition is not activated. The list length is set to 0 at reset.

List of sample times in dwells

This list is used to define sample intervals for the corresponding dwells of a profile. The list for sample times needs not to be defined if the data acquisition is not activated. The list length is set to 0 at reset.

List set

A list set consists of the lists defining a profile (levels, ramp and dwell times) and the lists of sample rates, if enabled. The elements with matching index in the single lists define a section of the profile. In a valid list set the length of all lists are greater than zero and identical, e. g. all lists contain equal numbers of elements.

The length of all lists in the list set is set to 0 at reset. This makes the list set invalid and inexecutable.

List count

The list count defines the number of list iterations after starting the list function. The list count is set to 1 at reset.

Measurement data point

A measurement data point is a set of three measurement values consisting of timestamp, voltage value and current value. When reading data points these three values are separated from each other by a comma and a following space character.

4.11.2 Listensatz definieren

4.11.2 List Set Definition




Abbildung 4.11: Organisation von Listen

Figure 4.11: Organization of lists

Abbildung 4.11 zeigt die interne Organisation der Listen in der Quelle-Senke. Ein gültiger „Listensatz“ besteht aus mindestens drei gleich langen Listen. Die Liste für Ausgangspegel wird abhängig von der Listen-Betriebsart ausgewählt. Die Listen für die Rampenzeiten und die Verweilzeiten werden für alle Listen-Betriebsarten gemeinsam verwendet. Dies hat zur Folge, dass der Benutzer bei einem Listen-Betriebsartwechsel die Listen für die Rampenzeiten, die Verweilzeiten und ggf. Abtastzeiten der neuen Listen-Betriebsart aktualisieren muss.

Bei aktiver Messdatenerfassung während der Listenausführung verhalten sich die beiden Listen für die Abtastzeiten („Stim ramp list“ und „Stim dwell list“) analog zu den Listen der Rampenzeit und der Verweildauer.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> List

Schaltfläche „New“: in Dialogfenster „Initialize New List“ wechseln.

Auswahlfeld „List mode“: Listen-Betriebsart wählen.

Figure 4.11 shows the internal organization of lists in source-sinks. A valid list set consists of at least three lists with equal length. The list with output levels is chosen according to the mode of the list function. The lists for the ramp times and dwell times are used commonly in every list mode. This means that the user must update the lists for ramp and dwell times and if applicable the sample times when changing the list mode.

If data acquisition is enabled during list execution the behavior of the lists for the sample times („Stim ramp“ and „Stim dwell“) is analog to the lists for ramp times and dwell times.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> List

Button „New“: press to switch to the „Initialize New List“ dialog window.

Dropdown widget „List mode“: select list mode.

Wenn während der Listenausführung synchron Spannung und Strom aufgezeichnet werden sollen, dann Markierungsfeld „Data acquisition“ aktivieren. Mit „OK“ bestätigen.

Im folgenden Dialogfenster „New List“ die Sollwerte für Level, Ramp time, Dwell time und ggf. Sample Times des ersten Listenabschnittes definieren. Den Wert für „Point“ inkrementieren und den Vorgang für alle Listenabschnitte wiederholen.

Einzelne Listensegmente können mit der Schaltfläche „Add“ nach dem aktuell angezeigten Listensegment eingefügt werden. Mit der Schaltfläche „Delete“ wird der angezeigte Listensegment entfernt. Wird das Markierungsfeld „Copy“ aktiviert, nimmt der nächste Punkt die Werte des vorherigen an.

Mit „OK“ bestätigen.

If voltage and current are to be recorded synchronously during list execution, activate the "Data acquisition" checkbox. Confirm with "OK".

In the following dialog window "New List" define setting values for Level, Ramp time, Dwell time and if necessary Sample times of the first list section. Increment the value for "Point" and repeat the process for all list sections.

Single list points can be inserted after the currently displayed list point with the "Add" button. With the "Delete" button the displayed list point is removed. If the "Copy" checkbox is activated the next list point adopts the values of the previous one.

Confirm with "OK".




Abbildung 4.12: Dialogfenster zur Definition eines Profils

Figure 4.12: Dialog window for definition of a profile

Im Dialogfenster „List“ mit der Schaltfläche „Enter“ bei Bedarf weitere Sollwerte für die Listenfunktion editieren.

Wenn eine gültige Liste definiert worden ist, ist die Liste aktiviert (aber noch nicht gestartet), und das Funktionszeichen $f(x)$ wird in der Statusleiste angezeigt.

If required, edit further setting values for the list function in the "List" dialog box using the "Enter" button.

If a valid list has been defined, the list function is activated (but not yet started) and the function sign $f(x)$ is displayed in the status bar.




Abbildung 4.13: Hauptansicht der Listenfunktion
Figure 4.13: Main view of list function

Digitale Fernsteuerung:
Siehe 5.10.9 LIST-Subsystem.

Externe Steuerung:
Nicht möglich.

Digital remote operation:
See 5.10.9 LIST Subsystem.

External control:
Not available.

4.11.3 Liste ausführen

Für die Ausführung der Listenfunktion muss sich ein gültiger Listensatz im Gerät befinden (siehe 4.11.2 Listensatz definieren). Die Listenfunktion kann mit dem entsprechenden SCPI-Befehl, mit dem Shortcut S+ -> Start oder durch ein Trigger-Ereignis aktiviert werden. Die Ausführung der Liste startet, sobald der Ausgang eingeschaltet wird, bzw. das Trigger-Ereignis auftritt. Dabei schaltet das Gerät automatisch in die Listen-Betriebsart. Bei laufender Listenausführung ist das FUNC-Bit im Operation Status Register gesetzt.

Wird während der Listenausführung der Ausgang ausgeschaltet, so wird die Listenausführung unterbrochen und mit dem Wiedereinschalten des Ausgangs fortgesetzt. Nach dem Ablauf oder dem Abbruch einer Liste wechselt das Gerät wieder in die zuvor eingestellte Grundbetriebsart mit dem dazugehörigen Sollwert. Der Ausgang bleibt nach der Listenausführung eingeschaltet.

4.11.3 List Execution

In order to execute the list function, a valid list set must reside in the device (see 4.11.2 List Set Definition). The list function can be started with the corresponding SCPI command, the Shortcut S+ -> Start or through a trigger event. The activated list function starts as soon as the output is switched on or, respectively, the trigger event occurs. Thereby the device switches automatically into the desired list mode. During a running list the FUNC bit in the Operation Status Register is set.

If the output is switched off during a list execution, the list function will be paused and resumed with the next switching on. After the list was finished or aborted the device returns to the previously set basic operating mode and its corresponding setting value. The output remains active after the list execution.

Lokale Bedienung:*Shortcut S+ -> Start*

Die Ausführung der Liste startet, sobald die Tastenfolge ausgeführt wird. Dabei schaltet das Gerät automatisch in die Listen-Betriebsart. Bei laufender Listenausführung ist das FUNC-Bit im Operation Status Register gesetzt und LIST wird in der Statusleiste angezeigt.

Shortcut S+ -> Stop

Die Listenausführung wird gestoppt. Der Ausgang wird dabei ausgeschaltet. Nach dem Ablauf oder dem Abbruch einer Liste wechselt das Gerät wieder in die zuvor eingestellte Grundbetriebsart mit dem dazugehörigen Sollwert.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.9 LIST-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.11.4 Liste per Trigger ausführen

Wenn die Listenausführung durch ein Trigger-Ereignis gestartet oder gestoppt werden soll, muss die Verarbeitung von Trigger-Ereignissen durch die Listenfunktion aktiviert werden.

Lokale Bedienung:*Main Menu -> Settings -> Function -> List*

„List settings“: Enter drücken.

Markierungsfeld „Trigger controlled“ aktivieren.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.9 LIST-Subsystem,
5.10.20 TRIGger-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Local operation:*Shortcut S+ -> Start*

The list execution is started as soon as the shortcut sequence is pressed. The list mode selected is automatically set. When a list is running the FUNC bit in the operation status is set and LIST is displayed in the status bar.

Shortcut S+ -> Stop

List execution is stopped and the output is switched off. After the set list count has expired or the list is aborted, the device sets the previously set basic operating mode with the corresponding setting.

Digital remote operation:

See 5.10.9 LIST Subsystem.

External control:

Not available.

4.11.4 List Execution by Trigger

If the list execution shall be started or stopped by a trigger event the processing of trigger events by the list function must be activated.

Local operation:*Main Menu -> Settings -> Function -> List*

„List settings“: press Enter.

Activate checkbox „Trigger controlled“.

Digital remote operation:

See 5.10.9 LIST Subsystem,
5.10.20 TRIGger Subsystem.

External control:

Not available.

4.11.5 Messdatenerfassung durch die Listenfunktion

Synchron zur Ausführung einer Liste können Messdatensätze mit definierten Abtastintervallen in der Quelle-Senke gespeichert werden. Für jeden Listenabschnitt wird dazu ein zugehöriges Abtastintervall angegeben. Bei aktivierter Datenaufzeichnung werden Spannung und Strom synchron gemessen und mit dem zugehörigen, relativen Zeitstempel gespeichert.

Die Datenaufzeichnung während der Ausführung der Listenfunktion muss explizit aktiviert werden. Ein Reset deaktiviert die Datenaufzeichnung.

Ein Datensatz besteht aus relativem Zeitstempel, Spannungswert und Stromwert. Ist das Ende des verfügbaren Datenspeichers erreicht, werden nach dem Ringpufferprinzip die ältesten Daten mit den neuen Daten überschrieben. Dies wird signalisiert, indem der Status MEM im Questionable Status Register gesetzt und in der Statusleiste der Benutzerschnittstelle angezeigt wird. Dieser Zustand bleibt so lange erhalten, bis entweder ein Datensatz gelesen, alle Datensätze gelöscht oder die Listenfunktion neu gestartet wird.

Um einen Überlauf des Messdatenspeichers zu vermeiden, sollten während sehr langen Messungen fortwährend Messdatensätze aus dem Speicher entnommen werden. Die gespeicherten Datensätze können dabei einzeln oder blockweise mit bis zu 100 Datensätzen pro Abruf aus der Quelle-Senke ausgelesen werden.

Lokale Bedienung:

Siehe 4.11.2 Listensatz definieren

Siehe 4.15 Daten aus dem internen Speicher

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.3 DATA-Subsystem.

Siehe 5.10.9 LIST-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.11.5 Data Acquisition by List Function

The source-sink can save measurement data points with defined sample intervals. For each list segment a corresponding sampling interval is set. If data acquisition is enabled voltage and current are synchronously measured and saved with a relative timestamp.

Data acquisition during execution of the list function must be explicitly enabled. Data acquisition is disabled at reset.

A data point consists of a relative timestamp, voltage and current value. If the end of the available data memory is reached the source-sink overwrites the oldest data with the new data according to the ring buffer principle. This is signaled by setting the MEM status in the Questionable Status Register and displaying it in the status bar of the user interface. This status is kept until either a data point is read, all data points are deleted or the list function is restarted.

In order to avoid an overflow of the measurement data memory, data points should be continuously read from the memory during very long measurements. The saved data points can be read from the source-sink as one single data point or block-wise with up to 100 data points per query.

Local operation:

See 4.11.2 List Set Definition

See 4.15 Export Data from Internal Memory

Digital remote operation:

See 5.10.3 DATA Subsystem.

See 5.10.9 LIST Subsystem.

External control:

Not available.

4.11.6 Beispiel für eine Liste mit Messdatenerfassung

Programmierbeispiel: Spannungsprofil mit zwei Spannungswerten (60 V, 20 V) und aktiviertem Datensampling:

```
VOLT 10;OUTP ON
LIST:MODE VOLT
LIST:VOLT 60,20
LIST:RTIM .025,.005
LIST:DWEL .01,.02
LIST:STIM:RTIM .005,.0025
LIST:STIM:DWEL .001,.01
LIST:COUN 10
LIST:ACQ ON
LIST:STAT ON
```

Dieses Beispiel erzeugt einen Spannungsverlauf nach Abbildung 4.14. Die grünen Markierungen sind Messpunkte.

4.11.6 List Example with Data Acquisition

Programming Example: Profile with two voltage levels (60 V, 20 V) and enabled data sampling:

```
VOLT 10;OUTP ON
LIST:MODE VOLT
LIST:VOLT 60,20
LIST:RTIM .025,.005
LIST:DWEL .01,.02
LIST:STIM:RTIM .005,.0025
LIST:STIM:DWEL .001,.01
LIST:COUN 10
LIST:ACQ ON
LIST:STAT ON
```

This example generates a voltage according to the schematic shown in Figure 4.14. The green marks are measuring points.




Abbildung 4.14: Beispiel einer Liste mit synchroner Datenerfassung
Figure 4.14: Example of a list with synchronous data acquisition

4.11.7 Allgemeine Hinweise für die Listenfunktion



Die nutzbaren Zeiteinstellungen sind eventuell durch die Anstiegs- und Abfallzeit des jeweiligen Modells beschränkt (siehe technische Daten).

Für jede Listen-Betriebsart ist eine separate Liste mit Ausgangspegeln vorhanden. Die Listen für die Rampen- und Verweilzeiten werden für alle Listen-Betriebsarten gemeinsam verwendet.



Während einer laufenden Liste kann die Listen-Betriebsart nicht geändert werden. Beim Versuch, die Listen-Betriebsart zu wechseln, während eine Liste ausgeführt wird, generiert die Quelle-Senke einen Settings Conflict Error (siehe 9.1 Fehlercodes).

Die externe Steuerung der Betriebsart für die Regelung während der Ausführung einer Liste ist nicht möglich.

4.11.7 General Information for the List Function



The usable time settings may be limited by the rise and fall time of the particular model (see technical data).

There is a separate list with output levels for every list mode. The lists for the ramp and dwell times are shared for all list modes.



The list mode cannot be changed while a list is running. If you attempt to change the list mode while a list is executed, the source-sink will generate a Settings Conflict Error (see 9.1 Error Codes).

The external control of the regulation mode during the execution of a list is not possible.

4.12 Prüfen von Energiespeichern



Warnung vor Verletzungen und Beschädigung von Energiespeicher-Prüflingen durch falsche Handhabung!

Falsche Handhabung von Batterien und Akkumulatoren kann zum Auftreten von berührungsgefährlichen Spannungen, giftigen Dämpfen, Säureaustritt und sogar Explosion führen.

Im CC-, CR-, und CP-Betrieb bestimmt das Vorzeichen von Einstellwerten die Stromflussrichtung! Wenn der Prüfling korrekt gepolt an die Quelle-Senke angeschlossen ist, bewirken positive Einstellwerte einen Stromfluss aus der Quelle-Senke (Quellenstrom), negative Werte einen Stromfluss in die Quelle-Senke (Senkenstrom). Siehe Abbildung 4.15.

- Prüfling in nicht brennbarer Umgebung positionieren!
- Vor Beginn der Lade- oder Entladefunktion prüfen, ob der Prüfling polrichtig angeschlossen ist!
- Vor Beginn der Lade- oder Entladefunktion Vorzeichen und Beträge der Einstell- und Begrenzungswerte prüfen!
- Hinweise in Kap. 1.8 und 2.3.1 beachten!

4.12 Testing Energy Storage Devices



Warning of injury and damage to energy storage DUT due to wrong handling!

Incorrect handling of batteries and accumulators can lead to hazardous voltages, toxic vapors, acid leakage and even explosion.

In CC, CR, and CP operation, the sign of setting values determines the direction of current flow! If the DUT is connected to the source-sink with correct polarity, positive setting values cause current to flow out of the source-sink (source current), negative values cause current to flow into the source-sink (sink current). See Figure 4.15.

- Place the DUT in a non-flammable environment!
- Before starting the charging or discharging function, check whether the DUT is connected with correct polarity!
- Before starting the charging or discharging function, check the signs and amounts of the setting and limiting values!
- Follow the safety instructions in chapters 1.8 and 2.3.1!




Abbildung 4.15: Stromrichtungen bei positiven und negativen Einstellwerten
Figure 4.15: Current directions with positive or negative setting values

4.12.1 Ladefunktion

Zur Prüfung von Energiespeichern wie Akkumulatoren, Ultracaps und Kondensatoren kann die Quelle-Senke einen angeschlossenen Prüfling kontrolliert laden und die Werte für abgegebene Ladung und Energie zur Verfügung stellen.

Diese Funktion ist bei lokaler Bedienung und bei digitaler Fernsteuerung möglich. Bei lokaler Bedienung wird der Benutzer durch das Menü geführt.

Sie starten die Ladung, indem Sie bei konfigurierter Ladefunktion den Shortcut S+ -> Start drücken. Dazu müssen Sie bei lokaler Bedienung mindestens ein Stoppkriterium aktiviert haben. Der Ausgang wird beim Start automatisch eingeschaltet.

Die Ladefunktion pausiert die Ausführung, sobald der Ausgang ausgeschaltet wird. Mit dem Wiedereinschalten des Ausgangs wird die Funktion fortgesetzt.

Bei der laufenden Ladung kumuliert die Quelle-Senke im Sekunden-takt die an den Prüfling abgegebene Ladung in Ah und Energie in Wh. Diese werden ebenso wie die aktuellen Messwerte für Spannung und Strom mit der verstrichenen Ladezeit an der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Der an den Ausgang angeschlossene Prüfling wird so lange geladen, bis eines der aktivierten Stoppkriterien erfüllt ist.

4.12.1 Charge Function

In order to test energy storage devices such as accumulators, ultracaps and capacitors the source-sink can charge a connected device under test and provide the values of the delivered amount of charge and energy.

This function is available in local operation and by digital remote control. In local operation you are guided by the menu.

Start charging by pressing the S+ -> Start shortcut when the charging function is configured. To do this, you must have activated at least one stop criterion in local operation. The output is automatically switched on at start.

The charge function pauses execution as soon as the output is switched off. When the output is switched on again, the function continues.

During the running charge function, the source-sink accumulates the charge in Ah and energy in Wh delivered to the device under test. The user interface displays these values for voltage and current and the elapsed time.

The device under test connected to the output is charged until one of the activated stop conditions will be fulfilled.

Betriebsart für die Ladung

Die Ladefunktion ist in folgenden Betriebsarten möglich:

- Strombetrieb
- Leistungsbetrieb



Ist die Spannung am Ausgang positiv, müssen für eine Ladung des Prüflings im Strom- oder Leistungsbetrieb der Regelung positive Sollwerte vorgegeben werden.

Stoppkriterien

Folgende Stoppkriterien sind unabhängig voneinander aktivierbar:

- Ladung (Charge)
- Energie (Energy)
- Zeit (Time)
- Strom (Current)
- Spannung (Voltage)

Die Stoppkriterien Ladung, Energie, Zeit und Spannung werden auf Überschreitung geprüft, das Stoppkriterium Strom auf Unterschreitung. Das heißt, die Ladefunktion stoppt beispielsweise, wenn die kumulierte Ladung größer/gleich dem vorgegebenen Stopp-Wert ist oder wenn der gemessene Ausgangsstrom kleiner/gleich dem vorgegebenen Stopp-Wert ist.



Wenn eines der aktivierten Stoppkriterien erreicht wird, deaktiviert die Quelle-Senke die Ladefunktion und den Ausgang.

CC+CV-Ladeverfahren

Die Quelle-Senke unterstützt das CC+CV- bzw. IUa-Ladeverfahren. Dabei wird der Prüfling zunächst mit konstantem Strom bis zu einer definierten Maximalspannung geladen. Bei Erreichen dieser Spannung wechselt die Quelle-Senke implizit in den Spannungsbetrieb, d. h. die angegebene Spannung wird konstant gehalten, und zwar so lange, bis der gemessene Strom unter den Wert des Stoppkriteriums Strom gesunken ist. Erst dann deaktiviert die Quelle-Senke den Ausgang und die Prüfung ist beendet.



Dieses Verfahren realisieren Sie, indem Sie den Wert der zu regelnden Maximalspannung als Sollwert für die obere Spannungsbegrenzung vorgeben und das Stoppkriterium Strom aktivieren und definieren.

Charge Mode

The charge function is possible in the following operating modes:

- Current mode
- Power mode



If the voltage at the output is positive, positive setting values must be specified for charging the device under test in current or power mode.

Stop Conditions

Independent of each other, the following stop criteria can be activated:

- Charge
- Energy
- Time
- Current
- Voltage

The stop conditions charge, energy, time and voltage are checked for being overrun, the stop condition current is checked for being underrun. That means for example, the charging is stopped if the accumulated charge is higher or equal the configured stop condition or if the measured output current is lower or equal the configured stop condition.



If one of the activated stop conditions is reached, the source-sink deactivates the charge function and output.

CC+CV Charging

The source-sink supports the CC+CV or IUa charging. The device under test is firstly charged with constant current until a defined voltage level is reached. At this point the source-sink implicitly switches to voltage mode, which means the defined voltage is kept constant as long as the current is higher than the value of the current stop condition. When the current stop condition is fulfilled the source-sink deactivates the output and the test is finished.



To realize this charging method set the value of the maximum voltage as setting value for the high voltage protection and activate and set the current stop condition.

Dynamische Ladung

Die Ladefunktion bietet die Möglichkeit, einen Prüfling mit Hilfe eines dynamischen Profils zu laden. Für diesen Anwendungsfall muss zuerst mit Hilfe der Listenfunktion ein gültiges Profil bestehend aus lauter positiven Einstellwerten erstellt werden (s. 4.11 Listenfunktion). Anschließend kann im Dialogfenster "Charge Mode and Protection" der Eintrag "List" angewählt werden. Nach dem Starten der Ladefunktion mit dem Shortcut S+ -> Start werden die Listen- und Ladefunktion gemeinsam ausgeführt.



Im digitalen Fernsteuerbetrieb müssen Sie die List- und Ladefunktion separat starten.

Interne Messdatenerfassung

Zur Speicherung von Messdaten kann sowohl bei lokaler Bedienung als auch bei digitaler Fernsteuerung die interne Messdatenerfassung aktiviert werden (siehe 4.14 Messdatenerfassung).

Messdatenerfassung mit Nachlaufzeit auf USB-Speicher

Bei lokaler Bedienung kann die Quelle-Senke die ermittelten Messwerte auf einen USB-Stick protokollieren (siehe 4.14.2 Protokollierung auf USB-Stick). Dabei kann eine Nachlaufzeit definiert werden, um die Erholungsphase des Prüflings nach dem Laden zu dokumentieren.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Charge

„Initialize function“: „Enter“ drücken.

Im folgenden Dialogfenster „Charge Stop Conditions“ mindestens ein Abschaltkriterium aktivieren und definieren. Mit „OK“ bestätigen.

Im folgenden Dialogfenster „Charge Mode and Protection“ die Sollwerte für Betriebsart, Pegel und Schutzfunktionen anpassen. Mit „OK“ bestätigen.

Im folgenden Dialogfenster „Charge“ mit „OK“ die Konfiguration der Funktion abschließen.

In der funktionspezifischen Hauptansicht „Charge Main View“ mit Shortcut S+ -> Start die Ladefunktion starten.

Dynamic Charging

The charge function offers the possibility to charge a device under test with the help of a dynamic profile. For this application, a valid profile consisting of all positive setting values must first be created using the list function (see 4.11 List Function). Afterwards, the "List" entry can be selected in the "Charge Mode and Protection" dialog window. After starting the charge function with the key sequence S+ -> Start, the list and charge function are executed simultaneously.



In digital remote control, you must start the list and charge function separately.

Internal Data Acquisition

Internal data acquisition can be activated for storage of measurement data both with local operation and with digital remote control (see 4.14 Measurement Data Acquisition).

Data Acquisition with Follow-up time to USB Flash Drive

In local operation the source-sink can log the measured data to an external USB flash drive (see 4.14.2 Logging on USB Flash Drive Logging on USB). A follow-up time can be defined to document the regeneration phase of the device under test after the charging has finished.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Charge

„Initialize function“: press „Enter“.

In the following "Charge Stop Conditions" dialog, activate and define at least one shutdown criterion. Confirm with "OK".

In the following "Charge Mode and Protection" dialog, edit the setting values for operating mode, level and protections. Confirm with "OK".

In the following dialog "Charge" finish the configuration of the function with "OK".

In the function-specific main view "Charge Main View", start the charge function by Shortcut S+ -> Start.




Abbildung 4.16: Hauptansicht der Ladefunktion

Figure 4.16: Main view of charge function

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.6 FUNCTION-Subsystem

Befehle FUNCTION:CHARGE

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.12.2 Entladefunktion

Zur Prüfung von Energiespeichern wie Akkumulatoren, Ultracaps und Kondensatoren kann die Quelle-Senke einen angeschlossenen Prüfling kontrolliert entladen und die Werte für entnommene Ladung und Energie zur Verfügung stellen.

Diese Funktion ist bei lokaler Bedienung und bei digitaler Fernsteuerung möglich. Bei lokaler Bedienung wird der Benutzer durch das Menü geführt.

Sie starten die Entladung, indem Sie bei konfigurierter Entladefunktion den Shortcut S+ -> Start drücken. Dazu müssen Sie bei lokaler Bedienung mindestens ein Stoppkriterium aktiviert haben. Der Ausgang wird beim Start automatisch eingeschaltet.

Die Entladefunktion pausiert die Ausführung, sobald der Ausgang ausgeschaltet wird. Mit dem Wiedereinschalten des Ausgangs wird die Funktion fortgesetzt.

Digital remote operation:

See 5.10.6 FUNCTION Subsystem

Commands FUNCTION:CHARGE

External control:

Not available.

4.12.2 Discharge Function

In order to test energy storage devices such as accumulators, ultracaps and capacitors the source-sink can discharge a connected device under test and provide the values of the consumed amount of charge and energy.

This function is available in local operation and by digital remote control. In local operation you are guided by the menu.

Start discharging by pressing the S+ -> Start shortcut when the discharging function is configured. To do this, you must have activated at least one stop criterion in local operation. The output is automatically switched on at start.

The discharge function pauses execution as soon as the output is switched off. When the output is switched on again, the function continues.

Bei der laufenden Entladung kumuliert die Quelle-Senke im Sekunden-takt die dem Prüfling entnommene Ladung in Ah und die Energie in Wh. Diese werden ebenso wie die aktuellen Messwerte für Spannung und Strom mit der verstrichenen Entladezeit an der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Der an den Ausgang angeschlossene Prüfling wird so lange entladen, bis eines der aktivierten Stoppkriterien erfüllt ist.

Betriebsart für die Entladung

Die Entladefunktion ist prinzipiell in jeder Betriebsart der Regelung möglich. Bei lokaler Bedienung stehen die folgenden Betriebsarten zur Verfügung:

- Strombetrieb
- Leistungsbetrieb
- Widerstandsbetrieb



Ist die Spannung am Ausgang positiv, müssen für eine Entladung des Prüflings im Strom-, Leistungs- oder Widerstandsbetrieb der Regelung negative Sollwerte vorgegeben werden.

Stoppkriterien

Folgende Stoppkriterien sind unabhängig voneinander aktivierbar:

- Ladung (Charge)
- Energie (Energy)
- Zeit (Time)
- Strom (Current)
- Spannung (Voltage)

Die Stoppkriterien Strom und Zeit werden auf Überschreitung geprüft, die Stoppkriterien Energie, Ladung und Spannung auf Unterschreitung (negativer Strom nimmt betragsmäßig ab, negative Energie und Ladung nehmen betragsmäßig zu). Das heißt, die Entladung stoppt beispielsweise, wenn die kumulierte Ladung kleiner/gleich dem vorgegebenen Stopp-Wert ist oder wenn die gemessene Spannung kleiner/gleich dem vorgegebenen Stopp-Wert ist.



Wenn eines der aktivierten Stoppkriterien erreicht wird, deaktiviert die Quelle-Senke die Entladefunktion und den Ausgang.

During the running discharge function the source-sink accumulates the consumed charge in Ah and energy in Wh. The user interface displays these values for voltage and current and the elapsed time.

The device under test connected to the output is discharged until one of the activated stop conditions will be fulfilled.

Discharge mode

The discharge function is basically possible in any operating mode of the regulation. In local operation the following operating modes are available:

- Current mode
- Power mode
- Resistance mode



If the voltage at the output is positive, negative setting values must be specified for discharging the device under test in current, power or resistance regulation mode.

Stop Conditions

Independent of each other, the following stop criteria can be activated:

- Charge
- Energy
- Time
- Current
- Voltage

The stop conditions current and time are checked for being overrun, the stop conditions energy, charge and voltage are checked for being underrun (negative current decreases in magnitude, negative energy and charge increase in magnitude). That means for example, the discharging is stopped if the accumulated charge is higher or equal the preset stop condition or if the measured voltage is lower or equal the preset stop condition.



If one of the activated stop conditions is reached, the source-sink deactivates the discharge function and output.

Dynamische Entladung

Die Entladefunktion bietet die Möglichkeit, einen Prüfling mit Hilfe eines dynamischen Profils zu entladen. Für diesen Anwendungsfall muss zuerst mit Hilfe der Listenfunktion ein gültiges Profil bestehend aus lauter negativen Einstellwerten erstellt werden (s. 4.11 Listenfunktion). Anschließend kann im Dialogfenster "Discharge Mode and Protection" der Eintrag "List" angewählt werden. Nach dem Starten der Entladefunktion mit dem Shortcut S+ -> Start werden die Listen- und Entladefunktion gemeinsam ausgeführt.



Im digitalen Fernsteuerbetrieb müssen Sie die List- und Ladefunktion separat starten.

CC+CV-Entladeverfahren

Die Quelle-Senke unterstützt das CC+CV- bzw. IUa-Entladeverfahren. Dabei wird der Prüfling zunächst mit konstantem Strom bis zu einer definierten Minimalspannung entladen. Bei Erreichen dieser Spannung wechselt die Quelle-Senke implizit in den Spannungsbetrieb, d. h. die angegebene Spannung wird konstant gehalten, und zwar so lange, bis der gemessene Strom unter den Wert des Stoppkriteriums Strom gesunken ist. Erst dann deaktiviert die Quelle-Senke den Ausgang und die Prüfung ist beendet.



Dieses Verfahren realisieren Sie, indem Sie den Wert der zu regelnden Minimalspannung als Sollwert für die untere Spannungsbegrenzung vorgeben und das Stoppkriterium Strom aktivieren und definieren.

Interne Messdatenerfassung

Zur Speicherung von Messdaten kann sowohl bei lokaler Bedienung als auch bei digitaler Fernsteuerung die statische Messdatenerfassung aktiviert werden (siehe 4.14 Messdatenerfassung).

Protokollierung mit Nachlaufzeit auf USB-Speicher

Bei lokaler Bedienung kann die Quelle-Senke Messwerte auf einen USB-Stick protokollieren (siehe 4.14.2 Protokollierung auf USB-Stick). Dabei kann eine Nachlaufzeit definiert werden, um die Erholungsphase des Prüflings nach dem Entladen zu dokumentieren.

Dynamic Discharging

The discharge function offers the possibility to discharge a device under test with the help of a dynamic profile. For this application, a valid profile consisting of all negative setting values must first be created using the list function (see 4.11 List Function). Afterwards, the "List" entry can be selected in the "Discharge Mode and Protection" dialog window. After starting the discharge function with the key sequence S+ -> Start, the list and discharge function are executed simultaneously.



In digital remote control, you must start the list and charge function separately.

CC+CV Discharging

The source-sink supports the CC+CV or IUa discharging. The device under test is firstly discharged with constant current until a defined voltage is reached. At this point the source-sink implicitly switches to voltage mode, which means the defined voltage is kept constant as long as the current is higher than the value of the current stop condition. When the current stop condition is fulfilled the source-sink deactivates the output and the test is finished.



To realize the IUa discharging set the value of the minimum voltage as setting value for the low voltage protection and activate and set the current stop condition.

Internal Data Acquisition

Internal data acquisition can be activated for storage of measurement data both with local operation and with digital remote control (see 4.14 Measurement Data Acquisition).

Logging with Follow-up time to USB Flash Drive

In local operation the source-sink can log measurement data to an external USB flash drive (see 4.14.2 Logging on USB Flash Drive Logging on USB). A follow-up time can be defined optionally to document the regeneration phase of the device under test after the discharging has finished.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Discharge

„Initialize function“: „Enter“ drücken.

Im folgenden Dialogfenster „Discharge Stop Conditions“ mindestens ein Abschaltkriterium aktivieren und definieren. Mit „OK“ bestätigen.

Im folgenden Dialogfenster „Discharge Mode and Protection“ die Sollwerte für Betriebsart, Pegel und Schutzfunktionen anpassen. Mit „OK“ bestätigen.

Im folgenden Dialogfenster „Discharge“ mit „OK“ die Konfiguration der Funktion abschließen.

In der funktionsspezifischen Hauptansicht „Discharge Main View“ mit Shortcut S+ -> Start die Entladefunktion starten.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Discharge

„Initialize function“: press „Enter“.

In the following "Discharge Stop Conditions" dialog, activate and define at least one shutdown criterion. Confirm with "OK".

In the following "Discharge Mode and Protection" dialog, edit the setting values for operating mode, level and protections. Confirm with "OK".

In the following dialog "Discharge" finish the configuration of the function with "OK".

In the function-specific main view "Discharge Main View", start the discharge function by Shortcut S+ -> Start.




Abbildung 4.17: Hauptansicht der Entladefunktion

Figure 4.17: Main view of discharge function

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.6 FUNCTION-Subsystem

Befehle FUNCTION:DISCharge

Digital remote operation:

See 5.10.6 FUNCTION Subsystem

Commands FUNCTION:DISCharge

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

External control:

Not available.

4.12.3 Zykliefunktion

Zur Prüfung von Energiespeichern wie Akkumulatoren, Ultracaps und Kondensatoren kann die Quelle-Senke einen angeschlossenen Prüfling kontrolliert zyklisieren, d.h. wiederholt laden und entladen.

4.12.3 Cycling Function

For testing energy storage devices such as accumulators, ultracaps and capacitors, the source sink can cycle a connected device under test in a controlled manner, i.e. charge and discharge it repeatedly.

Diese übergeordnete Funktion ist ausschließlich bei lokaler Bedienung möglich und steuert die beiden Funktionen Laden (siehe 4.12.1 Ladefunktion) und Entladen (siehe 4.12.2 Entladefunktion).

Das Zyklieren startet, indem Sie bei vollständig konfigurierter Lade- und Entladefunktion (mindestens ein aktives Abschaltkriterium bei beiden Funktionen) den Shortcut S+ -> Start drücken. Der Ausgang wird beim Start automatisch eingeschaltet.

Das Zyklieren pausiert die Ausführung, sobald der Ausgang beim Laden oder Entladen des Prüflings ausgeschaltet wird. Mit dem Wiedereinschalten des Ausgangs wird das Laden oder Entladen fortgesetzt.

Beim Zyklieren werden abwechselnd die Lade- und Entladefunktion unter Beachtung der konfigurierten Erholungszeit zwischen Laden und Entladen sowie der Anzahl an Zyklen ausgeführt. Dabei werden an der Benutzerschnittstelle die gerade ausgeführte Funktion mit den aktuellen Messwerten für Spannung, Strom, Energie und Ladung, die Anzahl an ausgeführten Zyklen sowie der Status der Zyklierfunktion angezeigt.

Protokollierung auf USB-Speicher

Optional kann die Quelle-Senke während der Ausführung der Zyklierfunktion Messwerte auf einen USB-Stick protokollieren (siehe 4.14.2 Protokollierung auf USB-Stick).

This function is only possible with local operation and controls the two functions charging (see 4.12.1 Charge Function) and discharging function (see 4.12.2 Discharge Function).

Cycling starts by pressing the S+ -> Start shortcut when the charge and discharge functions are fully configured (at least one active switch-off criterion for both functions). The output is automatically switched on at start.

Cycling pauses execution as soon as the output is switched off while charging or discharging the device under test. When the output is switched on again, charging or discharging is continued.

During cycling, the charging and discharging functions are performed alternately, taking into account the configured recovery time between charging and discharging and the number of cycles. The user interface displays the function currently being executed with the measurement values for voltage, current, energy and charge, the number of cycles executed and the status of the cycling function.

Logging to USB Flash Drive

Optionally, the source-sink can log measurement values to an external USB flash drive during execution of the cycling function (see 4.14.2 Logging on USB Flash Drive/Logging on USB).

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Cycling

Schaltfläche „Charge“: Konfiguration der Ladefunktion starten.

Im folgenden Dialogfenster „Charge Stop Conditions“ mindestens ein Abschaltkriterium für das Laden aktivieren und definieren. Mit „OK“ bestätigen.

Im folgenden Dialogfenster „Charge Mode and Protection“ die Sollwerte für Betriebsart, Pegel und Schutzfunktionen während des Ladens definieren. Mit „OK“ bestätigen.

Schaltfläche „Discharge“: Konfiguration der Entladefunktion starten.

Im folgenden Dialogfenster „Discharge Stop Conditions“ mindestens ein Abschaltkriterium aktivieren und definieren. Mit „OK“ bestätigen.

Im folgenden Dialogfenster „Discharge Mode and Protection“ die Sollwerte für Betriebsart, Pegel und Schutzfunktionen anpassen. Mit „OK“ bestätigen.

Im Dialogfenster „Cycling“ die Startfunktion, die Anzahl der Zyklen sowie den Zustand des Prüflings bei Testende definieren. Die Konfiguration der Zyklierfunktion mit „OK“ abschließen.

In der funktionspezifischen Hauptansicht „Cycling Main View“ mit Shortcut S+ -> Start die Zyklierfunktion starten.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Cycling

„Charge“ button: start configuration of the charge function.

In the following „Charge Stop Conditions“ dialog, activate and define at least one shutdown criterion for charging. Confirm with „OK“.

In the following „Charge Mode and Protection“ dialog, define the setting values for operating mode, level and protections during charging. Confirm with „OK“.

„Discharge“ button: start configuration of the discharge function.

In the following „Discharge Stop Conditions“ dialog, activate and define at least one shutdown criterion for discharging. Confirm with „OK“.

In the following „Discharge Mode and Protection“ dialog, define the setting values for operating mode, level and protections during discharging. Confirm with „OK“.

In the „Cycling“ dialog, define the start function, the number of cycles and the state of the device under test at the end of the test.

In the function-specific main view „Cycling Main View“, start the cycling function by Shortcut S+ -> Start.




Abbildung 4.18: Hauptansicht der Zyklierfunktion

Figure 4.18: Main view of cycling function

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Digital remote operation:

Not available.

External control:

Not available.

4.13 Innenwiderstandsmessung

Die Quelle-Senke kann den Gleichstrom-Innenwiderstand des angeschlossenen Prüflings messen.

Die Bestimmung des Innenwiderstandes richtet sich nach dem Prinzip, wie es in verschiedenen Standards für Batterien und Akkumulatoren, z. B. DIN EN 61951, DIN EN 61960, spezifiziert ist: im Abstand von einigen Sekunden wird bei zwei definierten Belastungsstufen die Klemmenspannung des Prüflings gemessen.

4.13 Internal Resistance Measurement

The source-sink is able to measure the internal DC resistance of the connected device under test.

The determination of the internal resistance is done in the way specified in several standards for batteries and accumulators, e.g. DIN EN 61951, DIN EN 61960: the terminal voltage of the device under test is measured at two defined current levels lasting a defined duration.




Abbildung 4.19: Prinzip der Innenwiderstandsmessung
Figure 4.19: Internal resistance measurement principle

Am Ende der ersten Belastungsstufe I1 wird die Spannung V1 am Prüfling gemessen. Dann wird sofort die zweite, höhere Belastungsstufe eingestellt, an deren Ende die Spannung V2 gemessen wird. Die Quelle-Senke berechnet dann den Innenwiderstand aus dem Quotienten der gemessenen Spannungs- und Stromdifferenz:

$$R_i = (V_1 - V_2) / (I_2 - I_1)$$

At the end of the first level I1 the voltage V1 is measured at the device under test. Then the second, higher level I2 is immediately set. At the end of the duration of I2 the voltage V2 is measured. Then the source-sink calculates the internal resistance from the quotient of the differences of the measured voltages and currents:

$$R_i = (V_1 - V_2) / (I_2 - I_1)$$

Die Höhe der Belastungsstufen I1 und I2 sowie die Verweildauern t1 (für I1) und t2 (für I2) sind einstellbar. Die zweite Belastungsstufe I2 muss unterschiedlich sein zur Stufe I1, andernfalls generiert die Quelle-Senke beim Starten der Messfunktion einen Settings conflict Error.

Bei lokaler Bedienung kann die Quelle-Senke die Parameter und das Ergebnis der Messung auf einen angeschlossenen USB-Stick speichern.



Ist die Spannung am Ausgang positiv, müssen für eine Belastung des Prüflings im Strombetrieb negative Sollwerte vorgegeben werden.



Schließen Sie zur Innenwiderstandsmessung die Sense-Anschlüsse an den Prüfling, sonst verfälscht der Spannungsabfall auf den Leitungen das Messergebnis.

Die Innenwiderstandsmessung ist nicht gleichzeitig mit einer der folgenden Funktionen möglich:

- Listenfunktion
- Modulatorfunktion
- Rechteck-/PWM-Funktion
- Extern gesteuerte Regelgröße oder Betriebsart

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Function -> Ri Measurement

Eingabefelder „Current/Time 1“ und „Current/Time 2“: Sollwerte für Strompegel und Zeit definieren. Mit „OK“ bestätigen.

In der funktionsspezifischen Hauptansicht „Ri Main View“ mit Shortcut S+ -> Start die Messfunktion starten.



Der Ausgang wird nach beendeter Messung nicht automatisch abgeschaltet. Falls ein Prüfling falsch gepolt angeschlossen wird, entsteht unkontrollierter Stromfluss!

- Schalten Sie den Ausgang aus, bevor Sie den Prüfling wechseln!

The levels I1 and I2 as well as the dwells t1 (for I1) and t2 (for I2) are adjustable. The second level I2 must be different to level I1, otherwise the source-sink will generate a Settings conflict Error when the measurement function is started.

In local operation the source-sink can store the parameters and the result of the measurement to an attached USB flash drive.



If the voltage at the output is positive, negative setting values must be specified for loading the device under test in current regulation mode.



When measuring the internal resistance, connect the sense terminals to the device under test, otherwise the voltage drop on the output lines will lead to incorrect measurement results.

The internal resistance measurement is not possible at the same time as one of the following functions:

- list function
- modulator function
- rectangular/PWM function
- externally controlled setting or operating mode

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Function -> Ri Measurement

Edit widgets "Current/Time 1" and "Current/Time 2": define setting values for current levels and times. Confirm with "OK".

Start the measurement function in the function-specific main view "Ri Main View" with shortcut S+ -> Start.



The output is not automatically switched off after the measurement is finished. If a DUT is connected with wrong polarity, uncontrolled current flow may occur!

- Switch off the output before changing the DUT!




Abbildung 4.20: Hauptansicht der Innenwiderstandsmessung
Figure 4.20: Main view of internal resistance measurement

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.6 FUNCTION-Subsystem.

Befehle FUNCTION:MEASure:IRESistance

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Digital remote operation:

See 5.10.6 FUNCTION Subsystem.

Commands FUNCTION:MEASure:IRESistance

External control:

Not available.

4.14 Messdatenerfassung

4.14 Measurement Data Acquisition

4.14.1 Interne Messdatenerfassung

4.14.1 Internal Data Acquisition

Für Anwendungen mit hoher Abtastrate und hoher zeitlicher Genauigkeit kann die Messdatenerfassung mit einer definierbaren Abtastrate (Sampling rate) Messwerte für Spannung und Strom periodisch erfassen und mit Zeitstempel im internen Gerätespeicher puffern. Die Messwerte werden dabei zeitlich synchron erfasst.

For applications with high sampling rates and high time accuracy the measurement data acquisition can periodically acquire measurement values for voltage and current with a user-defined sample rate and buffer these values with a time stamp in the internal device memory. The measured values are recorded synchronously.

Der interne Gerätespeicher kann bis zu 40.000 Datensätze puffern. Ein Datensatz besteht aus einem relativen Zeitstempel, Spannungswert und Stromwert. Ist das Ende des verfügbaren Datenspeichers erreicht, werden nach dem Ringpufferprinzip die ältesten Daten mit den neuen überschrieben. Dies wird signalisiert, indem an der Benutzerschnittstelle MEM in der Statusleiste angezeigt und das MEM-Bit im Questionable Status Register gesetzt wird. Dieser Zustand bleibt so lange erhalten, bis entweder ein Datensatz gelesen oder die Messdatenerfassung neu gestartet wird.

The internal device memory can buffer up to 40,000 measurement data points. A data point consists of a relative timestamp, voltage value and current value. If the end of the available data memory is reached the source-sink overwrites the oldest data with the new data according to the ring buffer principle. This is signaled by displaying MEM in the status bar of the user interface and setting the MEM bit of the Operation Status Register. This status is kept until either a data point is read or the data acquisition is restarted.

Wenn die Messdatenerfassung durch ein Trigger-Ereignis gestartet oder gestoppt werden soll, muss die Auswertung von Trigger-Ereignissen durch die Messdatenerfassung aktiviert werden (siehe auch 4.18 Triggersystem).

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Acquisition

Markierungsfeld „Enable state“: Messwerterfassung aktivieren.

Eingabefeld „Sample time [s]“: Abtastintervall eingeben.

Beim Verlassen des Fensters mit „OK“ wird die Datenerfassung aktiviert und mit Einschalten des Ausgangs gestartet.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.1 ACQuisition-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.14.2 Protokollierung auf USB-Stick

Für lange Messungen mit niedriger Abtastrate und geringer zeitlicher Genauigkeit kann die Quelle-Senke bei lokaler Bedienung angezeigte Messdaten (für Spannung und Strom) direkt auf einen externen USB-Stick protokollieren. Dazu muss ein USB-Stick an die USB-Buchse **A5** angeschlossen werden.

Die Messwerte für Zeit, Spannung und Strom werden in einem einstellbarem Speicherintervall erfasst und sofort auf dem USB-Stick im Verzeichnis „Logging“ (siehe 4.16 Verzeichnisstruktur auf USB-Stick) gespeichert.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Data -> USB Logging

Eingabefeld „Sample time [s]“: Abtastintervall eingeben.

Eingabefeld „DUT directory“: Die hier eingegebene Nummer entspricht dem Verzeichnisnamen auf dem USB-Stick. Siehe 4.16 Verzeichnisstruktur auf USB-Stick.

Schaltfläche „start“: Daten-Logging starten.

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

If the measurement data acquisition is to be started or stopped by a trigger event, the evaluation of trigger events by the measurement data acquisition must be activated (see also 4.18 Trigger System).

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Acquisition

Checkbox “Enable state”: activate data acquisition.

Edit widget “Sample time [s]”: edit sample interval.

The acquisition is immediately activated when the dialog window is exited by “OK” and started by switching the output on.

Digital remote operation:

See 5.10.1 ACQuisition Subsystem.

External control:

Not available.

4.14.2 Logging on USB Flash Drive

For long lasting measurements with low sampling rate and low time accuracy the device can log measurement data for voltage and current directly to an external USB flash drive in local operation. To do this, a USB flash drive has to be connected to the USB host **A5**.

The measurement data for time, voltage and current are acquired with a selectable logging interval and directly saved in the “Logging” directory on the USB flash drive (see 4.16 Directory Structure on USB Flash Drive).

Local operation:

Main Menu -> Data -> USB Logging

Edit widget “Sample time [s]”: define sample interval.

Edit widget “DUT directory”: the edited number will result in the directory name on the USB flash drive. See 4.16 Directory Structure on USB Flash Drive.

“start” button: start data logging.

Digital remote operation:

Not available.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.15 Daten aus dem internen Speicher exportieren

Die im internen Gerätespeicher gepufferten Messwerte (s. 4.11.5 Messdatenerfassung durch die Listenfunktion oder 4.14.1 Interne Messdatenerfassung) können exportiert und auf einem USB-Stick gespeichert werden.

Lokale Bedienung:*Main Menu -> Data -> Export*

Eingabefeld „DUT directory“: Auf dem USB-Stick wird ein Verzeichnis mit der angegebenen Nummer erzeugt, in das die gepufferten Daten gespeichert werden.

Schaltfläche „start“: Export der Daten starten.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.3 DATA-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.16 Verzeichnisstruktur auf USB-Stick

Bestimmte Funktionen der Quelle-Senke können Messdaten oder Messergebnisse auf einen angeschlossenen USB-Stick speichern. Die erzeugten Dateien werden mit der folgenden Verzeichnisstruktur abgelegt:



Abbildung 4.21: Beispiel Verzeichnisstruktur auf USB-Stick

Figure 4.21: Example directory structure on USB flash drive

Export von Messdaten und Messergebnissen:

External control:

Not available.

4.15 Export Data from Internal Memory

The measurement data buffered in the internal device memory (s. 4.11.5 Data Acquisition by List Function or 4.14.1 Internal Data) can be exported and saved on a USB flash drive.

Local operation:*Main Menu -> Data -> Export*

Edit widget "DUT directory": A directory with the defined number is created on the flash drive device in which the buffered data are stored.

"start" button: start data export.

Digital remote operation:

See 5.10.3 DATA Subsystem.

External control:

Not available.

4.16 Directory Structure on USB Flash Drive

Some functions of the source-sink are able to save measurement data or results to an attached USB flash drive. The generated files are saved on the USB flash drive with the following directory structure:

Export of measurement data and measurement results:

Im Stammverzeichnis des USB-Sticks wird von der Quelle-Senke ein Ordner erstellt, dessen Name sich aus der Geräteserie und der Geräte-nummer zusammensetzt. Um die exportierten Dateien einem Prüfling zuordnen zu können, hat der Benutzer die Möglichkeit, in den jeweiligen Dialogfenstern der Funktionen eine Prüfungsnummer anzugeben. Anhand dieser Prüfungsnummer wird der Ordner „DUTxx“ (xx = Prüfungsnummer) erstellt. Im DUT-Ordner werden anhand der ausgeführten Funktion entsprechende Unterordner erstellt, in denen dann die Messdaten und -ergebnisse gespeichert werden.

Import von Listendateien:

In einem Editor oder im Software-Tool erzeugte Listendateien zur Ausführung der Listenfunktion können von der Quelle-Senke importiert werden. Diese Listendateien müssen sich im Unterverzeichnis „LIST“ im Stammverzeichnis befinden.

4.17 Messdaten anzeigen

In der lokalen Bedienung gibt es verschiedene Arten der Messwert- bzw. Messdatenanzeige.

Neben der Messwertanzeige im numerischen Format zeigt der Yt-Graph den zeitlichen Verlauf von Spannung, Strom und/oder Leistung. Der Yt-Graph wird durch Berühren des Blättern-Symbols in der Hauptansicht angezeigt.




Abbildung 4.22: Hauptansichten der Messwerte/-daten
Figure 4.22: Main views of the measurement readings

Siehe Kapitel 3.3 Hauptansichten.

Lokale Bedienung:

Hauptansicht -> Blättern-Symbol

A directory which name composes of the series and the device number is created in the root directory of the USB flash drive. In order to allocate the created files to a certain device under test, the user can determine a DUT number in the corresponding dialog windows. A directory "DUTxx" (xx = DUT number) is created due to the selected DUT number. Within the DUT directories there are further subdirectories which are created from the executed export functions. The measurement data and measurement results are saved in these subdirectories.

Import of list files:

List files created with an editor or the software tool can be imported for the execution of the list function. These files must be saved in the subdirectory "LIST" of the root directory.

4.17 Displaying Measurement Data

There are different types of measured value or measured data display in local operation.

In addition to the measured value display in numeric format, the Yt graph shows the time course of voltage, current and/or power. The Yt graph is displayed by touching the page turn icon in the main view.

See chapter 3.3 Main Views.

Local operation:

Main view -> Page turn icon

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.18 Triggersystem

Verschiedene Funktionen bzw. Einstellungen können durch ein definierbares Trigger-Ereignis gesteuert werden:

- Aktivierungszustand des Ausgangs setzen (nur bei digitaler Fernsteuerung)
- Grundbetriebsart der Regelung setzen
- Sollwerte für Grundbetriebsarten der Regelung setzen
- Ausführung einer Liste starten/stoppen
- Messdatenerfassung starten/stoppen

4.18.1 Zustände im Trigger-Modell

In der Quelle-Senke ist ein Trigger-Modell integriert, bei dem folgende Zustände möglich sind:

- IDLE: Das Trigger-Modell befindet sich im Ruhezustand und wartet auf kein Trigger-Ereignis. Trigger-Ereignisse im Zustand IDLE verursachen einen Fehler. Der Zustand IDLE wird durch den Befehl ABORT, durch einen Reset oder durch Auswahl des Trigger State „Idle“ bei lokaler Bedienung aktiviert.
- INITIATED: Das Gerät wartet auf ein Trigger-Ereignis von der spezifizierten Quelle.
- ACTION: Die getriggerten Aktionen werden ausgeführt (z.B. Listenfunktion starten). Wird das Triggersystem kontinuierlich initiiert, so wird der Zustand INITIATED wieder eingenommen, ansonsten wird der Zustand IDLE eingenommen.

Digital remote operation:

Not available.

External control:

Not available.

4.18 Trigger System

Several functions and settings can be controlled by a predefined trigger event:

- Set activation state of output (only at digital remote operation)
- Set basic regulation mode
- Set setting values of basic regulation modes
- Start/stop list function
- Start/stop data acquisition

4.18.1 Trigger Model States

There is a trigger model integrated in the source-sink where the following states are possible:

- IDLE: The trigger model is in idle state and does not wait for any trigger event. Trigger events in idle state cause an error. Idle state is activated by the ABORT command, by a reset command or by setting trigger state "Idle" in local operation.
- INITIATED: The device waits for a trigger event from the specified source.
- ACTION: The triggered actions are executed (e.g. starting the list function). If the trigger system is continuously initiated the INITIATED state is entered again, otherwise the IDLE state is entered.

4.18.2 Trigger-Verzögerungs- und Freihaltezeit

Für den Zustandsübergang von INITIATED zu ACTION kann eine Verzögerungszeit (trigger delay) von 0 bis 10 Sekunden (Auflösung 200 µs) definiert werden, nach der die getriggerten Aktionen erst ausgeführt werden.

Ebenso kann für den Zustandsübergang von ACTION zu IDLE bzw. INITIATED eine Freihaltezeit (holdoff) von 0 bis 1 Sekunde (Auflösung 200 µs) definiert werden, um ein unbeabsichtigtes nochmaliges Auslösen eines Triggers z. B. bei Prellen des externen Triggersignals zu verhindern.

4.18.2 Trigger Delay and Holdoff

A trigger delay for the transition of INITIATED state to ACTION state can be defined from 0 to 10 seconds (200 µs resolution). ACTION state is entered after this trigger delay.

Furthermore, a holdoff time for the transition of ACTION state to IDLE or INITIATED state can be set from 0 to 1 second (200 µs resolution) to avoid unintended retriggering, for example by a bouncing external trigger input signal.




Abbildung 4.23: Trigger-Modell
Figure 4.23: Trigger model

4.18.3 Trigger-Quellen

Ein Trigger-Ereignis wird nur von der ausgewählten Trigger-Quelle akzeptiert. Eine der folgenden Quellen kann ausgewählt werden:

- **BUS**: Trigger-Befehl auf einer Kommunikationsschnittstelle
- **EXtErnal**: Trigger-Eingangssignal am I/O-Port
- **MANual**: Shortcut-Kombination S+ -> Manual Trigger
- **VOLTage**: Pegel der Ausgangsspannung
- **CURRent**: Pegel des Ausgangsstrom



Die Latenzzeit vom Auftreten eines externen Triggersignals bis zur Ausführung der Triggeraktion ist in den technischen Daten angegeben.

Tritt ein Trigger-Ereignis ein, dessen Quelle nicht ausgewählt ist, erzeugt die Quelle-Senke einen Trigger ignored Error, z. B. wenn im Zustand INITIATED die Trigger-Taste gedrückt wird, als Trigger-Quelle aber BUS aktiv ist.

Für das Trigger-Eingangssignal am I/O-Port (Trigger-Quelle EXtErnal), für den Ausgangsstrom (Trigger-Quelle CURRent) und für die Ausgangsspannung (Trigger-Quelle VOLTage) kann außerdem noch die Flanke (SLOPe) vorgegeben werden, die ein Trigger-Ereignis erzeugt:

- Nur ansteigende Flanke (POSitive)
- Nur abfallende Flanke (NEGative)
- Ansteigende oder abfallende Flanke (EITHer)

Trigger-Spannung

In einigen Anwendungen ist es von Vorteil, eine bestimmte Funktion, z. B. die Messdatenerfassung, durch das Anlegen einer spezifischen Spannung zu starten. Dazu kann die Trigger-Quelle auf Voltage gesetzt und eine Trigger-Spannung definiert werden.

Für diese Trigger-Quelle gilt auch die eingestellte Trigger-Flanke (Slope), d. h. bei ansteigender Flanke wird ein Trigger-Ereignis erzeugt, wenn die gemessene Spannung den Wert der programmierten Trigger-Spannung überschreitet. Umgekehrt wird ein Trigger-Ereignis bei fallender Flanke erzeugt, wenn die gemessene Spannung den Wert der programmierten Trigger-Spannung unterschreitet.

4.18.3 Trigger Sources

A trigger event is only accepted from the selected trigger source. One of the following sources can be chosen:

- **BUS**: Trigger command via one of the communication interfaces
- **EXtErnal**: Trigger input signal at the I/O Port
- **MANual**: Shortcut combination S+ -> Manual Trigger
- **VOLTage**: Output voltage level
- **CURRent**: Output current level



The latency time from the occurrence of an external trigger signal to the execution of the trigger action is specified in the technical data.

If a trigger event occurs and its source is not selected, the source-sink generates a trigger ignored error, for example when in INITIATED state the trigger button is pressed but BUS is selected as trigger source.

For the trigger input signal at the I/O port (trigger source EXtErnal), for the output current (trigger source CURRent) and for the output voltage (trigger source VOLTage), the edge (SLOPe) that generates a trigger event can also be specified:

- Only rising edge (POSitive)
- Only falling edge (NEGative)
- Both rising and falling edge (EITHer)

Trigger Voltage

In some applications it is useful to start a specific function, e.g. the data acquisition, by connecting a specific voltage. For this purpose, the trigger source can be set to Voltage and a trigger voltage level can be defined.

The set trigger edge (slope) also applies to this trigger source, i.e. a trigger event is generated with a rising edge if the measured voltage exceeds the value of the programmed trigger voltage. Conversely, a trigger event is generated on a falling edge when the measured voltage falls below the value of the programmed trigger voltage.

Trigger-Strom

Analog zur Trigger-Quelle Spannung kann eine Aktion durch die Höhe eines gewissen Ausgangsstroms gestartet werden. Dazu kann die Trigger-Quelle auf Current gesetzt und ein Trigger-Strom definiert werden.

Für diese Trigger-Quelle gilt auch die eingestellte Trigger-Flanke (Slope), d. h. bei ansteigender Flanke wird ein Trigger-Ereignis erzeugt, wenn der gemessene Strom den Wert des programmierten Trigger-Stroms überschreitet. Umgekehrt wird ein Trigger-Ereignis bei fallender Flanke erzeugt, wenn der gemessene Strom den Wert des programmierten Trigger-Stroms unterschreitet.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Trigger

Eingabefeld „Delay time“: Trigger-Verzögerung definieren.

Eingabefeld „Hold off time“: Trigger-Freihaltezeit definieren.

Auswahlfeld „Source“: Quelle für Trigger-Ereignisse auswählen. Ist „External“ ausgewählt, ist im Auswahlfeld „Slope“ die Trigger-Flanke festzulegen, die Trigger-Ereignisse erzeugt. Ist „Current“ oder „Voltage“ ausgewählt, ist im Eingabefeld „Level“ zusätzlich der Strom- oder Spannungspegel, der ein Trigger-Ereignis erzeugt, zu definieren. Auswahlfeld „State“: Trigger-System mit „Single“ oder „Cont.“ aktivieren.

Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.20 TRIGger-Subsystem.

Externe Steuerung:

Siehe 6.6.1.5 Triggereingang.

4.19 Lüftersteuerung

Die Geräte verfügen über eine automatische Lüftersteuerung, bei der die Drehzahl der Lüfter von der Temperatur der Endstufe und des fließenden Ausgangsstroms abhängt.

Um die Temperatur der Endstufe so niedrig wie möglich zu halten, kann die Lüftersteuerung von „Automatic“ auf „Full“ gestellt werden.

Trigger Current

Analogous to the voltage trigger source, an action can be started by the magnitude of a certain output current. For this purpose, you can set the trigger source to Current a trigger current level can be defined.

The set trigger edge (slope) also applies to this trigger source, i.e. a trigger event is generated on a rising edge if the measured current exceeds the value of the programmed trigger current. Conversely, a falling edge trigger event is generated when the measured current falls below the value of the programmed trigger current.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Trigger

Edit widget "Delay time": define trigger delay.

Edit widget "Holdoff time": define holdoff time.

Dropdown widget "Source": select source for trigger events. If "External" is selected, specify trigger-generating event in dropdown widget "Slope". If "Current" or "Voltage" is selected, define the trigger-generating current or voltage level in edit widget "Level".

Dropdown widget "State": activate trigger system by selecting "Single" or "Cont.".

Confirm with "OK".

Digital remote operation:

See 5.10.20 TRIGger Subsystem.

External control:

See 6.6.1.5 Trigger Input.

4.19 Fan Speed Control

The devices have an automatic fan control, where the speed of the fans depends on the temperature of the power stage and the flowing output current.

In order to keep the temperature of the power stage as low as possible, the fan control can be set from "Automatic" to "Full".

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic settings -> Cooling

Auswahlfeld "Mode": „Automatic“ oder „Full“ auswählen.

Mit „OK“ bestätigen.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.19 SYSTem-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.20 Tastensperre

Um eine unbeabsichtigte oder unerlaubte Bedienung der Quelle-Senke zu verhindern, kann die Tastensperre aktiviert werden.

Die Tastensperre kann lokal über den Shortcut S+ -> Lock oder per Fernsteuerung mit dem SCPI-Befehl SYSTem:KLOCK ON/OFF aktiviert oder deaktiviert werden.



Wird die Tastensperre lokal aktiviert, wird in der Statusleiste ein Vorhängeschloss mit Attribut ‚L‘ für „Local“ angezeigt. Die Tastensperre mit L-Attribut kann lokal (Shortcut S+ -> Unlock) oder per Fernsteuerung wieder aufgehoben werden.



Wird die Tastensperre per Fernsteuerbefehl über eine der Datenschnittstellen aktiviert, wird in der Statusleiste ein Vorhängeschloss mit Attribut ‚R‘ für „Remote“ angezeigt. Die Tastensperre mit R-Attribut kann nur per Fernsteuerung wieder aufgehoben werden. Das Remote-Attribut überschreibt das Local-Attribut.

Lokale Bedienung:

Shortcut S+ -> Lock

Shortcut S+ -> Unlock

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.19 SYSTem-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic settings -> Cooling

Dropdown widget "Mode": select "Automatic" or "Full".

Confirm with "OK".

Digital remote operation:

5.10.19 SYSTem Subsystem.

External control:

Not available.

4.20 Keylock Function

In order to avoid accidental or unauthorized local operation, the keylock can be activated.

The keylock function can be activated or deactivated locally by the shortcut S+ -> Lock or remotely by the SCPI command SYSTem:KLOCK ON/OFF.



If the keylock is locally activated the status bar displays a padlock symbol with 'L' attribute for "Local". The 'L' attributed keylock can be deactivated locally (Shortcut S+ -> Unlock) or remotely.



If the keylock is remotely activated the status bar displays a padlock symbol with 'R' attribute for "Remote". The 'R' attributed keylock can be deactivated only remotely by the SCPI command SYSTem:KLOCK OFF. The remote attribute overwrites the local attribute.

Local operation:

Shortcut S+ -> Lock

Shortcut S+ -> Unlock

Digital remote operation:

See 5.10.19 SYSTem Subsystem.

External control:

Not available.

4.21 Watchdog

Für rechnergesteuerte Systeme gibt es im digitalen Fernsteuerbetrieb eine Watchdog-Funktion, die zum Schutz von Quelle-Senke und Prüfling bei einem ausfallenden Steuer-PC aktiviert werden kann.

Die Ablaufzeit des Watchdog Timers wird per SCPI-Befehl auf eine definierte Zeit in Sekunden gesetzt. Ein weiterer Befehl aktiviert den Watchdog. Ein Steuerprogramm muss bei aktivem Watchdog dafür sorgen, dass zyklisch der Befehl zum Zurücksetzen des Watchdog Timers an die Quelle-Senke gesendet wird, bevor der Timer abläuft.

Beim Zurücksetzen des Watchdog Timers fängt die Zeit wieder bei der programmierten Ablaufzeit an herunterzuzählen. Läuft die Zeit ohne einen Watchdog-Rücksetz-Befehl ab, schaltet die Quelle-Senke den Ausgang aus. Der Status WDP wird im Questionable Status Register gesetzt und in der Statusleiste der Benutzerschnittstelle angezeigt. Um in diesem Fall den Ausgang wieder reaktivieren zu können, muss der Watchdog deaktiviert werden.



Der Watchdog verändert nicht den Sollwert für den Ausgangszustand.

Lokale Bedienung:

Nicht möglich.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.11 OUTPut-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.21 Watchdog

For computer-controlled systems there is a watchdog function in digital remote control. It is used to protect the source-sink and the device under test when the controlling computer fails.

The watchdog timer's timeout is set to a defined time by a SCPI command. Another SCPI command activates the watchdog. When the watchdog is active, a control program must ensure that the watchdog timer reset command is sent cyclically to the source-sink before the timer expires.

When the watchdog timer is reset the time restarts downcounting from the programmed timeout value. If the timer expires without a watchdog reset command the source-sink deactivates the output. The WDP status is set in the Questionable Status Register and displayed in the status bar of the user interface. To be able to reactivate the output the watchdog must be deactivated.



The watchdog has no influence on the setting value for the output state.

Local operation:

Not available.

Digital remote operation:

See 5.10.11 OUTPut Subsystem.

External control:

Not available.

4.22 Remote-Benachrichtigung

Um den Bediener (eines Prüfstands zum Beispiel) auf eine bestimmte Situation aufmerksam zu machen, kann ein Steuer-PC über eine der Datenschnittstellen akustische und/oder optische Hinweise am Gerät ausgeben.

4.22 Remote Notification

In order to draw the attention of the operator (of a test stand, for example) to a certain situation, a control PC can output acoustic and/or optical indications on the device via one of the data interfaces.

4.22.1 Piepser

Mit dem Befehl SYSTem:BEEP wird ein akustischer Signalton mit spezifischer Dauer erzeugt.

Lokale Bedienung:

Nicht möglich.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.19 SYSTem-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.22.2 Benachrichtigungs-Fenster

Mit dem Befehl DISPlay:TEXT wird ein spezifischer Hinweistext in einem Benachrichtigungs-Fenster an der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Wird eine leere Zeichenkette ("") übergeben, wird das Fenster wieder geschlossen. Außerdem kann der Bediener das Benachrichtigungs-Fenster manuell quittieren und schließen.

Lokale Bedienung:

Nicht möglich.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.4 DISPlay Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.23 Alarm konfigurieren

Beim Auftreten von kritischen Zuständen gibt die Quelle-Senke akustische und visuelle Meldungen. Für spezielle Anwendungsfälle, in denen die Quelle-Senke gezielt an der Schwelle eines kritischen

4.22.1 Beep

With the command SYSTem:BEEP, an acoustic signal tone with a specific duration is generated.

Local operation:

Not available.

Digital remote operation:

See 5.10.19 SYSTem Subsystem.

External control:

Not available.

4.22.2 Notification Window

The DISPlay:TEXT command displays a specific message text in a notification window on the user interface.

If an empty string ("") is transmitted, the window is closed again. The operator can also locally acknowledge and close the notification window.

Local operation:

Not available.

Digital remote operation:

See 5.10.4 DISPlay Subsystem.

External control:

Not available.

4.23 Configuring Alarm

When critical conditions occur, the source sink gives acoustic and visual messages. For special applications in which the source sink is to be operated specifically at the threshold of a critical state, these can be activated or deactivated separately.

Zustands betrieben werden soll, können diese separat aktiviert oder deaktiviert werden.

Bei Übertemperatur kann ein akustisches Signal aktiviert werden (standardmäßig inaktiv). Bei Überspannung wird zusätzlich zum akustischen Alarmsignal ein Benachrichtigungsfenster eingeblendet, das der Benutzer aktiv bestätigen muss (standardmäßig aktiv).



Überspannung verursacht einen Kurzschluss ohne jegliche Strombegrenzung! Das kann die Quelle-Senke und den Prüfling zerstören!

- Stellen Sie durch eine Sicherung im Ausgangskreis sicher, dass der auftretende Strom im Testaufbau begrenzt wird!
- Aktivieren Sie die Meldungen wieder, sobald die Anwendung mit deaktivierten Meldungen beendet ist!

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Configuration -> Alarms

Markierungsfeld „OV (Overvoltage)“: Bei gesetztem Haken sind akustische und visuelle Warnungen bei Überspannung am Ausgang aktiv.

Markierungsfeld „OTP“: Bei gesetztem Haken ist die akustische Warnung bei Übertemperatur aktiv.

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.24 Geräteeinstellungen speichern und laden

4.24.1 Interner Speicher

Die in der Quelle-Senke aktiven Einstellungen können nichtflüchtig gespeichert werden, so dass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder geladen werden können. Zum Speichern der aktiven Einstellungen kann der Benutzer die Speicherpositionen 1 bis 9 auswählen.

At overtemperature an acoustic signal can be activated (inactive as default). In case of overvoltage of the output voltage, in addition to the acoustic alarm signal, a notification window is displayed, which the user must actively confirm (active by default).



Overvoltage of the output voltage causes a short circuit without any current protection! This can destroy the source-sink and the test object!

- Make sure that the current is limited by a fuse in the output circuit!
- Activate the messages again as soon as the application with deactivated messages is finished!

Local operation:

Main Menu -> Configuration -> Alarms

Checkbox "OV (Overvoltage)": When checked, acoustic and visual warnings are active in the case of overvoltage at the output.

Checkbox "OTP": When checked, the acoustic warning at overtemperature is active.

Digital remote operation:

Not available.

External control:

Not available.

4.24 Save and Recall Device Settings

4.24.1 Internal Memory

The settings active in the source-sink can be stored non-volatile so that they can be reloaded at a later time. To save the active settings, the user can select memory positions 1 to 9.



In Speicherposition 0 werden stets automatisch die letzten Einstellungen vor dem Ausschalten der Quelle-Senke abgelegt. Speicher 0 ist allein dafür reserviert und kann vom Benutzer nicht zum Speichern der Einstellungen ausgewählt werden. Zum Laden kann Speicher 0 ebenso wie Speicher 1 bis 9 ausgewählt werden, auch als Quelle für die zu setzenden Einstellungen nach dem Einschalten des Geräts.

Folgende Einstellungen werden beim Speichern und Laden berücksichtigt:

- Aktivierungszustand des Ausgangs
- Betriebsart des Ausgangs
- Grundbetriebsart der Regelung
- Regelgeschwindigkeit
- Sollwerte für alle Grundbetriebsarten der Regelung
- Untere Grenzwerte für Strom und Spannung
- Obere Grenzwerte für Strom und Spannung
- Aktivierungszustand für die Messdatenerfassung
- Messintervall der Messdatenerfassung
- Aktivierungszustand für die Trigger-Auswertung durch die Messdatenerfassung
- Aktivierungszustand der externen Ansteuerung
- Aktivierungszustände der einzelnen externen Steuersignale
- Aktivierungszustand für die Entladefunktion
- Aktivierungszustand aller Stoppkriterien der Entladefunktion
- Werte der Stoppkriterien der Entladefunktion
- Aktivierungszustand für die Ladefunktion
- Aktivierungszustand aller Stoppkriterien der Ladefunktion
- Werte der Stoppkriterien der Ladefunktion
- Aktivierungszustand der Innenwiderstandsmessung
- Strompegel und Verweildauern für Innenwiderstandsmessung
- Aktivierungszustand für die Listenausführung
- Betriebsart der Regelung für die Listenausführung
- Sollwerte aller Listen
- Anzahl der Durchläufe für den Listensatz
- Aktivierungszustand für die Messdatenerfassung durch die Listenfunktion
- Aktivierungszustand für die Trigger-Auswertung durch die Listenfunktion
- Aktivierungszustand der Rechteckfunktion
- Betriebsart der Regelung für die Rechteckfunktion



Memory position 0 automatically saves the last applied settings when the source-sink is switched off. Memory 0 is exclusively reserved for this purpose and may not be chosen by the user to save any other settings to. For recall purposes memory 0 may also be used like memory 1 to 9, also as source for the active settings after power-on.

The following settings are considered when saving and loading:

- Activation state of the output
- Operation mode of the output
- Basic regulation mode
- Regulation speed
- Setting values for all basic regulation modes
- Low protection levels for current and voltage
- High protection levels for current and voltage
- Activation state of data acquisition
- Sample time of the data acquisition
- Activation state for trigger processing by acquisition function
- Activation state of external control
- Activation state of the single external control signals
- Activation state of the discharge function
- Activation state of all stop conditions of the discharge function
- Values of all stop conditions of the discharge function
- Activation state of the charge function
- Activation state of all stop conditions of the charge function
- Values of all stop conditions of the charge function
- Activation state of the internal resistance measurement
- Current levels and dwell times for internal resistance measurement
- Activation state of list execution
- Regulation mode for list execution
- Settings values of all lists
- Number of list iterations
- Activation state for data acquisition by list function
- Activation state for trigger processing by list function
- Activation state of rectangular function
- Regulation mode for rectangular function

- Pegel und Verweildauern für die Rechteckfunktion
- Aktivierungszustand der Modulator-Funktion
- Betriebsart der Modulator-Funktion
- Relative Amplitude, Frequenz und Signalform für die Modulation
- Aktivierungszustand für kontinuierliche Trigger-Initialisierung
- Trigger-Quelle
- Trigger-Flanke
- Trigger-Verzögerung
- Trigger-Freihaltezeit
- Trigger-Strompegel
- Trigger-Spannungspegel
- Aktivierungszustand des Digitalausgangs am I/O-Port
- Aktivierungszustand der lokalen Tastensperre

Wird zum Laden eine Speicher-Position angegeben, in der zuvor noch keine Einstellungen gespeichert worden sind, generiert die Quelle-Senke einen „Memory use error“.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Save/Recall

Über die Benutzerschnittstelle kann außerdem eine der 10 Speicherpositionen zum Laden von Einstellungen beim Einschalten ausgewählt werden:

Main Menu -> Configuration -> Power-on

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.9.7 *RCL <NRF>,
5.9.9 *SAV <NRF>.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.24.2 USB-Speicher

Die in der Quelle-Senke aktiven Einstellungen können auch auf einen angeschlossenen USB-Stick exportiert und davon importiert werden. So können z.B. Einstellungen für verschiedene Prüfaufgaben abgespeichert und verwaltet werden. Außerdem kann in einem möglichen Supportfall der Export der Einstellungen die Unterstützung erleichtern.

- Levels and dwell times for rectangular function
- Activation state of modulator function
- Regulation mode for modulator function
- Relative amplitude, frequency and waveform for modulation
- Activation state for continuous trigger initialization
- Trigger source
- Trigger slope
- Trigger delay
- Trigger holdoff
- Trigger current level
- Trigger voltage level
- Activation state of the I/O Port's digital output
- Activation state of the keylock function (only local)

If a memory position is specified for loading in which no settings have been saved before, the source-sink generates a "Memory use error".

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Save/Recall

In addition, one of the 10 memory positions can be selected via the user interface for loading settings at power-up:

Main Menu -> Configuration -> Power-on

Digital remote operation:

See 5.9.7 *RCL <NRF>,
5.9.9 *SAV <NRF>.

External control:

Not available.

4.24.2 USB Memory

The settings active in the source-sink can also be exported to and imported from an attached USB flash drive. This allows, for example, settings for different test tasks to be saved and managed. Furthermore, in a possible support case, the export of the settings can facilitate troubleshooting.

Zum Exportieren der Einstellungen kann der Benutzer aus 99 Speicherpositionen auswählen. Die Einstellungen werden in entsprechenden Unterverzeichnissen im Verzeichnis „Settings“ des angeschlossenen USB-Sticks gespeichert.

Namensschema für Unterverzeichnisse:
QL_xx (xx = Speicherposition)

Für den Import von Einstellungen kann das entsprechende Unterverzeichnis im Ordner „Settings“ gewählt werden.

Aufbau einer gültigen Einstellungsdatei:

To export the settings, the user can choose from 99 memory positions. The settings are saved in corresponding subdirectories in the "Settings" directory of the attached USB flash drive.

Naming scheme for subdirectories:
QL_xx (xx = memory position)

For the import of settings you can select the corresponding subdirectory in the "Settings" directory.

Structure of a valid setting file:

```
QL1008, 1.0, 2021-10-25 10:13:44
Unit mode: SINGLE
;Device number: 14353
;FW versions: AI1.1.0, DI1.1.0, UI1.1.1

[ACQ]
[:STIM]
2.000000e-04
[:TRIG:ENAB]
0
[:STAT]
0
[END_ACQ]

[CURR]
[:LEV:IMM]
2.158
[:PROT:LEV:HIGH]
1.025000e+01
[:PROT:LEV:LOW]
-1.025000e+01
...
[END_CURR]

[LIST]
[:CURR]
3.2588, 6.2411, 3.58712, 4.547212, ...
...
[END_LIST]
```

[END_FILE]

Regeln für die Einstellungsdatei:

1. Die erste Zeile identifiziert das Gerätemodell und die Version der Datei.
2. Beim Importieren der Datei muss das Gerätemodell übereinstimmen, um ungültige Einstellungen zu vermeiden.
3. Die Dokumentenversion besteht aus der Haupt- und Nebenversionsnummer. Die Hauptversionsnummer spiegelt die Kompatibilität wider und wird erhöht, wenn sich z.B. die Syntax oder der Protokollaufbau ändert. Die Nebenversionsnummer wird mit jedem neu dazugekommenen oder weggelassenen Subsystem/Befehl erhöht.
4. Jede Zeile muss mit einem Line Feed (LF) abgeschlossen sein.
5. Tags müssen in eckigen Klammern stehen.
6. Subsysteme müssen mit einem "Subsystem Start"-Tag gestartet werden.
7. Subsysteme müssen mit einem "Subsystem Ende"-Tag abgeschlossen werden.
8. Befehlstags innerhalb eines Subsystems beginnen mit "[" und der längsten Kurzform des entsprechenden SCPI-Befehls.
9. Einstellwerte müssen in einer Zeile stehen (auch lange Listen, wie z.B. Listen mit 300 Listenpunkten).
10. Sind keine Listenwerte vorhanden, muss eine Leerzeile eingefügt werden.
11. Besteht ein Datum aus mehreren Werten, sind diese mit Komma zu trennen.
12. Leerzeilen sind erlaubt. Ausnahme: bei Listen bedeutet eine Leerzeile, dass keine Liste vorhanden ist.
13. Kommentare werden mit einem Semikolon gekennzeichnet und dürfen am Zeilenanfang oder -ende stehen.
14. Das Ende der Datei wird durch den "Datei Ende"-Tag bestimmt.

Meldungen:

Folgende Meldungen sind nach dem Laden der Einstellungsdatei möglich:

Rules for the Setting File:

1. The first line identifies the device model and the version of the file.
2. When importing the file, the device model must match to avoid invalid settings.
3. The document version consists of the major and minor version number. The major version number reflects the compatibility and is increased if e.g. the syntax or the protocol structure changes. The minor version number is increased with each new subsystem/command added or omitted.
4. Each line must be terminated with a line feed (LF).
5. Tags must be stated in square brackets.
6. Subsystems must be started with a "Subsystem Start" tag.
7. Subsystems must be terminated with a "Subsystem end" tag.
8. Command tags within a subsystem start with "[" and the longest short form of the corresponding SCPI command.
9. Setting values must be in one line (even long lists, such as lists with 300 list items).
10. If no list values exist, a blank line must be inserted.
11. If a date consists of several values, they must be separated by commas.
12. Blank lines are allowed. Exception: for lists, a blank line means that no list exists.
13. Comments are marked with a semicolon and may appear at the beginning or end of the line.
14. The end of the file is determined by the "file end" tag.

Notifications:

The following messages can occur after loading the setting file:

- Settings imported successfully: Die Einstellungen wurden erfolgreich geladen.
- Could not open file: Die Einstellungsdatei konnte nicht geöffnet werden.
- Could not close file: Die Einstellungsdatei konnte nicht geschlossen werden.
- USB flash drive not found: Der USB-Stick konnte nicht gefunden werden.
- Device mismatch error: Die Einstellungsdatei und der Typ des Zielgeräts stimmen nicht überein.
- Unit mode error: Die Einstellungsdatei wurde in einer anderen Betriebsart des Geräts erzeugt.
- Document version error: Die Hauptversionsnummer der Einstellungsdatei passt nicht zur Firmware-Version der Benutzerschnittstelle.
- Document version warning: Die Nebenversionsnummer der Einstellungsdatei passt nicht zur Firmware-Version der Benutzerschnittstelle. Es wurden evtl. nicht alle Einstellungen aus der Einstellungsdatei übernommen.
- Unknown tag error: Ein unbekannter Tag wurde eingelesen.
- Read line error: Beim Lesen einer Zeile von der Einstellungsdatei trat ein Fehler auf.
- Value error: Ein Einstellwert ist außerhalb seines gültigen Bereichs.
- Reset error: Fehler beim Reset zu Beginn der Importfunktion.
- Error detected: Ein unspezifizierter Fehler ist aufgetreten



Tritt ein Fehler während des Imports der Einstellungen auf, so wird ein Geräte- bzw. System-Reset durchgeführt.

4.25 Geräteeinstellungen rücksetzen

Beim Rücksetzen wird die Quelle-Senke in einen definierten Gerätezustand versetzt.

- Aktivierungszustand des Ausgangs: AUS
- Getriggert Aktivierungszustand des Ausgangs: undefiniert
- Betriebsart des Ausgangs: DC

- Settings imported successfully: The settings were successfully imported.
- Could not open file: The setting file could not be opened.
- Could not close file: The setting file could not be closed.
- USB flash drive not found: No USB flash drive found.
- Device mismatch error: The setting file and the type of target device do not match.
- Unit mode error: The settings file was created in a different operating mode of the device.
- Document version error: The major version of the setting file does not match with the firmware version of the user interface.
- Document version warning: The minor version of the setting file does not match with the firmware version. Maybe not all settings from the file were successfully loaded.
- Unknown tag error: An unknown tag was read from the setting file.
- Read line error: An error occurred during reading a line from the setting file.
- Value error: A setting value is out of the valid range.
- Reset error: An error occurred during the reset operation at the beginning of the import function.
- Error detected: An unspecified error occurred.



If an error occurs during the import of the settings, a device resp. system reset is performed.

4.25 Reset Device Settings

At device reset the device applies the default reset setting values.

- Activation state output: OFF
- Triggered activation state output: undefined
- Operation mode output: DC

- Grundbetriebsart der Regelung: Spannungsbetrieb
- Regelgeschwindigkeit: FAST
- Getriggerte Grundbetriebsart: undefiniert
- Sollwert für geregelten Ausgangsstrom (CC): 0,0 A
- Getriggerte Sollwert für Ausgangsstrom: undefiniert
- Sollwert für geregelte Ausgangsleistung (CP): 0,0 W
- Getriggerte Sollwert für Ausgangsleistung: undefiniert
- Sollwert für Ausgangswiderstand (CR): höchster zulässiger Wert
- Getriggerte Sollwert für Ausgangswiderstand: undefiniert
- Sollwert für geregelte Ausgangsspannung (CV): 0,0 V
- Getriggerte Sollwert für Ausgangsspannung: undefiniert
- Untere Strombegrenzung: niedrigster, zulässiger Wert
- Obere Strombegrenzung: höchster, zulässiger Wert
- Untere Spannungsbegrenzung: niedrigster, zulässiger Wert
- Obere Spannungsbegrenzung: höchster, zulässiger Wert
- Aktivierungszustand für die Messdatenerfassung: AUS
- Trigger-Auswertung durch die Messdatenerfassung: AUS
- Messintervall der Messdatenerfassung: 0,0002 s
- Messdatenspeicher: gelöscht
- Externe Ansteuerung: AUS
- Externe Steuersignale OUTPut, MODE, ILeVel, PLeVel: AUS
- Aktivierungszustand für die Entladefunktion: AUS
- Stoppkriterien der Entladefunktion: alle AUS
- Stoppkriterium „Ladung“ der Entladefunktion: 0,0 Ah
- Stoppkriterium „Strom“ der Entladefunktion: 0,0 A
- Stoppkriterium „Energie“ der Entladefunktion: 0,0 Wh
- Stoppkriterium „Zeit“ der Entladefunktion: 1 s
- Stoppkriterium „Spannung“ der Entladefunktion: 0,0 V
- Kumulierter Wert für Ladung der Entladefunktion: 0,0 Ah
- Kumulierter Wert für Energie der Entladefunktion: 0,0 Wh
- Aktivierungszustand für die Ladefunktion: AUS
- Stoppkriterien der Ladefunktion: alle AUS
- Stoppkriterium „Ladung“ der Ladefunktion: 0,0 Ah
- Stoppkriterium „Strom“ der Ladefunktion: 0,0 A
- Stoppkriterium „Energie“ der Ladefunktion: 0,0 Wh
- Stoppkriterium „Zeit“ der Ladefunktion: 1 s
- Stoppkriterium „Spannung“ der Ladefunktion: 0,0 V
- Kumulierter Wert für Ladung der Ladefunktion: 0,0 Ah
- Kumulierter Wert für Energie der Ladefunktion: 0,0 Wh
- Aktivierungszustand der Innenwiderstandsmessung: AUS
- Stromwerte für die Innenwiderstandsmessung: 0 A, 0 A

- Basic regulation mode: voltage mode
- Regulation speed: fast
- Triggered basic regulation mode: undefined
- Setting value for regulated output current (CC): 0.0 A
- Triggered setting value for output current: undefined
- Setting value for regulated output power (CP): 0.0 W
- Triggered setting value for output power: undefined
- Setting value for regulated output resistance (CR): maximum value
- Triggered setting value for output resistance: undefined
- Setting value for regulated output voltage (CV): 0.0 V
- Triggered setting value for output voltage: undefined
- Low current protection: minimum value
- High current protection: maximum value
- Low voltage protection: minimum value
- High voltage protection: maximum value
- Activation state data acquisition: OFF
- Trigger evaluation by data acquisition: OFF
- Data acquisition sample time: 0.0002 s
- Data points memory: deleted
- External control: OFF
- External control signals OUTPut, MODE, ILeVel, PLeVel: OFF
- Activation state of discharge function: OFF
- Activation state of discharge function's stop conditions: all OFF
- Stop condition "Charge" of discharge function: 0.0 Ah
- Stop condition "Current" of discharge function: 0.0 A
- Stop condition "Energy" of discharge function: 0.0 Wh
- Stop condition "Time" of discharge function: 1 s
- Stop condition "Voltage" of discharge function: 0.0 V
- Accumulated value of discharge function's charge: 0.0 Ah
- Accumulated value of discharge function's energy: 0.0 Wh
- Activation state of charge function: OFF
- Activation state of charge function's stop conditions: all OFF
- Stop condition "Charge" of charge function: 0.0 Ah
- Stop condition "Current" of charge function: 0.0 A
- Stop condition "Energy" of charge function: 0.0 Wh
- Stop condition "Time" of charge function: 1 s
- Stop condition "Voltage" of charge function: 0.0 V
- Accumulated value of charge function's charge: 0.0 Ah
- Accumulated value of charge function's energy: 0.0 Wh
- Activation state of the internal resistance measurement: OFF
- Current values of the internal resistance measurement: 0 A, 0 A

- Verweildauern für die Innenwiderstandsmessung: 10 s, 1 s
- Aktivierungszustand für die Listenausführung: AUS
- Trigger-Auswertung durch die Listenfunktion: AUS
- Messwerterfassung durch die Listenfunktion: AUS
- Betriebsart der Regelung für die Listenausführung: VOLTage
- Sollwerte in Listen: gelöscht
- Anzahl der Durchläufe für Listensätze: 1
- Aktivierungszustand der Modulator-Funktion: AUS
- Betriebsart der Modulator-Funktion: VOLTage
- Relative Amplitude für Modulation: 0 %
- Frequenz der Modulation: 1 Hz
- Signalform für Modulation: Sinus
- Aktivierungszustand der Rechteckfunktion: AUS
- Betriebsart der Rechteckfunktion: VOLTage
- Sollwerte für Ausgangsstrom der Rechteckfunktion: 0,0 A, 0,0 A
- Sollwerte für Ausgangsspannung der Rechteckfunktion: 0,0 V, 0,0 V
- Verweildauern der Rechteckfunktion: 500 ms, 500 ms
- Trigger-Quelle: BUS
- Trigger-Flanke: POSitive
- Trigger-Verzögerung: 0,0 s
- Trigger-Freihaltezeit: 0,0 s
- Zustand des Trigger-Systems: IDLE
- Trigger-Pegel für Ausgangsstrom: 0,0 A
- Trigger-Pegel für Ausgangsspannung: 0,0 V
- Kontinuierlicher Trigger-Initialisierung: AUS
- Format von Gleitkommawerten: ASCII mit 7 signifikanten Stellen
- Format von Statusregister-Werten: ASCII
- Lokaler Keylock: AUS
- Remote Keylock: AUS

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Reset

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.9.8 *RST.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

- Dwell times of the internal resistance measurement: 10 s, 1 s
- Activation state for list execution: OFF
- Trigger evaluation by list function: OFF
- Data acquisition by list function: OFF
- Regulation mode for list execution: VOLTage
- Setting values of lists: deleted
- Number of list count: 1
- Activation state of modulator function: OFF
- Operating mode of modulator function: VOLTage
- Relative amplitude for modulation: 0%
- Frequency for modulation: 1 Hz
- Waveform for modulation: Sine
- Activation state of rectangular function: OFF
- Operating mode of rectangular function: VOLTage
- Setting values for output current of rectangular function: 0.0 A, 0.0 A
- Setting values for output voltage of rectangular function: 0.0 V, 0.0 V
- Dwell times of rectangular function: 500 ms, 500 ms
- Trigger source: BUS
- Trigger slope: POSitive
- Trigger delay: 0.0 s
- Trigger holdoff: 0.0 s
- State of trigger system: IDLE
- Trigger current level: 0.0 A
- Trigger voltage level: 0.0 V
- Continuous trigger initialization: OFF
- Format of returned floating point values: ASCII with 7 significant digits
- Format of returned status register values: ASCII
- Local keylock: OFF
- Remote keylock: OFF

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Reset

Digital remote operation:

See 5.9.8*RST.

External control:

Not available.

4.26 Werkseinstellungen setzen (Preset)

Diese Funktion setzt alle nichtflüchtig in der Quelle-Senke gespeicherten Konfigurationseinstellungen auf Werkseinstellungen zurück.

Power-on

Power-on setting: Reset

Quick boot: OFF

Communication/RS-232

Baud rate: 115200

Parity: None

Stop bits: 1

Communication/USB VCP

Baud rate: 115200

Parity: None

Stop bits: 1

Communication/LAN

LAN Settings DHCP: On

IP address: 192.168.0.1

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.254

DNS server: 192.168.0.253

Communication/CAN

Address: 1

Baud rate in kbps: 1000

CAN bus terminated: OFF

User Interface

Display backlight intensity: 50 %

Auto dimming: On

Time to dim: 30s

Help language: English

Alarms

OV: ON

OTP, OPP: OFF

Buzzer

Encoder sound: OFF

Settings-Speicher

Alle gelöscht

4.26 Factory Reset (Preset)

This function resets all configuration settings saved in the source-sink's non-volatile memory to factory default settings.

Power-on

Power-on setting: Reset

Quick boot: OFF

Communication/RS-232

Baud rate: 115200

Parity: None

Stop bits: 1

Communication/USB VCP

Baud rate: 115200

Parity: None

Stop bits: 1

Communication/LAN

LAN Settings DHCP: On

IP address: 192.168.0.1

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.254

DNS server: 192.168.0.253

Communication/CAN

Address: 1

Baud rate in kbps: 1000

CAN bus terminated: OFF

User Interface

Display backlight intensity: 50 %

Auto dimming: On

Time to dim: 30s

Help language: English

Alarms

OV: ON

OTP, OPP: OFF

Buzzer

Encoder sound: OFF

Settings-Memory

All deleted



Zurückgesetzte Einstellungen für die Kommunikations-Schnittstellen werden erst nach dem nächsten Aus- und Wiedereinschalten aktiv.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Configuration -> Factory settings

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.19 SYSTem-Subsystem.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.27 Firmware- und Handbuch-Update

Die Quelle-Senke bietet die Möglichkeit, die Firmware bestimmter, mikrocontroller-gesteuerten Komponenten zu aktualisieren. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit H&H, denn nur der Hersteller kann die Kompatibilität von Hardware und Firmware als auch der Komponenten untereinander beurteilen.

Zur Durchführung eines Firmware-Updates benötigen Sie einen FAT16- oder FAT32-formatierten USB-Stick. Auf diesen kopieren Sie die Hex-Datei(en), welche Sie nach Rücksprache mit dem H&H-Support erhalten.

Es gibt für jede der drei folgenden Baugruppen eine zugehörige Hex-Datei, welche die Quelle-Senke anhand des Dateinamens erkennt:

Baugruppe	Dateiname
Analog Interface	QL_AI_x_y_z.hex
Data Interface	QL_DI_x_y_z.hex
User Interface	QL_UI_x_y_z.hex

x_y_z steht für die Versionsnummer der Firmware.



Die zum Update erforderlichen Hex-Dateien müssen sich direkt im Stammverzeichnis des USB-Sticks befinden. Außerdem darf sich pro Baugruppe nur EINE Hex-Datei im Stammverzeichnis des Speichers befinden, andernfalls erscheint die Fehlermeldung „multiple files“.



Reset settings for communication interfaces will become active after power-cycling.

Local operation:

Main Menu -> Configuration -> Factory settings

Digital remote operation:

See 5.10.19 SYSTem Subsystem.

External control:

Not available.

4.27 Firmware and User Manual Update

The source-sink offers the possibility to update the firmware of specific microcontroller-controlled modules. This can only happen in cooperation with H&H since only the manufacturer knows the compatibility between hardware and firmware as well as between the modules themselves.

To execute a firmware update you will need a FAT16 or FAT32 formatted USB flash drive. Copy the hex file(s) onto this, which you will receive after consulting H&H support.

There is a corresponding hex file for each of the following modules which the source-sink will validate by means of the file name.

Module	File name
Analog Interface	QL_AI_x_y_z.hex
Data Interface	QL_DI_x_y_z.hex
User Interface	QL_UI_x_y_z.hex

x_y_z represents the firmware version number.



The hex files must be copied directly to the USB flash drive's root directory. Moreover, only ONE hex file per module may be present in the root directory, otherwise the error message "multiple files" will appear. If the source-sink doesn't detect any file with the required file name for a module, "n.a." will appear in the concerning row.

Wenn die Quelle-Senke keine Datei mit dem erforderlichen Dateinamen für eine Baugruppe findet, erscheint in der betreffenden Zeile „n.a.“.

Während des Firmware-Updates kann das Gerät nicht bedient werden.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Service -> Firmware/User manual update

USB-Stick in die USB-Buchse **A5** an der Vorderseite des Geräts anstecken. Wenn die Quelle-Senke das Speichermedium erkannt hat, mit den entsprechenden Markierungsfeldern die Baugruppe(n) auswählen, deren Firmware aktualisiert werden soll. Ebenso mit der Bedienungsanleitung (Manual) verfahren. Mit „OK“ das Update aller ausgewählten Komponenten starten. Die ausgewählten Komponenten werden nun nacheinander aktualisiert.

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

4.28 Handbuch-Download

Die Bedienungsanleitung ist in einem internen Speicher des Geräts abgelegt und kann auf einen angeschlossenen USB-Stick exportiert werden.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Service -> User Manual

USB-Stick in die USB-Buchse **A5** an der Vorderseite des Geräts anstecken. Wenn die Quelle-Senke das Speichermedium erkannt hat, die Schaltfläche „Export to USB“ drücken. Der Verlauf des Exports wird mit einem Fortschrittsbalken graphisch dargestellt. Das Handbuch wird als PDF-Datei ins Stammverzeichnis des USB-Sticks kopiert.

Digitale Fernsteuerung:

Nicht möglich.

Externe Steuerung:

Nicht möglich.

The device cannot be operated during the firmware update.

Local operation:

Main Menu -> Service -> Firmware/User manual update

Plug the USB flash drive into the USB socket **A5** on the front panel of the device. When the source-sink has detected the storage device, use the appropriate check boxes to select the module(s) whose firmware should be updated. Follow the same procedure with the user manual. Start the update of all selected components with “OK”. The selected components will be updated automatically one after the other.

Digital remote operation:

Not available.

External control:

Not available.

4.28 User Manual Download

The user manual is stored in an internal memory of the device and can be exported to an attached USB flash drive.

Local operation:

Main Menu -> Service -> User Manual

Attach the USB flash drive to the USB socket **A5** on the front panel. When the source-sink has detected the flash drive, press the “Export to USB” button. The progress of the export is displayed graphically with a progress bar. The manual is copied to the root directory of the USB flash drive as a PDF file.

Digital remote operation:

Not available.

External control:

Not available.

5 Digitale Fernsteuerung

Die Quelle-Senke der Serie QL verfügt standardmäßig über folgende Kommunikationsschnittstellen:

- CAN
- LAN (Ethernet)
- RS-232
- USB (VCP)

Optional verfügbar ist die

- GPIB-Schnittstelle

Die meisten Gerätefunktionen sind neben der lokalen Bedienung auch fernsteuerbar. Lediglich die CAN-Schnittstelle hat einen reduzierten Befehlsumfang gegenüber den übrigen Schnittstellen.

5.1 Standards

Die Schnittstellen GPIB, LAN, RS-232 und USB implementieren für die übertragenen Befehle und Abfragen die folgenden Standards:

IEEE 488.1-1987

IEEE 488.2-1992

SCPI Specification 1999.0

IEEE Std 1174-2000 für die Performance Class 1

Universal Serial Bus Specification 2.0, Full Speed

5.2 Schnittstelle selektieren und deselektieren

Eine Schnittstelle wird durch den Empfang eines gültigen Befehls automatisch selektiert. Beim Empfang einer Abfrage, die eine Antwort der Quelle-Senke auslöst, wird die Antwort an die gleiche Schnittstelle zurückgesendet, von der die Anfrage gekommen ist.

5 Digital Remote Control

The source-sink of series QL provides the following communication interfaces as standard:

- CAN
- LAN (Ethernet)
- RS-232
- USB (VCP)

Optionally there is a

- GPIB interface

Besides the local operation, most device functions are controllable remotely. Only the CAN interface has a reduced command set compared to the other interfaces.

5.1 Standards

For data transmission, the interfaces GPIB, LAN, RS-232 and USB implement the following standards:

IEEE 488.1-1987

IEEE 488.2-1992

SCPI Specification 1999.0

IEEE Std 1174-2000 for Performance Class 1

Universal Serial Bus Specification 2.0, Full Speed

5.2 Selecting and Deselecting an Interface

An interface is automatically selected by receiving a valid command. When receiving a query message causing an answer from the source-sink the answer is returned onto the same interface the query was received.

Sobald ein gültiger Befehl über eine der Schnittstellen an der Quelle-Senke ankommt, geht diese in Remote-Zustand. Sie erkennen dies in der Statusleiste der Benutzerschnittstelle anhand der Anzeige der aktiven Schnittstelle.

Eine Schnittstelle wird durch den Empfang eines gültigen Befehls über eine andere Kommunikationsschnittstelle deselektiert, wenn alle vorhergehenden Befehle und Abfragen abgearbeitet worden sind.

Mit dem SCPI-Befehl `SYSTem:LOCal` wechseln Sie zur lokalen Bedienung an der Quelle-Senke.



Die zeitgleiche Kommunikation über verschiedene Schnittstellen ist nicht zulässig, d. h. es dürfen nicht zeitgleich über verschiedene Schnittstellen Befehle an das Gerät gesendet werden. Wird diese Einschränkung nicht befolgt, können an das Gerät gesendete Befehle verlorengehen.

5.3 CAN-Schnittstelle

Die integrierte CAN-Schnittstelle unterstützt den Standard CAN 2.0A mit 11-Bit-Identifier. Nur die wichtigsten, für eine automatisierte Prüfung relevanten Funktionen der Quelle-Senke lassen sich über diese Schnittstelle steuern:

- Speichern, Laden und Zurücksetzen von Geräteeinstellungen
- Setzen und Abfragen des Soll- und getriggerten Wertes für den Strom im Strombetrieb
- Setzen und Abfragen des Soll- und getriggerten Wertes für die Leistung im Leistungsbetrieb
- Setzen und Abfragen des Soll- und getriggerten Wertes für den Widerstand im Widerstandsbetrieb
- Setzen und Abfragen des Soll- und getriggerten Wertes für die Spannung im Spannungsbetrieb
- Setzen und Abfragen des unteren Begrenzungswertes für den Ausgangsstrom oder die Ausgangsspannung
- Setzen und Abfragen des oberen Begrenzungswertes für den Ausgangsstrom oder die Ausgangsspannung
- Setzen und Abfragen der Grundbetriebsart für die Regelung
- Setzen und Abfragen des Ausgangszustands

As soon as the source-sink receives a valid command it changes to remote state. You can recognize this in the status bar of the user interface by the display of the active interface.

An interface is deselected by receiving a valid command via another communication interface when all previous commands and queries have been processed.

You set the source-sink back to local operation mode by sending the SCPI command `SYSTem:LOCal`.



Simultaneous communication via different interfaces is not permitted, e.g. commands may not be sent to the device via different interfaces at the same time. If this restriction is not followed, commands sent to the device may be lost.

5.3 CAN Interface

The integrated CAN interface conforms to the CAN 2.0 standard with 11 bit identifier. Only the most important source-sink functions relevant for automated tests can be controlled via this interface:

- Save, load and reset device settings
- Set and query setting and triggered value for the current in the basic operating mode constant current
- Set and query setting and triggered value for the power in the basic operating mode constant power
- Set and query setting and triggered value for the resistance in the basic operating mode constant resistance
- Set and query setting and triggered value for the voltage in the basic operating mode constant voltage
- Set and query low protection value for output current or voltage
- Set and query high protection value for output current or voltage
- Set and query operating mode for regulation
- Set and query output state
- Query measurement values
- Query status values

- Abfrage von aktuellen Messwerten
- Abfrage von Statuswerten
- Abfrage von Fehlercodes

5.3.1 CAN-Stecker

Die Quelle-Senke wird durch den 9-poligen D-Sub-Stecker auf der Geräterückseite mit einem CAN-Kommunikationsbus verbunden. Die Belegung des Steckers ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Pin 1	nicht belegt
Pin 2	CAN_L
Pin 3	GND
Pin 4	nicht belegt
Pin 5	nicht belegt
Pin 6	GND
Pin 7	CAN_H
Pin 8	nicht belegt
Pin 9	nicht belegt

5.3.2 Terminierung

Ein CAN-Kommunikationsbus (ISO 11898-2) muss für eine korrekte Funktion an beiden Enden mit 120 Ω terminiert werden. Ohne Terminierung kommt es ansonsten zu störenden Signalreflexionen auf dem Kommunikationsbus.

Zur Terminierung kann ein interner Abschlusswiderstand mittels SCPI-Befehl `SYSTEM:COMMunicate:CAN:TERMination` aktiviert oder deaktiviert werden (siehe 5.10.19 `SYSTEM-Subsystem`).

5.3.3 CAN-Kabel

Die maximale Ausdehnung eines CAN-Kommunikationsbusses und damit der Kabellänge bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist primär von der Übertragungsrate abhängig. Die folgende Tabelle zeigt die theoretisch maximal mögliche Kabellänge bei verschiedenen Übertragungsraten:

- Query error codes

5.3.1 CAN Connector

The source-sink has to be connected with a CAN communication bus via the 9-pin D-Sub male connector on its rear side. The CAN connector has got the following pin assignment:

Pin 1	not connected
Pin 2	CAN_L
Pin 3	GND
Pin 4	not connected
Pin 5	not connected
Pin 6	GND
Pin 7	CAN_H
Pin 8	not connected
Pin 9	not connected

5.3.2 Termination

A CAN communication bus (ISO 11898-2) must be terminated with 120 Ω on both ends for a correct communication function. Without termination there may be corrupting signal reflexions on the communication bus.

For termination, an internal termination resistor can be activated or deactivated by SCPI command `SYSTEM:COMMunicate:CAN:TERMination` (see 5.10.19 `SYSTEM Subsystem`).

5.3.3 CAN Cable

The maximum dimension of a CAN communication bus and thereby the cable length of a point-to-point connection is primarily depending on the transmission rate. The following table shows the theoretically possible cable length at the given transmission rates:

Übertragungsrate	Kabellänge
1 Mbit/s	40 m
500 Kbit/s	110 m
250 Kbit/s	240 m
125 Kbit/s	500 m

5.3.4 Übertragungsrate

Die Übertragungsrate für die CAN-Schnittstelle kann durch den SCPI-Befehl
 SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD
 oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog
Configuration -> Communication -> CAN
 konfiguriert werden.



Bei allen Geräten, die an einen gemeinsamen CAN-Kommunikationsbus angeschlossen sind, muss die identische Übertragungsrate konfiguriert werden! Nach Änderung des Wertes für die Übertragungsrate muss die Quelle-Senke zur Übernahme des neuen Wertes aus- und wieder eingeschaltet werden.

5.3.5 CAN-Adresse

Die gerätespezifische CAN-Adresse kann durch den SCPI-Befehl
 SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRes
 oder durch das User Interface im Dialog
Configuration -> Communication -> CAN
 konfiguriert werden.

Aus dieser Adresse leiten sich die Identifier der beiden CAN-Nachrichten ab, die von der Quelle-Senke für die Kommunikation über die CAN-Schnittstelle verwendet werden:

0x100 + CAN-Adresse: ID der Request-Nachricht

0x300 + CAN-Adresse: ID der Response-Nachricht



Bei allen Geräten, die an einem gemeinsamen CAN-Kommunikationsbus angeschlossen sind, muss eine eindeutige Adresse konfiguriert werden. Nach Änderung des Wertes für die Adresse muss die Quelle-

Transmission Rate	Cable Length
1 Mbit/s	40 m
500 Kbit/s	110 m
250 Kbit/s	240 m
125 Kbit/s	500 m

5.3.4 Transmission Rate

The transmission rate of the CAN interface can be configured by the command
 SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD
 or via the user interface in the dialog
Configuration -> Communication -> CAN



All devices connected to a common CAN communication bus must have set identical transmission rates! After changing the value of the transmission rate the source-sink must be power-cycled to apply the new transmission value.

5.3.5 CAN Address

The device-specific CAN address can be configured by the command
 SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRes
 or via the user interface in the dialog
Configuration -> Communication -> CAN.

The identifiers of the two CAN messages the source-sink uses for communication via CAN interface are derived from this address:

0x100 + CAN Address: ID of request message

0x300 + CAN Address: ID of response message



A unique address must be configured for all devices connected to a common CAN communication bus. After the value of the CAN address was modified the source-sink must be power-cycled to apply the new value.

Senke zur Übernahme des neuen Wertes aus- und wieder eingeschaltet werden.

5.3.6 CAN-Nachrichten

Request-Nachricht:

Diese Nachricht wird für Anfragen an die Quelle-Senke verwendet. Sie enthält einen 16-Bit-Multiplexer-Wert für den auszuführenden Befehl oder die auszuführende Abfrage mit den entsprechenden Parameterwerten.

Response-Nachricht:

Diese Nachricht wird für Antworten von der Quelle-Senke verwendet. Sie enthält den 16-Bit-Multiplexer-Wert der Anfrage, den Wert für den Ausführungsstatus sowie den von der Quelle-Senke angeforderten Wert bei einer Abfrage.



Jede Request-Nachricht wird mit einer Response-Nachricht von der Quelle-Senke beantwortet. Der detaillierte Aufbau der Nachrichten kann einer CAN-Symboldatei (Datenaustauschformat der Firma PEAK System, Dateiendung .sym) oder einer CAN-Datenbankdatei (Datenaustauschformat der Firma Vector Informatik, Dateiendung .dbc) entnommen werden. Mit Hilfe dieser Dateien ist es möglich, mit dem Software-Tool PCAN-Explorer der Firma PEAK-System oder CANoe der Firma Vector Informatik die Quelle-Senke über die CAN-Schnittstelle zu steuern. Beide Dateien sind auf Anfrage bei H&H erhältlich.

5.4 LAN-Schnittstelle

Die integrierte LAN-Schnittstelle unterstützt den Austausch von SCPI-Befehlen und -Abfragen zur Konfiguration und Steuerung der Quelle-Senke über eine TCP/IP-Socket-Verbindung im lokalen Netzwerk (Local Area Network, LAN). Für die Inbetriebnahme der LAN-Schnittstelle können deren Konfigurationswerte über die Benutzerschnittstelle oder eine andere SCPI-fähige Kommunikationsschnittstelle (GPIB, RS-232, USB) angepasst werden.

5.3.6 CAN Messages

Request message:

This message is used for requests to the source-sink. It includes a 16 bit multiplexer value for the command or query to be executed with the corresponding parameter values.

Response message:

This message is used for responses from the source-sink. It includes the 16 bit multiplexer value of the request, the value for the execution status and the query response (if the request was a query).



Each request message is answered with a response message by the source-sink. The detailed structure of the messages can be taken from a CAN symbol file (data exchange format of PEAK System with file extension .sym) or a CAN data base file (data exchange format of Vector Informatik with file extension .dbc). Using these files enables controlling the source-sink via CAN interface using one of the software tools PCAN Explorer from PEAK System or CANoe from Vector Informatik. Both files are available from H&H on request.

5.4 LAN Interface

The integrated LAN interface enables exchanging SCPI commands and queries to configure and control the source-sink via a TCP/IP socket connection in a local network (Local Area Network, LAN). To put the LAN interface into operation, its configuration values can be adjusted locally via the user interface or remotely by an SCPI-ready communication interface (GPIB, RS-232, USB).

5.4.1 Ethernet

Die Ethernet-Schnittstelle ist konform zum Ethernet-Standard IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T).



Die Quelle-Senke ist vor dem Einschalten mit dem lokalen Netzwerk zu verbinden!

5.4.2 Ethernet-Buchse

Die Quelle-Senke wird durch die RJ-45-Buchse (8P8C-Modularbuchse) auf der Geräterückseite mit dem LAN verbunden. Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegung:

Pin 1	Tx+
Pin 2	Tx-
Pin 3	Rx+
Pin 4	nicht belegt
Pin 5	nicht belegt
Pin 6	Rx-
Pin 7	nicht belegt
Pin 8	nicht belegt

Die RJ-45-Buchse zeigt anhand zweier LEDs den Status der Ethernet-Verbindung an:

Linke grüne LED:

Diese LED leuchtet dauerhaft bei einer hergestellten Verbindung und blinkt bei einer aktiven Übertragung (Senden oder Empfangen von Daten).

Rechte gelbe LED:

Diese LED leuchtet bei Kollisionen auf der Verbindung (Verlust von übertragenen Daten).

5.4.1 Ethernet

The Ethernet interface is conform to the Ethernet standard IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T).



The source-sink must be connected to the local network before being powered on.

5.4.2 Ethernet Connector

The source-sink can be connected to the LAN via the rear RJ-45 plug (8P8C modular plug). The following table shows the pin assignment:

Pin 1	Tx+
Pin 2	Tx-
Pin 3	Rx+
Pin 4	not connected
Pin 5	not connected
Pin 6	Rx-
Pin 7	not connected
Pin 8	not connected

The RJ-45 connector has got two LEDs showing the status of the Ethernet connection:

Left green LED:

This LED permanently lights up at a valid connection and blinks when a transmission is in progress (sending or receiving data).

Right yellow LED:

This LED lights up when a data collision occurred (loss of transmitted data).

5.4.3 Ethernet-Kabel

Für den Anschluss der Quelle-Senke an das LAN sind geschirmte oder ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 3 oder 5 zu verwenden. Die Kabellänge darf unabhängig von der Schirmung 100 Meter nicht überschreiten.

5.4.4 Übertragungsrate

Die Übertragungsrate für Ethernet beträgt 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s und kann durch den Anwender nicht konfiguriert werden. Sie wird vom entsprechenden Switch oder Router im LAN, mit dem die Quelle-Senke verbunden ist, automatisch konfiguriert.

5.4.5 Identifikation

Die Quelle-Senke kann im lokalen Netzwerk durch die weltweit eindeutige Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) identifiziert werden. Diese kann durch den SCPI-Befehl
 SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC[:ADDRess]?
 abgefragt oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog
Configuration -> Communication -> LAN -> Status
 abgelesen werden. Die Ethernet-Adresse kann durch den Anwender nicht verändert werden.

5.4.6 TCP/IP

Für die Kommunikation im LAN benötigt die Quelle-Senke eine gültige Konfiguration in Form einer IP-Adresse und Subnetz-Maske. Diese Konfiguration kann manuell durch den Benutzer oder automatisch durch einen DHCP-Server im LAN mit Hilfe des DHCP-Protokolls (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) durchgeführt werden.



Die durch einen DHCP-Server zugewiesenen, dynamischen Konfigurationswerte, insbesondere die IP-Adresse, können sich im Laufe der Zeit ändern. Wird deshalb die Quelle-Senke über einen längeren Zeitraum über die LAN-Schnittstelle automatisiert gesteuert, sollte

5.4.3 Ethernet Cable

To connect the source-sink to the LAN you must use a shielded or unshielded twisted-pair cable of category 3 or 5. The cable length must not exceed a length of 100 meters, regardless of the shielding.

5.4.4 Transmission Rate

The transmission rate with Ethernet is 10 Mbit/s or 100 Mbit/s and cannot be configured by the user. It is automatically configured by the switch or router in the LAN the source-sink is connected with.

5.4.5 Identification

The source-sink can be identified in the local network by the worldwide unique Ethernet address (MAC address). The MAC address can be queried with the SCPI command
 SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC[:ADDRess]?
 or via the user interface in the dialog
Configuration -> Communication -> LAN -> Status.
 The Ethernet address cannot be modified by the user.

5.4.6 TCP/IP

For the communication in the LAN, the source-sink requires a valid configuration in form of an IP address and a subnet mask. This configuration can be assigned manually by the user or automatically by a DHCP server in the LAN using the DHCP protocol (Dynamic Host Configuration Protocol).



The dynamic configuration values assigned by a DHCP server, especially the IP address, may change over a period of time. Therefore, if the source-sink is controlled automatically via the LAN interface for a long time you should take a manual configuration with static configuration

eine manuelle Konfiguration mit statischen Konfigurationswerten vorgenommen werden. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Netzwerk-Administrator nach statischen Konfigurationswerten für die TCP/IP-Kommunikation.

Automatische Konfiguration der Netzwerkparameter

Zur automatischen Konfiguration der Netzwerkparameter durch einen DHCP-Server im LAN muss die DHCP-Funktionalität der Quelle-Senke durch den SCPI-Befehl

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] ON

oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog

Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration

aktiviert werden.



Nach der Aktivierung der DHCP-Client-Funktionalität muss die Quelle-Senke zur Übernahme des neuen Wertes für den Aktivierungszustand aus- und wieder eingeschaltet werden.

Durch den DHCP-Server werden die IP-Adresse der Quelle-Senke, die Subnetz-Maske des Netzwerks sowie die IP-Adressen des DNS- und Gateway-Servers konfiguriert. Die aktuellen Konfigurationswerte können durch die SCPI-Befehle

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS[:ADDReSS]?

SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway[:ADDReSS]?

SYSTem:COMMunicate:LAN:IP[:ADDReSS]?

SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet[:MASK]?

abgefragt oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog

Configuration -> Communication -> LAN -> Status

angezeigt werden. Sollten die abgefragten oder im Dialog dargestellten Werte für die Adresse bzw. Maske den Wert „0:0:0:0“ haben, so wurde durch den DHCP-Server noch keine Konfiguration durchgeführt.



Sollte keine Konfiguration der LAN-Parameter durch den DHCP-Server innerhalb von 60 Sekunden erfolgen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator.

values into account. In this case ask your network administrator for configuration vales for the TCP/IP communication.

Automatic Configuration of Network Parameters

To configure the network parameters automatically by a DHCP server in the LAN the DHCP functionality of the source-sink must be activated with the SCPI command

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] ON

or via the user interface in the dialog

Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration .



After the DHCP client functionality was activated the source-sink must be power-cycled to apply the new value for the activation state.

The DHCP server configures the source-sink's IP address, the network's subnet mask and the IP addresses of the DNS and Gateway server. The current configuration values can be queried by the SCPI commands

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS[:ADDReSS]?

SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway[:ADDReSS]?

SYSTem:COMMunicate:LAN:IP[:ADDReSS]?

SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet[:MASK]?

or displayed via the user interface in the dialog

Configuration -> Communication -> LAN -> Status .

If the DHCP server has not yet fully processed the configuration then the queried addresses or masks may have the value "0:0:0:0".



Contact your network administrator if the DHCP server will not configure the LAN parameters within 60 s.

Manuelle Konfiguration der Netzwerkparameter

Zur manuellen Konfiguration der Netzwerkparameter muss die DHCP-Client-Funktionalität der Quelle-Senke durch den SCPI-Befehl `SYSTEM:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] OFF` oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog *Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration* deaktiviert werden.



Nach der Deaktivierung der DHCP-Client-Funktionalität muss die Quelle-Senke zur Übernahme des neuen Wertes für den Aktivierungszustand aus- und wieder eingeschaltet werden.

Die statischen Konfigurationswerte für die IP-Adresse der Quelle-Senke, die Subnetz-Maske des Netzwerks sowie die IP-Adressen des DNS- und Gateway-Servers können durch die SCPI-Befehle `SYSTEM:COMMunicate:LAN:IP[:ADDRESS]`, `SYSTEM:COMMunicate:LAN:SUBNet[:MASK]`, `SYSTEM:COMMunicate:LAN:DNS[:ADDRESS]`, `SYSTEM:COMMunicate:LAN:GATeway[:ADDRESS]` oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog *Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration* konfiguriert werden.



Stimmen Sie die Konfigurationswerte für die Netzwerkparameter mit Ihrem Netzwerk-Administrator ab. Ungültige Konfigurationswerte können das Netzwerk stören!



Nach der Änderung eines Wertes für einen Kommunikationsparameter muss die Quelle-Senke zur Übernahme des neuen Wertes bzw. der neuen Werte aus- und wieder eingeschaltet werden.

Identifikation

Die Quelle-Senke kann im LAN durch den Hostnamen identifiziert werden. Dieser kann durch den SCPI-Befehl `SYSTEM:COMMunicate:LAN:HOSTname?` abgefragt oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog *Configuration -> Communication -> LAN -> Status* angezeigt werden. Der Hostname kann nicht verändert werden.

Manual Configuration of the Network Parameters

To manually configure the network parameters the DHCP client functionality of the source-sink must be deactivated by the SCPI command `SYSTEM:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] OFF` or via the user interface in the dialog *Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration*.



After the DHCP client functionality has been deactivated the source-sink must be power-cycled to adopt the new value for the activation state.

The static configuration values for the source-sink's IP address, the network's subnet mask and the IP addresses of the DNS and Gateway server can be configured by the SCPI commands `SYSTEM:COMMunicate:LAN:IP[:ADDRESS]`, `SYSTEM:COMMunicate:LAN:SUBNet[:MASK]`, `SYSTEM:COMMunicate:LAN:DNS[:ADDRESS]`, `SYSTEM:COMMunicate:LAN:GATeway[:ADDRESS]` or via the user interface in the dialog *Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration*.



Consult your network administrator to agree configuration values for the network parameters. Invalid configuration values may disturb the network!



After changing a value for a communication parameter the source-sink must be power-cycled to adopt the new setting value or values.

Identification

The source-sink can be identified in the LAN by its Host Name. This name can be queried with the SCPI command `SYSTEM:COMMunicate:LAN:HOSTname?` or displayed on the user interface in the dialog *Configuration -> Communication -> LAN -> Status*. The Host Name cannot be modified.

5.4.7 TCP-Socket

Zum Austausch von SCPI-Befehlen und Abfragen muss eine TCP-Verbindung zum integrierten TCP-Socket der Quelle-Senke aufgebaut werden. Hierzu kann ein Terminalprogramm oder ein kunden-spezifisches Programm eingesetzt werden. Die Port-Nummer des Sockets kann durch den SCPI-Befehl
 SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT?
 abgefragt oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog
Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration
 angezeigt werden. Sie ist standardmäßig auf den Wert 1001 konfiguriert.

5.5 RS-232-Schnittstelle

Die RS-232-Schnittstelle erlaubt die Programmierung der Quelle-Senke in der Standard-Programmiersprache SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). Sie erfüllt die Anforderungen des Standards IEEE Std 1174-2000 für die Performance Class 1.

Die RS-232-Schnittstelle der Quelle-Senke ist ein 9-poliger Standard Sub-D-Stecker.

5.5.1 RS-232-Kabel

Als RS-232-Kabel ist ein Standard-Nullmodem-Kabel mit RTS-CTS-Handshake zu verwenden oder ein nach folgendem Verdrahtungsschema gefertigtes Kabel (Buchsen in Verdrahtungsansicht):

5.4.7 TCP Socket

To transfer SCPI commands and queries a TCP link must be built to the TCP socket integrated in the source-sink. To do so, a terminal program or a user-specific program can be used. The socket's port number can be queried with the SCPI command
 SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT?
 or locally via the user interface in the dialog
Configuration -> Communication -> LAN -> Configuration.
 The default value for the port number is 1001.

5.5 RS-232 Interface

The RS-232 interface allows programming the source-sink in standard programming language SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). It realizes the requirements of the IEEE 1174-2000 Standard for Performance Class 1.

The source-sink's RS-232 port is a standard D-sub 9-pin male connector.

5.5.1 RS-232 Cable

For RS-232 communication a standard Nullmodem cable with RTS-CTS handshake or a cable with the following pin assignment must be used (sockets in wiring view):




Abbildung 5.1: Verdrahtungsschema RS-232-Kabel

Figure 5.1: Pin assignment RS-232 cable

Die RxD- und TxD-Leitung (Pin 2 und 3) werden ausgekreuzt, d. h. Pin 2 der linken Buchse wird mit Pin 3 der rechten verbunden, Pin 3 der linken Buchse wird mit Pin 2 der rechten verbunden. Ebenso werden jeweils die RTS- und CTS-Leitungen (Pin 7 und 8) sowie die DCD- und DTR-Leitungen (Pin 1 und 4) ausgekreuzt verdrahtet. Pin 5 und 9 werden durchverdrahtet.

The RxD and TxD lines (pin 2 and 3) are crossed-over, i.e. pin 2 of the left socket is wired to pin 3 of the right socket and pin 3 of the left socket is wired to pin 2 of the right socket. Also the RTS and CTS lines (pin 7 and 8) as well as the DCD and DTR lines (pin 1 and 4) are wired crossed-over. Pin 5 and 9 are straightly connected from the left to the right connector.

5.5.2 RS-232-Schnittstellenparameter

Die RS-232-Schnittstellenparameter können durch die SCPI-Befehle
 SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD
 SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity
 SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs
 oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog
Configuration -> Communication -> RS-232
 konfiguriert werden.



Nachdem ein oder mehrere Parameter verändert worden sind, müssen Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

5.5.2 RS-232 Interface Parameters

The RS-232 interface parameters can be configured with the SCPI commands
 SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD
 SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity
 SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs
 or at the user interface in the dialog
Configuration -> Communication -> RS-232



After editing one or more parameters, you must cycle the power of the source-sink to apply the new values.

5.5.3 Datenformat bei RS-232-Kommunikation

Die RS-232-Schnittstelle der Quelle-Senke erwartet und sendet das Zeichen <LineFeed> bzw. <NewLine> (10 dez.) als Terminierungszeichen (Endekennung) einer Datenübertragung.

5.5.3 Data Format at RS-232 Communication

The source-sink's RS-232 interface expects and sends the <line feed> or <newline> character (10 dec.) as termination character of a data transmission.

5.6 USB-Schnittstelle

Die USB-Schnittstelle realisiert einen Virtual COM Port (VCP) und erlaubt die Programmierung der Quelle-Senke in der Standard-Programmiersprache SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). Sie realisiert die Anforderungen des Standards IEEE Std 1174-2000 für die Performance Class 1.

Nach dem Verbinden der Quelle-Senke mit einem Steuerrechner durch ein USB-Kabel kann die Quelle-Senke über einen virtuellen, seriellen Anschluss (äquivalent zu RS-232) angesprochen werden.



Der entsprechende USB VCP-Treiber kann von der Homepage des USB-Chipherstellers FTDI heruntergeladen werden:
<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

5.6.1 USB-Kabel

Zur Steuerung der Quelle-Senke per USB ist ein handelsübliches USB 2.0-Kabel vom Typ A/B-Kabel zu verwenden. Dieses ist im Lieferumfang nicht enthalten.

5.6.2 USB-Schnittstellenparameter

Die USB-Schnittstellenparameter können durch die SCPI-Befehle
 SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD
 SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity
 SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs
 oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog
Configuration -> Communication -> USB VCP
 konfiguriert werden.

Nachdem ein oder mehrere Parameter verändert worden sind, müssen Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

5.6 USB Interface

The USB interface realizes a Virtual COM Port (VCP) and allows programming the source-sink in standard programming language SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). It realizes the requirements of the IEEE 1174-2000 Standard for Performance Class 1.

After connecting the source-sink with a computer via a USB cable the source-sink can be accessed via a virtual serial terminal which is equivalent to RS-232.



Download the concerning USB VCP driver from the homepage of the USB chip manufacturer FTDI:
<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

5.6.1 USB Cable

Use a standard USB 2.0 cable of type A/B to control the source-sink via USB. The cable is not included in the scope of delivery.

5.6.2 USB Interface Parameters

The USB interface parameters can be configured with the SCPI commands
 SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD
 SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity
 SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs
 or via the user interface in the dialog
Configuration -> Communication -> USB VCP

After editing one or more parameters, you must cycle the power of the source-sink to apply the new values.

5.6.3 Datenformat bei USB-Kommunikation

Die USB-Schnittstelle der Quelle-Senke erwartet und sendet das Zeichen <LineFeed> bzw. <NewLine> (10 dez.) als Terminierungszeichen (Endekennung) einer Datenübertragung.

5.7 GPIB-Schnittstelle (Option QL02)

Die optionale GPIB-Schnittstelle erlaubt die Programmierung der Quelle-Senke in der Standard-Programmiersprache SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). Sie ist an die Anforderungen des Standards IEEE 488.2 angelehnt.

Die GPIB-Schnittstelle implementiert die folgenden standardisierten Funktionen:

Source handshake SH1
 Acceptor handshake AH1
 Talker T6
 Listener L4
 Service request SR1
 Remote local RL1
 Device clear DC1
 Device trigger DT1
 Electrical interface E1

Die folgenden Funktionen werden nicht unterstützt:
 Parallel poll PP0
 Controller C0

5.7.1 GPIB-Kabel

H&H empfiehlt die Verwendung von doppelt geschirmten Standardkabeln. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber bei diversen Messgeräteherstellern bezogen werden.

5.6.3 Data Format at USB Communication

The source-sink's USB interface expects and sends the <line feed> or <newline> character (10 dec.) as termination character of a data transmission.

5.7 GPIB Interface (Option QL02)

The optional GPIB interface allows programming the source-sink in standard programming language SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). It is aligned on the requirements of the IEEE 488.2 standard.

The GPIB interface implements the following standardized functions:

Source handshake SH1
 Acceptor handshake AH1
 Talker T6
 Listener L4
 Service request SR1
 Remote local RL1
 Device clear DC1
 Device trigger DT1
 Electrical interface E1

The following functions are not implemented:
 Parallel poll PP0
 Controller C0

5.7.1 GPIB Cable

H&H recommends to use double-shielded standard cables which are not included in the scope of delivery. You can buy such GPIB cables from many instrument manufacturers.



Sind in einem System mehrere GPIB-Geräte enthalten, darf die Gesamtlänge aller Kabel höchstens 2 m mal die Anzahl der GPIB-Geräte sein, wobei jedoch insgesamt 20 m keinesfalls zu überschreiten sind.

Nicht mehr als 15 Geräte dürfen an einen GPIB-Bus angeschlossen sein. Mindestens zwei Drittel der angeschlossenen Geräte müssen eingeschaltet sein.

5.7.2 GPIB-Adresse

Die GPIB-Adresse kann durch den SCPI-Befehl
SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRes
oder an der Benutzerschnittstelle im Dialog
Configuration -> Communication -> GPIB
konfiguriert werden.

Bei der Auslieferung einer Quelle-Senke von H&H ist standardmäßig die GPIB-Adresse 7 eingestellt.

Nachdem die GPIB-Adresse verändert worden ist, müssen Sie die Quelle-Senke aus- und wiedereinschalten, um die neue Einstellung zu übernehmen.

5.7.3 Datenformat bei GPIB-Kommunikation

Die GPIB-Schnittstelle der Quelle-Senke erwartet beim Empfang von Daten als Terminierungszeichen (Endekennung) das Zeichen <LineFeed> bzw. <NewLine> (10 dez.), EOI mit dem letzten Datenbyte oder EOI mit <LineFeed>.

Als Terminierungszeichen beim Senden von Daten über den GPIB-Bus sendet die Quelle-Senke <LineFeed> mit EOI.



Der Ausgabepuffer für SCPI-Antworten hat eine Größe von 15.000 Bytes.



If several GPIB instruments are within one GPIB system the total length of all GPIB cables must not exceed 2 m times the number of connected instruments – up to a total of 20 m.

No more than 15 devices may be connected to one GPIB bus, with at least two-thirds of the connected devices powered on.

5.7.2 GPIB Address

The GPIB address can be configured with the SCPI command
SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRes
or via the user interface in the dialog
Configuration -> Communication -> GPIB.

The default factory setting of any H&H source-sink's GPIB address is 7.

After editing the GPIB address, you must cycle the power of the source-sink to apply the new value.

5.7.3 Data Format at GPIB Communication

The source-sink's GPIB interface expects the <line feed> or <newline> character (10 dec.), the EOI line with the last data character or the EOI line with the <line feed> character as end of string identification when receiving data.

When sending data via the GPIB bus the source-sink uses the <line feed> character (10 dec.) with asserted EOI line as termination.



The size of the output buffer for SCPI responses is 15,000 bytes.

5.8 SCPI-Befehlssyntax

Der SCPI-Standard (Standard Commands for Programmable Instruments) beschreibt einen einheitlichen Befehlssatz zur Programmierung von Geräten, unabhängig von Gerätetyp und Hersteller. Damit sollen die gerätespezifischen Befehle vereinheitlicht werden.

Grundsätzlich gibt es zwei Gruppen von SCPI-Befehlen:

- Common Commands
- Gerätespezifische Befehle

Common Commands sind geräteunabhängige Befehle, die in der Norm IEEE 488.2 definiert sind. Sie bestehen aus einem Stern (*) und drei Buchstaben mit evtl. folgendem Parameter. Abfragebefehle werden durch Anhängen eines Fragezeichens gebildet.

Gerätespezifische Befehle unterliegen einer gewissen Syntax, die im Folgenden beschrieben wird.

5.8.1 Aufbau des Headers

Die Struktur der gerätespezifischen Befehle ist hierarchisch aufgebaut. Ein Befehl besteht aus einem sog. Header und eventuell einem oder mehreren folgenden Parametern, durch ein "White Space" (s.u.) vom Header getrennt.

Der Header besteht aus einem oder mehreren Schlüsselwörtern, die wiederum durch einen Doppelpunkt (:) voneinander getrennt werden.

5.8.2 Einrückungen

Die verschiedenen Ebenen der Befehlshierarchie sind in der Übersicht durch Einrücken nach rechts dargestellt. Je tiefer die Ebene liegt, desto weiter wird nach rechts eingerückt.

Beispiel: Befehlssystem CURRent

```
CURRent
[:LEVel]
```

5.8 SCPI Command Syntax

The SCPI Standard (Standard Commands for Programmable Instruments) includes a standardized command set for programming devices, independent of device type and manufacturer. In this way the device dependent commands are unified.

Basically there are two groups of SCPI commands:

- Common commands
- Device-dependent commands

Common Commands are device independent commands that are defined in the standard IEEE 488.2. They include an asterisk (*) and three letters with optional parameter. Query commands are built by appending a question mark.

Device-dependent commands have a structured syntax which is described in the following sections.

5.8.1 Header Construction

The device dependent commands are hierarchically structured. A command contains a so-called header as well as one or more parameters, separated by a white space from the header.

The header contains one or more keywords separated by a colon (:).

5.8.2 Indentions

The levels of the command hierarchy are identified by indention to the right. The deeper the level, the more it is indented to the right.

Example: Command System CURRent

```
CURRent
[:LEVel]
```

```
[:IMMediate] <num>
[:IMMediate]?
:TRIGgered <num>
:TRIGgered?
```

5.8.3 Auswahl

Für einige Befehle existiert eine Auswahl an möglichen Parametern. Diese Schlüsselwörter werden in der Befehlsübersicht in der gleichen Zeile angegeben, durch einen senkrechten Strich (|) getrennt. Nur eines der alternativen Schlüsselwörter darf im Befehlsstring angegeben werden.

Beispiel: Befehlssystem FUNCTION

```
FUNCTION
:MODE CURRent|POWer|RESistance|VOLTage
:MODE?
```

5.8.4 White Space

Zum "White Space" gehören alle Zeichen mit dem ASCII-Code von 0 bis 9 dez. und von 11 bis 32 dezimal. Das Zeichen <LineFeed> (10dez.) ist also vom White Space ausgeschlossen. Dieses dient zur Terminierung einer Datenübertragung.

Das White Space wird benutzt, um einen Parameter vom Header zu trennen. Es dürfen mehrere White Spaces nacheinander folgen.

5.8.5 Lang- und Kurzform, Groß- und Kleinschreibung

Es gibt bei den Schlüsselwörtern eine Kurz- und eine Langform (soweit das Wort aus mehr als vier Zeichen besteht). Es kann entweder nur die Kurzform oder die vollständige Langform eines Schlüsselwortes angegeben werden. Andere Abkürzungen sind nicht erlaubt und verursachen einen Syntaxfehler.

Zur Unterscheidung wird in diesem Handbuch die Kurzform in Großbuchstaben geschrieben. Der restliche String, der zusammen mit der Kurzform die Langform ergibt, wird in Kleinbuchstaben an die

```
[:IMMediate] <num>
[:IMMediate]?
:TRIGgered <num>
:TRIGgered?
```

5.8.3 Selection

For some commands there are several certain parameters possible. These keywords are shown in the command syntax within one line, separated through a vertical bar (|). In a command string only one of the alternative keywords may be specified.

Example: Command System FUNCTION

```
FUNCTION
:MODE CURRent|POWer|RESistance|VOLTage
:MODE?
```

5.8.4 White Space

"White Space" includes all characters with ASCII code from 0 to 9 dec. and from 11 to 32 dec. The <line feed> character (10 dec.) is not part of white space. It terminates a data transmission.

White Space is used to separate the parameters from the header. Several white space characters may be combined.

5.8.5 Long and Short Form, Upper and Lower Case

Keywords are provided in long and short format (if the word contains more than four characters). Both formats are allowed. All other abbreviations are not supported and result in a syntax error.

This manual shows the short form in upper case, to allow a distinction. The remaining string, that builds in combination with the short form the

Kurzform angehängt. Das Gerät selbst unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Es gibt z.B. folgende Möglichkeiten, einen getriggerten Sollwert für einen Ausgangsstrom von 5A zu programmieren:

CURRENT:TRIG 5

curr:triggered 5

Curr:TRig 5

nicht jedoch: CURR:TRIGGER 5

Für möglichst kurze Übertragungszeiten ist die Kurzform zu bevorzugen.

5.8.6 Optionale Schlüsselwörter

In manchen Befehlssystemen ist es aus Gründen der SCPI-Konformität möglich, bestimmte Schlüsselwörter wahlweise in den Header einzufügen oder auszulassen. In dieser Beschreibung sind solche Wörter durch eckige Klammern gekennzeichnet.

Beachten Sie, dass sich der Befehlsstring durch Weglassen der optionalen Schlüsselwörter erheblich verkürzen kann.

Beispiel: Strom 2.5 A

CURRent[:LEVel][:IMMediate] 2.5

lässt sich verkürzen zu:

CURR 2.5

5.8.7 Parameter

Zu den meisten Befehlen muss an den Header ein Parameter angehängt werden (mit White Space getrennt, s.o.). Abhängig vom erkannten Header wird vom Gerät ein bestimmter Parametertyp erwartet. Dieser Typ kann sein: Zahlenwert, Boolean, Text

Werden bei bestimmten Befehlen mehrere Parameter erwartet, so werden diese durch ein Komma (,) voneinander getrennt.

Beispiel:

LIST:CURR 4.5,2.5,0.5

long form, is appended to the short form. The device itself doesn't distinguish between upper case and lower case letters.

To program a triggered setting value for an output current of 5A there are several methods:

CURRENT:TRIG 5

curr:triggered 5

Curr:TRig 5

but not: CURR:TRIGGER 5

For minimum transmission times you should use the short form.

5.8.6 Optional Keywords

In some command systems it is possible to optionally use certain keywords in the header, to guarantee SCPI conformity. These words are marked using brackets ([]).

Note that the command string can be considerably shortened by omitting the optional keywords.

Example: Current 2.5 A

CURRent[:LEVel][:IMMediate] 2.5

can be reduced to:

CURR 2.5

5.8.7 Parameters

For most commands parameters have to be appended to the header (separated through white space). Depending on the recognized header the device expects a certain parameter type: Numeric, Boolean, String

If several parameters are expected for certain commands, they are separated by a comma (,).

Example:

LIST:CURR 4.5,2.5,0.5

5.8.8 Zahlenwerte

Zahlenwerte können grundsätzlich in jeder im IEEE488.2 Standard (Kap. 7.7.2) definierten, dezimalen Form an die Quelle-Senke gesendet werden.

<NR1>	Dezimale Ganzzahl (z. B. 132)
<NR2>	Fließkommazahl (z. B. 132.0)
<NR3>	Zahl im Exponentialformat (z. B. +1.320000E+02)
<NRf>	Flexible numerische Repräsentation <NR1> <NR2> <NR3>

Dezimaltrennzeichen ist der Punkt (.), kein Komma! Als Platzhalter für von der Quelle-Senke empfangene Zahlenwerte steht in der Befehlsübersicht <NRf> (flexible numeric representation).

Beispiel (Widerstand 0.558 Ω):
RESistance 55.8E-2
RES .558

5.8.9 Einheiten und Multiplizierer

Nach den meisten Zahlenwerten kann die Einheit (Suffix) mit angegeben werden. Außerdem kann vor die Einheit ein Multiplizierer gesetzt werden.

Gebräuchliche Multiplizierer sind bei den Quellen-Senken:

Mnemonic	Definition	Multiplikator
M	Milli	0,001
K	Kilo	1000

In Bezug auf die physikalische Größe sind bei den Quellen-Senken grundsätzlich folgende Einheiten erlaubt:

Größe	Einheit	Beschreibung
Strom	A	Ampere

5.8.8 Numeric Values

Numeric values may be sent to the source-sink in every decimal format specified in IEEE488.2 standard (chapter 7.7.2).

<NR1>	Decimal integer value (e.g. 132)
<NR2>	Floating point value (e.g. 132.0)
<NR3>	Value in exponential format (e.g. +1.320000E+02)
<NRf>	Flexible numeric representation <NR1> <NR2> <NR3>

The decimal separator is the dot (.), no comma! In the syntax the variable <NRf> (flexible numeric representation) is used for numerical values received by the source-sink.

Example (Resistance 0.558 Ω):
RESistance 55.8E-2
RES .558

5.8.9 Units and Multipliers

For most numerical values the unit may be specified (suffix). In front of the unit a multiplier can be set.

Common multipliers for source-sinks are:

Mnemonic	Definition	Multiplier
M	Milli	0.001
K	Kilo	1000

For the physical dimension the following units are supported for source-sinks:

Dimension	Unit	Description
Current	A	Amp

	MA	Milliampere
	KA	Kiloampere
Widerstand	OHM	Ohm
	KOHM	Kilohm
Leistung	W	Watt
	MW	Milliwatt
	KW	Kilowatt
Spannung	V	Volt
	MV	Millivolt
	KV	Kilovolt
Zeit	S	Sekunde
	MS	Millisekunde
Energie	WS	Wattsekunde
	WH	Wattstunde
	MWH	Milliwattstunde
	KWH	Kilowattstunde
Ladung	AS	Amperesekunde
	AH	Ampere stunde
	MAH	Milliampere stunde
	KAH	Kiloampere stunde

Beispiel (Strom 520 mA):

CURR 520MA

CURR 0.52

CURR 520E-3

5.8.10 Zahlen- und Extremwerte <Nrf>|MIN|MAX

Bei den meisten Befehlen, die einen Zahlenwert als Parameter haben, können außer eines spezifischen Zahlenwertes auch MIN oder MAX angegeben werden. MIN bezeichnet den kleinstmöglichen Wert, den ein Parameter annehmen kann (meist 0). MAX bezeichnet den größtmöglichen Wert eines Parameters.

Als Platzhalter für Parameterwerte, die minimale bzw. maximale Werte repräsentieren, steht in der Befehlsübersicht MIN bzw. MAX.

Beispiel: Setzen des max. Sollwerts für die Ausgangsspannung
VOLT MAX

An MIN und MAX darf kein Suffix angehängt werden.

	MA	Milliamp
	KA	Kiloamp
Resistance	OHM	Ohm
	KOHM	Kilohm
Power	W	Watt
	MW	Milliwatt
	KW	Kilowatt
Voltage	V	Volt
	MV	Millivolt
	KV	Kilovolt
Time	S	Second
	MS	Millisecond
Energy	WS	Watt second
	WH	Watt hour
	MWH	Milliwatt hour
	KWH	Kilowatt hour
Charge	AS	Ampere second
	AH	Ampere hour
	MAH	Milliampere hour
	KAH	Kiloampere hour

Example (current 520 mA):

CURRENT 520MA

CURRENT:IMM 0.52

CURR 520E-3

5.8.10 Numeric and Extreme Values <Nrf>|MIN|MAX

For most commands that use a numeric value as parameter, the values MIN and MAX can be specified. MIN describes the lowest possible value for a parameter (mostly 0). MAX describes the highest possible value for a parameter.

As a placeholder for parameter values representing minimum or maximum values, the command overview shows MIN or MAX.

Example: Set max. setting value for output voltage
VOLT MAX

MIN and MAX must not be followed by a suffix.

Minimal- und Maximalwert eines Zahlenparameters können durch Abfrage ermittelt werden. Dazu wird nach dem Fragezeichen ein White Space und MIN bzw. MAX angehängt.

Beispiel: Abfrage des max. Sollwerts für die Ausgangsspannung
VOLT? MAX Antwort z.B. +5.000000E+01

5.8.11 Boolesche Parameter <boolean>

Einige Befehle verlangen einen booleschen Parameter, z.B. der Befehl zum Schalten des Ausgangs: OUTPut ON

Boolesche Parameter haben zwei logische Zustände. Der logische Zustand "FALSE" wird durch den Parameter OFF oder den Zahlenwert 0 repräsentiert. Entsprechend steht für den Zustand "TRUE" der Parameter ON oder 1.

Bei der Programmierung eines booleschen Parameters ist es egal, ob die Zahlenform oder die Textform gewählt wird. Zahlen werden grundsätzlich von der Quelle-Senke gerundet. Ist die Zahl nach dem Runden größer als Null, wird das als logisch TRUE interpretiert.

So hat beispielsweise der Befehl
OUTPut ON die gleiche Wirkung wie
OUTPut 1 oder
OUTPut 3.3

Bei der Abfrage von booleschen Sollwerten wird immer der boolesche Zahlenwert 0 oder 1 zurückgegeben.

Beispiel:
OUTPut? Antwort z.B. 1

5.8.12 Textparameter

Textparameter folgen den syntaktischen Regeln für Schlüsselwörter, besitzen also eine Lang- und eine Kurzform. Die Trennung vom Header erfolgt wie bei jedem Parameter durch ein White Space.

Beispiel:

The minimal and maximal value of a numeric parameter can be determined by query. To do so, a white space as well as MIN or MAX are appended after the question mark.

Example: Query of the max. setting value for the output voltage
VOLT? MAX Response e.g. +5.000000E+01

5.8.11 Boolean Parameters <boolean>

For some commands a boolean parameter has to be provided, for example to switch the output: OUTPut ON

Boolean parameters can take two logic values. The logic state "FALSE" is represented by the parameter OFF or the numeric value 0. The logic state "TRUE" is represented by the parameter ON or 1.

For programming a boolean parameter it doesn't matter whether the numeric form or the text form is used. In general, numbers are rounded by the source-sink. If the number is greater than zero after rounding, this is interpreted as a logical TRUE.

The command
OUTPut ON has the same result as
OUTPut 1 or
OUTPut 3.3

When Boolean setting values are queried, always the boolean numeric values 0 or 1 are returned.

Example:
OUTPut? Response e.g. 1

5.8.12 Textparameter

Text parameters follow the syntactic rules for keywords, so they have a long and a short form. The separation from the header is done by a white space as with any parameter.

Example:

FUNC:MODE VOLT

Bei der Abfrage von Textparametern erhält man immer die Kurzform.

Beispiel:

FUNC:MODE?

Antwort z.B. VOLT

5.8.13 Benutzung des Semikolons

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mehrere Befehle in einem einzigen Befehlsstring zu kombinieren.

Ein Semikolon (;) am Ende des ersten Befehls kehrt zum letzten Doppelpunkt (:) zurück, und es kann ein weiterer Befehl der selben Hierarchiestufe eines Befehlssystems hinzugefügt werden.

Beispiel:

Die beiden einzelnen Anweisungen

CURR:IMM 1.5 und

CURR:TRIG 1.0

können zu einem String zusammengefasst werden:

CURR:IMM 1.5;TRIG 1.0

Mit dem Semikolon kann man immer nur eine Stufe im Hierarchiesystem zurückgehen. An den Anfang der Hierarchie (Root level) gelangt man, indem man an das Semikolon direkt einen Doppelpunkt anhängt (;:).

Beispiel:

CURR:LEV:IMM 1.5;TRIG 1.0::OUTP ON

Hat der erste Befehl nur eine Hierarchiestufe, kann man den Doppelpunkt nach dem Semikolon weglassen, da man sich nach dem Semikolon ohnehin wieder im Root level befindet.

Beispiel:

CURR 1.5::OUTP ON ergibt dasselbe wie

CURR 1.5;OUTP ON

FUNC:MODE VOLT

For the query of text parameters the short form is returned.

Example:

FUNC:MODE?

Response e.g. VOLT

5.8.13 Using the Semicolon

There are several possibilities to combine commands in one command string.

A semicolon (;) at the end of the first command returns to the last colon (:), and another command of the same hierarchical level of a command system can be appended.

Example:

The two single commands

CURR:IMM 1.5 and

CURR:TRIG 1.0

can be combined to one string:

CURR:IMM 1.5;TRIG 1.0

Using the semicolon only one level of the hierarchical system can be rolled back. The beginning of the hierarchy (root level) is reached by appending a colon to the semicolon (;:).

Example:

CURR:LEV:IMM 1.5;TRIG 1.0::OUTP ON

If the first command has got only one hierarchical level, the colon behind the semicolon can be omitted, because one semicolon switches back to the root level in such a case.

Example:

CURR 1.5::OUTP ON has the same result as

CURR 1.5;OUTP ON

Jedoch bei
FUNC:MODE RES;;OUTP ON
muss die Folge ;; angegeben werden.

Wenn das Ende einer Zeichenkette erreicht ist, wechselt der SCPI-Parser automatisch wieder zum Root Level. Das Ende einer Zeichenkette ist immer das Zeichen <LineFeed> bzw <NewLine> (10 dez.).

5.8.14 Abfragebefehle (Queries)

Zu den meisten Befehlen gibt es einen zugehörigen Abfragebefehl, der den aktuellen Sollwert zurückgibt. Dazu wird dem Header ein Fragezeichen (?) angehängt.

Beispiel: Abfrage des aktuellen Sollwerts für die Ausgangsspannung
VOLTage?
Antwort z. B. +2.500000E+01

Die vom Gerät gesendete Zahl erscheint im Exponentialformat mit Vorzeichen, einer Vorkomma-, sechs Nachkommastellen, Exponent, Vorzeichen, zwei Exponentstellen. Das Gerät sendet grundsätzlich keine Einheiten nach Zahlenwerten.

Zur Ermittlung des minimal und maximal möglichen Zahlenwertes hängen Sie dem Fragezeichen ein White Space und MIN bzw. MAX an. Als Antwort erhalten Sie den Zahlenwert ohne Einheit.

Beispiel: Abfrage des max. Sollwerts für die Ausgangsspannung
VOLTage? MAX
Antwort z. B.: +5.000000E+01

Innerhalb eines Befehlsstrings darf immer nur maximal ein Abfragebefehl enthalten sein. Die Antwort auf diesen Abfragebefehl muss erst ausgelesen werden, bevor der nächste Befehl an das Gerät gesendet wird.

But for
FUNC:MODE RES;;OUTP ON
the characters ;; must be specified.

When the end of a character string is reached the SCPI parser automatically changes to the root level. The string terminator is always the <line feed> character (10 dec.).

5.8.14 Queries

For most commands there is a corresponding query, that determines the actual setting. For the query a question mark (?) is appended to the header.

Example: Query the current setting value for the output voltage
VOLTage?
Result e.g. +2.500000E+01

The numeric value that is sent from the device is presented in the exponential format with sign, one digit before the comma, as default six digits after the comma, exponent sign, two exponent digits. The device never sends units appended to the numeric values.

To determine the minimum and maximum numeric value append a white space and MIN or MAX after the question mark. The response is a numeric value without unit.

Example: Query of the maximum setting value for the output voltage
VOLTage? MAX
Result e.g.: +5.000000E+01

A command string may only include one query. The result for this query must be read before the next query can be sent to the device.

5.9 Beschreibung der Common Commands

Common Commands sind im IEEE488.2 Standard definiert. Sie beginnen mit einem * und enthalten drei Zeichen bei einem Kommando bzw. drei Zeichen und ein Fragezeichen (?) bei einer Abfrage.

5.9.1 *CLS

Löscht den Inhalt folgender Statusregister:

- Questionable Status Event Register
- Operation Status Event Register
- Standard Event Status Register
- Status Byte Register
- Fehlerwarteschlange (Error Queue)

5.9.2 *ESE <Nrf>, *ESE?

Setzt den Wert des Standard Event Status Enable Registers.

Parameter: 0 ... 255

Der numerische Parameter spezifiziert den neuen Wert des Registers und wird implizit zur nächsten Ganzzahl gerundet.

Abfrage: *ESE?

Frägt den Wert des Standard Event Status Enable Registers als dezimale Ganzzahl ab.

Siehe auch 5.10.18 STATus-Subsystem.

5.9.3 *ESR?

Frägt den Wert des Standard Event Status Registers als dezimale Ganzzahl ab. Durch diese Abfrage wird der Registerwert auf den Wert 0 zurückgesetzt.

Siehe auch 5.10.18 STATus-Subsystem.

5.9 Common Commands Description

Common Commands are defined in the IEEE488.2 standard. They begin with an * and three characters for a command or three characters and a question mark (?) for a query.

5.9.1 *CLS

Clears the following Status Registers:

- Questionable Status Event Register
- Operation Status Event Register
- Standard Event Status Register
- Status Byte Register
- Error queue

5.9.2 *ESE <Nrf>, *ESE?

Sets the value of the Standard Event Status Enable Register.

Parameter: 0 ... 255

The numeric parameter specifies the new value for the register and is implicitly rounded to the next decimal integer value.

Query: *ESE?

Queries the value of the Standard Event Status Enable Register as decimal integer value.

See also 5.10.18 STATus Subsystem.

5.9.3 *ESR?

Queries the value of the Standard Event Status Register as decimal integer value. This query resets the register value to 0.

See also 5.10.18 STATus Subsystem.

5.9.4 *IDN?

Fragt die Identifikationsdaten der Quelle-Senke ab.
Der zurückgegebene String besteht aus den folgenden Angaben:
Hersteller, Modellbezeichnung, Seriennummer, Firmware-Version.

5.9.4 *IDN?

Queries the identification data of the source-sink.
The returned string contains the following data:
Manufacturer, model name, serial number, firmware version.

5.9.5 *OPC, *OPC?

Setzt das Operation Complete Bit (Bit 0) im Standard Event Status Register, wenn alle vorausgegangenen Befehle abgearbeitet worden sind.

Abfrage: *OPC?

Fragt den Ausführungsstatus aller vorausgegangenen Befehle ab.
Sind alle vorausgegangenen Befehle abgearbeitet worden, so wird der numerische Wert 1 als dezimale Ganzzahl zurückgeliefert.

5.9.5 *OPC, OPC?

Sets the Operation Complete Bit (bit 0) in the Standard Event Status Register when all preceding commands have been executed.

Query: *OPC?

Queries the execution state of all preceding commands. If all commands are executed the numeric value 1 is returned as decimal integer value.

5.9.6 *OPT?

Fragt die aktuell im Gerät verbauten und aktivierten Optionen ab.

Ein String wird zurückgeliefert, der aus aneinandergereihten, durch Komma getrennten Teilstrings besteht.

Position 0: "ISO" (Isolierter I/O-Port)

Position 1: "GPIB"

Position 2: reserviert

Position 3: reserviert

Position 4: reserviert

Position 5: reserviert

Position 6: reserviert

Position 7: reserviert

Ist eine Option in der Quelle-Senke verfügbar, wird bei der Antwort der entsprechende Teilstring an die dafür vorgesehene Position gesetzt. Ist die Option nicht verfügbar, steht an der entsprechenden Stelle im Antwortstring das Zeichen '0'.

Beispiel

5.9.6 *OPT?

Queries the options installed and activated in the source-sink.

A string is returned which consists of concatenated substrings, separated by comma.

Position 0: "ISO" (isolated I/O port)

Position 1: GPIB

Position 2: reserved

Position 3: reserved

Position 4: reserved

Position 5: reserved

Position 6: reserved

Position 7: reserved

If an option is available in the source-sink the corresponding substring is set to the scheduled position in the response string. If the option is not available, the corresponding substring will get the character '0'.

Example

Antwortstring, wenn nur Option GPIB verfügbar:
 *OPT?
 Antwort: 0,GPIB

5.9.7 *RCL <Nrf>

Lädt die Einstellungen aus der spezifizierten Speicher-Position und aktiviert diese Einstellungen.

Parameter: 0 ... 9

Der numerische Parameter wird implizit zur nächsten Ganzzahl gerundet und spezifiziert die Speicher-Position.



Beim Ausschalten der Quelle-Senke werden die aktiven Einstellungen automatisch unter Speicher-Position 0 abgespeichert (siehe 4.24 Geräteeinstellungen speichern und laden).

5.9.8 *RST

Führt einen Reset der Quelle-Senke durch. Hierzu werden die folgenden Befehle ausgeführt:

```
ABORt
ACQuisition OFF
ACQuisition:STIME 0.0002
ACQuisition:TRIGger OFF
CURRent 0.0
CURRent:PROTection:HIGH MAX
CURRent:PROTection:LOW MIN
DATA:DELeTe
FORMat ASCii,7
FORMat:SREGister ASCii
FUNctioN:CHARge OFF
FUNctioN:CHARge:STOP:CHARge 0
FUNctioN:CHARge:STOP:CURRent 0
FUNctioN:CHARge:STOP:ENERgy 0
FUNctioN:CHARge:STOP:TIME 1
FUNctioN:CHARge:STOP:VOLTage 1
FUNctioN:CHARge:STOP:ENABle CHARge,OFF
FUNctioN:CHARge:STOP:ENABle CURRent,OFF
```

Response string if only GPIB option is available:
 *OPT?
 Response: 0,GPIB

5.9.7 *RCL <Nrf>

Recalls the settings from the specified memory position and activates these settings.

Parameter: 0 ... 9

The numeric parameter is implicitly rounded to the next integer value and specifies the memory position.



At power-off the source-sink saves the active settings to memory position 0 (see 4.24 Save and Recall Device Settings).

5.9.8 *RST

Performs a reset of the source-sink. The following commands are executed for this purpose:

```
FUNction:CHARge:STOP:ENABle ENERgy,OFF
FUNction:CHARge:STOP:ENABle TIME,OFF
FUNction:CHARge:STOP:ENABle VOLTage,OFF
FUNction:DISChargE OFF
FUNction:DISChargE:STOP:CHARge 0
FUNction:DISChargE:STOP:CURREnt 0
FUNction:DISChargE:STOP:ENERgy 0
FUNction:DISChargE:STOP:TIME 1
FUNction:DISChargE:STOP:VOLTage 0
FUNction:DISChargE:STOP:ENABle CHARge,OFF
FUNction:DISChargE:STOP:ENABle CURREnt,OFF
FUNction:DISChargE:STOP:ENABle ENERgy,OFF
FUNction:DISChargE:STOP:ENABle TIME,OFF
FUNction:DISChargE:STOP:ENABle VOLTage,OFF
FUNction:MEASure:IRESistance OFF
FUNction:MEASure:IRESistance:CURREnt 0,0
FUNction:MEASure:IRESistance:DWELL 10,1
FUNction:MODE VOLTage
FUNction:MODulate OFF
FUNction:MODulate:MODE VOLT
FUNction:MODulate:WAVEform:AMPLitude 0.0
FUNction:MODulate:WAVEform:ARBitrary
0.0{1000}
FUNction:MODulate:WAVEform:FREQuency 1.0
FUNction:MODulate:WAVEform:TYPE SINE
FUNction:SPEEd FAST
INITiate:CONTinuous OFF
LIST OFF
LIST:ACQuisition OFF
LIST:COUNt 1
LIST:CURREnt
LIST:DWELL
LIST:MODE VOLTage
LIST:POWer
LIST:RESistance
LIST:RTIME
LIST:STIME:RTIME
LIST:STIME:DWELL
LIST:TRIGger OFF
LIST:VOLTage
OUTPut OFF
OUTPut:MODE DC
POWer 0
RECTangle OFF
```

```

RECTangle:CURRent 0.0,0.0
RECTangle:DWELl 0.5,0.5
RECTangle:MODE VOLT
RECTangle:VOLTag 0.0,0.0
RESistance MAX
SETTing:EXTErnal OFF
SETTing:EXTErnal:ENABle OUTPut, OFF
SETTing:EXTErnal:ENABle MODE, OFF
SETTing:EXTErnal:ENABle ILEVel, OFF
SETTing:EXTErnal:ENABle PLEVel, OFF
SYSTem:COOLing AUTO
SYSTem:KLOCK OFF
TRIGger:DELay 0
TRIGger:HOLDoff 0
TRIGger:LEVel:CURRent 0.0
TRIGger:LEVel:VOLTag 0.0
TRIGger:SLOPe POSitive
TRIGger:SOURce BUS
VOLTag 0.0
VOLTag:PROTEction:HIGH <max>
VOLTag:PROTEction:LOW <min>
WAVEform:ARBitrary 0.0{1000}
WAVEform:FREQuency 1.0
WAVEform:OFFSet:CURRent 0.0
WAVEform:OFFSet:VOLTag 0.0
WAVEform:SYNChronize OFF
WAVEform:TYPE SINE

```

5.9.9 *SAV <Nrf>

Speichert die aktiven Einstellungen unter der spezifizierten Speicher-Position.

Parameter: 1 ... 9

Der numerische Parameter wird implizit zur nächsten Ganzzahl gerundet und spezifiziert die Speicher-Position.

Die Einstellungen der Speicher-Position 0 können beim Einschalten der Quelle-Senke automatisch geladen werden (siehe 4.24 Geräteeinstellungen speichern und laden).

5.9.9 *SAV <Nrf>

Saves the active settings to the specified memory position.

Parameter: 1 ... 9

The numeric parameter is implicitly rounded to the next integer value and specifies the memory position.

The settings of memory position 0 can be loaded automatically when the source-sink is switched on (see 4.24 Save and Recall Device Settings).

5.9.10 *SRE <NRf>, *SRE?

Setzt den Wert des Service Request Enable Registers.

Parameter: 0 ... 255

Der numerische Parameter spezifiziert den neuen Wert des Registers und wird implizit zur nächsten Ganzzahl gerundet.

Abfrage: *SRE?

Frägt den Wert des Service Request Enable Registers als dezimale Ganzzahl ab.

Siehe auch 5.10.18 STATus-Subsystem.

5.9.11 *STB?

Frägt den Wert des Status Byte Registers als dezimale Ganzzahl ab.

Siehe auch 5.10.18 STATus-Subsystem.

5.9.12 *TRG

Erzeugt ein Trigger-Ereignis zur Ausführung von Trigger-Aktionen, wenn die Trigger-Quelle BUS ausgewählt ist.

5.9.13 *TST?

Startet den Selbsttest der Quelle-Senke und liefert das Testergebnis. Ist der zurückgegebene numerische Wert 0, so sind im Rahmen des Selbsttests keine Fehler aufgetreten. Andernfalls wird ein durch SCPI definierter Fehlercode zurückgeliefert.

5.9.14 *WAI

Blockiert die Abarbeitung nachfolgender Befehle solange, bis alle vorhergehenden Befehle ausgeführt worden sind.

5.9.10 *SRE <NRf>, *SRE?

Sets the value of the Service Request Enable Register.

Parameter: 0 ... 255

The numeric parameter specifies the new value for the register and is implicitly rounded to the next decimal integer value.

Query: *SRE?

Queries the value of the Service Request Enable Register as decimal integer value.

See also 5.10.18 STATus Subsystem.

5.9.11 *STB?

Queries the value of the Status Byte Register as decimal integer value.

See also 5.10.18 STATus Subsystem.

5.9.12 *TRG

Generates a trigger event for executing trigger actions, if the trigger source BUS is selected.

5.9.13 *TST?

Starts the self test in the source-sink and returns the test result. If the returned value is 0 no errors occurred during the self test. Otherwise a SCPI-defined error code is returned.

5.9.14 *WAI

Blocks the processing of subsequent commands as long as precedent commands have been completely processed.

5.10 Beschreibung gerätespezifische Befehle

In diesem Kapitel werden die gerätespezifischen SCPI-Befehle der Quelle-Senke beschrieben. Sie sollten mit der grundlegenden SCPI-Syntaxbeschreibung in Kapitel 5.8 vertraut sein.

Die Befehle werden mit folgenden Angaben beschrieben:

Syntax

Syntaxdefinitionen sind immer in der Langform mit optionalen Schlüsselwörtern aufgeführt.

Parameter

Die meisten Befehle brauchen einen oder mehrere Parameter. Bei einigen Befehlen hängt der gültige Bereich der zugehörigen Parameter vom Gerätetyp (also vom Strom-, Spannungs-, Widerstands-, Leistungsbereich) der Quelle-Senke ab. Die tatsächlichen kleinst- und größtmöglichen Parameterwerte können durch Abfrage mit Anhängen von MIN oder MAX abgefragt werden, z.B. CURR? MAX.

Einheit

Wenn nach dem Parameter eine Einheit erlaubt ist, wird diese in der Grundeinheit angegeben. In der Regel können Multiplizierer (z.B. M für Milli oder K für Kilo) vor der Einheit angegeben werden.

Beispiele

Beispiele sind immer in der Kurzform angegeben, ohne optionale Schlüsselwörter.

Abfragesyntax

Die meisten Befehle haben einen zugehörigen Abfragebefehl, die den aktuellen Soll- oder Istwert zurückgeben.

Rückgabewert

Das Format des zurückgegebenen Werts ist in der Beschreibung angegeben.

Reset-Wert

Bei Befehlen, deren Sollwert sich durch den Reset-Befehl *RST ändert, ist der Reset-Wert angegeben. Dieser entspricht auch dem

5.10 Device-Dependent Commands Description

This chapter describes the device-dependent SCPI commands of the source-sink. You shall be familiar with the basic SCPI syntax rules described in chapter 5.8.

The commands are described by the following definitions:

Syntax

Syntax definitions are always given in long form with optional keywords.

Parameters

Most commands need one or more parameters. At some commands the valid range of a command depends on the model type of the source-sink, i.e. current, voltage, resistance, power range. The actual lowest or highest possible values of parameters can be determined by querying the parameter and appending MIN or MAX to the query, for example CURR? MAX

Unit

If a unit is allowed after the parameter, it is specified in the basic unit. As a rule, multipliers (e.g. M for milli or K for kilo) can be specified before the unit.

Examples

Examples are always defined in short form without optional keywords.

Query Syntax

Most commands have an associated query command that return the setting or actual value.

Return Value

The format of the returned value is defined in the description.

Reset Value

When a command's setting value is changed by the reset command *RST, the reset value is defined. This is also the power-on value, if previously saved setting values are not loaded.

Wert nach dem Einschalten, wenn zuvor gespeicherte Einstellungen nicht geladen werden.

Alle Befehle sind in alphabetischer Reihenfolge in Kapitel 5.10.22 und 5.12 aufgelistet.

5.10.1 ACQuisition-Subsystem

ACQuisition

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand der Messdatenerfassung.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Messdatenerfassung, der Parameter ON oder 1 aktiviert sie.

<i>Syntax</i>	ACQuisition[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	ACQ ON
<i>Abfragesyntax</i>	ACQuisition[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

ACQuisition:STIme

Dieser Befehl setzt das Abtastintervall für die Messdatenerfassung.

Der numerische Parameter spezifiziert das Abtastintervall in der Grundeinheit Sekunden.

<i>Syntax</i>	ACQuisition:STIme <NRf>
<i>Parameter</i>	2E-04 ... 1E+03 MIN MAX
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	ACQ:STIM 0.5
<i>Abfragesyntax</i>	ACQuisition:STIme? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0.0002

All commands are listed in alphabetic order. in chapter 5.11 and 5.12.

5.10.1 ACQuisition Subsystem

ACQuisition

This command sets the activation state of the data acquisition.

The parameter OFF or 0 deactivates data acquisition, parameter ON or 1 activates it.

<i>Syntax</i>	ACQuisition[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	ACQ ON
<i>Query Syntax</i>	ACQuisition[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

ACQuisition:STIme

This command sets the sample time for the data acquisition.

The numeric parameter specifies the sample time in the base unit seconds.

<i>Syntax</i>	ACQuisition:STIme <NRf>
<i>Parameter</i>	2E-04 ... 1E+03 MIN MAX
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	ACQ:STIM 0.5
<i>Query Syntax</i>	ACQuisition:STIme? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0.0002

ACQuisition:TRIGger

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Trigger-Auswertung zum Starten oder Stoppen der Messdatenerfassung.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert die Trigger-Auswertung, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Trigger-Auswertung.

<i>Syntax</i>	ACQuisition:TRIGger[:ENABLE] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	ACQ:TRIG ON
<i>Abfragesyntax</i>	ACQuisition:TRIGger[:ENABLE]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

5.10.2 CURRent-Subsystem**CURRent**

Dieser Befehl setzt den Sollwert für den geregelten Ausgangsstrom im Strombetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert die Stromstärke in der Grundeinheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Stromstärke, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Stromstärke.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	CURRent[:LEVel][:IMMediate] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	CURR 1.5
<i>Abfragesyntax</i>	CURRent[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

ACQuisition:TRIGger

This command sets the activation state for trigger processing to start or stop data acquisition.

The parameter ON or 1 activates trigger processing, the parameter OFF or 0 deactivates trigger processing.

<i>Syntax</i>	ACQuisition:TRIGger[:ENABLE] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	ACQ:TRIG ON
<i>Query Syntax</i>	ACQuisition:TRIGger[:ENABLE]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

5.10.2 CURRent Subsystem**CURRent**

This command sets the setting value for the regulated output current in current operating mode.

The numeric parameter specifies the current in the base unit amps. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the current, the parameter MAX sets the highest admissible value for the current.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	CURRent[:LEVel][:IMMediate] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	CURR 1.5
<i>Query Syntax</i>	CURRent[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

CURRent:TRIGgered

Dieser Befehl setzt den getriggerten Sollwert für den geregelten Ausgangsstrom im Strombetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert die Stromstärke in der Grundeinheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Stromstärke, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Stromstärke.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	CURRent[:LEVel][:TRIGgered] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	CURR:TRIG 3.0
<i>Abfragesyntax</i>	CURRent[:LEVel][:TRIGgered]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	undefiniert

CURRent:PROTection:HIGH

Dieser Befehl setzt den Sollwert für die obere Strombegrenzung im Spannungsbetrieb der Regelung.

Der numerische Parameter spezifiziert die Stromstärke in der Grundeinheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Stromstärke, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Stromstärke.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	CURRent:PROTection[:LEVel]:HIGH <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	CURR:PROT:HIGH 6
<i>Abfragesyntax</i>	CURRent:PROTection[:LEVel]:HIGH? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	<max>-Wert

CURRent:TRIGgered

This command sets the trigger value for the regulated output current in current operating mode.

The numeric parameter specifies the current in the base unit amps. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the current, the parameter MAX sets the highest admissible value for the current.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	CURRent[:LEVel][:TRIGgered] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	CURR:TRIG 3.0
<i>Query Syntax</i>	CURRent[:LEVel][:TRIGgered]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	undefined

CURRent:PROTection:HIGH

This command sets the setting value for the high output current protection in voltage regulation mode.

The numeric parameter specifies the current in the base unit amps. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the current, the parameter MAX sets the highest admissible value for the current.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	CURRent:PROTection[:LEVel]:HIGH <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	CURR:PROT:HIGH 6
<i>Query Syntax</i>	CURRent:PROTection[:LEVel]:HIGH? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	<max> value

Die Sollwerte für die obere und untere Strombegrenzung müssen mindestens eine Differenz von 2,5% des positiven Strombereichs aufweisen.

CURRent:PROTect:LOW

Dieser Befehl setzt den Sollwert für die untere Strombegrenzung im Spannungsbetrieb der Regelung.

Der numerische Parameter spezifiziert die Stromstärke in der Grundeinheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Stromstärke, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Stromstärke.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	CURRent:PROTect[:LEVel]:LOW <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	CURR:PROT:LOW 6
<i>Abfragesyntax</i>	CURRent:PROTect[:LEVel]:LOW? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	<min>-Wert

Die Sollwerte für die obere und untere Strombegrenzung müssen mindestens eine Differenz von 2,5% des positiven Strombereichs aufweisen.

5.10.3 DATA-Subsystem

Das DATA-Subsystem steht zum Auslesen von in der Quelle-Senke gepufferten Messdatensätzen zur Verfügung.

Ein Messdatensatz besteht aus einer Folge von <NRf>-Werten in der Reihenfolge Zeitstempel_x, Spannung_x, Strom_x. Die zurückgelesenen Messdatensätze werden in folgender Weise aneinandergereiht: Zeitstempel_1, Spannung_1, Strom_1, Zeitstempel_2, Spannung_2, Strom_2, ... Zeitstempel_n, Spannung_n, Strom_n. Alle Werte sind also durch Komma mit nachfolgendem Leerzeichen voneinander getrennt.

The setting values for the high and low current protection must have a difference of at least 2.5% of the positive current range.

CURRent:PROTect:LOW

This command sets the setting value for the low output current protection in voltage regulation mode.

The numeric parameter specifies the current in the base unit amps. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the current, the parameter MAX sets the highest admissible value for the current.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	CURRent:PROTect[:LEVel]:LOW <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	CURR:PROT:LOW 6
<i>Query Syntax</i>	CURRent:PROTect[:LEVel]:LOW? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	<min> value

The setting values for the high and low current protection must have a difference of at least 2.5% of the positive current range.

5.10.3 DATA Subsystem

The DATA subsystem is available to read measurement data points buffered in the source-sink.

A measurement data point consists of a sequence of <NRf> values in the order timestamp_x, voltage_x, current_x. The returned measurement data points are concatenated as follows: timestamp_1, voltage_1, current_1, timestamp_2, voltage_2, current_2, ... timestamp_n, voltage_n, current_n. All values are separated from each other by a comma followed by a space character.

DATA:DELeTe

Dieser Befehl löscht alle in der Quelle-Senke gepufferten Messdatensätze.

Dieser Befehl hat keine Abfrageform.

<i>Syntax</i>	DATA:DELeTe
<i>Parameter</i>	Keine
<i>Beispiel</i>	DATA:DEL

DATA:LAST?

Dieser Befehl fragt den zuletzt gepufferten, d.h. aktuellsten Messdatensatz von der Quelle-Senke ab.

<i>Abfragesyntax</i>	DATA:LAST?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>,<NR3>,<NR3>

DATA:POINts?

Dieser Befehl fragt die Anzahl der aktuell in der Quelle-Senke gepufferten Messdatensätze ab.

<i>Abfragesyntax</i>	DATA:POINts?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

DATA:REMOve?

Dieser Befehl fragt die durch den Parameter spezifizierte Anzahl von in der Quelle-Senke gepufferten Messdatensätzen ab.



In einer Abfrage kann nur eine begrenzte Anzahl von Messdatensätzen gelesen werden. Wenn mehr Datensätze zur Verfügung stehen als in einem Lesevorgang ausgelesen werden können, so sind die vorhandenen Datensätze durch mehrere Abfragen auszulesen.

Der Parameter des Abfragebefehls darf nicht größer sein als die Anzahl der gepufferten Datensätze.

<i>Abfragesyntax</i>	DATA:REMOve? <NRf>
----------------------	--------------------

DATA:DELeTe

This command deletes all measurement data points buffered in the source-sink.

This command has no query form.

<i>Syntax</i>	DATA:DELeTe
<i>Parameter</i>	None
<i>Example</i>	DATA:DEL

DATA:LAST?

This query returns the last buffered, i.e. most recent measurement data point from the source-sink.

<i>Query Syntax</i>	DATA:LAST?
<i>Return Value</i>	<NR3>,<NR3>,<NR3>

DATA:POINts?

This query returns the number of measurement data points currently buffered in the source-sink.

<i>Query Syntax</i>	DATA:POINts?
<i>Return Value</i>	<NR1>

DATA:REMOve?

This query reads the number of measurement data points specified by the parameter buffered in the source-sink.



Only a limited amount of measurement data points may be read in one query. If more data points are available than readable in one read cycle you must read the available data points by several queries.

The parameter of the query must not be greater than the number of the buffered data points.

<i>Query Syntax</i>	DATA:REMOve? <NRf>
---------------------	--------------------

<i>Parameter</i>	1 ... 100
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Beispiel</i>	DATA:POIN? // Antwort: 324
	DATA:REM? 100
	DATA:REM? 100
	DATA:REM? 100
	DATA:REM? 24

5.10.4 DISPlay Subsystem

DISPlay:TEXT

Dieser Befehl zeigt die spezifizierte Zeichenkette in einem Benachrichtigungs-Fenster an der Benutzerschnittstelle an bzw. fragt diese ab.

Der Parameter spezifiziert die Zeichenkette mit einer maximalen Länge von 32 Zeichen. Ist die Zeichenkette leer (""), wird das Benachrichtigungs-Fenster geschlossen.

Das Benachrichtigungs-Fenster mit dem Hinweistext kann durch den Bediener bestätigt und geschlossen werden. Mit der Abfrage „DISPlay:TEXT?“ kann festgestellt werden, ob das Benachrichtigungs-Fenster mit dem Hinweistext noch sichtbar ist. Die Abfrage liefert entweder den angezeigten Text oder eine leere Zeichenkette (""), wenn kein Benachrichtigungs-Fenster angezeigt wird.

<i>Syntax</i>	DISPlay:TEXT <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Beispiel</i>	DISP:TEXT "Funktion abgebrochen"
<i>Abfragesyntax</i>	DISPlay:TEXT?
<i>Rückgabewert</i>	<string>

5.10.5 FORMat-Subsystem

FORMat

Dieser Befehl setzt das Datenformat für dezimale Zahlenwerte, die bei SCPI-Abfragen zurückgegeben werden.

<i>Parameter</i>	1 ... 100
<i>Return Value</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Example</i>	DATA:POIN? // Response: 324
	DATA:REM? 100
	DATA:REM? 100
	DATA:REM? 100
	DATA:REM? 24

5.10.4 DISPlay Subsystem

DISPlay:TEXT

This command displays or queries the specified string in a notification window at the user interface.

The parameter specifies the string with a maximum length of 32 characters. If the string is empty (""), the notification window is closed.

The notification window with the notification text can be confirmed and closed by the operator. With the query "DISPlay:TEXT?" you can determine whether the notification window with the message text is still visible. The query returns either the displayed text or an empty string ("") if no notification window is displayed.

<i>Syntax</i>	DISPlay:TEXT <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Example</i>	DISP:TEXT "Function cancelled"
<i>Query Syntax</i>	DISPlay:TEXT?
<i>Return Value</i>	<string>

5.10.5 FORMat Subsystem

FORMat

This command sets the data format for decimal values returned by SCPI queries.

Durch den ersten Parameter ASCII werden die Werte in Form von ASCII-Zeichen zurückgegeben. Der zweite Parameter bestimmt die Anzahl von signifikanten Stellen eines zurückgegebenen Wertes.

Die Anzahl der signifikanten Stellen ist flüchtig, d. h. sie wird nach dem Aus- und Einschalten wieder auf den Defaultwert gesetzt.

<i>Syntax</i>	FORMat[:DATA] ASCii,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	ASCii
<i>Parameter 2</i>	1 ... 7
<i>Beispiel</i>	FORM ASC,6
<i>Abfragesyntax</i>	FORMat[:DATA]?
<i>Rückgabewert</i>	ASC,<NR1>
<i>Reset-Wert</i>	7

FORMat:SREGister

Dieser Befehl setzt das Datenformat für abgefragte SCPI-Status-Registerwerte.

Bei Übergabe des Parameters ASCII wird ein abgefragter Registerwert als ASCII-String im Dezimalzahl-Format zur Basis 10 gemäß des Standards IEEE 488.2 zurückgegeben.

Bei Übergabe des Parameters HEXadecimal wird ein abgefragter Registerwert als ASCII-String im Hexadezimal-Format zur Basis 16 gemäß des Standards IEEE 488.2 zurückgegeben. Die Quelle-Senke sendet dann jedem angeforderten Registerwert die Zeichenfolge "#H" voran.

Bei Übergabe des Parameters OCTal wird ein abgefragter Registerwert als ASCII-String im Oktal-Format zur Basis 8 gemäß des Standards IEEE 488.2 zurückgegeben. Die Quelle-Senke stellt dann jedem angeforderten Registerwert die Zeichenfolge "#Q" voran.

<i>Syntax</i>	FORMat:SREGister <format>
<i>Parameter</i>	ASCii HEXadecimal OCTal
<i>Beispiel</i>	FORM:SREG ASC
<i>Abfragesyntax</i>	FORMat:SREGister?
<i>Rückgabewert</i>	ASC HEX OCT
<i>Reset-Wert</i>	ASCii

The first parameter defines that values shall be returned as ASCII characters. The second parameter defines the number of significant digits of a returned value.

The number of significant digits is volatile, i. e. it is set to the default value when power is cycled.

<i>Syntax</i>	FORMat[:DATA] ASCii,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	ASCii
<i>Parameter 2</i>	1 ... 7
<i>Example</i>	FORM ASC,6
<i>Query Syntax</i>	FORMat[:DATA]?
<i>Return Value</i>	ASC,<NR1>
<i>Reset Value</i>	7

FORMat:SREGister

This command sets the data format for queried SCPI Status register values.

When parameter ASCII is specified the queried register values will be returned as ASCII strings in decimal format corresponding to IEEE 488.2 standard.

When parameter HEXadecimal is specified the queried register values will be returned in hexadecimal format corresponding to IEEE 488.2 standard. The source-sink will set the prefix "#H" with each returned register value.

When parameter OCTal is specified the queried register values will be returned in octal format corresponding to IEEE 488.2 standard. The source-sink will set the prefix "#Q" with each returned register value.

<i>Syntax</i>	FORMat:SREGister <format>
<i>Parameter 1</i>	ASCii HEXadecimal OCTal
<i>Example</i>	FORM:SREG ASC
<i>Query Syntax</i>	FORMat:SREGister?
<i>Return Value</i>	ASC HEX OCT
<i>Reset Value</i>	ASCii

5.10.6 FUNCTION-Subsystem

FUNCTION:CHARGE

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Ladefunktion.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Ladefunktion, der Parameter ON oder 1 aktiviert die Ladefunktion.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE[:STATE] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	FUNC:CHAR ON
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE[:STATE]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

FUNCTION:CHARGE:CHARGE?

Dieser Befehl fragt die Ladungsmenge in Ah ab, die dem Prüfling seit Aktivierung der Ladefunktion zugeführt worden ist.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE:CHARGE?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:CHARGE:ENERGY?

Dieser Befehl fragt die Energiemenge in Wh ab, die dem Prüfling seit Aktivierung der Ladefunktion zugeführt worden ist.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE:ENERGY?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:CHARGE:STOP:CHARGE

Dieser Befehl setzt den Wert für die Ladungsmenge, bei der die Ladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Ladungsmenge in der Einheit Amperestunden. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Ladungsmenge, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Ladungsmenge.

5.10.6 FUNCTION Subsystem

FUNCTION:CHARGE

This command sets the activation state for the charge function.

The parameter OFF or 0 deactivates the charge function, the parameter ON or 1 activates the charge function.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE[:STATE] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	FUNC:CHAR ON
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE[:STATE]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

FUNCTION:CHARGE:CHARGE?

This command queries the amount of charge in Ah that has been supplied to the device under test since the charging function was started.

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:CHARGE?
<i>Return Value</i>	<NR3>

FUNCTION:CHARGE:ENERGY?

This command queries the amount of energy in Wh that has been supplied to the device under test since the charging function was started.

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:ENERGY?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:CHARGE:STOP:CHARGE

This command sets the value for the amount of charge at which the charge function is deactivated and the output is switched off.

The numeric parameter specifies the charge in ampere hours. The parameter MIN sets the lowest possible value for the charge, the parameter MAX sets the highest possible value for the charge.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CHARGE <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Einheit</i>	AH
<i>Beispiel</i>	FUNC:CHAR:STOP:CHAR 1.2
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CHARGE? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

Die Freigabe des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

FUNCTION:CHARGE:STOP:CURRENT

Dieser Befehl setzt den Wert für den Strompegel, bei dem die Ladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Stromstärke in der Einheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Stromstärke, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Stromstärke.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CURRENT [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	FUNC:CHAR:STOP:CURR 1.2
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CURRENT [:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

Die Freigabe des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für ein Kriterium zum Beenden der Ladefunktion (Stoppkriterium).

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CHARGE <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Unit</i>	AH
<i>Example</i>	FUNC:CHAR:STOP:CHAR 1.2
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CHARGE? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

The stop condition is activated by the following command:
FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

FUNCTION:CHARGE:STOP:CURRENT

This command sets the value for the current level at which the charge function is deactivated and the output is switched off.

The numeric parameter specifies the current in amps. The parameter MIN sets the lowest possible value for the current, the parameter MAX sets the highest possible value for the current.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CURRENT [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	FUNC:CHAR:STOP:CURR 1.2
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:CURRENT [:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

The stop condition is activated by the following command:
FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

This command sets the activation state of the specified condition for stopping the charge function (stop condition).

Der erste Parameter spezifiziert das Stoppkriterium:

CHARge: Stopp, wenn definierte Ladungsmenge akkumuliert
 CURRent: Stopp, wenn definierter Strompegel erreicht
 ENERgy: Stopp, wenn definierte Energiemenge akkumuliert
 TIME: Stopp, wenn definierte Ladezeit verstrichen
 VOLTage: Stopp, wenn definierter Spannungspegel erreicht

Der zweite Parameter spezifiziert den Aktivierungszustand für das Stoppkriterium:

0|OFF: Das Kriterium kann die Ladefunktion nicht beenden.

1|ON: Das Kriterium kann die Ladefunktion beenden.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENABLE <signal>,<boolean>
<i>Parameter 1</i>	CHARge CURRent ENERgy TIME VOLTage
<i>Parameter 2</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	FUNC:CHAR:STOP:ENAB VOLT,ON
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENABLE? <signal>
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	Alle OFF

FUNCTION:CHARge:STOP:ENERgy

Dieser Befehl setzt den Wert für die Energiemenge, bei der die Ladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Energiemenge in der Einheit Wattstunden. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Energiemenge, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Energiemenge.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENERgy <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Einheit</i>	WH
<i>Beispiel</i>	FUNC:CHAR:STOP:ENER 10.56
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENERgy? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

The first parameter specifies the stop condition:

CHARge: stop if defined charge is accumulated
 CURRent: stop if defined current level is reached
 ENERgy: stop if defined energy is accumulated
 TIME: stop if defined charge time has expired
 VOLTage: stop if defined voltage level is reached

The second parameter specifies the activation state of the stop condition:

0|OFF: The condition cannot stop the charge function.

1|ON: The condition can stop the charge function.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENABLE <signal>,<boolean>
<i>Parameter 1</i>	CHARge CURRent ENERgy TIME VOLTage
<i>Parameter 2</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	FUNC:CHAR:STOP:ENAB VOLT,ON
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENABLE? <signal>
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	All OFF

FUNCTION:CHARge:STOP:ENERgy

This command sets the value for the amount of energy at which the charging function is deactivated and the output is switched off.

The numeric parameter specifies the energy in watt hours. The parameter MIN sets the lowest possible value for the energy, the parameter MAX sets the highest possible value for the energy.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENERgy <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Unit</i>	WH
<i>Example</i>	FUNC:CHAR:STOP:ENER 10.56
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARge:STOP:ENERgy? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

Die Aktivierung des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNctio:n:CHARge:STOP:ENABle

FUNctio:n:CHARge:STOP:EVENT?

Dieser Abfragebefehl fragt das Ereignis ab, durch das die Ladefunktion zuletzt beendet wurde.

Der Rückgabewert kann einen der folgenden Werte annehmen:

NONE: kein Ereignis eingetreten
CHAR: definierte Ladungsmenge akkumuliert
CURR: definierten Strompegel erreicht
ENER: definierte Energiemenge akkumuliert
TIME: definierte Ladezeit verstrichen
VOLT: definierten Spannungspegel erreicht

Abfragesyntax FUNctio:n:CHARge:STOP:EVENT?
Rückgabewert NONE|CHAR|CURR|ENER|TIME|VOLT

FUNctio:n:CHARge:STOP:TIME

Dieser Befehl setzt den Wert für die Zeitdauer, nach der die Ladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Zeitdauer in der Einheit Sekunden. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Zeitdauer, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Zeitdauer.

Syntax FUNctio:n:CHARge:STOP:TIME <NRf>
Parameter 1 ... 999999|MIN|MAX
Einheit S
Beispiel FUNC:CHAR:STOP:TIME 18000
Abfragesyntax FUNctio:n:CHARge:STOP:TIME? [MIN|MAX]
Rückgabewert <NR3>
Reset-Wert 1

Die Aktivierung des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNctio:n:CHARge:STOP:ENABle

The stop condition is activated by the following command:
FUNctio:n:CHARge:STOP:ENABle

FUNctio:n:CHARge:STOP:EVENT?

This query returns the event which has stopped the charge function.

The return value can be one out of the following:

NONE: no stop event occurred
CHAR: defined charge accumulated
CURR: defined current level reached
ENER: defined energy accumulated
TIME: defined charge time elapsed
VOLT: defined voltage level reached

Query Syntax FUNctio:n:CHARge:STOP:EVENT?
Return Value NONE|CHAR|CURR|ENER|TIME|VOLT

FUNctio:n:CHARge:STOP:TIME

This command sets the value for the duration after which the charge will be deactivated and the output will be switched off.

The numeric parameter specifies the duration in seconds. The parameter MIN sets the lowest possible value for the duration, the parameter MAX sets the highest possible value for the duration.

Syntax FUNctio:n:CHARge:STOP:TIME <NRf>
Parameter 1 ... 999999|MIN|MAX
Unit S
Example FUNC:CHAR:STOP:TIME 18000
Query Syntax FUNctio:n:CHARge:STOP:TIME? [MIN|MAX]
Return Value <NR3>
Reset Value 1

The stop condition is activated by the following command:
FUNctio:n:CHARge:STOP:ENABle

FUNCTION:CHARGE:STOP:VOLTage

Dieser Befehl setzt den Wert für den Spannungspegel, bei dem die Ladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Spannung in der Einheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Spannung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Spannung.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:VOLTage [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	FUNC:CHAR:STOP:VOLT 4,20
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:VOLTage [:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

Die Aktivierung des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

FUNCTION:CHARGE:TIME?

Dieser Befehl fragt die Zeitdauer in Sekunden ab, die seit Aktivierung der Ladefunktion verstrichen ist.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE:TIME?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:DISCharge

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Entladefunktion.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Entladefunktion, der Parameter ON oder 1 aktiviert die Entladefunktion.

FUNCTION:CHARGE:STOP:VOLTage

This command sets the value for the voltage level at which the charge function will be deactivated and the output will be switched off.

The numeric parameter specifies the voltage in volts. The parameter MIN sets the lowest possible value for the voltage, the parameter MAX sets the highest possible value for the voltage.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:VOLTage [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	FUNC:CHAR:STOP:VOLT 4.20
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:CHARGE:STOP:VOLTage[:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

The stop condition is activated by the following command:
FUNCTION:CHARGE:STOP:ENABLE

FUNCTION:CHARGE:TIME?

This command queries the time in seconds having elapsed since the charge function was started.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:CHARGE:TIME?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:DISCharge

This command sets the activation state for the discharge function.

The parameter OFF or 0 deactivates the discharge function, the parameter ON or 1 activates the discharge function.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	FUNC:DISC ON
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

FUNCTION:DISCharge:CHARge?

Dieser Befehl fragt die Ladungsmenge in Ah ab, die dem Prüfling seit Aktivierung der Entladefunktion entnommen worden ist.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:CHARge?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:DISCharge:ENERgy?

Dieser Befehl fragt die Energiemenge in Wh ab, die dem Prüfling seit Aktivierung der Entladefunktion entnommen worden ist.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:ENERgy?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:DISCharge:STOP:CHARge

Dieser Befehl setzt den Wert für die Ladungsmenge, bei der die Entladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Ladungsmenge in der Einheit Amperestunden. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Ladungsmenge, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Ladungsmenge.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:CHARge <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Einheit</i>	AH
<i>Beispiel</i>	FUNC:DISC:STOP:CHAR 1.2
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:CHARge? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	FUNC:DISC ON
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

FUNCTION:DISCharge:CHARge?

This command queries the amount of charge in Ah having taken from the device under test since the discharge function was started.

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:CHARge?
<i>Return Value</i>	<NR3>

FUNCTION:DISCharge:ENERgy?

This command queries the amount of energy in Wh having taken from the device under test since the discharge function was started.

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:ENERgy?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:DISCharge:STOP:CHARge

This command sets the value for the amount of charge at which the discharging is deactivated and the output is switched off.

The numeric parameter specifies the charge in ampere hours. The parameter MIN sets the lowest possible value for the charge, the parameter MAX sets the highest possible value for the charge.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:CHARge <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Unit</i>	AH
<i>Example</i>	FUNC:DISC:STOP:CHAR 1.2
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:CHARge? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

Die Freigabe des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABle

FUNctio:n:DISCharge:STOP:CURRent

Dieser Befehl setzt den Wert für den Strompegel, bei dem die Entladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Stromstärke in der Einheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Stromstärke, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Stromstärke.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	FUNctio:n:DISCharge:STOP:CURRent [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	FUNC:DISC:STOP:CURR 1.2
<i>Abfragesyntax</i>	FUNctio:n:DISCharge:STOP:CURRent [:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

Die Freigabe des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABle

FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABle

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für ein Kriterium zum Beenden der Entladefunktion (Stoppkriterium).

Der erste Parameter spezifiziert das Stoppkriterium:
 CHARge: Stopp, wenn definierte Ladungsmenge akkumuliert
 CURRent: Stopp, wenn definierter Strompegel erreicht
 ENERgy: Stopp, wenn definierte Energiemenge akkumuliert
 TIME: Stopp, wenn definierte Entladezeit verstrichen
 VOLTage: Stopp, wenn definierter Spannungspegel erreicht

The stop condition is activated by the following command:
FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABle

FUNctio:n:DISCharge:STOP:CURRent

This command sets the value for the current level at which the discharge function is deactivated and the output is switched off.

The numeric parameter specifies the current in amps. The parameter MIN sets the lowest possible value for the current, the parameter MAX sets the highest possible value for the current.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	FUNctio:n:DISCharge:STOP:CURRent [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	FUNC:DISC:STOP:CURR 1.2
<i>Query Syntax</i>	FUNctio:n:DISCharge:STOP:CURRent [:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

The stop condition is activated by the following command:
FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABle

FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABle

This command sets the activation state of the specified condition for stopping the discharge function (stop condition).

The first parameter specifies the stop condition:
 CHARge: stop if defined charge is accumulated
 CURRent: stop if defined current level is reached
 ENERgy: stop if defined energy is accumulated
 TIME: stop if defined discharge time has expired
 VOLTage: stop if defined voltage level is reached

Der zweite Parameter spezifiziert den Aktivierungszustand für das Stoppkriterium:

0|OFF: Das Kriterium kann die Entladefunktion nicht beenden.

1|ON: Das Kriterium kann die Entladefunktion beenden.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE <signal>,<boolean>
<i>Parameter 1</i>	CHARge CURRent ENERgy TIME VOLTage
<i>Parameter 2</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	FUNC:DISC:STOP:ENAB VOLT,ON
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE? <signal>
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	Alle OFF

FUNCTION:DISCharge:STOP:ENERgy

Dieser Befehl setzt den Wert für die Energiemenge, bei der die Entladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Energiemenge in der Einheit Wattstunden. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Energiemenge, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Energiemenge.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENERgy <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Einheit</i>	WH
<i>Beispiel</i>	FUNC:DISC:STOP:ENER 10.56
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENERgy? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

Die Aktivierung des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE

FUNCTION:DISCharge:STOP:EVENT?

Dieser Abfragebefehl fragt das Ereignis ab, durch das die Entladefunktion zuletzt beendet wurde.

The second parameter specifies the activation state of the stop condition:

0|OFF: The condition cannot stop the discharge function.

1|ON: The condition can stop the discharge function.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE <signal>,<boolean>
<i>Parameter 1</i>	CHARge CURRent ENERgy TIME VOLTage
<i>Parameter 2</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	FUNC:DISC:STOP:ENAB VOLT,ON
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE? <signal>
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	All OFF

FUNCTION:DISCharge:STOP:ENERgy

This command sets the value for the amount of energy at which the discharging is deactivated and the output is switched off.

The numeric parameter specifies the energy in watt hours. The parameter MIN sets the lowest possible value for the energy, the parameter MAX sets the highest possible value for the energy.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENERgy <NRf>
<i>Parameter</i>	-999999.9 ... 999999.9 MIN MAX
<i>Unit</i>	WH
<i>Example</i>	FUNC:DISC:STOP:ENER 10.56
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:ENERgy? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

The stop condition is activated by the following command:
FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE

FUNCTION:DISCharge:STOP:EVENT?

This query returns the event which has stopped the discharge function.

Der Rückgabewert kann einen der folgenden Werte annehmen:

NONE: kein Ereignis eingetreten
 CHAR: definierte Ladungsmenge akkumuliert
 CURR: definierten Strompegel erreicht
 ENER: definierte Energiemenge akkumuliert
 TIME: definierte Entladezeit verstrichen
 VOLT: definierten Spannungspegel erreicht

Abfragesyntax FUNctio:n:DISCharge:STOP:EVENT?
Rückgabewert NONE|CHAR|CURR|ENER|TIME|VOLT

FUNctio:n:DISCharge:STOP:TIME

Dieser Befehl setzt den Wert für die Zeitdauer, nach der die Entladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Zeitdauer in der Einheit Sekunden. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Zeitdauer, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Zeitdauer.

Syntax FUNctio:n:DISCharge:STOP:TIME <NRf>
Parameter 1 ... 999999|MIN|MAX
Einheit S
Beispiel FUNC:DISC:STOP:TIME 18000
Abfragesyntax FUNctio:n:DISCharge:STOP:TIME? [MIN|MAX]
Rückgabewert <NR3>
Reset-Wert 1

Die Aktivierung des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
 FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABLE

FUNctio:n:DISCharge:STOP:VOLTage

Dieser Befehl setzt den Wert für den Spannungspegel, bei dem die Entladefunktion deaktiviert und der Ausgang ausgeschaltet wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Spannung in der Einheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Spannung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Spannung.

The return value can be one out of the following:

NONE: no stop event occurred
 CHAR: defined charge accumulated
 CURR: defined current level reached
 ENER: defined energy accumulated
 TIME: defined discharge time elapsed
 VOLT: defined voltage level reached

Query Syntax FUNctio:n:DISCharge:STOP:EVENT?
Return Value NONE|CHAR|CURR|ENER|TIME|VOLT

FUNctio:n:DISCharge:STOP:TIME

This command sets the value for the duration after which the discharge will be deactivated and the output will be switched off.

The numeric parameter specifies the duration in seconds. The parameter MIN sets the lowest possible value for the duration, the parameter MAX sets the highest possible value for the duration.

Syntax FUNctio:n:DISCharge:STOP:TIME <NRf>
Parameter 1 ... 999999|MIN|MAX
Unit S
Example FUNC:DISC:STOP:TIME 18000
Query Syntax FUNctio:n:DISCharge:STOP:TIME? [MIN|MAX]
Return Value <NR3>
Reset Value 1

The stop condition is activated by the following command:
 FUNctio:n:DISCharge:STOP:ENABLE

FUNctio:n:DISCharge:STOP:VOLTage

This command sets the value for the voltage level at which the discharge function will be deactivated and the output will be switched off.

The numeric parameter specifies the voltage in volts. The parameter MIN sets the lowest possible value for the voltage, the parameter MAX sets the highest possible value for the voltage.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:VOLTage [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	FUNC:DISC:STOP:VOLT 1.253
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:VOLTage [:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

Die Aktivierung des Stoppkriteriums erfolgt mit dem folgenden Befehl:
FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE

FUNCTION:DISCharge:TIME?

Dieser Befehl fragt die Zeitdauer in Sekunden ab, die seit Aktivierung der Entladefunktion verstrichen ist.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:TIME?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:MEASure:IRESistance

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Funktion, den Innenwiderstand eines angeschlossenen Prüflings zu messen.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Funktion, der Parameter ON oder 1 aktiviert die Funktion.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance [:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	FUNC:MEAS:IRES ON
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:VOLTage [:LEVel] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	FUNC:DISC:STOP:VOLT 1.253
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:DISCharge:STOP:VOLTage[:LEVel]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

The stop condition is activated by the following command:
FUNCTION:DISCharge:STOP:ENABLE

FUNCTION:DISCharge:TIME?

This command reads the time in seconds having elapsed since the discharge function was started.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:DISCharge:TIME?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:MEASure:IRESistance

This command sets the activation state for the function to measure the internal resistance of the connected device under test.

The parameter OFF or 0 deactivates the function, the parameter ON or 1 activates it.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance [:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	FUNC:MEAS:IRES ON
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

FUNCTION:MEASure:IRESistance:CURRENT

Dieser Befehl setzt die beiden Ströme zur Ermittlung des Innenwiderstands.

Die numerischen Parameter spezifizieren die Stromstärken in der Grundeinheit Ampere. Sie werden als zwei durch Komma separierte Parameter angegeben.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:CURRENT [:LEVel] <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	<min> ... <max>
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	FUNC:MEAS:IRES:CURR -0.5, -4.5
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:CURRENT [:LEVel]? <NR3>,<NR3>
<i>Rückgabewerte</i>	<NR3>,<NR3>
<i>Reset-Werte</i>	0, 0



Für eine Belastung des Prüflings im Strombetrieb müssen negative Sollwerte vorgegeben werden. Die beiden Sollwerte für die Ströme dürfen nicht identisch sein.

FUNCTION:MEASure:IRESistance:DWELL

Dieser Befehl setzt die beiden Verweildauern der jeweiligen Ströme zur Ermittlung des Innenwiderstands des Prüflings.

Die numerischen Parameter spezifizieren die Verweildauern in der Grundeinheit Sekunden. Sie werden als zwei durch Komma separierte Parameter angegeben.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:DWELL <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0.1 ... 100
<i>Parameter 2</i>	0.1 ... 100
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	FUNC:MEAS:IRES:DWEL 1.5,12

FUNCTION:MEASure:IRESistance:CURRENT

This command sets the two currents to determine the internal resistance.

The numeric parameters specify the currents in the base unit amps. They are set as two parameters separated by a comma.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:CURRENT [:LEVel] <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	<min> ... <max>
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	FUNC:MEAS:IRES:CURR -0.5, -4.5
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:CURRENT [:LEVel]? <NR3>,<NR3>
<i>Return Values</i>	<NR3>,<NR3>
<i>Reset Values</i>	0, 0



Negative setting values must be specified for loading the device under test in current mode. The two setting values for the load currents must not be identical.

FUNCTION:MEASure:IRESistance:DWELL

This command sets the two dwell times for the corresponding currents to determine the internal resistance of the device under test.

The numeric parameters specify the dwell times in the base unit seconds. They are set as two parameters separated by a command.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:DWELL <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0.1 ... 100
<i>Parameter 2</i>	0.1 ... 100
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	FUNC:MEAS:IRES:DWEL 1.5,12

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:DWELL?
<i>Rückgabewerte</i>	<NR3>,<NR3>
<i>Reset-Werte</i>	10, 1

FUNCTION:MEASure:IRESistance:RESistance?

Dieser Befehl fragt den Innenwiderstand des angeschlossenen Prüflings ab, den die Quelle-Senke zuletzt ermittelt hat.

Hat die Quelle-Senke noch keinen Wert für den Innenwiderstand ermittelt, gibt sie den Wert 0 zurück.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance
	:RESistance?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:MEASure:IRESistance:TIME?

Dieser Befehl fragt die Zeitdauer in Sekunden ab, die seit Aktivierung der Innenwiderstands-Messfunktion verstrichen ist.

Der Wert wird beim Start der Funktion auf 0 zurückgesetzt.

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:TIME?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

FUNCTION:MODE

Dieser Befehl setzt den Sollwert für die Grundbetriebsart der Regelung.

Der Parameter CURRENT aktiviert die Stromregelung.

Der Parameter POWER aktiviert die Leistungsregelung.

Der Parameter RESistance aktiviert die Widerstandsregelung.

Der Parameter VOLTage aktiviert die Spannungsregelung.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRENT POWER RESistance VOLTage
<i>Beispiel</i>	FUNC:MODE CURR
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MODE?
<i>Rückgabewert</i>	CURR POW RES VOLT
<i>Reset-Wert</i>	VOLTage

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:DWELL?
<i>Return Values</i>	<NR3>,<NR3>
<i>Reset Values</i>	10, 1

FUNCTION:MEASure:IRESistance:RESistance?

This command queries the internal resistance of the connected device under test which the source-sink has last determined.

If the source-sink has not determined an internal resistance value yet it returns the value 0.

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance
	:RESistance?
<i>Return Value</i>	<NR3>

FUNCTION:MEASure:IRESistance:TIME?

This command reads the time in seconds having elapsed since the internal resistance measurement function was started.

The value is reset to 0 when the function is started.

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MEASure:IRESistance:TIME?
<i>Return Value</i>	<NR3>

FUNCTION:MODE

This command sets the setting value for the basic operating mode of the regulation.

The parameter CURRENT activates current mode.

The parameter POWER activates power mode.

The parameter RESistance activates resistance mode.

The parameter VOLTage activates voltage mode.

<i>Syntax</i>	FUNCTION MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRENT POWER RESistance VOLTage
<i>Example</i>	FUNC:MODE CURR
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MODE?
<i>Return Value</i>	CURR POW RES VOLT
<i>Reset Value</i>	VOLTage

FUNCTION:MODE:TRIGgered

Dieser Befehl setzt den getriggerten Sollwert für die Grundbetriebsart der Regelung.

Der Parameter CURRent aktiviert die Stromregelung.
 Der Parameter POWer aktiviert die Leistungsregelung.
 Der Parameter RESistance aktiviert die Widerstandsregelung.
 Der Parameter VOLTage aktiviert die Spannungsregelung.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODE:TRIGgered <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent POWer RESistance VOLTage
<i>Beispiel</i>	FUNC:MODE:TRIG CURR
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MODE:TRIGgered?
<i>Rückgabewert</i>	CURR POW RES VOLT
<i>Reset-Wert</i>	undefiniert

FUNCTION:MODulate

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Modulation.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert diese Funktion, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert diese Funktion.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	FUNC:MOD ON
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MODulate[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

FUNCTION:MODulate:MODE

Dieser Befehl setzt die Betriebsart der Regelung für die Modulation.

Der Parameter CURRent aktiviert die Stromregelung.
 Der Parameter VOLTage aktiviert die Spannungsregelung.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent VOLTage
<i>Beispiel</i>	FUNC:MOD CURR
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MODulate:MODE?

FUNCTION:MODE:TRIGgered

This command sets the triggered setting value for the basic operating mode of the regulation.

The parameter CURRent activates current mode.
 The parameter POWer activates power mode.
 The parameter RESistance activates resistance mode.
 The parameter VOLTage activates voltage mode.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODE:TRIGgered <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent POWer RESistance VOLTage
<i>Example</i>	FUNC:MODE:TRIG CURR
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MODE:TRIGgered?
<i>Return Value</i>	CURR POW RES VOLT
<i>Reset Value</i>	undefined

FUNCTION:MODulate

This command sets the activation state for modulation.

The parameter ON or 1 activates the function, the parameter OFF or 0 deactivates the function.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	FUNC:MOD ON
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MODulate[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

FUNCTION:MODulate:MODE

This command sets the regulation mode for the modulation.

The parameter CURRent activates current mode.
 The parameter VOLTage activates voltage mode.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent VOLTage
<i>Example</i>	FUNC:MOD CURR
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:MODE?

Rückgabewert CURRIVOLT
Reset-Wert VOLTage

FUNCTION:MODulate:WAVeform:AMPLitude

Dieser Befehl setzt die Amplitude für die Modulation.

Der numerische Parameterwert spezifiziert den Sollwert für die Amplitude im normierten Bereich von 0 bis 1. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert 0 für die Amplitude, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert 1 für die Amplitude.

Syntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:AMPLitude
 <NRf>|MIN|MAX
Parameter 0 ... 1|MIN|MAX
Beispiel FUNC:MOD:WAV:AMPL 0.33
Abfragesyntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:AMPLitude?
Rückgabewert <NR3>
Reset-Wert 0.0

FUNCTION:MODulate:WAVeform:ARBitrary

Dieser Befehl setzt die 1000 Punkte der arbiträren Wellenform für die Modulation.

Die numerischen Parameterwerte spezifizieren die einzelnen Sollwerte im normierten Wertebereich von -1 bis 1.

Syntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:ARBitrary[:LEVel]
 <NRf>{1000}
Parameter -1.0 ... 1.0
Beispiel FUNC:MOD:WAV:ARB 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6, ...
Abfragesyntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:ARBitrary[:LEVel]?
Rückgabewert <NR3>{1000}
Reset-Wert 0.0{1000}

FUNCTION:MODulate:WAVeform:FREQuency

Dieser Befehl setzt die Frequenz für die Modulation.

Der numerische Parameterwert spezifiziert den Sollwert für die Frequenz in der Einheit Hertz. Der Parameter MIN setzt den kleinsten

Return Value CURRIVOLT
Reset Value VOLTage

FUNCTION:MODulate:WAVeform:AMPLitude

This command sets the amplitude for the modulation.

The numerical parameter value specifies the setting value for the amplitude in the normalized range from 0 to 1. The parameter MIN sets the smallest possible value 0 for the amplitude, the parameter MAX sets the largest possible value 1 for the amplitude.

Syntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:AMPLitude
 <NRf>|MIN|MAX
Parameter 0 ... 1|MIN|MAX
Example FUNC:MOD:WAV:AMPL 0.33
Query Syntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:AMPLitude?
Return Value <NR3>
Reset Value 0.0

FUNCTION:MODulate:WAVeform:ARBitrary

This command sets the 1000 points of the arbitrary waveform for the modulation.

The numeric parameters specify the single points in the normalized range of -1 to 1.

Syntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:ARBitrary[:LEVel]
 <NRf>{1000}
Parameter -1.0 ... 1.0
Example FUNC:MOD:WAV:ARB 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6, ...
Query Syntax FUNCTION:MODulate:WAVeform:ARBitrary[:LEVel]?
Return Value <NR3>{1000}
Reset Value 0.0{1000}

FUNCTION:MODulate:WAVeform:FREQuency

This command sets the frequency for the modulation.

The numerical parameter value specifies the setting value for the frequency in the unit Hertz. The parameter MIN sets the lowest possible

zulässigen Wert für die Frequenz, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Frequenz.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:FREQuency <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	0.1 ... 10000 MIN MAX
<i>Einheit</i>	HZ
<i>Beispiel</i>	FUNC:MOD:WAV:FREQ 50.0
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:FREQuency?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	1.0

FUNCTION:MODulate:WAVEform:TYPE

Dieser Befehl setzt die Wellenform für die Modulation.

Der Parameter ARbitrary aktiviert die arbiträre Wellenform.
Der Parameter SAWTooth aktiviert die sägezahnförmige Wellenform.
Der Parameter SINE aktiviert die sinusförmige Wellenform.
Der Parameter SQUare aktiviert die rechteckförmige Wellenform.
Der Parameter TRIangle aktiviert die dreieckförmige Wellenform.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:TYPE <type>
<i>Parameter</i>	ARbitrary SAWTooth SINE SQUare TRIangle
<i>Beispiel</i>	FUNC:MOD:WAV:TYPE TRI
<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:TYPE?
<i>Rückgabewert</i>	ARB SAWT SINE SQU TRI
<i>Reset-Wert</i>	SINE

FUNCTION:SPEed

Dieser Befehl setzt die Geschwindigkeit für die hardwarebasierte Regelung.

Der Parameter spezifiziert die Regelgeschwindigkeit:
SLOW: geringe Regelgeschwindigkeit
FAST: schnelle Regelgeschwindigkeit

<i>Syntax</i>	FUNCTION:SPEed <speed>
<i>Parameter</i>	SLOW FAST
<i>Beispiel</i>	FUNC:SPE SLOW

value for the frequency, the parameter MAX sets the highest possible value for the frequency.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:FREQuency <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	0.1 ... 10000 MIN MAX
<i>Unit</i>	HZ
<i>Example</i>	FUNC:MOD:WAV:FREQ 50.0
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:FREQuency?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	1.0

FUNCTION:MODulate:WAVEform:TYPE

This command sets the waveform for the modulation.

The parameter ARbitrary activates arbitrary waveform.
The parameter SAWTooth activates sawtooth waveform.
The parameter SINE activates sinusoidal waveform.
The parameter SQUare activates square waveform.
The parameter TRIangle activates triangular waveform.

<i>Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:TYPE <type>
<i>Parameter</i>	ARbitrary SAWTooth SINE SQUare TRIangle
<i>Example</i>	FUNC:MOD:WAV:TYPE TRI
<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:MODulate:WAVEform:TYPE?
<i>Return Value</i>	ARB SAWT SINE SQU TRI
<i>Reset Value</i>	SINE

FUNCTION:SPEed

This command sets the speed for the hardware-based regulation.

The parameter specified the regulation speed:
SLOW: low regulation speed
FAST: high regulation speed

<i>Syntax</i>	FUNCTION:SPEed <speed>
<i>Parameter</i>	SLOW FAST
<i>Example</i>	FUNC:SPE SLOW

<i>Abfragesyntax</i>	FUNCTION:SPEEd?
<i>Rückgabewert</i>	SLOW FAST
<i>Reset-Wert</i>	FAST

<i>Query Syntax</i>	FUNCTION:SPEEd?
<i>Return Value</i>	SLOW FAST
<i>Reset Value</i>	FAST

5.10.7 ICONductance-Subsystem

ICONductance

Dieser Befehl setzt den Sollwert für den simulierten Innenleitwert im Strombetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert den Innenleitwert in der Grundeinheit Siemens. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für den Leitwert, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für den Innenleitwert.

Die Werte <min> und <max> entsprechen den minimal und maximal zulässigen Sollwerten für den Leitwert und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	ICONductance[:LEVel][:IMMediate]
	<NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	SIE
<i>Beispiel</i>	ICON 0.5
<i>Abfragesyntax</i>	ICONductance[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

5.10.7 ICONductance Subsystem

ICONductance

This command sets the setting value for the simulated internal conductance in current operating mode.

The numeric parameter specifies the internal conductance in the base unit siemens. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the conductance, the parameter MAX sets the highest admissible value for the internal conductance.

The values <min> and <max> correspond to the minimum and maximum permissible setting values for the conductance and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	ICONductance[:LEVel][:IMMediate]
	<NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	SIE
<i>Example</i>	ICON 0.5
<i>Query Syntax</i>	ICONductance[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

5.10.8 IRESistance-Subsystem

IRESistance

Dieser Befehl setzt den Sollwert für den simulierten Innenwiderstand im Spannungsbetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert den Innenwiderstand in der Grundeinheit Ohm. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für den Widerstand, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für den Innenwiderstand.

5.10.8 IRESistance Subsystem

IRESistance

This command sets the setting value for the simulated internal resistance in voltage operating mode.

The numeric parameter specifies the internal resistance in the base unit ohm. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the resistance, the parameter MAX sets the highest admissible value for the internal resistance.

Die Werte <min> und <max> entsprechen den minimal und maximal zulässigen Sollwerten für den Innenwiderstand und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	IRESistance[:LEVel][:IMMediate]
	<NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	OHM
<i>Beispiel</i>	IRES 0.5
<i>Abfragesyntax</i>	IRESistance[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

5.10.9 LIST-Subsystem

LIST

Dieser Befehl setzt den Sollwert für den Aktivierungszustand der Listenausführung.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert die Ausführung einer Liste, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Ausführung einer Liste.

<i>Syntax</i>	LIST[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	LIST ON
<i>Abfragesyntax</i>	LIST[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

LIST:ACQuisition

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die synchrone Datenerfassung bei Ausführung einer Liste.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert die Datenerfassung, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert sie.

<i>Syntax</i>	LIST:ACQuisition[:ENABle] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	LIST:ACQ ON

The values <min> and <max> correspond to the minimum and maximum permissible setting values for the internal resistance and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	IRESistance[:LEVel][:IMMediate]
	<NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	OHM
<i>Example</i>	IRES 0.5
<i>Query Syntax</i>	IRESistance[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

5.10.9 LIST Subsystem

LIST

This command sets the setting value for the activation state of list execution.

The parameter ON or 1 activates the list execution, the parameter OFF or 0 deactivates the list execution.

<i>Syntax</i>	LIST[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	LIST ON
<i>Query Syntax</i>	LIST[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

LIST:ACQuisition

This command sets the activation state for synchronous data acquisition during list execution.

The parameter ON or 1 activates data acquisition, the parameter OFF or 0 deactivates it.

<i>Syntax</i>	LIST:ACQuisition[:ENABle] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	LIST:ACQ ON

<i>Abfragesyntax</i>	LIST:ACQuisition[:ENABLE]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

LIST:COUNT

Dieser Befehl setzt die Anzahl, wie oft eine Liste nach dem Aktivieren abgearbeitet wird.

Der numerische Parameterwert spezifiziert die Anzahl der Durchläufe. Der numerische Wert wird implizit zur nächsten Ganzzahl gerundet. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert. Ein größerer Wert als der MAX-Wert oder der numerische Wert für Unendlich (9.9E37) bewirkt eine kontinuierliche Ausführung der Liste bis diese mit LIST OFF beendet wird.

<i>Syntax</i>	LIST:COUNT <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	1 ... 999999 MIN MAX
<i>Beispiel</i>	LIST:COUN 23
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:COUNT? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	1

LIST:CURREnt

Dieser Befehl setzt die einzelnen Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangsstrom.

Ein numerischer Parameter spezifiziert die Stromstärke in der Grundeinheit Ampere. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

<i>Syntax</i>	LIST:CURREnt[:LEVel] <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	LIST:CURREnt 12.75,56.2,0
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:CURREnt[:LEVel]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset-Wert</i>	Leere Liste

<i>Query Syntax</i>	LIST:ACQuisition[:ENABLE]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

LIST:COUNT

This command specifies how often a list shall be processed after it was activated.

The numeric parameter specifies the number of iterations. The numeric value is implicitly rounded to the next integer value. The parameter MIN sets the lowest possible value, the parameter MAX sets the highest possible value. A higher value than the MAX value or the numeric value for infinity (9.9E37) causes a continuous execution of the list until it will be stopped by the command LIST OFF.

<i>Syntax</i>	LIST:COUNT <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	1 ... 999999 MIN MAX
<i>Example</i>	LIST:COUN 23
<i>Query Syntax</i>	LIST:COUNT? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	1

LIST:CURREnt

This command sets the setting values in the list for the regulated output current.

A numeric parameter specifies the current in amps. The maximum number of setting values is 300.

<i>Syntax</i>	LIST:CURREnt[:LEVel] <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	LIST:CURREnt 12.75,56.2,0
<i>Query Syntax</i>	LIST:CURREnt[:LEVel]?
<i>Return Value</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset Value</i>	Empty list

LIST:CURRent:POINts?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an spezifizierten Sollwerten in der Liste für den geregelten Ausgangsstrom ab.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

Abfragesyntax LIST:CURRent[:LEVel]:POINts?
[MIN|MAX]
Rückgabewert <NR1>

LIST:DWELL

Dieser Befehl setzt die einzelnen Sollwerte in der Liste für die Verweilzeiten (Dwell time).

Ein numerischer Parameter spezifiziert die Verweilzeit in der Grundeinheit Sekunde. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

Syntax LIST:DWELL <NRf>{,<NRf>}
Parameter 2E-04 ... 1E+03{,2E-04 ... 1E+03}
Einheit S
Beispiel LIST:DWELL 5.5E-3,0.01,1.02
Abfragesyntax LIST:DWELL?
Rückgabewert <NR3>{,<NR3>}
Reset-Wert Leere Liste

LIST:DWELL:POINts?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Sollwerten in der List für Verweilzeiten ab.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

Abfragesyntax LIST:DWELL:POINts? [MIN|MAX]

LIST:CURRent:POINts?

This query reads the number of setting values in the list for the regulated output current.

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

Abfragesyntax LIST:CURRent[:LEVel]:POINts?
[MIN|MAX]
Rückgabewert <NR1>

LIST:DWELL

This command sets the setting values in the list for dwell times.

A numeric parameter specifies the dwell time in seconds. The maximum number of parameter values is 300.

Syntax LIST:DWELL <NRf>{,<NRf>}
Parameter 2E-04 ... 1E+03{,2E-04 ... 1E+03}
Unit S
Beispiel LIST:DWELL 5.5E-3,0.01,1.02
Query Syntax LIST:DWELL?
Return Value <NR3>{,<NR3>}
Reset Value Empty list

LIST:DWELL:POINts?

This query reads the number of setting values in the list for dwell times.

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

Query Syntax LIST:DWELL:POINts? [MIN|MAX]

Rückgabewert <NR1>

LIST:MODE

Dieser Befehl setzt die Betriebsart der Regelung während der Ausführung einer Liste. Sie wählt die zugehörige Liste mit Ausgangspegeln aus.

<i>Syntax</i>	LIST:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent POWer RESistance VOLTage
<i>Beispiel</i>	LIST:MODE VOLT
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:MODE?
<i>Rückgabewert</i>	CURR POW RES VOLT
<i>Reset-Wert</i>	VOLTage

LIST:POINTs?

Dieser Befehl fragt die Anzahl der ausgeführten Listenpunkte seit Aktivierung der Liste ab.

<i>Abfragesyntax</i>	LIST:POINTs?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

LIST:POWer

Dieser Befehl setzt die einzelnen Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsleistung.

Ein numerischer Parameter spezifiziert die Ausgangsleistung in der Grundeinheit Watt. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

<i>Syntax</i>	LIST:POWer[:LEVel] <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Einheit</i>	W
<i>Beispiel</i>	LIST:POW 5.0,0.85,2.667E2
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:POWer[:LEVel]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset-Wert</i>	Leere Liste



Für eine Belastung des Prüflings im Leistungsbetrieb muss ein negativer Sollwert vorgegeben werden.

Return Value <NR1>

LIST:MODE

This command sets the regulation mode during the execution of the list function. It selects the corresponding level list.

<i>Syntax</i>	LIST:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent POWer RESistance VOLTage
<i>Example</i>	LIST:MODE VOLT
<i>Query Syntax</i>	LIST:MODE?
<i>Return Value</i>	CURR POW RES VOLT
<i>Reset Value</i>	VOLTage

LIST:POINTs?

This command queries the number of list points executed since the list function was activated.

<i>Query Syntax</i>	LIST:POINTs?
<i>Return Value</i>	<NR1>

LIST:POWer

This command sets the setting values in the list for the regulated output power.

A numeric parameter specifies the power in watts. The maximum number of parameter values is 300.

<i>Syntax</i>	LIST:POWer[:LEVel] <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Unit</i>	W
<i>Example</i>	LIST:POW 5.0,0.85,2.667E2
<i>Query Syntax</i>	LIST:POWer[:LEVel]?
<i>Return Value</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset Value</i>	Empty list



A negative setting value must be specified for loading the device under test in power mode.

LIST:POWer:POINts?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Sollwerten in der Liste für die geregelte Ausgangsleistung ab.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

<i>Abfragesyntax</i>	LIST:POWer[:LEVel]:POINts? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

LIST:RESistance

Dieser Befehl setzt die einzelnen Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangswiderstand.

Ein numerischer Parameter spezifiziert den Ausgangswiderstand in der Grundeinheit Ohm. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

<i>Syntax</i>	LIST:RESistance[:LEVel] <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Einheit</i>	OHM
<i>Beispiel</i>	LIST:RES 5.0,0.85,2.667E-2
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:RESistance[:LEVel]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset-Wert</i>	Leere Liste



Für eine Belastung des Prüflings im Widerstandsbetrieb muss ein negativer Sollwert vorgegeben werden.

LIST:RESistance:POINts?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Sollwerten in der Liste für den geregelten Ausgangswiderstand ab.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

LIST:POWer:POINts?

This query returns the number of setting values in the list for the regulated output power.

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

<i>Query Syntax</i>	LIST:POWer[:LEVel]:POINts? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

LIST:RESistance

This command sets the setting values in the list for the regulated output resistance.

A numeric parameter specifies the resistance in ohms. The maximum number of parameter values is 300.

<i>Syntax</i>	LIST:RESistance[:LEVel] <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Unit</i>	OHM
<i>Example</i>	LIST:RES 5.0,0.85,2.667E-2
<i>Query Syntax</i>	LIST:RESistance[:LEVel]?
<i>Return Value</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset Value</i>	Empty list



A negative setting value must be specified for loading the device under test in resistance mode.

LIST:RESistance:POINts?

This query reads the number of setting values in the list for the regulated output resistance.

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

Abfragesyntax LIST:RESistance[:LEVel]:POINts? [MIN|MAX]
Rückgabewert <NR1>

LIST:RTIME

Dieser Befehl setzt die einzelnen Sollwerte in der Liste für die Rampenzeiten (Ramp Time).

Ein numerischer Parameter spezifiziert die Rampenzeit in der Grundeinheit Sekunden. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

Syntax LIST:RTIME <NRf>{,<NRf>}
Parameter 0 ... 1E+03{,0 ... 1E+03}
Einheit S
Beispiel LIST:RTIM 5.5E-3,0.01,1.02
Abfragesyntax LIST:RTIME?
Rückgabewert <NR3>{,<NR3>}
Reset-Wert Leere Liste

LIST:RTIME:POINts?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Sollwerten in der Liste für Rampenzeiten ab.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste, zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte, zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

Abfragesyntax LIST:RTIME:POINts? [MIN|MAX]
Rückgabewert <NR1>

LIST:STIME:DWELL

Dieser Befehl setzt die Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Verweilzeiten.

Ein numerischer Parameter spezifiziert die Abtastzeit in der Grundeinheit Sekunden. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

Syntax LIST:STIME:DWELL <NRf>{,<NRf>}

Query Syntax LIST:RESistance[:LEVel]:POINts? [MIN|MAX]
Return Value <NR1>

LIST:RTIME

This command sets the setting values in the list for the ramp times.

A numeric parameter specifies the ramp time in seconds. The maximum number of parameter values is 300.

Syntax LIST:RTIME <NRf>{,<NRf>}
Parameter 0 ... 1E+03{,0 ... 1E+03}
Unit S
Example LIST:RTIM 5.5E-3,0.01,1.02
Query Syntax LIST:RTIME?
Return Value <NR3>{,<NR3>}
Reset Value Empty list

LIST:RTIME:POINts?

This query reads the number of setting values in the list for ramp times.

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

Query Syntax LIST:RTIME:POINts? [MIN|MAX]
Return Value <NR1>

LIST:STIME:DWELL

This command sets the setting values in the list for sample times during dwell times.

A numeric parameter specifies the sample time in seconds. The maximum number of parameter values is 300.

Syntax LIST:STIME:DWELL <NRf>{,<NRf>}

<i>Parameter</i>	2E-04 ... 1E+03{,2E-04 ... 1E+03}
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	LIST:STIM:DWEL 1E-3,0.01,0.05
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:STIMe:DWEL?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset-Wert</i>	Leere Liste

LIST:STIMe:DWEL:POINTs?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Sollwerten in der Liste für Abtastzeiten während den Verweilzeiten ab.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste, zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte, zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

<i>Abfragesyntax</i>	LIST:STIMe:DWEL:POINTs? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

LIST:STIMe:RTIME

Dieser Befehl setzt die Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Rampenzeiten.

Ein numerischer Parameter spezifiziert die Abtastzeit in der Grundeinheit Sekunden. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

<i>Syntax</i>	LIST:STIMe:RTIME <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	2E-04 ... 1E+03{,2E-04 ... 1E+03}
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	LIST:STIM:RTIM 1E-3,0.01,0.05
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:STIMe:RTIME?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset-Wert</i>	Leere Liste

LIST:STIMe:RTIME:POINTs?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Sollwerten in der Liste für Abtastzeiten während den Rampenzeiten ab.

<i>Parameter</i>	2E-04 ... 1E+03{,2E-04 ... 1E+03}
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	LIST:STIM:DWEL 1E-3,0.01,0.05
<i>Query Syntax</i>	LIST:STIMe:DWEL?
<i>Return Value</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset Value</i>	Empty list

LIST:STIMe:DWEL:POINTs?

This query returns the number of setting values in the list for sample times during dwell times.

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

<i>Query Syntax</i>	LIST:STIMe:DWEL:POINTs? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

LIST:STIMe:RTIME

This command sets the setting values in the list for sample times during ramp times.

A numeric parameter specifies the sample time in seconds. The maximum number of parameter values is 300.

<i>Syntax</i>	LIST:STIMe:RTIME <NRf>{,<NRf>}
<i>Parameter</i>	2E-04 ... 1E+03{,2E-04 ... 1E+03}
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	LIST:STIM:RTIM 1E-3,0.01,0.05
<i>Query Syntax</i>	LIST:STIMe:RTIME?
<i>Return Value</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset Value</i>	Empty list

LIST:STIMe:RTIME:POINTs?

This query returns the number of setting values in the list for sample times during ramp times.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste, zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte, zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

Abfragesyntax LIST:STIMe:RTIMe:POINts? [MIN|MAX]
Rückgabewert <NR1>

LIST:TIME?

Dieser Befehl fragt die Zeitdauer ab, die seit Aktivierung der Listenausführung verstrichen ist.

Der zurückgegebene Wert hat die Einheit Sekunden.

Abfragesyntax LIST:TIME?
Rückgabewert <NR3>

LIST:TRIGger

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Trigger-Auswertung zum Starten oder Stoppen der Listenausführung.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert die Trigger-Auswertung, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Trigger-Auswertung.

Syntax LIST:TRIGger[:ENABle] <boolean>
Parameter 0|OFF|1|ON
Beispiel LIST:TRIG ON
Abfragesyntax LIST:TRIGger[:ENABle]?
Rückgabewert 0|1
Reset-Wert OFF

LIST:VOLTage

Dieser Befehl setzt die einzelnen Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsspannung.

Ein numerischer Parameter spezifiziert die Ausgangsspannung in der Einheit Volt. Die maximale Anzahl an Parameterwerten ist 300.

Syntax LIST:VOLTage[:LEVe] <NRf>{,<NRf>}

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

Query Syntax LIST:STIMe:RTIMe:POINts? [MIN|MAX]
Return Value <NR1>

LIST:TIME?

This command queries the time elapsed since the list function was activated.

The value returned is in seconds.

Query Syntax LIST:TIME?
Return Value <NR3>

LIST:TRIGger

This command sets the activation state for the trigger processing to start or stop the list execution.

The parameter ON or 1 activates trigger processing, the parameter OFF or 0 deactivates trigger processing.

Syntax LIST:TRIGger[:ENABle] <boolean>
Parameter 0|OFF|1|ON
Example LIST:TRIG ON
Query Syntax LIST:TRIGger[:ENABle]?
Return Value 0|1
Reset Value OFF

LIST:VOLTage

This command sets the setting values in the list for the regulated output voltage.

A numeric parameter specifies the voltage in volts. The maximum number of parameter values is 300.

Syntax LIST:VOLTage[:LEVe] <NRf>{,<NRf>}

<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	LIST:VOLT 12.75,56.2,0
<i>Abfragesyntax</i>	LIST:VOLTage[:LEVel]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset-Wert</i>	Leere Liste

LIST:VOLTage:POINts?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Sollwerten in der Liste für die geregelte Ausgangsspannung ab.

Bei Übergabe des optionalen Parameters MIN wird der kleinste zulässige Wert für die Anzahl abgefragt, bei Übergabe des optionalen Parameters MAX wird der größte zulässige Wert für die Anzahl abgefragt.

<i>Abfragesyntax</i>	LIST:VOLTage[:LEVel]:POINts? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

5.10.10 MEASure-Subsystem

Die Quelle-Senke liefert Messwerte für Strom, Spannung, Leistung, Widerstand und Endstufentemperatur.

MEASure:CURRent?

Dieser Befehl fragt den aktuellen gemessenen Wert (RMS-Wert im AC-Betrieb) für den Ausgangsstrom ab.

Der zurückgegebene Wert für die Stromstärke hat die Einheit Ampere.

<i>Abfragesyntax</i>	MEASure:CURRent?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

MEASure:POWer?

Dieser Befehl fragt den aktuellen, aus Spannung und Strom berechneten Wert für die Ausgangsleistung ab.

Der zurückgegebene Wert für die Leistung hat die Einheit Watt.

<i>Parameter</i>	<NRf>{,<NRf>}
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	LIST:VOLT 12.75,56.2,0
<i>Query Syntax</i>	LIST:VOLTage[:LEVel]?
<i>Return Value</i>	<NR3>{,<NR3>}
<i>Reset Value</i>	Empty list

LIST:VOLTage:POINts?

This query reads the number of setting values in the list for the regulated output voltage.

When the optional parameter MIN is appended the lowest possible number is queried. When the optional parameter MAX is appended the highest possible number is queried.

<i>Query Syntax</i>	LIST:VOLTage[:LEVel]:POINts? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

5.10.10 MEASure Subsystem

The source-sink provides measurement values for current, voltage, power, resistance and power stage temperature.

MEASure:CURRent?

This query returns the latest measurement value (RMS value in AC mode) for the output current.

The returned value of the current has the unit amps.

<i>Query Syntax</i>	MEASure:CURRent?
<i>Return Value</i>	<NR3>

MEASure:POWer?

This query returns the latest measurement value of the output power, calculated out of measured current and voltage.

The returned value of the power has the unit watts.

Abfragesyntax MEASure:POWer?
Rückgabewert <NR3>

MEASure:RESistance?

Dieser Befehl fragt den aktuellen, aus Spannung und Strom berechneten Wert für den Ausgangswiderstand ab.

Der zurückgegebene Wert für den Widerstand hat die Einheit Ohm.

Abfragesyntax MEASure:RESistance?
Rückgabewert <NR3>

MEASure:TEMPerature?

Dieser Befehl fragt den aktuellen gemessenen Wert für die Endstufen-temperatur ab.

Der zurückgegebene Wert für die Temperatur hat die Einheit Grad Celsius.

Abfragesyntax MEASure:TEMPerature?
Rückgabewert <NR3>

MEASure:VOLTage?

Dieser Befehl fragt den aktuellen gemessenen Wert (RMS-Wert im AC-Betrieb) für die Ausgangsspannung ab.

Der zurückgegebene Wert für die Spannung hat die Einheit Volt.

Abfragesyntax MEASure:VOLTage?
Rückgabewert <NR3>

MEASure:VOLTage:EXtErnal?

Dieser Befehl fragt den aktuellen gemessenen Wert für die Spannung am externen analogen Ansteuereingang 10V_LEVEL+ gegen 10V_LEVEL- ab.

Der zurückgegebene Wert für die Spannung hat die Einheit Volt.

Abfragesyntax MEASure:VOLTage:EXtErnal?

Query Syntax MEASure:POWer?
Return Value <NR3>

MEASure:RESistance?

This query returns the latest measurement value for the output resistance, calculated out of measured current and voltage.

The returned value of the resistance has the unit ohms.

Query Syntax MEASure:RESistance?
Return Value <NR3>

MEASure:TEMPerature?

This query returns the latest measurement value for the power stage temperature.

The returned value of the temperature has the unit degree celsius.

Query Syntax MEASure:TEMPerature?
Return Value <NR3>

MEASure:VOLTage?

This query returns the latest measurement value (RMS value in AC mode) for the output voltage.

The returned value of the voltage has the unit volts.

Query Syntax MEASure:VOLTage?
Return Value <NR3>

MEASure:VOLTage:EXtErnal?

This query returns the latest measurement value for the voltage at the external analog control input 10V_LEVEL+ respective to 10V_LEVEL-.

The returned value of the voltage has the unit volts.

Query Syntax MEASure:VOLTage:EXtErnal?

Rückgabewert <NR3>

5.10.11 OUTPut-Subsystem

OUTPut

Dieser Befehl setzt den Sollwert für den Aktivierungszustand des Ausgangs.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert den Ausgang, der Parameter ON oder 1 aktiviert den Ausgang.



Der Abfragebefehl liefert immer den Sollwert. D. h. wenn die Quelle-Senke den Befehl OUTPut ON empfangen hat, sendet diese bei der Abfrage 1 zurück, auch wenn z. B. durch Übertemperatur der Ausgang tatsächlich deaktiviert ist. Den tatsächlichen Aktivierungsstatus des Ausgangs liefert die Abfrage des Operation Status Registers.

<i>Syntax</i>	OUTPut[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	OUTP ON
<i>Abfragesyntax</i>	OUTPut[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

OUTPut:TRIGgered

Dieser Befehl setzt den getriggerten Sollwert für den Aktivierungszustand des Ausgangs.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert, der Parameter ON oder 1 aktiviert den Ausgang bei Auftreten eines Trigger-Ereignisses.

<i>Syntax</i>	OUTPut[:STATe]:TRIGgered <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	OUTP:TRIG ON
<i>Abfragesyntax</i>	OUTPut[:STATe]:TRIGgered?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	undefiniert

Return Value <NR3>

5.10.11 OUTPut Subsystem

OUTPut

This command sets the setting value for the activation state of the output.

The parameter OFF or 0 deactivates the output, the parameter ON or 1 activates the output.



The query always returns the setting value. That means if the source-sink has received the OUTPut ON command it responds with 1 to a query even if the actual state is off because of a condition such as overtemperature. The actual output status is returned by reading the Operation Status Register.

<i>Syntax</i>	OUTPut[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	OUTP ON
<i>Query Syntax</i>	OUTPut[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

OUTPut:TRIGgered

This command sets the trigger setting value for the activation state of the output.

The parameter OFF or 0 deactivates, the parameter ON or 1 activates the output when a trigger event occurs.

<i>Syntax</i>	OUTPut[:STATe]:TRIGgered <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	OUTP:TRIG ON
<i>Query Syntax</i>	OUTPut[:STATe]:TRIGgered?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	undefined

OUTPut:MODE

Dieser Befehl setzt den Ausgangsmodus. Dieser bestimmt, ob AC- oder DC-Spannungen am Ausgang ausgegeben werden.

Der Parameter AC aktiviert den Modus für AC-Ausgangsspannungen, der Parameter DC aktiviert den Modus für DC-Ausgangsspannungen.

<i>Syntax</i>	OUTPut:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	AC DC
<i>Beispiel</i>	OUTP:MODE AC
<i>Abfragesyntax</i>	OUTPut:MODE?
<i>Rückgabewert</i>	AC DC
<i>Reset-Wert</i>	DC

OUTPut:WDOG

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand des Watchdogs.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert den Watchdog, der Parameter ON oder 1 aktiviert den Watchdog.

Der Watchdog ist nach dem Einschalten der Quelle-Senke deaktiviert. Ein Reset verändert den Aktivierungszustand nicht.

<i>Syntax</i>	OUTPut:WDOG[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	OUTP:WDOG ON
<i>Abfragesyntax</i>	OUTPut:WDOG[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1

OUTPut:WDOG:TIMEout

Dieser Befehl setzt die Ablaufzeit für den Watchdog Timer.

Der numerische Parameterwert spezifiziert die Ablaufzeit in Sekunden. Der numerische Wert wird implizit zur nächsten Ganzzahl gerundet. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert.

Die Ablaufzeit beträgt nach dem Einschalten der Quelle-Senke 60 s. Ein Reset verändert die Verzögerungszeit nicht.

OUTPut:MODE

This command sets the output mode. This determines whether AC or DC voltages are output at the output.

The AC parameter activates the mode for AC output voltages, the DC parameter activates the mode for DC output voltages.

<i>Syntax</i>	OUTPut:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	AC DC
<i>Example</i>	OUTP:MODE AC
<i>Query Syntax</i>	OUTPut:MODE?
<i>Return Value</i>	AC DC
<i>Reset Value</i>	DC

OUTPut:WDOG

This command sets the activation state of the watchdog.

The parameter OFF or 0 deactivates the watchdog, the parameter ON or 1 activates the watchdog.

The watchdog is deactivated when the source-sink is powered on. A reset does not change the activation state.

<i>Syntax</i>	OUTPut:WDOG[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	OUTP:WDOG ON
<i>Query Syntax</i>	OUTPut:WDOG[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1

OUTPut:WDOG:TIMEout

This command sets the timeout of the watchdog.

The numeric parameter specifies the timeout in seconds. The numeric value is implicitly rounded to the next integer value. The parameter MIN sets the lowest possible value, the parameter MAX sets the highest possible value.

The timeout is 60 s after the source-sink is powered on. A device reset does not change the delay time.

<i>Syntax</i>	OUTPut:WDOG:TiMeout <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	1 ... 3600 MIN MAX
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	OUTP:WDOG:TIM 180
<i>Abfragesyntax</i>	OUTPut:WDOG:TiMeout? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

OUTPut:WDOG:RESet

Dieser Befehl setzt den Wert des Watchdog Timers zurück.

Dieser Befehl hat keine Abfrageform.

<i>Syntax</i>	OUTPut:WDOG:RESet
<i>Beispiel</i>	OUTP:WDOG:RES

5.10.12 PORT-Subsystem**PORT:IO:IPIN?**

Dieser Befehl fragt den logischen Zustand des spezifizierten, digitalen Eingangssignals am I/O-Port ab.

Der numerische Parameterwert ist 0, da es nur ein digitales Eingangssignal am I/O-Port gibt. Bei Rückgabe des Wertes 0 ist der Pin logisch low, bei Rückgabe des Wertes 1 ist der Pin logisch high.

Siehe auch: 6.3 Steckerbelegung I/O-Port

<i>Abfragesyntax</i>	PORT:IO:IPIN? <NRf>
<i>Parameter</i>	0
<i>Beispiel</i>	PORT:IO:IPIN? 0
<i>Rückgabewert</i>	0 1

5.10.13 POWer-Subsystem**POWer**

Dieser Befehl setzt den Sollwert für die geregelte Leistung im Leistungsbetrieb.

<i>Syntax</i>	OUTPut:WDOG:TiMeout <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	1 ... 3600 MIN MAX
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	OUTP:WDOG:TIM 180
<i>Query Syntax</i>	OUTPut:WDOG:TiMeout? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

OUTPut:WDOG:RESet

This command resets the value of the watchdog timer.

This command has no query form.

<i>Syntax</i>	OUTPut:WDOG:RESet
<i>Example</i>	OUTP:WDOG:RES

5.10.12 PORT Subsystem**PORT:IO:IPIN?**

This query reads the logic state of the specified, digital input signal at the I/O port.

The numeric pis 0 since there is only one digital input signal at the I/O port. When 0 is returned the pin's state is logically low, when 1 is returned the state is logically high.

See also: 6.3 Pin Assignment I/O Port.

<i>Query Syntax</i>	PORT:IO:IPIN? <NRf>
<i>Parameter</i>	0
<i>Example</i>	PORT:IO:IPIN? 0
<i>Return Value</i>	0 1

5.10.13 POWer Subsystem**POWer**

This command sets the setting value for the regulated power in power operating mode.

Der numerische Parameter spezifiziert die Leistung in der Grundeinheit Watt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Leistung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Leistung.

Die Werte <min> und <max> sind in den technischen Daten spezifiziert.

<i>Syntax</i>	POWer[:LEVel][:IMMediate] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	W
<i>Beispiel</i>	POW -100.0
<i>Abfragesyntax</i>	POWer[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0



Für eine Belastung des Prüflings im Leistungsbetrieb muss ein negativer Sollwert vorgegeben werden.

POWer:TRIGgered

Dieser Befehl setzt den getriggerten Sollwert für die geregelte Leistung im Leistungsbetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert die Leistung in der Grundeinheit Watt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Leistung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Leistung.

Die Werte <min> und <max> sind in den technischen Daten spezifiziert.

<i>Syntax</i>	POWer[:LEVel]:TRIGgered <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	W
<i>Beispiel</i>	POW:TRIG -250.0
<i>Abfragesyntax</i>	POWer[:LEVel]:TRIGgered? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	undefiniert

The numeric parameter specifies the power in the base unit watts. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the power, the parameter MAX sets the highest admissible value for the power.

The values <min> and <max> are specified in the technical data.

<i>Syntax</i>	POWer[:LEVel][:IMMediate] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	W
<i>Example</i>	POW -100.0
<i>Query Syntax</i>	POWer[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0



A negative setting value must be specified for loading the device under test in power mode.

POWer:TRIGgered

This command sets the trigger value for the regulated power in power operating mode.

The numeric parameter specifies the power in the base unit watts. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the power, the parameter MAX sets the highest admissible value for the power.

The values <min> and <max> are specified in the technical data.

<i>Syntax</i>	POWer[:LEVel]:TRIGgered <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	W
<i>Example</i>	POW:TRIG -250.0
<i>Query Syntax</i>	POWer[:LEVel]:TRIGgered? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	undefined

5.10.14 Rectangle-Subsystem

RECTangle

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Ausführung der Rechteckfunktion.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert die Ausführung der Funktion, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Ausführung der Funktion.

<i>Syntax</i>	RECTangle[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	RECT ON
<i>Abfragesyntax</i>	RECTangle[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

RECTangle:CURRent

Dieser Befehl setzt die beiden Sollwerte für den Ausgangsstrom während den Verweilzeiten der Rechteckfunktion.

Die numerischen Parameter spezifizieren den Strom in der Grundeinheit Ampere.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	RECTangle:CURRent[:LEVEL] <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	<min> ... <max>
<i>Parameter2</i>	<min> ... <max>
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	RECT:CURR 4.33,0
<i>Abfragesyntax</i>	RECTangle:CURRent[:LEVel]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0.0,0.0

5.10.14 Rectangle Subsystem

RECTangle

This command sets the activation state for rectangular function execution.

The parameter ON or 1 activates the function execution, the parameter OFF or 0 deactivates the execution.

<i>Syntax</i>	RECTangle[:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	RECT ON
<i>Query Syntax</i>	RECTangle[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

RECTangle:CURRent

This command sets the two setting values for the output current during the dwell times of the rectangular function.

The numeric parameters specify the current in amps.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	RECTangle:CURRent[:LEVEL] <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	<min> ... <max>
<i>Parameter2</i>	<min> ... <max>
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	RECT:CURR 4.33,0
<i>Query Syntax</i>	RECTangle:CURRent[:LEVel]?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0.0,0.0

RECTangle:DWELL

Dieser Befehl setzt die beiden Sollwerte für die Verweilzeiten der Rechteckfunktion.

Die numerischen Parameter spezifizieren die Verweilzeiten in der Grundeinheit Sekunde.

<i>Syntax</i>	RECTangle:DWELL <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0.000001 ... 9.999999
<i>Parameter 2</i>	0.000001 ... 9.999999
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	RECT:DWELL 5.67E-3,1.1E-3
<i>Abfragesyntax</i>	RECTangle:DWELL?
<i>Rückgabewert</i>	<NRf>,<NRf>
<i>Reset-Wert</i>	0.5,0.5

RECTangle:MODE

Dieser Befehl setzt die Betriebsart der Regelung für die Ausführung der Rechteckfunktion.

Der Parameter CURRent aktiviert die Stromregelung.
Der Parameter VOLTage aktiviert die Spannungsregelung.

<i>Syntax</i>	RECTangle:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent VOLTage
<i>Beispiel</i>	RECT:MODE VOLT
<i>Abfragesyntax</i>	RECTangle:MODE?
<i>Rückgabewert</i>	CURR VOLT
<i>Reset-Wert</i>	VOLTage

RECTangle:VOLTage

Dieser Befehl setzt die beiden Sollwerte für die Spannung während den Verweilzeiten der Rechteckfunktion.

Die numerischen Parameter spezifizieren die Spannungen in der Grundeinheit Volt.

RECTangle:DWELL

This command sets the two setting values for the dwell times of the rectangular function.

The numeric parameters specify the dwell times in seconds.

<i>Syntax</i>	RECTangle:DWELL <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0.000001 ... 9.999999
<i>Parameter 2</i>	0.000001 ... 9.999999
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	RECT:DWELL 5.67E-3,1.1E-3
<i>Query Syntax</i>	RECTangle:DWELL?
<i>Return Value</i>	<NRf>,<NRf>
<i>Reset Value</i>	0.5,0.5

RECTangle:MODE

This command sets the regulation mode for the rectangular function.

The parameter CURRent activates the current regulation.
The parameter CURRent activates the voltage regulation.

<i>Syntax</i>	RECTangle:MODE <mode>
<i>Parameter</i>	CURRent VOLTage
<i>Example</i>	RECT:MODE VOLT
<i>Query Syntax</i>	RECTangle:MODE?
<i>Return Value</i>	CURR VOLT
<i>Reset Value</i>	CURRent

RECTangle:VOLTage

This command sets the two setting values for the voltage during the dwell times of the rectangular function.

The numeric parameters specify the voltages in volts.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	RECTangle:VOLTage[:LEVEL] <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	<min> ... <max>
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	RECT:VOLT 22.4,5.5
<i>Abfragesyntax</i>	RECTangle:VOLTage[:LEVel]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	<max>,<max>

5.10.15 RESistance-Subsystem

RESistance

Dieser Befehl setzt den Sollwert für den geregelten Widerstand im Widerstandsbetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert den Widerstand in der Grundeinheit Ohm. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für den Widerstand, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für den Widerstand.

Die Werte <min> und <max> sind in den technischen Daten spezifiziert.

<i>Syntax</i>	RESistance[:LEVel][:IMMediate] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	OHM
<i>Beispiel</i>	RES -555.0
<i>Abfragesyntax</i>	RESistance[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	<max>-Wert



Für eine Belastung des Prüflings im Widerstandsbetrieb muss ein negativer Sollwert vorgegeben werden.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	RECTangle:VOLTage[:LEVEL] <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	<min> ... <max>
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	RECT:VOLT 22.4,5.5
<i>Query Syntax</i>	RECTangle:VOLTage[:LEVel]?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	<max>,<max>

5.10.15 RESistance Subsystem

RESistance

This command sets the setting value for the regulated resistance in resistance operating mode.

The numeric parameter specifies the resistance in the base unit ohms. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the resistance, the parameter MAX sets the highest admissible value for the resistance.

The values <min> and <max> are specified in the technical data.

<i>Syntax</i>	RESistance[:LEVel][:IMMediate] <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	OHM
<i>Example</i>	RES -555.0
<i>Query Syntax</i>	RESistance[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	<max> value



A negative setting value must be specified for loading the device under test in resistance mode.

RESistance:TRIGgered

Dieser Befehl setzt den getriggerten Sollwert für den geregelten Widerstand im Widerstandsbetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert den Widerstand in der Grundeinheit Ohm. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für den Widerstand, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für den Widerstand.

Die Werte <min> und <max> sind in den technischen Daten spezifiziert.

<i>Syntax</i>	RESistance[:LEVel]:TRIGgered <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	OHM
<i>Beispiel</i>	RES:TRIG -600.0
<i>Abfragesyntax</i>	RESistance[:LEVel]:TRIGgered? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	undefiniert

5.10.16 SERVICE-Subsystem**SERVICE:CALibration**

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für den Kalibriermodus der Quelle-Senke.

Der erste Parameter spezifiziert den neuen Zustand: der Parameter ON oder 1 aktiviert, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert den Kalibriermodus. Der zweite Parameter spezifiziert das Kennwort zur Aktivierung des Modus. Er ist zur Deaktivierung nicht nötig.

Der Abfragebefehl liefert lediglich den Aktivierungszustand des Kalibriermodus. Bei Rückgabe des numerischen Wertes 0 ist der Modus deaktiviert, bei Rückgabe des Wertes 1 ist der Modus aktiviert.



Dieser Befehl ist nur für geschultes Fachpersonal vorgesehen, die mit dem Kalibriervorgang der Quellen-Senken von H&H vertraut sind. Er ist daher kennwortgeschützt. Missbrauch dieses Befehls kann zur

RESistance:TRIGgered

This command sets the trigger value for the regulated resistance in resistance operating mode.

The numeric parameter specifies the resistance in the base unit ohms. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the resistance, the parameter MAX sets the highest admissible value for the resistance.

The values for <min> and <max> are specified in the technical data.

<i>Syntax</i>	RESistance[:LEVel]:TRIGgered <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	OHM
<i>Example</i>	RES:TRIG -600.0
<i>Query Syntax</i>	RESistance[:LEVel]:TRIGgered? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	undefined

5.10.16 SERVICE Subsystem**SERVICE:CALibration**

This command sets the activation state for the calibration mode of the source-sink.

The first parameter specifies the new state: the parameter ON or 1 activates, the parameter OFF or 0 deactivates the calibration mode. The second parameter specifies the password for activating the mode. It can be left blank for deactivating it.

The query command reads only the activation state of the calibration mode. If the numeric value 0 is returned, the mode is deactivated, if the value 1 is returned, the mode is activated.



This command is only provided for qualified personnel familiar with the calibration procedure for H&H source-sinks. Therefore it is password-protected. Misuse of this command may lead to malfunction of the source-sink and make it unusable!

Fehlfunktion der Quelle-Senke führen und diese unbrauchbar machen!

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration[:STATe] <boolean> [,<code>]
<i>Parameter 1</i>	0 OFF 1 ON
<i>Parameter 2</i>	<code>
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL OFF
<i>Abfragesyntax</i>	SERVice:CALibration[:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1

SERVice:CALibration:LEVel:HIGH

Dieser Befehl setzt den Referenzwert des oberen Justierpunkts zur Justierung des spezifizierten Stellpfads. Der Befehl ist nur wirksam, wenn der Kalibriermodus aktiv ist.

Der erste Parameter spezifiziert den Stellpfad, der numerische Parameter spezifiziert den Referenzwert für den Justierpunkt. Die Einheit des Referenzwerts ergibt sich aus dem Stellpfad.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strom- oder Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel[:REfERENCE]:HIGH <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:LEV:HIGH VOLT,9.0

SERVice:CALibration:LEVel:LOW

Dieser Befehl setzt den Referenzwert des unteren Justierpunkts zur Justierung des spezifizierten Stellpfads. Der Befehl ist nur wirksam, wenn der Kalibriermodus aktiv ist.

Der erste Parameter spezifiziert den Stellpfad, der numerische Parameter spezifiziert den Referenzwert für den Justierpunkt. Die Einheit des Referenzwerts ergibt sich aus dem Stellpfad.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration[:STATe] <boolean> [,<code>]
<i>Parameter 1</i>	0 OFF 1 ON
<i>Parameter 2</i>	<code>
<i>Example</i>	SERV:CAL OFF
<i>Query Syntax</i>	SERVice:CALibration[:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1

SERVice:CALibration:LEVel:HIGH

This command sets the reference value of the upper adjustment point for adjusting the specified setting path. The command is only valid if calibration mode is active.

The first parameter specifies the setting path, the numeric parameter specifies the reference value for the adjustment point. The unit of the reference value results from the specified setting path.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current or voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel[:REfERENCE]:HIGH <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Example</i>	SERV:CAL:LEV:HIGH VOLT,9.0

SERVice:CALibration:LEVel:LOW

This command sets the reference value of the lower adjustment point for adjusting the specified setting path. The command is only valid if calibration mode is active.

The first parameter specifies the setting path, the numeric parameter specifies the reference value for the adjustment point. The unit of the reference value results from the specified setting path.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strom- oder Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel[:REFerence]:LOW <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTag
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:LEV:LOW VOLT,0.1

SERVice:CALibration:LEVel:SElect

Dieser Befehl selektiert den zu kalibrierenden Stellpfad (vor dem Setzen der Referenzwerte für den unteren und oberen Justierpunkt).

Der Parameter spezifiziert den Stellpfad A oder B.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel:SElect <path>
<i>Parameter</i>	A B
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:LEV:SEL A
<i>Abfragesyntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel:SElect?
<i>Rückgabewert</i>	A B

SERVice:CALibration:MEASure:HIGH

Dieser Befehl setzt den Referenzwert des oberen Justierpunkts zur Justierung des spezifizierten Messpfads. Der Befehl ist nur wirksam, wenn der Kalibriermodus aktiv ist.

Der erste Parameter spezifiziert den Messpfad, der numerische Parameter spezifiziert den Referenzwert für den Justierpunkt. Die Einheit des Referenzwerts ergibt sich aus dem Messpfad.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strom- oder Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:MEASure[:REFerence]:HIGH <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTag
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:MEAS:HIGH CURR,9.0

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current or voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel[:REFerence]:LOW <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTag
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Example</i>	SERV:CAL:LEV:LOW VOLT,0.1

SERVice:CALibration:LEVel:SElect

This command selects the setting path to be calibrated (before setting the reference values for the lower and upper adjustment point).

The parameter specifies the setting path A or B.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel:SElect <path>
<i>Parameter</i>	A B
<i>Example</i>	SERV:CAL:LEV:SEL A
<i>Query Syntax</i>	SERVice:CALibration:LEVel:SElect?
<i>Return Value</i>	A B

SERVice:CALibration:MEASure:HIGH

This command sets the reference value of the upper adjustment point for adjusting the specified measurement path. The command is only valid if calibration mode is active.

The first parameter specifies the measurement path, the numeric parameter specifies the reference value for the adjustment point. The unit of the reference value results from the specified measurement path.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current or voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:MEASure[:REFerence]:HIGH <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTag
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Example</i>	SERV:CAL:MEAS:HIGH CURR,9.0

SERVice:CALibration:MEASure:LOW

Dieser Befehl setzt den Referenzwert des unteren Justierpunkts zur Justierung des spezifizierten Messpfads. Der Befehl ist nur wirksam, wenn der Kalibriermodus aktiv ist.

Der erste Parameter spezifiziert den Messpfad, der numerische Parameter spezifiziert den Referenzwert für den Justierpunkt. Die Einheit des Referenzwerts ergibt sich aus dem Messpfad.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strom- oder Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:MEASure[:REFerence]:LOW <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:MEAS:LOW CURR,0.01

SERVice:CALibration:PROTection:HIGH

Dieser Befehl setzt den Referenzwert des oberen Justierpunkts zur Justierung der spezifizierten Begrenzung (Protection). Der Befehl ist nur wirksam, wenn der Kalibriermodus aktiv ist.

Der erste Parameter spezifiziert die zu justierende, aktive Begrenzung, der numerische Parameter spezifiziert den Referenzwert an dem Justierpunkt. Die Einheit des Referenzwerts ergibt sich aus der spezifizierten Begrenzung.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strom- oder Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:PROTection[:REFerence]:HIGH <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:PROT:HIGH CURR,9.0

SERVice:CALibration:MEASure:LOW

This command sets the reference value of the lower adjustment point for adjusting the specified measurement path. The command is only valid if calibration mode is active.

The first parameter specifies the measurement path, the numeric parameter specifies the reference value for the adjustment point. The unit of the reference value results from the specified measurement path.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current or voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:MEASure[:REFerence]:LOW <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Example</i>	SERV:CAL:MEAS:LOW CURR,0.01

SERVice:CALibration:PROTection:HIGH

This command sets the reference value of the upper adjustment point for adjusting the specified protection. The command is only valid if calibration mode is active.

The first parameter specifies the active protection that should be adjusted, the numeric parameter specifies the reference value at the adjustment point. The unit of the reference value results from the specified protection.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current or voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	SERVice:CALibration:PROTection[:REFerence]:HIGH <path>,<NRf>
<i>Parameter 2</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Example</i>	SERV:CAL:PROT:HIGH CURR,9.0

SERVICE:CALibration:PROtection:LOW

Dieser Befehl setzt den Referenzwert des unteren Justierpunkts zur Justierung der spezifizierten Begrenzung (Protection). Der Befehl ist nur wirksam, wenn der Kalibriermodus aktiv.

Der erste Parameter spezifiziert die zu justierende, aktive Begrenzung, der numerische Parameter spezifiziert den Referenzwert an dem Justierpunkt. Die Einheit des Referenzwerts ergibt sich aus der spezifizierten Begrenzung.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strom- oder Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	SERVICE:CALibration:PROtection[:REfERENCE]:LOW <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:PROT:LOW CURR,1.0

SERVICE:CALibration:PROtection:SElect

Dieser Befehl selektiert die zu justierende Begrenzung (vor dem Setzen der Referenzwerte für den unteren und oberen Justierpunkt).

Der Parameter spezifiziert die Begrenzung HIGH oder LOW.

<i>Syntax</i>	SERVICE:CALibration:PROtection:SElect <path>
<i>Parameter</i>	HIGH LOW
<i>Beispiel</i>	SERV:CAL:PROT:SEL LOW
<i>Abfragesyntax</i>	SERVICE:CALibration:PROtection:SElect?
<i>Rückgabewert</i>	HIGH LOW

SERVICE:VALue

Dieser Befehl setzt den spezifizierten Parameter mit dem spezifizierten Wert im nicht-flüchtigen Speicher.

Der erste numerische Parameter spezifiziert die Nummer des Parameters. Der zweite numerische Parameter spezifiziert den zu setzenden Parameterwert.

SERVICE:CALibration:PROtection:LOW

This command sets the reference value of the lower adjustment point for adjusting the specified protection. The command is only valid if calibration mode is active.

The first parameter specifies the active protection that could be adjusted, the numeric parameter specifies the reference value at the adjustment point. The unit of the reference value results from the specified protection.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current or voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	SERVICE:CALibration:PROtection[:REfERENCE]:LOW <path>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	CURRent VOLTage
<i>Parameter 2</i>	<min> ... <max>
<i>Example</i>	SERV:CAL:PROT:LOW CURR,1.0

SERVICE:CALibration:PROtection:SElect

This command selects the protection path to be calibrated (before setting the reference values for the lower and upper adjustment point).

The parameter specifies the setting path HIGH or LOW.

<i>Syntax</i>	SERVICE:CALibration:PROtection:SElect <path>
<i>Parameter</i>	HIGH LOW
<i>Example</i>	SERV:CAL:PROT:SEL LOW
<i>Query Syntax</i>	SERVICE:CALibration:PROtection:SElect?
<i>Return Value</i>	HIGH LOW

SERVICE:VALue

This command sets the specified parameter with the specified value in the non-volatile memory.

The first numeric parameter specifies the parameter number. The second numeric parameter specifies the parameter value to be set.



Durch diesen Befehl lassen sich spezifische Funktionen durch den Kunden parametrisieren. Missbrauch dieses Befehls kann zur Fehlfunktion der Quelle-Senke führen und diese unbrauchbar machen!

<i>Syntax</i>	SERVICE[:PARAMETER]:VALUE <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0 ... 399
<i>Parameter 2</i>	<NRf>
<i>Beispiel</i>	SERV:VAL 7,0.8
<i>Abfragesyntax</i>	SERVICE[:PARAMETER]:VALUE? <NRf>
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>

5.10.17 SETTING-Subsystem

SETTING:EXTERNAL

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die externe Ansteuerung über den I/O-Port.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert die externe Ansteuerung, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die externe Ansteuerung.

Mit dem Befehl SETTING:EXTERNAL:ENABLE müssen die gewünschten extern steuerbaren Signale freigegeben werden.

<i>Syntax</i>	SETTING:EXTERNAL[:STATE] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	SETT:EXT ON
<i>Abfragesyntax</i>	SETTING:EXTERNAL[:STATE]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

SETTING:EXTERNAL:ENABLE

Dieser Befehl setzt den Freigabezustand des spezifizierten, externen Steuersignals.

Der erste Parameter spezifiziert das Steuersignal:
 OUTPut: Aktivierungszustand des Ausgangs
 ILEVel: Sollwert für die geregelte Größe
 PLEVel: Sollwert für die Begrenzungen
 MODE: Betriebsart der Regelung



Through this command specific functions can be parameterized by the customer. Misuse of this command may lead to malfunction of the source-sink and make it unusable!

<i>Syntax</i>	SERVICE[PARAMETER]:VALUE <NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0 ... 399
<i>Parameter 2</i>	<NRf>
<i>Example</i>	SERV:VAL 7,0.8
<i>Query Syntax</i>	SERVICE[:PARAMETER]:VALUE? <NRf>
<i>Return Value</i>	<NR3>

5.10.17 SETTING Subsystem

SETTING:EXTERNAL

This command sets the activation state for external control via the I/O port.

The parameter ON or 1 activates external control, the parameter OFF or 0 deactivates external control.

The desired external controllable signals must be enabled by the command SETTING:EXTERNAL:ENABLE.

<i>Syntax</i>	SETTING:EXTERNAL[:STATE] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	SETT:EXT ON
<i>Query Syntax</i>	SETTING:EXTERNAL[:STATE]?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

SETTING:EXTERNAL:ENABLE

This command sets the activation state for the specified, external control signal.

The first parameter specifies the control signal:
 OUTPut: activation state of output
 ILEVel: setting value for regulated level
 PLEVel: setting value for protection levels
 MODE: operation mode of regulation

SPEed: Geschwindigkeit der Regelung

Der zweite Parameter spezifiziert den Freigabezustand:

0|OFF: Das externe Signal ist nicht freigegeben.

1|ON: Das externe Signal ist freigegeben.

Syntax SETTing:EXTErnal:ENABle <signal>, <boolean>
Parameter 1 OUTPut|ILEVe|PLEVe|MODE|SPEed
Parameter 2 0|OFF|1|ON
Beispiel SETT:EXT:ENAB OUTP,ON
Abfragesyntax SETTing:EXTErnal:ENABle? <signal>
Rückgabewert 0|1
Reset-Wert OFF für alle externen Signale

5.10.18 STATus-Subsystem

Das Subsystem STATus dient zur Ermittlung des Geräte- und Systemstatus und zur Konfiguration des Sammelzustands im Status Byte. Der Inhalt eines Statusregisters wird durch eine Dezimalzahl repräsentiert, die sich aus den Werten der gesetzten Bits zusammensetzt:

Bit	Wert	Bit	Wert
0	1	8	256
1	2	9	512
2	4	10	1024
3	8	11	2048
4	16	12	4096
5	32	13	8192
6	64	14	16384
7	128	15	32768

Nach dem Einschalten ist kein Bit in den Statusregistern gesetzt – mit Ausnahme von Bit 7 (PON) im Standard Event Register (s.u.).

Das Statusmodell gliedert sich in folgende Gruppen (s.u.):

- Questionable Status
- Operation Status

SPEed: speed of regulation

The second parameter specifies the activation state:

0|OFF: the external signal is not activated.

1|ON: the external signal is activated.

Syntax SETTing:EXTErnal:ENABle <signal>, <boolean>
Parameter 1 OUTPut|ILEVe|PLEVe|MODE|SPEed
Parameter 2 0|OFF|1|ON
Example SETT:EXT:ENAB OUTP,ON
Query Syntax SETTing:EXTErnal:ENABle? <signal>
Return Value 0|1
Reset Value OFF for all external signals

5.10.18 STATus Subsystem

The STATus subsystem is used to determine the device and system status and to configure the collective status in the status byte. The content of a status register is represented by a decimal number that is built of the values of the set bits:

Bit	Value	Bit	Value
0	1	8	256
1	2	9	512
2	4	10	1024
3	8	11	2048
4	16	12	4096
5	32	13	8192
6	64	14	16384
7	128	15	32768

After activating the source-sink no bit is set in the status registers – except Bit 7 (PON) in the Standard Event Register (see following sections).

The status model contains the following groups:

- Questionable Status
- Operation Status

- Standard Event Status
- Status Byte

Die Questionable, Operation und Standard Event Statusgruppen sind unterteilt in

- Condition Register (nur Questionable und Operation Status)
- Event Register
- Enable Register

Condition Register

Repräsentiert den momentanen Status von Zuständen, Funktionen und Fehlern. Der Bitzustand eines Condition Registers wird durch das Lesen nicht verändert. Ein Zustand usw. ist aktiv, wenn das zugehörige Bit gesetzt ist. Ist der entsprechende Zustand nicht mehr aktiv, wird auch das jeweilige Bit im zugehörigen Condition Register wieder gelöscht.

Event Register

Speichert Informationen über aufgetretene Ereignisse und Fehler. Jedes Bit eines Event Registers korrespondiert mit einem Bit im Condition Register (beim Questionable Status und Operation Status) oder direkt mit bestimmten Ereignissen (Standard Event Status).

Ein Bit im Event Register ist gesetzt, wenn das zugehörige Ereignis aktiv geworden ist. Das Ereignis bleibt so lange gesetzt, bis das entsprechende Event Register gelesen worden ist. Beim Lesen werden alle Bits im betreffenden Event Register auf 0 zurückgesetzt.

Enable Register

bestimmt, welche Bits des zugehörigen Event Registers logisch zu einem spezifischen Sammelbit im Status Byte verODERT werden. Das Enable Register wirkt wie ein Filter auf das zugehörige Event Register. Der Bitzustand eines Enable Registers wird durch das Lesen nicht verändert.

- Standard Event Status
- Status Byte

The Questionable, Operation and Standard Event Status groups are built of

- Condition Register (only Questionable and Operation Status)
- Event Register
- Enable Register

Condition Register

Represents the status of states, functions and errors. The bit state of a Condition Register is not changed by reading it. A state etc. is active if the corresponding bit is set. If a state is no longer active the bit in the corresponding Condition Register is reset.

Event Register

Saves information about occurred events and errors. Every bit of an Event Register corresponds to a bit in the Condition Register (for Questionable Status and Operation Status) or directly to special events (Standard Event Status).

A bit in the Event Register is set when the corresponding event has become active. The event is set until the corresponding Event Register has been read. After reading the Event Registers all bits are reset to 0.

Enable Register

Determines which bits of the corresponding Event Registers are logically ORED to a specific collective bit in the Status Byte. The Enable Register acts as filter for the corresponding Event Register. The bit state of an Enable Register is not changed by reading it.




Abbildung 5.2: QL Statusmodell
Figure 5.2: QL Status Model

Operation Status

Die Operation Status Register geben Auskunft über den Betriebszustand. Die aktiven Bits des Condition Registers werden in der Statusleiste der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Die Register können mit der Befehlsgruppe
STATus:OPERation
konfiguriert bzw. gelesen werden (siehe unten).

Bit	Wert	Bedeutung
0 CAL	1	Das Gerät ist im Kalibriermodus.
5 TRIG	32	Das Gerät wartet auf ein Trigger-Ereignis.
8 OUTP	256	Der Ausgang ist aktiviert. Dies ist der Istzustand, d.h. wenn ein Eingriff (z.B. RSD) aktiv ist, wird der Ausgang abgeschaltet, selbst wenn der Zustandssollwert ein (OUTPut ON) ist.
9 FUNC	512	Eine Funktion (z.B. Rechteck-Funktion) ist aktiv.
10 EXT	1024	Die externe Ansteuerung ist aktiv.
11 RSD	2048	Remote Shut-Down ist aktiv.

Questionable Status

Die Questionable Status Register informieren über bedenkliche Zustände. Die aktiven Bits des Condition Registers werden in der Statusleiste der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Die Register können mit der Befehlsgruppe
STATus:QUESTionable
konfiguriert bzw. gelesen werden (siehe unten).

Operation Status

The Operation Status Registers provide information about the operation status. The active bits of the Condition Register are displayed in the status bar of the user interface.

These registers can be configured and read by the
STATus: OPERation
command group (see below).

Bit	Wert	Description
0 CAL	1	The device is in calibration mode.
5 TRIG	32	The device is waiting for a trigger event.
8 OUTP	256	The output is activated. This is the actual state, i. e. if a protection unit is active (e.g. RSD) the output is switched off even when the activation state is on (OUTPut ON).
9 FUNC	512	A function (e.g. rectangle function) is active.
10 EXT	1024	External control is active.
11 RSD	2048	Remote Shut-Down is active.

Questionable Status

The Questionable Status Registers inform about questionable states. The active bits of the Condition Register are displayed in the status bar of the user interface.

These registers can be configured and read by the
STATus: QUESTionable
command group (see below).

Bit	Wert	Bedeutung
0 OV	1	Überspannung aktiv. OV wird an der Benutzerschnittstelle angezeigt.
4 OTP	16	Übertemperaturbegrenzung aktiv. OTP wird an der Benutzerschnittstelle angezeigt.
5 WDP	32	Watchdog ausgelöst. WDP wird an der Benutzerschnittstelle angezeigt.
9 HP	512	Obere Begrenzung aktiv. HP wird an der Benutzerschnittstelle angezeigt.
10 LP	1024	Untere Begrenzung aktiv. LP wird an der Benutzerschnittstelle angezeigt.
12 MEM	4096	Speicherüberlauf. Der Ringpuffer für Messdaten ist voll und Daten werden überschrieben. MEM wird an der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Standard Event Status

Das systemspezifische Standard Event Status Register enthält Informationen über Standardereignisse, die in der Norm IEEE 488.2 definiert sind. Es wird mit dem Common Command *ESR? gelesen (s. 5.9.3).

Der Befehl *ESE <NRf> (s. 5.9.2) setzt die durch den dezimalen Parameter festgelegte Bitkombination im Standard Event Status Enable Register. Damit wird festgelegt, welche Bits aus dem Standard Event Register für das Sammelbit ESB im Status Byte relevant sind. Mit der Abfrage *ESE? kann das Enable Register ausgelesen werden.

Bit	Wert	Description
0 OV	1	Overvoltage active. OV is displayed on the user interface.
4 OTP	16	Overtemperature protection active. OTP is displayed on the user interface.
5 WDP	32	Watchdog tripped. WDP is displayed on the user interface.
9 HP	512	High protection active. HP is displayed on the user interface.
10 LP	1024	Low protection active. LP is displayed on the user interface.
12 MEM	4096	Memory Overrun. Ring buffer for measurement data is full and data are overwritten. MEM is displayed on the user interface.

Standard Event Status

The system specific Standard Event Status Register contains information about the standard events defined in the standard IEEE 488.2. It is read by the *ESR? Common Command (see 5.9.3).

The command *ESE <NRf> (see 5.9.2) sets the bit pattern determined by the decimal parameter in the Standard Event Status Enable Register. This method determines which bits from the Standard Event Register are relevant for the collective bit ESB in the Status Byte. The Enable Register can be read by the *ESE? query.

Bit	Wert	Bedeutung
0 OPC	1	Operation Complete. Das Gerät hat alle anstehenden Befehle ausgeführt. Bei den Quellen-Senken immer TRUE, da die Befehle nicht im Overlapped Modus ausgeführt werden, sondern immer nacheinander.
2 QYE	4	Query Error. Fehler im Bereich von -400 bis -499 können dieses Bit setzen.
3 DDE	8	Device Dependent Error. Fehler im Bereich von -399 bis -300 können dieses Bit setzen.
4 EXE	16	Execution Error. Fehler im Bereich von -299 bis -200 können dieses Bit setzen.
5 CME	32	Command Error. Fehler im Bereich von -199 bis -100 können dieses Bit setzen.
7 PON	128	Power On. Zeigt an, dass seit dem letzten Lesen des Registerwerts die Quelle-Senke aus- und wieder eingeschaltet wurde bzw. ein Netzausfall aufgetreten ist.

Status Byte

Im Status Byte Register werden alle wichtigen Statusbits zusammengefasst. Es wird mit dem Common Command *STB? gelesen (s. 5.9.11 *STB?).

Bit	Wert	Bedeutung
2 ERR	4	Error. Ein Fehlereintrag ist in der Error Queue verfügbar.
3 QUES	8	Questionable. Ein freigegebenes Questionable Event ist eingetreten.
4 MAV	16	Message Available. Eine Antwort ist in der Output Queue verfügbar.
5 ESB	32	Event Status Bit. Ein freigegebenes Standard Event ist eingetreten.
6 MSS	64	Master Summary Status.
7 OPER	128	Operation. Ein freigegebenes Operation Event ist eingetreten.

Bit	Value	Description
0 OPC	1	Operation Complete. The device has executed all pending commands. For the source-sinks this bit is always TRUE, because the commands are executed serially and not in overlapped mode.
2 QYE	4	Query Error. Errors in the range from -400 to -499 can set this bit.
3 DDE	8	Device Dependent Error. Errors in the range from -399 to -300 can set this bit.
4 EXE	16	Execution Error. Errors in the range from -299 to -200 can set this bit.
5 CME	32	Command Error. Errors in the range from -199 to -100 can set this bit.
7 PON	128	Power On. Indicates that the source-sink has been switched off and on since the last register value reading or, respectively, a mains power failure has occurred.

Status Byte

All important status bits are summarized in the Status Byte Register. It is read with the *STB? Common Command (see 5.9.11 *STB?).

Bit	Value	Description
2 ERR	4	Error. An error entry is available in the error queue.
3 QUES	8	Questionable. An enabled Questionable Event has occurred.
4 MAV	16	Message Available. A response message is available in the output queue.
5 ESB	32	Event Status Bit. An enabled Standard Event has occurred.
6 MSS	64	Master Summary Status.
7 OPER	128	Operation. An enabled Operation Event has occurred.

STATus:OPERation?

Dieser Befehl fragt den Wert des Operation Status Event Registers ab.

Durch die Abfrage wird der Registerwert gelöscht, das heißt, auf den Wert 0 zurückgesetzt.

Abfragesyntax STATus:OPERation[:EVENT]?
Rückgabewert <NR1>

STATus:OPERation:CONDition?

Dieser Befehl fragt den Wert des Operation Status Registers ab.

Abfragesyntax STATus:OPERation:CONDition?
Rückgabewert <NR1>

STATus:OPERation:ENABLE

Dieser Befehl setzt den Wert des Operation Status Enable Registers.

Der numerische Parameter spezifiziert den neuen Wert für das Register. Der Registerinhalt bleibt nach einem Reset (*RST) erhalten.

Syntax STATus:OPERation:ENABLE <NRf>
Parameter 0 ... 32767
Beispiel STAT:OPER:ENAB 16
Abfragesyntax STATus:OPERation:ENABLE?
Rückgabewert <NR1>

STATus:PRESet

Dieser Befehl setzt die SCPI Status Enable Register auf definierte Werte.

Operation Status Enable: Register-Wert 0
 Questionable Status Enable: Register-Wert 0
 Event Status Enable: Register-Wert 0
 Service Request Enable: Register-Wert 0

Dieser Befehl hat keine Abfrageform.

Syntax STATus:PRESet

STATus:OPERation?

This query returns the value of the Operation Status Event Register.

The register value is reset to 0 after this query.

Query Syntax STATus:OPERation[:EVENT]?
Return Value <NR1>

STATus:OPERation:CONDition?

This query returns the value of the Operation Status Condition Register.

Query Syntax STATus:OPERation:CONDition?
Return Value <NR1>

STATus:OPERation:ENABLE

This command sets the value of the Operation Status Enable Register.

The numeric parameter specifies the new value for the register. The register value is retained after reset (*RST).

Syntax STATus:OPERation:ENABLE <NRf>
Parameter 0 ... 32767
Example STAT:OPER:ENAB 16
Query Syntax STATus:OPERation:ENABLE?
Return Value <NR1>

STATus:PRESet

This command sets the SCPI Status Enable Registers to defined values.

Operation Status Enable: register value 0
 Questionable Status Enable: register value 0
 Event Status Enable: register value 0
 Service Request Enable: register value 0

This command has no query form.

Syntax STATus:PRESet

Beispiel

STAT:PRES

STATus:QUEStionable?

Dieser Befehl fragt den Wert des Questionable Status Event Registers ab.

Durch diese Abfrage wird der Registerwert gelöscht, das heißt, auf den Wert 0 zurückgesetzt.

Abfragesyntax

STATus:QUEStionable[:EVENT]?

Rückgabewert

<NR1>

STATus:QUEStionable:CONDition?

Dieser Befehl fragt den Wert des Questionable Status Registers ab.

Abfragesyntax

STATus:QUEStionable:CONDition?

Rückgabewert

<NR1>

STATus:QUEStionable:ENABLE

Dieser Befehl setzt den Wert des QUEStionable Status Enable Registers.

Der numerische Parameter spezifiziert den neuen Wert für das Register. Der Registerinhalt bleibt nach einem Reset (*RST) erhalten.

Syntax

STATus:QUEStionable:ENABLE <NRf>

Parameter

0 ... 32767

Beispiel

STAT:QUES:ENAB 16

Abfragesyntax

STATus:QUEStionable:ENABLE?

Rückgabewert

<NR1>

5.10.19 SYSTem-Subsystem**SYSTem:BEEP**

Dieser Befehl aktiviert den Piepser der Quelle-Senke für die spezifizierte Zeitdauer.

Example

STAT:PRES

STATus:QUEStionable?

This query returns the value of the Questionable Status Event Register.

The register value is reset to 0 after this query.

Query Syntax

STATus:QUEStionable[:EVENT]?

Return Value

<NR1>

STATus:QUEStionable:CONDition?

This query returns the value of the Questionable Status Condition Register.

Query Syntax

STATus:QUEStionable:CONDition?

Return Value

<NR1>

STATus:QUEStionable:ENABLE

This command sets the value for the Questionable Status Enable Register.

The numeric parameter specifies the new value for the register. The register value is retained after reset (*RST).

Syntax

STATus:QUEStionable:ENABLE <NRf>

Parameter

0 ... 32767

Example

STAT:QUES:ENAB 16

Query Syntax

STATus:QUEStionable:ENABLE?

Return Value

<NR1>

5.10.19 SYSTem Subsystem**SYSTem:BEEP**

This command activates the source-sink's buzzer for the specified duration.

Der numerische Parameter spezifiziert die Zeitdauer in Sekunden. Der Parameter MIN aktiviert den Piepser für die kürzest mögliche Zeitdauer, der Parameter MAX aktiviert den Piepser für die am längsten mögliche Zeitdauer.

Syntax SYSTem:BEEP <NRf>|MIN|MAX
Parameter 0.1 ... 2.0
Beispiel SYST:BEEP 0.8

SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRess

Dieser Befehl setzt die Adresse für die CAN-Schnittstelle.

Der numerische Parameter spezifiziert die neue Adresse für die CAN-Schnittstelle. Der Parameter MIN setzt die kleinste zulässige Adresse, der Parameter MAX setzt die größte zulässige Adresse.

Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRess
 <NRf>
Parameter 1 ... 127|MIN|MAX
Beispiel SYST:COMM:CAN:ADDR 4
Abfragesyntax SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRess?
 [MIN|MAX]
Rückgabewert <NR1>

SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD

Dieser Befehl setzt die Baudrate für die CAN-Schnittstelle.

Der numerische Parameter spezifiziert die Baudrate in der Einheit Bits/Sekunde. Der Parameter MIN setzt die kleinste zulässige Baudrate, der Parameter MAX setzt die größte zulässige Baudrate.

Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD
 <NRf>
Parameter 125000|250000|500000|1000000
 |MIN|MAX
Einheit Bits/s
Beispiel SYST:COMM:CAN:BAUD 500000
Abfragesyntax SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD?
 [MIN|MAX]

The numeric parameter specifies the duration in seconds. The parameter MIN activates the buzzer for the shortest possible duration, the parameter MAX activates the buzzer for the longest possible duration.

Syntax SYSTem:BEEP <NRf>|MIN|MAX
Parameter 0.1 ... 2.0
Example SYST:BEEP 0.8

SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRess

This command sets the address for the CAN interface.

The numeric parameter specifies the new address for the CAN interface. The parameter MIN sets the lowest possible address, the parameter MAX sets the highest possible address.

Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRess
 <NRf>
Parameter 1 ... 127|MIN|MAX
Example SYST:COMM:CAN:ADDR 4
Query Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:ADDRess?
 [MIN|MAX]
Return Value <NR1>

SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD

This command sets the baud rate for the CAN interface.

The numeric parameter specifies the baud rate in bits/second. The parameter MIN sets the lowest admissible baud rate, the parameter MAX sets the highest admissible baud rate.

Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD
 <NRf>
Parameter 125000|250000|500000|1000000
 |MIN|MAX
Unit Bits/s
Example SYST:COMM:CAN:BAUD 500000
Query Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:BAUD?
 [MIN|MAX]

Rückgabewert <NR1>

SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für den Abschlusswiderstand zur Bus-Terminierung.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert den Abschlusswiderstand, der Parameter ON oder 1 aktiviert den Abschlusswiderstand.

Ein Reset hat keinen Einfluss auf die CAN-Schnittstelle.

Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination
[:STATe] <Boolean>
Parameter 0|OFF|1|ON
Beispiel SYST:COMM:CAN:TERM 1
Abfragesyntax SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination?
Rückgabewert 0|1

SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess

Dieser Befehl setzt die Adresse für die GPIB-Schnittstelle.

Der numerische Parameter spezifiziert die neue Adresse für die GPIB-Schnittstelle. Der Parameter MIN setzt die kleinste zulässige Adresse, der Parameter MAX setzt die größte zulässige Adresse.

Syntax SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess
<NRf>
Parameter 1 ... 30|MIN|MAX
Beispiel SYST:COMM:GPIB:ADDR 12
Abfragesyntax SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess?
[MIN|MAX]
Rückgabewert <NR1>

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP

Dieser Befehl aktiviert/deaktiviert die Verwendung des Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Verwendung von DHCP, der Parameter ON oder 1 aktiviert die Verwendung von DHCP.

Return Value <NR1>

SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination

This command sets the activation state for the CAN bus termination resistor.

The parameter OFF or 0 deactivates the resistor, the parameter ON or 1 activates it.

A reset has no effect on the CAN interface.

Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination
[:STATe] <Boolean>
Parameter 0|OFF|1|ON
Example SYST:COMM:CAN:TERM 1
Query Syntax SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination?
Return Value 0|1

SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess

This command sets the address for the GPIB interface.

The numeric parameter specifies the new address for the GPIB interface. The parameter MIN sets the lowest possible address, the parameter MAX sets the highest possible address.

Syntax SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess
<NRf>
Parameter 1 ... 30|MIN|MAX
Example SYST:COMM:GPIB:ADDR 12
Query Syntax SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess?
[MIN|MAX]
Return Value <NR1>

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP

This command activates/deactivates the use of the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

The parameter OFF or 0 deactivates DHCP, the parameter ON or 1 activates DHCP.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP [:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:LAN:DHCP ON
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP [:STATe]?
<i>Rückgabewert</i>	0 1

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS

Dieser Befehl setzt die statische IP-Adresse des Servers für das Domain Name System (DNS).

Der Parameter spezifiziert die IP-Adresse in der Punktnotation („XXX.XXX.XXX.XXX“). Für XXX sind die Werte 0 bis 255 zulässig.

Der Abfragebefehl liest durch Anhängen des Schlüsselwortes STATic die konfigurierte Adresse. Durch Anhängen des Schlüsselwortes ACTual bzw. ohne Anhängen eines Schlüsselwortes wird die tatsächlich verwendete DNS-Adresse gelesen.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS [:ADDRess] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:LAN:DNS „192.168.0.253“
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS [:ADDRess]? [ACTual STATic]
<i>Rückgabewert</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway

Dieser Befehl setzt die statische IP-Adresse des Gateways.

Der Parameter spezifiziert die IP-Adresse in der Punktnotation („XXX.XXX.XXX.XXX“). Für XXX sind die Werte 0 bis 255 zulässig.

Der Abfragebefehl liest durch Anhängen des Schlüsselwortes STATic die konfigurierte Gateway-Adresse. Durch Anhängen des Schlüsselwortes ACTual bzw. ohne Anhängen eines Schlüsselwortes wird die tatsächlich verwendete Gateway-Adresse gelesen.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP [:STATe] <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	SYST:COMM:LAN:DHCP ON
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP [:STATe]?
<i>Return Value</i>	0 1

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS

This command sets the static IP address of the server for the Domain Name System (DNS).

The parameter specifies the IP address in dot notation (“XXX.XXX.XXX.XXX”). 0 to 255 is allowed for XXX.

The query command reads the configured DNS address by appending the keyword STATic. It reads the actually used DNS address by appending the keyword ACTual or appending no keyword.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS [:ADDRess] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Example</i>	SYST:COMM:LAN:DNS „192.168.0.253“
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS [:ADDRess]? [ACTual STATic]
<i>Return Value</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway

This command sets the static IP address of the gateway.

The parameter specifies the IP address in dot notation (“XXX.XXX.XXX.XXX”). 0 to 255 is allowed for XXX.

The query command reads the configured gateway address by appending the keyword STATic. It reads the actually used gateway address by appending the keyword ACTual or appending no keyword.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway [:ADDRESS] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:LAN:GAT „192.168.0.254“
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway [:ADDRESS]? [ACTual STATic]
<i>Rückgabewert</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?

Dieser Befehl fragt den Host-Namen für die Quelle-Senke ab.

Der Host-Name wird in Form eines Strings zurückgegeben.

<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?
<i>Rückgabewert</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:IP

Dieser Befehl setzt die statische IP-Adresse für die LAN-Schnittstelle.

Der Parameter spezifiziert die IP-Adresse in der Punktnotation („XXX.XXX.XXX.XXX“). Für XXX sind die Werte 0 bis 255 zulässig.

Der Abfragebefehl liest durch Anhängen des Schlüsselwortes STATic die konfigurierte IP-Adresse. Durch Anhängen des Schlüsselwortes ACTual bzw. ohne Anhängen eines Schlüsselwortes wird die tatsächlich verwendete IP-Adresse gelesen.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:IP [:ADDRESS] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:LAN:IP „192.168.0.1“
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:IP [:ADDRESS]? [ACTual STATic]
<i>Rückgabewert</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

Dieser Befehl fragt die Media Access Control (MAC)-Adresse der Ethernet-Schnittstelle ab. Diese 48 Bit lange Adresse ist weltweit eindeutig und lässt sich nicht ändern.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway [:ADDRESS] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Example</i>	SYST:COMM:LAN:GAT „192.168.0.254“
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway [:ADDRESS]? [ACTual STATic]
<i>Return Value</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?

This query reads the host name of the source-sink.

The host name is returned as a character string.

<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?
<i>Return Value</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:IP

This command sets the static IP address of the LAN interface.

The parameter specifies the IP address in dot notation (“XXX.XXX.XXX.XXX”). 0 to 255 is allowed for XXX.

The query command reads the configured IP address by appending the keyword STATic. It reads the actually used IP address by appending the keyword ACTual or appending no keyword.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:IP [:ADDRESS] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Example</i>	SYST:COMM:LAN:IP „192.168.0.1“
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:IP [:ADDRESS]? [ACTual STATic]
<i>Return Value</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

This query reads the Media Access Control (MAC) address of the Ethernet interface. This 48 bit address is unique worldwide and may not be changed.

Die MAC-Adresse wird in der Form „XX:XX:XX:XX:XX:XX“ zurückgegeben, wobei XX jeweils ein hexadezimaler Wert zwischen 00 und FF ist.

<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC [:ADDRes]?
<i>Rückgabewert</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT

Dieser Befehl setzt die TCP-Port-Nummer für die LAN-Schnittstelle.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT <NRf>
<i>Parameter</i>	0 ... 65535
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:LAN:PORT 1001
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet

Dieser Befehl setzt die Subnet Mask für die LAN-Schnittstelle.

Der Parameter spezifiziert die Netzmaske in der Punktnotation („XXX.XXX.XXX.XXX“). Für XXX sind die Werte 0 bis 255 zulässig.

Der Abfragebefehl liest durch Anhängen des Schlüsselwortes STATic die konfigurierte Subnet Mask. Durch Anhängen des Schlüsselwortes ACTual bzw. ohne Anhängen eines Schlüsselwortes wird die tatsächlich verwendete Subnet Mask gelesen.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet [:MASK] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:LAN:SUBN „255.255.255.0“
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet [:MASK]? [ACTual STATic]
<i>Rückgabewert</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD

Dieser Befehl setzt die Baudrate für die RS-232-Schnittstelle.

The MAC address is returned in the form “XX:XX:XX:XX:XX:XX” where XX is a hexadecimal value between 0x00 and 0xFF.

<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC [:ADDRes]?
<i>Return Value</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT

This command sets the TCP port number of the LAN interface.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT <NRf>
<i>Parameter</i>	0 ... 65535
<i>Example</i>	SYST:COMM:LAN:PORT 1001
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT?
<i>Return Value</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet

This command sets the subnet mask for the LAN interface.

The parameter specifies the subnet mask in dot notation (“XXX.XXX.XXX.XXX”). 0 to 255 is allowed for XXX.

The query command reads the configured subnet mask by appending the keyword STATic. It reads the actually used subnet mask by appending the keyword ACTual or appending no keyword.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet [:MASK] <string>
<i>Parameter</i>	<string>
<i>Example</i>	SYST:COMM:LAN:SUBN „255.255.255.0“
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:LAN:SUBNet [:MASK]? [ACTual STATic]
<i>Return Value</i>	<string>

SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD

This command sets the baud rate for the RS-232 interface.

Der numerische Parameter spezifiziert die Baudrate in der Einheit Bits/Sekunde. Der Parameter MIN setzt die kleinste, zulässige Baudrate, der Parameter MAX setzt die größte, zulässige Baudrate.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD <NRf>
<i>Parameter</i>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 MIN MAX
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:SER:BAUD 57600
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:SERial:BITS?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Daten-Bits eines Zeichens ab, das über die RS-232-Schnittstelle übertragen wird.

Der optionale Parameter MIN fragt die kleinste zulässige Bitzahl ab, der optionale Parameter MAX fragt die größte zulässige Bitzahl ab.

<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:BITS? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity

Dieser Befehl konfiguriert die Parität der einzelnen Zeichen, die über die RS-232-Schnittstelle übertragen werden.

Der Parameter kann die folgenden Werte annehmen:

EVEN: Die Parität eines Zeichens ist gerade.

NONE: Die Parität wird nicht geprüft und nicht erzeugt.

ODD: Die Parität eines Zeichens ist ungerade.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity <parity>
<i>Parameter</i>	EVEN NONE ODD
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:SER:PAR EVEN
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity?
<i>Rückgabewert</i>	EVEN NONE ODD

The numeric parameter specifies the baud rate in bits/second. The parameter MIN sets the lowest admissible baud rate, the parameter MAX sets the highest admissible baud rate.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD <NRf>
<i>Parameter</i>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 MIN MAX
<i>Example</i>	SYST:COMM:SER:BAUD 57600
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:BAUD? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:SERial:BITS?

This query reads the number of data bits transmitted with each character via RS-232 interface.

The optional parameter MIN queries the lowest bit number, the parameter MAX queries the highest bit number.

<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:BITS? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity

This command sets the parity of each character transmitted via RS-232 interface.

The parameter can have one of the following values:

EVEN: the parity of each character is even.

NONE: the parity is neither checked nor generated

ODD: the parity of each character is odd

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity <parity>
<i>Parameter</i>	EVEN NONE ODD
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:SER:PAR EVEN
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:PARity?
<i>Return Value</i>	EVEN NONE ODD

SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs

Dieser Befehl setzt die Anzahl der Stopp-Bits eines Zeichens, das über die RS-232-Schnittstelle übertragen wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Anzahl der Stopp-Bits pro Datenbyte.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs <NRf>
<i>Parameter</i>	1 ... 2 MIN MAX
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:SER:SBIT 2
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	1 2

SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD

Dieser Befehl setzt die Baudrate für die USB VCP-Schnittstelle (Virtual COM Port).

Der numerische Parameter spezifiziert die Baudrate in der Einheit Bits/Sekunde. Der Parameter MIN setzt die kleinste zulässige Baudrate, der Parameter MAX setzt die größte zulässige Baudrate.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD <NRf>
<i>Parameter</i>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 MIN MAX
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:VCP:BAUD 115200
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:VCP:BITS?

Dieser Befehl fragt die aktuelle Anzahl an Daten-Bits eines Zeichens ab, das über die USB-VCP-Schnittstelle übertragen wird.

Der optionale Parameter MIN fragt die kleinste zulässige Bitzahl ab, der optionale Parameter MAX fragt die größte zulässige Bitzahl ab.

SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs

This command sets the number of stop bits for each character transferred via RS-232 interface.

The numeric parameter specifies the number of stop bits per data byte.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs <NRf>
<i>Parameter</i>	1 ... 2 MIN MAX
<i>Example</i>	SYST:COMM:SER:SBIT 2
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:SERial:SBITs? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	1 2

SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD

This command sets the baud rate for the USB VCP (Virtual COM Port) interface.

The numeric parameter specifies the baud rate in bits/second. The parameter MIN sets the lowest admissible baud rate, the parameter MAX sets the highest admissible baud rate.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD <NRf>
<i>Parameter</i>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 MIN MAX
<i>Example</i>	SYST:COMM:VCP:BAUD 115200
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:BAUD? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:VCP:BITS?

This query reads the number of data bits transmitted with each character via USB VCP interface.

The optional parameter MIN queries the lowest bit number, the parameter MAX queries the highest bit number.

<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:BITS? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity

Dieser Befehl konfiguriert die Parität der einzelnen Zeichen, die über die USB-VCP-Schnittstelle übertragen werden.

Der Parameter kann die folgenden Werte annehmen:
 EVEN: Die Parität eines Zeichens ist gerade.
 NONE: Die Parität wird nicht geprüft und nicht erzeugt.
 ODD: Die Parität eines Zeichens ist ungerade.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity <parity>
<i>Parameter</i>	EVEN NONE ODD
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:VCP:PAR EVEN
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity?
<i>Rückgabewert</i>	EVEN NONE ODD

SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs

Dieser Befehl setzt die Anzahl der Stopp-Bits eines Zeichens, das über die USB-VCP-Schnittstelle übertragen wird.

Der numerische Parameter spezifiziert die Anzahl der Stopp-Bits pro Datenbyte.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs <NRf>
<i>Parameter</i>	1 ... 2 MIN MAX
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:VCP:SBIT 2
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	1 2

SYSTem:COOLing

Dieser Befehl setzt den Modus für die Kühlung der Endstufe.

<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:BITS? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR1>

SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity

This command sets the parity of each character transmitted via USB VCP interface.

The parameter may have one of the following values:
 EVEN: the parity of each character is even.
 NONE: the parity is neither checked nor generated
 ODD: the parity of each character is odd

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity <parity>
<i>Parameter</i>	EVEN NONE ODD
<i>Beispiel</i>	SYST:COMM:VCP:PAR EVEN
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:PARity?
<i>Return Value</i>	EVEN NONE ODD

SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs

This command sets the number of stop bits for each character transferred via USB VCP interface.

The numeric parameter specifies the number of stop bits per data byte.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs <NRf>
<i>Parameter</i>	1 ... 2 MIN MAX
<i>Example</i>	SYST:COMM:VCP:SBIT 2
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COMMunicate:VCP:SBITs? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	1 2

SYSTem:COOLing

This command sets the cooling mode for the power stage.

Wird der Parameter AUTO übergeben, so wird die Endstufe temperaturgeregelt gekühlt. Wird der Parameter FULL übergeben, so wird die Endstufe mit voller Lüfterleistung gekühlt.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COOLing[:MODE] <mode>
<i>Parameter</i>	AUTO FULL
<i>Beispiel</i>	SYST:COOL FULL
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:COOLing[:MODE]?
<i>Rückgabewert</i>	AUTO FULL
<i>Reset-Wert</i>	AUTO

SYSTem:DATE

Dieser Befehl setzt das Datum.

Alle Parameterwerte müssen numerisch sein. Der erste Parameterwert spezifiziert das Jahr, der zweite Parameterwert den Monat und der dritte Parameterwert den Tag.

Ebenso ist bei der Abfrage der erste Rückgabewert das Jahr, der zweite Wert der Monat und der dritte Wert der Tag.

<i>Syntax</i>	SYSTem:DATE <NRf>,<NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	2000 ... 2099
<i>Parameter 2</i>	1 ... 12
<i>Parameter 3</i>	1 ... 31
<i>Beispiel</i>	SYST:DATE 2016,10,28
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:DATE?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>,<NR1>,<NR1>

SYSTem:ERRor?

Dieser Befehl fragt den nächsten Eintrag aus der Warteschlange für Fehler und Ereignisse (Error Queue) ab und löscht anschließend diesen Eintrag aus der Warteschlange.

Die Fehlerwarteschlange ist ein FIFO-Puffer (first in, first out), d. h. die älteren Fehlermeldungen werden als erstes ausgelesen. Wenn mehr Fehler aufgelaufen sind, als die Error Queue aufnehmen kann, wird als letzter Eintrag -350,"Queue Overflow;DI" gespeichert.

If the parameter AUTO is set the power stage is cooled temperature-controlled. When the parameter FULL is set the power stage is cooled with full fan speed.

<i>Syntax</i>	SYSTem:COOLing[:MODE] <mode>
<i>Parameter</i>	AUTO FULL
<i>Example</i>	SYST:COOL FULL
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:COOLing[:MODE]?
<i>Return Value</i>	AUTO FULL
<i>Reset Value</i>	AUTO

SYSTem:DATE

This command sets the date.

All parameter value have to be in numeric format. The first parameter specifies the year, the second parameter the month and the third parameter the day.

Similarly, the query reads the year with the first returned value, the month with the second and the day with the third value.

<i>Syntax</i>	SYSTem:DATE <NRf>,<NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	2000 ... 2099
<i>Parameter 2</i>	1 ... 12
<i>Parameter 3</i>	1 ... 31
<i>Example</i>	SYST:DATE 2016,10,28
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:DATE?
<i>Return Value</i>	<NR1>,<NR1>,<NR1>

SYSTem:ERRor?

This query reads the next error from the error queue (error queue) and deletes this error from the queue.

The error queue is a FIFO (first in, first out) buffer, i. e. older error messages are read first. If more errors have occurred than the queue can accommodate the last error entry will be -350,"Queue Overflow;DI"

Der zurückgegebene Eintrag besteht aus der Fehler-/Ereignisnummer, einem Text für die Beschreibung des Fehlers/ Ereignisses und der Angabe über die Fehlerquelle <source>.

Ist der Fehler im Data Interface (CAN, GPIB, LAN, RS-232, USB) aufgetreten, wird als Fehlerquelle „DI“ zurückgegeben. Ist der Fehler im Analog Interface aufgetreten, wird als Fehlerquelle „AI“ zurückgegeben.

Ist die Warteschlange leer, so ist die Antwort:
0, "No error"

<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:ERRor[:NEXT]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>,<string>;<source>

Eine Tabelle mit möglichen Fehlercodes ist in Anhang 9.1 Fehlercodes ersichtlich.

SYSTem:ERRor:ALL?

Dieser Befehl fragt alle ungelesenen Einträge aus der Warteschlange für Fehler und Ereignisse (Error Queue) ab und löscht anschließend diese Einträge.

Die in der Reihenfolge ihres Auftretens zurückgegebenen Einzelseinträge (siehe SYSTem:ERRor[:NEXT]?) werden durch Kommazeichen separiert und bestehen jeweils aus der Fehler-/Ereignisnummer, einer Beschreibung des Fehlers/Ereignisses und der Fehlerquelle <source>.

Ist die Warteschlange leer, so ist die Antwort:
0, "No error"

<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:ERRor:ALL?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>,<string>;<source>{,<NR1>,<string>;<source>}

Eine Tabelle mit möglichen Fehlercodes ist in Anhang 9.1 Fehlercodes ersichtlich.

SYSTem:ERRor:COUNT?

Dieser Befehl fragt die Anzahl an ungelesenen Einträgen in der Warteschlange für Fehler und Ereignisse (Error Queue) ab.

The returned entry consists of the error/event number, a text for the error description and an information about the error source <source>. If the error occurred in the Data Interface (CAN, GPIB, LAN, RS-232, USB), the error source "DI" is returned. If the error occurred in the Analog Interface, the error source "AI" is returned.

If the error queue is empty the response is:
0, "No error"

<i>Query Syntax</i>	SYSTem:ERRor[:NEXT]?
<i>Return Value</i>	<NR1>,<string>;<source>

A table of possible error codes is listed in Appendix 9.1 Error Codes.

SYSTem:ERRor:ALL?

This query reads all error entries from the error/event queue and deletes them from the queue.

The single error entries (see SYSTem:ERRor[:NEXT]?) sent in the succession of occurrence are comma-separated and consist each of the error/event number, a description of the error/event and the error source <source>.

If the error queue is empty the response is:
0, "No error"

<i>Query Syntax</i>	SYSTem:ERRor:ALL?
<i>Return Value</i>	<NR1>,<string>;<source>{,<NR1>,<string>;<source>}

A table of possible error codes is listed in Appendix 9.1 Error Codes.

SYSTem:ERRor:COUNT?

This query specifies the number of unread entries in the queue for errors and events (error queue).

Der zurückgegebene, numerische Wert spezifiziert die Anzahl der ungelesenen Einträge in der Warteschlange.

Abfragesyntax SYSTem:ERRor:COUNT?
Rückgabewert <NR1>

Eine Tabelle mit möglichen Fehlercodes ist in Anhang 9.1 Fehlercodes ersichtlich.

SYSTem:HELP:HEADers?

Dieser Befehl fragt alle SCPI-Header (kompletter Befehl ohne Parameter) von der Quelle-Senke ab. Die Header sind durch das Zeichen <LineFeed> (10 dez.) voneinander getrennt.



Am Ende der Liste aller SCPI-Header sendet die Quelle-Senke deshalb zwei <LineFeed> Zeichen (10 dez.), eins zur Terminierung der letzten Zeile und eins zur Terminierung der Antwort.

In der ersten Zeile sendet die Quelle-Senke ein Doppelkreuz (#), gefolgt von einer mehrstelligen Zahl. Die erste Ziffer dieser Zahl gibt die Anzahl der übrigen Ziffern an, welche die Zahl für die Anzahl der folgenden Zeichen incl. aller Zeilenterminierungen angibt.

Wenn zu einem Befehl keine Abfrage verfügbar ist, wird an den zurückgegebenen Header die Zeichenkette /nquery/ angehängt.

Wenn zu einem Header nur eine Abfrage, aber kein Befehl verfügbar ist, wird an den zurückgegebenen Header die Zeichenkette /qonly/ angehängt.

Abfragesyntax SYSTem:HELP:HEADers?
Rückgabewert #<NR1>
 <header 1><LF>
 {<header n><LF>}

SYSTem:KLOCK

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Tastensperre.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Tastensperre, der Parameter ON oder 1 aktiviert die Tastensperre.

The returned numeric value specifies the number of error queue entries.

Query Syntax SYSTem:ERRor:COUNT?
Return Value <NR1>

A table of possible error codes is listed in appendix 9.1 Error Codes.

SYSTem:HELP:HEADers?

This query reads all SCPI headers from the source-sink. The headers are separated from each other by a <line feed> (10 dec.) character.



Therefore, at the end of the SCPI header list the source-sink sends two <line feed> characters (10 dec.), one for the termination of the last row and one for the termination of the response.

In the first line the source-sink sends a number sign (#) followed by a number. The first digit of this number defines the number of the following digits which itself define the number of characters in the following lines including all line terminators.

If there is no query available for a header the character string /nquery/ is appended to the header.

If there is only a query available for the header (and no command) the character string /qonly/ is appended to the header.

Query Syntax SYSTem:HELP:HEADers?
Return Value #<NR1>
 <header 1><LF>
 {<header n><LF>}

SYSTem:KLOCK

This command sets the activation state of the keylock function.

The parameter OFF or 0 deactivates the keylock function, the parameter ON or 1 activates it.



Ein Reset deaktiviert die Tastensperre.

Wenn die Tastensperre per Fernsteuerung aktiviert worden ist, kann sie lokal nicht deaktiviert werden. Dies wird durch den Buchstaben ‚R‘ im Sperrsymbol an der Benutzerschnittstelle angezeigt.

<i>Syntax</i>	SYSTem:KLOCK <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Beispiel</i>	SYST:KLOC ON
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:KLOCK?
<i>Rückgabewert</i>	0 1
<i>Reset-Wert</i>	OFF

SYSTem:LOCaL

Dieser Befehl aktiviert die lokale Bedienung der Quelle-Senke über die Benutzerschnittstelle.

<i>Syntax</i>	SYSTem:LOCaL
<i>Beispiel</i>	SYST:LOC

SYSTem:PRESet

Dieser Befehl setzt alle nicht-flüchtigen Einstellungen der Quelle-Senke auf Werkseinstellungen zurück.

Die betreffenden Parameter sind beschrieben in Kapitel 4.26 Werkseinstellungen setzen.

<i>Syntax</i>	SYSTem:PRESet
<i>Beispiel</i>	SYST:PRES

SYSTem:REMote

Dieser Befehl aktiviert die Fernsteuerung der Quelle-Senke über eine Datenschnittstelle (z.B. RS-232, GPIB, LAN, USB).

<i>Syntax</i>	SYSTem:REMote
<i>Beispiel</i>	SYST:REM



A reset deactivates the keylock function.

If the keylock function has been activated by remote control it cannot be deactivated locally. This state is indicated by the 'R' character in the lock symbol on the user interface.

<i>Syntax</i>	SYSTem:KLOCK <boolean>
<i>Parameter</i>	0 OFF 1 ON
<i>Example</i>	SYST:KLOC ON
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:KLOCK?
<i>Return Value</i>	0 1
<i>Reset Value</i>	OFF

SYSTem:LOCaL

This command activates the local control of the source-sink via the user interface.

<i>Syntax</i>	SYSTem:LOCaL
<i>Example</i>	SYST:LOC

SYSTem:PRESet

This command resets all non-volatile settings of the source-sink to factory default settings.

The concerning parameters are described in chapter 4.26 Factory Reset.

<i>Syntax</i>	SYSTem:PRESet
<i>Example</i>	SYST:PRES

SYSTem:REMote

This command activates the remote control of the source-sink via a data interface (e. g. RS-232, GPIB, LAN, USB).

<i>Syntax</i>	SYSTem:REMote
<i>Example</i>	SYST:REM

SYSTem:TIME

Dieser Befehl setzt die Zeit.

Alle Parameterwerte müssen numerisch sein. Der erste Parameterwert spezifiziert die Stunde, der zweite Parameterwert spezifiziert die Minute und der dritte Parameterwert spezifiziert die Sekunde.

Ebenso ist bei der Abfrage der erste zurückgelesene Rückgabewert die Stunde, der zweite Wert die Minute und der dritte Wert die Sekunde.

<i>Syntax</i>	SYSTem:TIME <NRf>,<NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0 ... 23
<i>Parameter 2</i>	0 ... 59
<i>Parameter 3</i>	0 ... 59
<i>Beispiel</i>	SYST:TIME 10,22,30
<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:TIME?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>,<NR1>,<NR1>

SYSTem:VERSion?

Dieser Befehl fragt die Versionsnummer des SCPI-Standards ab, an dem sich die SCPI-Befehlssyntax und Befehlssemantik orientiert.

Der zurückgegebene Wert hat das folgende Format:
YYYY.V

YYYY: Freigabejahr des SCPI-Standards
V: Revisionsnummer des SCPI-Standards im Freigabejahr

<i>Abfragesyntax</i>	SYSTem:VERSion?
<i>Rückgabewert</i>	<NR1>.<NR1>
<i>Beispiel</i>	1999.0

5.10.20 TRIGger-Subsystem**ABORt**

Dieser Befehl setzt das Trigger-System in den Zustand IDLE zurück. Die getriggerten Werte folgen den Immediate-Werten.

SYSTem:TIME

This command sets the time.

All parameters have to be numeric. The first parameter specifies the hour, the second parameter specifies the minute and the third parameter specifies the second.

Similarly, the query reads the hour with the first returned value, the minute with the second and the seconds with the third value.

<i>Syntax</i>	SYSTem:TIME <NRf>,<NRf>,<NRf>
<i>Parameter 1</i>	0 ... 23
<i>Parameter 2</i>	0 ... 59
<i>Parameter 3</i>	0 ... 59
<i>Example</i>	SYST:TIME 10,22,30
<i>Query Syntax</i>	SYSTem:TIME?
<i>Return Value</i>	<NR1>,<NR1>,<NR1>

SYSTem:VERSion?

This query reads the version number of the SCPI standard the SCPI command syntax and semantics of this source-sink are based on.

The returned value has got the following format:
YYYY.V

YYYY: Release year of SCPI standard
V: Revision number of SCPI standard in the year of release

<i>Query Syntax</i>	SYSTem:VERSion?
<i>Return Value</i>	<NR1>.<NR1>
<i>Example</i>	1999.0

5.10.20 TRIGger Subsystem**ABORt**

This command resets the trigger system to IDLE state. The triggered values follow the immediate values.

Syntax ABORt
Beispiel ABOR

INITiate

Dieser Befehl initialisiert das Trigger-System, das heißt, überführt das Trigger-System vom Zustand IDLE in den Zustand INITiated. In diesem Zustand ist das Trigger-System bereit, Trigger-Ereignisse zu erzeugen und auszuwerten.

Dieser Befehl hat keine Abfrageform.

Syntax INITiate[:IMMediate]
Beispiel INIT

INITiate:CONTInuous

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für das kontinuierliche Initialisieren des Trigger-Systems nach Abarbeitung eines Trigger-Ereignisses.

Der Parameter OFF oder 0 deaktiviert, der Parameter ON oder 1 aktiviert das kontinuierliche Initialisieren.

Syntax INITiate:CONTInuous <boolean>
Parameter 0|OFF|1|ON
Beispiel INIT:CONT ON
Abfragesyntax INITiate:CONTInuous?
Rückgabewert 0|1
Reset-Wert OFF

TRIGger

Dieser Befehl erzeugt ein Trigger-Ereignis unabhängig von der Trigger-Quelle.

Syntax TRIGger[:IMMediate]
Beispiel TRIG

Syntax ABORt
Example ABOR

INITiate

This command initializes the trigger system, i.e. changes the trigger system from idle state to initiated state. In this state the trigger system is ready to generate and process trigger events.

This command has no query form.

Syntax INITiate[:IMMediate]
Example INIT

INITiate:CONTInuous

This command sets the activation state for continuously initializing the trigger system after processing a trigger event.

The parameter OFF or 0 deactivates, the parameter ON or 1 activates continuously initializing the trigger system.

Syntax INITiate:CONTInuous <boolean>
Parameter 0|OFF|1|ON
Example INIT:CONT ON
Query Syntax INITiate:CONTInuous?
Return Value 0|1
Reset Value OFF

TRIGger

This command generates a trigger event independent of the trigger source.

Syntax TRIGger[:IMMediate]
Example TRIG

TRIGger:DElAy

Dieser Befehl definiert die Triggervverzögerung in Sekunden, d. h. die durch das Triggersystem eingefügte Verzögerung zwischen dem Empfang des Trigger-Ereignisses und dem Auslösen der zugehörigen Aktionen.

<i>Syntax</i>	TRIGger:DElAy <NRf>
<i>Parameter</i>	0 ... 10 MIN MAX
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	TRIG:DEL 1.8
<i>Abfragesyntax</i>	TRIGger:DElAy?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

TRIGger:HOLDOff

Dieser Befehl definiert die Trigger-Freihaltezeit in Sekunden, d. h. die Zeitdauer, innerhalb welcher das Triggersystem nach Empfang eines Trigger-Ereignisses keine weiteren Trigger-Ereignisse annimmt.

<i>Syntax</i>	TRIGger:HOLDOff <NRf>
<i>Parameter</i>	0 ... 1 MIN MAX
<i>Einheit</i>	S
<i>Beispiel</i>	TRIG:HOLD 0.15
<i>Abfragesyntax</i>	TRIGger:HOLDOff?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0

TRIGger:LEVel:CURRent

Dieser Befehl definiert den Pegel des Ausgangsstroms (Trigger-Strom), der über- bzw. unterschritten werden muss, damit ein Trigger-Ereignis erzeugt wird, wenn die Trigger-Quelle auf CURRent gesetzt ist.

Der numerische Parameter spezifiziert den Strom in der Grundeinheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für den Strom, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für den Strom.

Die Werte <min> und <max> sind in den technischen Daten spezifiziert.

TRIGger:DElAy

This command defines the trigger delay in seconds, i.e. the delay inserted by the trigger system between receiving a trigger event and starting the corresponding trigger actions.

<i>Syntax</i>	TRIGger:DElAy <NRf>
<i>Parameter</i>	0 ... 10 MIN MAX
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	TRIG:DEL 1.8
<i>Query Syntax</i>	TRIGger:DElAy?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

TRIGger:HOLDOff

This command defines the trigger holdoff time in seconds, that means the duration in which the trigger system does not accept any further trigger events after a trigger event was received.

<i>Syntax</i>	TRIGger:HOLDOff <NRf>
<i>Parameter</i>	0 ... 1 MIN MAX
<i>Unit</i>	S
<i>Example</i>	TRIG:HOLD 0.15
<i>Query Syntax</i>	TRIGger:HOLDOff?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0

TRIGger:LEVel:CURRent

This command defines the level of the current which must be exceeded or fall below, respectively, to generate a trigger event if the trigger source is set to CURRent.

The numeric parameter specifies the current in the base unit amps. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the current, the parameter MAX sets the highest admissible value for the current.

The values <min> and <max> are specified in the technical data.

Ob das Trigger-Ereignis durch Über- oder Unterschreiten des Trigger-Stroms ausgelöst wird, bestimmt die eingestellte Trigger-Flanke, die mit dem Befehl TRIGger:SLOPe programmiert wird.

<i>Syntax</i>	TRIGger:LEVel:CURRent <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	TRIG:LEV:CURR 1
<i>Abfragesyntax</i>	TRIGger:LEVel:CURRent?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0.0

TRIGger:LEVel:VOLTage

Dieser Befehl definiert den Pegel der Ausgangsspannung (Trigger-Spannung), die über- bzw. unterschritten werden muss, damit ein Trigger-Ereignis erzeugt wird, wenn die Trigger-Quelle auf VOLTage gesetzt ist.

Der numerische Parameter spezifiziert die Spannung in der Grundeinheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Spannung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Spannung.

Die Werte <min> und <max> sind in den technischen Daten spezifiziert.

Ob das Trigger-Ereignis durch Über- oder Unterschreiten der Trigger-Spannung erzeugt wird, bestimmt die eingestellte Trigger-Flanke, die mit dem Befehl TRIGger:SLOPe programmiert wird.

<i>Syntax</i>	TRIGger:LEVel:VOLTage <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	TRIG:LEV:VOLT 20
<i>Abfragesyntax</i>	TRIGger:LEVel:VOLTage?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0.0

TRIGger:SLOPe

Dieser Befehl definiert die Art der Flanke, bei der ein Trigger-Ereignis erzeugt werden soll, wenn die Trigger-Quelle auf EXTeRnal gesetzt ist.

Whether the trigger event is triggered by exceeding or falling below the trigger current is determined by the set trigger edge, which is programmed with the TRIGger:SLOPe command.

<i>Syntax</i>	TRIGger:LEVel:CURRent <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	TRIG:LEV:CURR 1
<i>Query Syntax</i>	TRIGger:LEVel:CURRent?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0.0

TRIGger:LEVel:VOLTage

This command defines the value of the threshold voltage the output voltage must exceed or fall below, respectively, to generate a trigger event if the trigger source is set to VOLTage.

The numeric parameter specifies the voltage in the base unit volts. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the voltage, the parameter MAX sets the highest admissible value for the voltage.

The values <min> and <max> are specified in the technical data.

Whether the trigger event is generated by exceeding or falling below the trigger voltage is determined by the set trigger edge, which is programmed with the TRIGger:SLOPe command.

<i>Syntax</i>	TRIGger:LEVel:VOLTage <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	TRIG:LEV:VOLT 20
<i>Query Syntax</i>	TRIGger:LEVel:VOLTage?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0.0

TRIGger:SLOPe

This command defines the slope generating a trigger event at the I/O port if the trigger source is set to EXTeRnal.

Der Parameter kann einen der folgenden Werte annehmen:
 EITHer: Ein Trigger-Ereignis wird bei fallender oder steigender Flanke des Trigger-Signals erzeugt.
 NEGative: Ein Trigger-Ereignis wird ausschließlich bei fallender Flanke des Trigger-Signals erzeugt.
 POSitive: Ein Trigger-Ereignis wird ausschließlich bei steigender Flanke des Trigger-Signals erzeugt.

<i>Syntax</i>	TRIGger:SLOPe <slope>
<i>Parameter</i>	EITHer NEGative POSitive
<i>Beispiel</i>	TRIG:SLOP NEG
<i>Abfragesyntax</i>	TRIGger:SLOPe?
<i>Rückgabewert</i>	EITHer NEGative POSitive
<i>Reset-Wert</i>	POSitive

TRIGger:SOURce

Dieser Befehl setzt die Quelle für Trigger-Ereignisse.

Der Parameter kann einen der folgenden Werte annehmen:
 BUS: Trigger-Befehl auf einer Kommunikationsschnittstelle
 CURRent: Höhe des gemessenen Ausgangsstroms
 EXTernal: Trigger-Eingangssignal am I/O-Port
 MANual: Trigger-Taste an der Benutzerschnittstelle
 VOLTage: Höhe der gemessenen Ausgangsspannung

<i>Syntax</i>	TRIGger:SOURce <source>
<i>Parameter</i>	BUS CURRent EXTernal HOLD MANual VOLTage
<i>Beispiel</i>	TRIG:SOUR EXTernal
<i>Abfragesyntax</i>	TRIGger:SOURce?
<i>Rückgabewert</i>	BUS CURR EXT MAN VOLT
<i>Reset-Wert</i>	BUS

5.10.21 VOLTage-Subsystem

VOLTage

Dieser Befehl setzt den Sollwert für die geregelte Ausgangsspannung im Spannungsbetrieb.

The parameter can have one of the following values:
 EITHer: A trigger event will be generated at a rising or falling edge of the trigger signal.
 NEGative: A trigger event will be generated only at the falling edge of the trigger signal.
 POSitive: A trigger event will be generated only at the rising edge of the trigger signal.

<i>Syntax</i>	TRIGger:SLOPe <slope>
<i>Parameter</i>	EITHer NEGative POSitive
<i>Example</i>	TRIG:SLOP NEG
<i>Query Syntax</i>	TRIGger:SLOPe?
<i>Return Value</i>	EITHer NEGative POSitive
<i>Reset Value</i>	POSitive

TRIGger:SOURce

This command sets the source for trigger events.

The parameter can have one of the following values:
 BUS: Trigger command from a communication interface
 CURRent: Level of measured current
 EXTernal: Trigger signal on the I/O port
 MANual: Trigger button on the user interface
 VOLTage: Level of measured output voltage

<i>Syntax</i>	TRIGger:SOURce <source>
<i>Parameter</i>	BUS CURRent EXTernal HOLD MANual VOLTage
<i>Example</i>	TRIG:SOUR EXTernal
<i>Query Syntax</i>	TRIGger:SOURce?
<i>Return Value</i>	BUS CURR EXT MAN VOLT
<i>Reset Value</i>	BUS

5.10.21 VOLTage Subsystem

VOLTage

This command sets the setting value for the regulated output voltage in voltage operating mode.

Der numerische Parameter spezifiziert die Spannung in der Grundeinheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Spannung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Spannung.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	VOLTage[:LEVel][:IMMediate] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	VOLT 5.5
<i>Abfragesyntax</i>	VOLTage[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0.0

VOLTage:TRIGgered

Dieser Befehl setzt den getriggerten Sollwert für die geregelte Ausgangsspannung im Spannungsbetrieb.

Der numerische Parameter spezifiziert die Spannung in der Grundeinheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Spannung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Spannung.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	VOLTage[:LEVel]:TRIGgered <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	VOLT:TRIG 1.08E1
<i>Abfragesyntax</i>	VOLTage[:LEVel]:TRIGgered? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	undefiniert

VOLTage:PROTection:HIGH

Dieser Befehl setzt den Sollwert für die obere Spannungsbegrenzung im Strombetrieb der Regelung.

The numeric parameter specifies the voltage in the base unit volts. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the voltage, the parameter MAX sets the highest admissible value for the voltage.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	VOLTage[:LEVel][:IMMediate] <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	VOLT 5.5
<i>Query Syntax</i>	VOLTage[:LEVel][:IMMediate]? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0.0

VOLTage:TRIGgered

This command sets the trigger value for the regulated output voltage in voltage operating mode.

The numeric parameter specifies the voltage in the base unit volts. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the voltage, the parameter MAX sets the highest admissible value for the voltage.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	VOLTage[:LEVel]:TRIGgered <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	VOLT:TRIG 1.08E1
<i>Query Syntax</i>	VOLTage[:LEVel]:TRIGgered? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	undefined

VOLTage:PROTection:HIGH

This command sets the setting value for the high voltage protection in current regulation mode.

Der numerische Parameter spezifiziert die Spannung in der Grundeinheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die obere Spannungsbegrenzung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Spannungsbegrenzung.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:HIGH <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	VOLT:PROT:HIGH 9.00
<i>Abfragesyntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:HIGH? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	<max>-Wert

Die Sollwerte für die obere und untere Spannungsbegrenzung müssen mindestens eine Differenz von 2,5% des positiven Spannungsbereichs aufweisen.

VOLTage:PROTection:LOW

Dieser Befehl setzt den Sollwert für die untere Spannungsbegrenzung im Strombetrieb der Regelung.

Der numerische Parameter spezifiziert die Spannung in der Grundeinheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die untere Spannungsbegrenzung, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Spannungsbegrenzung.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:LOW <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	VOLT:PROT:LOW 1.00
<i>Abfragesyntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:LOW? [MIN MAX]
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	<min>-Wert

The numeric parameter specifies the voltage in the base unit volts. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the high voltage protection, the parameter MAX sets the highest admissible value for the voltage protection.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:HIGH <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	VOLT:PROT:HIGH 9.00
<i>Query Syntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:HIGH? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	<max> value

The setting values for the high and low voltage protection must have a difference of at least 2.5% of the positive voltage range.

VOLTage:PROTection:LOW

This command sets the setting value for the low voltage protection in current regulation mode.

The numeric parameter specifies the voltage in the base unit volts. The parameter MIN sets the lowest admissible value for the low voltage protection, the parameter MAX sets the highest admissible value for the voltage protection.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:LOW <NRf>
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	VOLT:PROT:LOW 1.00
<i>Query Syntax</i>	VOLTage:PROTection[:LEVel]:LOW? [MIN MAX]
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	<min> value

Die Sollwerte für die obere und untere Spannungsbegrenzung müssen mindestens eine Differenz von 2,5% des positiven Spannungsbereichs aufweisen.

5.10.22 WAVEform-Subsystem

WAVEform:ARBitrary

Dieser Befehl setzt die 1000 Punkte für eine benutzerspezifische Wellenform im AC-Betrieb.

Die numerischen Parameterwerte spezifizieren die einzelnen Sollwerte im normierten Wertebereich von -1 bis 1.

<i>Syntax</i>	WAVEform:ARBitrary[:LEVel] <NRf>{1000}
<i>Parameter</i>	-1 ... 1
<i>Beispiel</i>	WAV:ARB 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8, ...
<i>Abfragesyntax</i>	WAVEform:ARBitrary[:LEVel]?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>{1000}
<i>Reset-Wert</i>	0.0{1000}

WAVEform:FREQuency

Dieser Befehl setzt die Frequenz für den AC-Betrieb.

Der numerische Parameterwert spezifiziert den Sollwert für die Frequenz in der Einheit Hertz. Der Parameter MIN setzt den kleinsten zulässigen Wert für die Frequenz, der Parameter MAX setzt den größten zulässigen Wert für die Frequenz.

<i>Syntax</i>	WAVEform:FREQuency <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	0.1 ... 10000 MIN MAX
<i>Einheit</i>	HZ
<i>Beispiel</i>	WAV:FREQ 50.0
<i>Abfragesyntax</i>	WAVEform:FREQuency?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	1.0

WAVEform:OFFSet:CURRent

Dieser Befehl setzt den DC-Offset des Stroms im AC-Strombetrieb.

The setting values for the high and low voltage protection must have a difference of at least 2.5% of the positive voltage range.

5.10.22 WAVEform Subsystem

WAVEform:ARBitrary

This command sets the 1000 points for an arbitrary waveform in AC mode.

The numeric parameters specify the single points in the normalized range of -1 to 1.

<i>Syntax</i>	WAVEform:ARBitrary[:LEVel] <NRf>{1000}
<i>Parameter</i>	-1 ... 1
<i>Example</i>	WAV:ARB 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8, ...
<i>Query Syntax</i>	WAVEform:ARBitrary[:LEVel]?
<i>Return Value</i>	<NR3>{1000}
<i>Reset Value</i>	0.0{1000}

WAVEform:FREQuency

This command sets the frequency for AC mode.

The numerical parameter value specifies the setting value for the frequency in the unit Hertz. The parameter MIN sets the lowest possible value for the frequency, the parameter MAX sets the highest possible value for the frequency.

<i>Syntax</i>	WAVEform:FREQuency <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	0.1 ... 10000 MIN MAX
<i>Unit</i>	HZ
<i>Example</i>	WAV:FREQ 50.0
<i>Query Syntax</i>	WAVEform:FREQuency?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	1.0

WAVEform:OFFSet:CURRent

This command sets the DC offset of the current in AC current mode.

Der numerische Parameterwert spezifiziert den Sollwert für den Offset in der Einheit Ampere. Der Parameter MIN setzt den kleinsten möglichen Wert für den Offset, der Parameter MAX setzt den größten möglichen Wert für den Offset.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Strombereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	WAVeform:OFFSet:CURRent <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	A
<i>Beispiel</i>	WAV:OFFS:CURR -1.25
<i>Abfragesyntax</i>	WAVeform:OFFSet:CURRent?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0.0

WAVeform:OFFSet:VOLTage

Dieser Befehl setzt den DC-Offset der Spannung im AC-Spannungsbetrieb.

Der numerische Parameterwert spezifiziert den Sollwert für den Offset in der Einheit Volt. Der Parameter MIN setzt den kleinsten möglichen Wert für den Offset, der Parameter MAX setzt den größten möglichen Wert für den Offset.

Die Werte <min> und <max> entsprechen dem negativen und positiven Spannungsbereich und sind den technischen Daten zu entnehmen.

<i>Syntax</i>	WAVeform:OFFSet:VOLTage <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Einheit</i>	V
<i>Beispiel</i>	WAV:OFFS:VOLT 2.50
<i>Abfragesyntax</i>	WAVeform:OFFSet:VOLTage?
<i>Rückgabewert</i>	<NR3>
<i>Reset-Wert</i>	0.0

WAVeform:SYNChronize

Dieser Befehl setzt den Aktivierungszustand für die Synchronisation mit der Netzspannung.

The numerical parameter value specifies the setting value for the offset in the unit Ampere. The parameter MIN sets the lowest possible value for the offset, the parameter MAX sets the highest possible value for the offset.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive current range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	WAVeform:OFFSet:CURRent <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	A
<i>Example</i>	WAV:OFFS:CURR -1.25
<i>Query Syntax</i>	WAVeform:OFFSet:CURRent?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0.0

WAVeform:OFFSet:VOLTage

This command sets the DC offset of the voltage in AC voltage mode.

The numerical parameter value specifies the setting value for the offset in the unit Volts. The parameter MIN sets the lowest possible value for the offset, the parameter MAX sets the highest possible value for the offset.

The values <min> and <max> correspond to the negative and positive voltage range and can be found in the technical data.

<i>Syntax</i>	WAVeform:OFFSet:VOLTage <NRf> MIN MAX
<i>Parameter</i>	<min> ... <max> MIN MAX
<i>Unit</i>	V
<i>Example</i>	WAV:OFFS:VOLT 2.50
<i>Query Syntax</i>	WAVeform:OFFSet:VOLTage?
<i>Return Value</i>	<NR3>
<i>Reset Value</i>	0.0

WAVeform:SYNChronize

This command sets the activation state for synchronization with the mains voltage.

Der Parameter ON oder 1 aktiviert die Synchronisation, der Parameter OFF oder 0 deaktiviert die Synchronisation mit der Netzspannung.

Syntax WAVEform:SYNChronize < boolean >
Parameter 0|OFF|1|ON
Beispiel WAV:SYNC ON
Abfragesyntax WAVEform:SYNChronize?
Rückgabewert 0|1
Reset-Wert OFF

WAVEform:TYPE

Dieser Befehl setzt die Wellenform für die AC-Betriebsart.

Der Parameter ARBItrary aktiviert die arbiträre Wellenform.
 Der Parameter SAWTooth aktiviert die sägezahnförmige Wellenform.
 Der Parameter SINE aktiviert die sinusförmige Wellenform.
 Der Parameter SQUare aktiviert die rechteckförmige Wellenform.
 Der Parameter TRlangle aktiviert die dreieckförmige Wellenform.

Syntax WAVEform:TYPE <type>
Parameter ARBItrary|SAWTooth|SINE|SQUare|TRlangle
Beispiel WAV:TYPE TRI
Abfragesyntax WAVEform:TYPE?
Rückgabewert ARB|SAWT|SINE|SQU|TRI
Reset-Wert SINE

5.11 Befehlsübersicht für die Common Commands

Command	Parameter	Beschreibung
*CLS		Status löschen
*ESE	<NRf>	Wert des Standard Event Status Enable Register setzen
*ESE?		Wert des Standard Event Status Enable Register lesen
*ESR?		Wert des Standard Event Status Register lesen
*IDN?		Identifikations-String lesen
*OPC		Operation Complete Bit setzen
*OPC?		Operation Complete Bit abfragen

The parameter ON or 1 activates the synchronisation, the parameter OFF or 0 deactivates the synchronization with the mains voltage.

Syntax WAVEform:SYNChronize < boolean >
Parameter 0|OFF|1|ON
Example WAV:SYNC ON
Query Syntax WAVEform:SYNChronize?
Return Value 0|1
Reset Value OFF

WAVEform:TYPE

This command sets the waveform for AC mode.

The parameter ARBItrary activates arbitrary waveform.
 The parameter SAWTooth activates sawtooth waveform.
 The parameter SINE activates sinusoidal waveform.
 The parameter SQUare activates square waveform.
 The parameter TRlangle activates triangular waveform.

Syntax WAVEform:TYPE <type>
Parameter ARBItrary|SAWTooth|SINE|SQUare|TRlangle
Example WAV:TYPE TRI
Query Syntax WAVEform:TYPE?
Return Value ARB|SAWT|SINE|SQU|TRI
Reset Value SINE

5.11 Common Commands Overview

Command	Parameter	Description
*CLS		Clear status
*ESE	<NRf>	Set value of Standard Event Status Enable Register
*ESE?		Read value of Standard Event Status Enable Register
*ESR?		Read value of Standard Event Status Register
*IDN?		Read identification string
*OPC		Set Operation Complete Event Bit
*OPC?		Query Operation Complete Bit

*OPT?		Options-String lesen
*RCL	<NRf>	Geräteeinstellungen laden
*RST		Geräteeinstellungen zurücksetzen
*SAV	<NRf>	Geräteeinstellungen speichern
*SRE	<NRf>	Wert des Service Request Enable Register setzen
*SRE?		Wert des Service Request Enable Register lesen
*STB?		Status Byte lesen
*TRG		Trigger-Ereignis erzeugen
*TST?		Selbsttest durchführen und Ergebnis abfragen
*WAI		Warten bis alle Befehle ausgeführt wurden

*OPT?		Read option string
*RCL	<NRf>	Recall device settings
*RST		Reset device settings
*SAV	<NRf>	Save device settings
*SRE	<NRf>	Set value of Service Request Enable Register
*SRE?		Read value of Service Request Enable Register
*STB?		Read Status Byte
*TRG		Generate trigger event
*TST?		Execute selftest and query result
*WAI		Wait until all commands have been executed

5.12 Befehlsübersicht für die gerätespezifischen Befehle

5.12 Device-Dependent Commands Overview

Command	Parameter	Einheit/Unit	Beschreibung	Description
ABORt			Triggersystem zurücksetzen	Reset trigger system
ACQuisition				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand für die Messdatenerfassung setzen	Set activation state of the data acquisition function
[:STATe]?			Aktivierungszustand für die Messdatenerfassung abfragen	Query activation state of the data acquisition function
:STIme	<NRf> MIN MAX	s	Abtastintervall setzen	Set sample time for data acquisition
:STIme?	[MIN MAX]		Abtastintervall abfragen	Query sample time for data acquisition
:TRIGger				
:ENABle	<Boolean>		Aktivierungszustand für die Trigger-Auswertung zum Starten/Stoppen der Datenerfassung setzen	Set activation state for trigger processing to start/stop data acquisition
:ENABle?			Aktivierungszustand für die Trigger-Auswertung zum Starten/Stoppen der Datenerfassung abfragen	Query activation state for trigger processing to start/stop data acquisition
CURRent				
[:LEVl]				
[:IMMediate]	<NRf> MIN MAX	A	Sollwert für Ausgangsstrom setzen	Set setting value of output current
[:IMMediate]?	[MIN MAX]		Sollwert für Ausgangsstrom abfragen	Query setting value of output current
:TRIGgered	<NRf> MIN MAX	A	Getriggerten Sollwert für Ausgangsstrom setzen	Set triggered setting value of output current
:TRIGgered?	[MIN MAX]		Getriggerten Sollwert für Ausgangsstrom abfragen	Query triggered setting value of output current
:PROTection				
[:LEVl]:HIGH	<NRf> MIN MAX	A	Wert für obere Strombegrenzung setzen	Set setting value of high current protection
[:LEVl]:HIGH?	[MIN MAX]		Wert für obere Strombegrenzung abfragen	Query setting value of high current protection
[:LEVl]:LOW	<NRf> MIN MAX	A	Wert für untere Strombegrenzung setzen	Set setting value of low current protection
[:LEVl]:LOW?	[MIN MAX]		Wert für untere Strombegrenzung abfragen	Query setting value of low current protection
DATA				
:DELe			Alle gepufferten Messdatensätze löschen	Delete all buffered data points
:LAST			Zuletzt gepufferten Messdatensatz abfragen	Query last buffered data point
:POINts?			Anzahl der gepufferten Messdatensätze abfragen	Query number of buffered data points
:REMOve?	<NRf>		Messdatensätze auslesen	Read data points
DISPlay				
:TEXT	<string>		Spezifizierte Zeichenkette an der Benutzerschnittstelle anzeigen	Display specified string at user interface
:TEXT?			An Benutzerschnittstelle angezeigte Zeichenkette abfragen	Read string displayed at user interface
FORMat				
[:DATA]	ASCIi,<NRf>		Datenformat für abgefragte <NRf>-Werte setzen	Set data format of queried <NRf> values

[:DATA]?			Datenformat für abgefragte <NRf>-Werte abfragen	Query data format of queried <NRf> values
:SREGister	ASCIi HEXadecimal OCTal		Datenformat für abgefragte Statusregister-Werte setzen	Set data format of queried status register values
:SREGister?			Datenformat für abgefragte Statusregister-Werte abfragen	Query data format of queried status register values
FUNCTION				
CHARGE				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand der Ladefunktion setzen	Set activation state of charge function
[:STATe]?			Aktivierungszustand der Ladefunktion abfragen	Query activation state of charge function
:CHARGE?			Ladungsmenge seit Aktivierung der Ladefunktion abfragen	Query charge since charge function activation
:ENERgy?			Energiemenge seit Aktivierung der Ladefunktion abfragen	Query energy since charge function activation
:STOP				
:CHARGE	<NRf> MIN MAX	Ah	Ladungsmenge setzen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Set charge amount for charge function deactivation
:CHARGE?	[MIN MAX]		Ladungsmenge abfragen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Query charge amount for charge function deactivation
:CURRENT	<NRf> MIN MAX	A	Stromstärke setzen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Set current value for charge function deactivation
:CURRENT?	[MIN MAX]		Stromstärke abfragen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Query current value for charge function deactivation
:ENABLE	CHARGE CURRENT ENERgy TIME VOLTage, <Boolean>		Freigabezustand für das spezifizierte Ereignis zum Beenden der Ladefunktion setzen	Set enable state for the specified event for charge function deactivation
:ENABLE?	CHARGE CURRENT ENERgy TIME VOLTage		Freigabezustand für das spezifizierte Ereignis zum Beenden der Ladefunktion abfragen	Query enable state for the specified event for charge function deactivation
:ENERgy	<NRf> MIN MAX	Wh	Energiemenge setzen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Set energy amount for charge function deactivation
:ENERgy?	[MIN MAX]		Energiemenge abfragen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Query energy amount for charge function deactivation
:EVENT?			Ereignis abfragen, durch das die Ladefunktion zuletzt beendet wurde	Query event which stopped the charge function
:TIME	<NRf> MIN MAX	s	Zeitdauer setzen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Set duration for charge function deactivation
:TIME?	[MIN MAX]		Zeitdauer abfragen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Query duration for charge function deactivation
:VOLTage	<NRf> MIN MAX	V	Spannungswert setzen, bei der die Ladefunktion deaktiviert wird	Set voltage value for charge function deactivation

:VOLTage?	[MIN MAX]		Spannungswert abfragen, bei dem die Ladefunktion deaktiviert wird	Query voltage value for charge function deactivation
:TIME?			Zeitdauer abfragen, die seit Aktivierung der Ladefunktion verstrichen ist	Query duration since charge function activation
DISCharge				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand der Entladefunktion setzen	Set activation state of discharge function
[:STATe]?			Aktivierungszustand der Entladefunktion abfragen	Query activation state of discharge function
:CHARge?			Ladungsmenge seit Aktivierung der Entladefunktion abfragen	Query charge since discharge function activation
:ENERgy?			Energiemenge seit Aktivierung der Entladefunktion abfragen	Query energy since discharge function activation
:STOP				
:CHARge	<NRf> MIN MAX	Ah	Ladungsmenge setzen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Set charge amount for discharge function deactivation
:CHARge?	[MIN MAX]		Ladungsmenge abfragen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Query charge amount for discharge function deactivation
:CURRent	<NRf> MIN MAX	A	Stromstärke setzen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Set current value for discharge function deactivation
:CURRent?	[MIN MAX]		Stromstärke abfragen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Query current value for discharge function deactivation
:ENABle	CHARge CURRent ENERgy TIME VOLTage, <Boolean>		Freigabezustand für das spezifizierte Ereignis zum Beenden der Entladefunktion setzen	Set enable state for the specified event for discharge function deactivation
:ENABle?	CHARge CURRent ENERgy TIME VOLTage		Freigabezustand für das spezifizierte Ereignis zum Beenden der Entladefunktion abfragen	Query enable state for the specified event for discharge function deactivation
:ENERgy	<NRf> MIN MAX	Wh	Energiemenge setzen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Set energy amount for discharge function deactivation
:ENERgy?	[MIN MAX]		Energiemenge abfragen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Query energy amount for discharge function deactivation
:EVENT?			Ereignis abfragen, durch das die Entladefunktion zuletzt beendet wurde	Query event which stopped the discharge function
:TIME	<NRf> MIN MAX	s	Zeitdauer setzen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Set duration for discharge function deactivation
:TIME?	[MIN MAX]		Zeitdauer abfragen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Query duration for discharge function deactivation
:VOLTage	<NRf> MIN MAX	V	Spannungswert setzen, bei der die Entladefunktion deaktiviert wird	Set voltage value for discharge function deactivation
:VOLTage?	[MIN MAX]		Spannungswert abfragen, bei dem die Entladefunktion deaktiviert wird	Query voltage value for discharge function deactivation
:TIME?			Zeitdauer abfragen, die seit Aktivierung der Entladefunktion verstrichen ist	Query duration since discharge function activation

:MEASure				
:IRESistance				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand für Innenwiderstands-messung setzen	Set activation state for internal resistance measurement
[:STATe]?			Aktivierungszustand für Innenwiderstands-messung abfragen	Query activation state for internal resistance measurement
:CURRent	<NRf>,<NRf>	A	Ströme für Innenwiderstandsmessung setzen	Set load currents for internal resistance measurement
:CURRent?			Ströme für Innenwiderstandsmessung abfragen	Query load currents for internal resistance measurement
:DWELL	<NRf>,<NRf>	s	Verweilzeiten der Ströme für Innenwiderstandsmessung setzen	Set dwell times of currents for internal resistance measurement
:DWELL?			Verweilzeiten der Ströme für Innenwiderstandsmessung abfragen	Query dwell times of currents for internal resistance measurement
:RESistance?			Zuletzt ermittelten Innenwiderstand abfragen	Query last determined internal resistance
:TIME?			Verstrichene Zeit für Innenwiderstandsmessung abfragen	Query elapsed time for internal resistance measurement
:MODE	CURRent POWer RESistance VOLTage		Sollwert für Grundbetriebsart der Regelung setzen	Set setting value for basic operating mode of regulation
:MODE?			Sollwert für Grundbetriebsart der Regelung abfragen	Query setting value for basic operating mode of regulation
:TRIGgered	CURRent POWer RESistance VOLTage		Getriggerten Sollwert für Grundbetriebsart der Regelung setzen	Set triggered setting value for basic operating mode of regulation
:TRIGgered?			Getriggerten Sollwert für Grundbetriebsart der Regelung abfragen	Query triggered setting value for basic operating mode of regulation
:MODulate				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand der Modulation setzen	Set activation state of modulation
[:STATe]?	<Boolean>		Aktivierungszustand der Modulation abfragen	Query activation state of modulation
:MODE	CURRent VOLTage		Betriebsart der Regelung für die Modulation setzen	Set operating mode of regulation for modulation
:MODE?			Betriebsart der Regelung für die Modulation abfragen	Query operating mode of regulation for modulation
:WAVEform				
:AMPLitude	<NRf> MIN MAX		Amplitude für die Modulation setzen	Set amplitude for modulation
:AMPLitude?	[MIN MAX]		Amplitude für die Modulation abfragen	Query amplitude for modulation
:ARBitrary				
[:LEVel]	<NRf>{1000}		Punkte der arbiträren Wellenform für die Modulation setzen	Set points of arbitrary waveform for modulation
[:LEVel]?			Punkte der arbiträren Wellenform für die Modulation abfragen	Query points of arbitrary waveform for modulation
:FREQuency	<NRf> MIN MAX	Hz	Frequenz für die Modulation setzen	Set frequency for modulation
:FREQuency?	[MIN MAX]		Frequenz für die Modulation abfragen	Query frequency for modulation

:TYPE	ARbitrary SAWTooth SINE SQUare TRIangle		Wellenform für die Modulation setzen	Set waveform for modulation
:TYPE?			Wellenform für die Modulation abfragen	Query waveform for modulation
:SPEed	SLOW FAST		Regelgeschwindigkeit setzen	Set regulation speed
:SPEed?			Regelgeschwindigkeit abfragen	Query regulation speed
ICONductance				
[:LEVel]				
[:IMMediate]	<NRf> MIN MAX	S	Sollwert für Innenleitwert setzen	Set setting value for internal conductance
[:IMMediate]?	[MIN MAX]		Sollwert für Innenleitwert abfragen	Query setting value for internal conductance
INITiate				
[:IMMediate]			Triggersystem initialisieren	Initialize trigger system
:CONTInuous	<Boolean>		Aktivierungszustand zum kontinuierlichen Initialisieren des Triggersystems setzen	Set activation state for continuously initializing the trigger system
:CONTInuous?			Aktivierungszustand zum kontinuierlichen Initialisieren des Triggersystems abfragen	Query activation state for continuously initializing the trigger system
IRESistance				
[:LEVel]				
[:IMMediate]	<NRf> MIN MAX	Ohm	Sollwert für Innenwiderstand setzen	Set setting value for internal resistance
[:IMMediate]?	[MIN MAX]		Sollwert für Innenwiderstand abfragen	Query setting value for internal resistance
LIST				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand für die Ausführung einer Liste setzen	Set activation state of list execution
[:STATe]?			Aktivierungszustand für die Ausführung einer Liste abfragen	Query activation state of list execution
:ACQuisition				
[:ENABle]	<Boolean>		Aktivierungszustand für die Messdatenerfassung beim Ausführen einer Liste setzen	Set activation state for data acquisition during list execution
[:ENABle]?			Aktivierungszustand für die Messdatenerfassung beim Ausführen einer Liste abfragen	Query activation state for data acquisition during list execution
:COUNT	<NRf> MIN MAX		Anzahl der Listendurchläufe setzen	Set number of list iterations
:COUNT?	[MIN MAX]		Anzahl der Listendurchläufe abfragen	Query number of list iterations
:CURRent				
[:LEVel]	<NRf>{,<NRf>}	A	Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangsstrom setzen	Set setting values in the list for the regulated output current
[:LEVel]?			Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangsstrom abfragen	Query setting values in the list for the regulated output current
:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangsstrom abfragen	Query number of setting values in the list for the regulated output current
:DWELL	<NRf>{,<NRf>}	s	Sollwerte in der Liste für die Verweilzeit setzen	Set setting values in the list for dwell times
:DWELL?			Sollwerte in der Liste für die Verweilzeit abfragen	Query setting values in the list for dwell times

:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für die Verweilzeit abfragen	Query number of setting values in the list for dwell times
:MODE	CURRent RESistance VOLTage		Betriebsart der Regelung für die Ausführung der Liste setzen	Set regulation mode for list execution
:MODE?			Betriebsart der Regelung für die Ausführung der Liste abfragen	Query regulation mode for list execution
:POINTs?			Anzahl der ausgeführten Listenelemente seit Aktivierung der Liste abfragen	Query number of executed list points since list activation
:POWER				
[:LEVel]	<NRf>{,<NRf>}	W	Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsleistung setzen	Set setting values in the list for the regulated output power
[:LEVel]?			Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsleistung abfragen	Query setting values in the list for the regulated output power
:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsleistung abfragen	Query number of setting values in the list for the regulated output power
:RESistance				
[:LEVel]	<NRf>{,<NRf>}	Ohm	Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangswiderstand setzen	Set setting values in the list for the regulated output resistance
[:LEVel]?			Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangswiderstand abfragen	Query setting values in the list for the regulated output resistance
:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für den geregelten Ausgangswiderstand abfragen	Query number of setting values in the list for the regulated output resistance
:RTIME	<NRf>{,<NRf>}	s	Sollwerte in der Liste für die Rampenzeit setzen	Set setting values in the list for ramp times
:RTIME?			Sollwerte in der Liste für die Rampenzeit abfragen	Query setting values in the list for ramp times
:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für die Rampenzeit abfragen	Query number of setting values in the list for ramp times
:STIME				
:DWELL	<NRf>{,<NRf>}	s	Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Verweilzeiten setzen	Set setting values in the list for sample times during dwell times
:DWELL?			Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Verweilzeiten abfragen	Query setting values in the list for sample times during dwell times
:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Verweilzeiten abfragen	Query number of setting values in the list for sample times during dwell times
:RTIME	<NRf>{,<NRf>}	s	Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Rampenzeiten setzen	Set setting values in the list for sample times during ramp times
:RTIME?			Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Rampenzeiten abfragen	Query setting values in the list for sample times during ramp times
:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für Abtastzeiten während den Rampenzeiten abfragen	Query number of setting values in the list for sample times during ramp times

:TIME?			Zeitdauer abfragen, die seit Aktivierung der Liste verstrichen ist	Query execution time since list activation
:TRIGger				
[:ENABle]	<Boolean>		Aktivierungszustand zum Triggern der Listenausführung setzen	Set activation status of triggering the list processing
[:ENABle]?			Aktivierungszustand zum Triggern der Listenausführung abfragen	Query activation status of triggering the list processing
:VOLTage				
[:LEVeL]	<NRf>{,<NRf>}	V	Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsspannung setzen	Set setting values in the list for the regulated output voltage
[:LEVeL]?			Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsspannung abfragen	Query setting values in the list for the regulated output voltage
:POINTs?	[MIN MAX]		Anzahl der Sollwerte in der Liste für die geregelte Ausgangsspannung abfragen	Query number of setting values in the list for the regulated output voltage
MEASure				
:CURRent?			Strommesswert abfragen	Query current measurement value
:POWer?			Leistungsmesswert abfragen	Query power measurement value
:RESistance?			Widerstandsmesswert abfragen	Query resistance measurement value
:TEMPerature?			Temperaturmesswert abfragen	Query temperature measurement value
:VOLTage?			Spannungsmesswert abfragen	Query voltage measurement value
OUTPut				
[:STATe]	<Boolean>		Sollwert für Aktivierungszustand des Ausgangs setzen	Set setting value for activation state of output
[:STATe]?			Sollwert für Aktivierungszustand des Ausgangs abfragen	Query setting value for activation state of output
:TRIGgered	<Boolean>		Getriggerten Sollwert für Aktivierungszustand des Ausgangs setzen	Set triggered setting value for activation state of output
:TRIGgered?			Getriggerten Sollwert für Aktivierungszustand des Ausgangs abfragen	Query triggered setting value for activation state of output
:MODE	AC DC		Modus des Ausgangs setzen	Set output mode
:MODE?			Modus des Ausgangs abfragen	Query output mode
:WDOG				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand des Watchdogs setzen	Set activation state of watchdog
[:STATe]?			Aktivierungszustand des Watchdogs abfragen	Query activation state of watchdog
:TIMEout	<NRf> MIN MAX	s	Ablaufzeit des Watchdogs setzen	Set watchdog timeout
:TIMEout?	[MIN MAX]		Ablaufzeit des Watchdogs abfragen	Query watchdog timeout
:RESet			Watchdog zurücksetzen	Reset watchdog
PORT				
:IO				
:IPIN?	<NRf>		Logischen Zustand des spezifizierten, digitalen Eingangspins am I/O-Port abfragen	Query logic state of specified digital input pin at I/O port

POWer				
[:LEVel]				
[:IMMediate]	<NRf> MIN MAX	W	Sollwert für Leistung setzen	Set setting value for power
[:IMMediate]?	[MIN MAX]		Sollwert für Leistung abfragen	Query setting value for power
:TRIGgered	<NRf> MIN MAX	W	Getriggerten Sollwert für Leistung setzen	Set triggered setting value for power
:TRIGgered?	[MIN MAX]		Getriggerten Sollwert für Leistung abfragen	Query triggered setting value for power
RECTangle				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand für die Ausführung der Rechteckfunktion setzen	Set activation state for the rectangular function
[:STATe]?			Aktivierungszustand für die Ausführung der Rechteckfunktion abfragen	Query activation state for the rectangular function
:CURRent				
[:LEVel]	<NRf>,<NRf>	A	Sollwerte für den Ausgangsstrom während den Verweilzeiten der Rechteckfunktion setzen	Set current settings for the dwell times of the rectangular function
[:LEVel]?			Sollwerte für den Ausgangsstrom während den Verweilzeiten der Rechteckfunktion abfragen	Query current settings for the dwell times of the rectangular function
:DWELL	<NRf>,<NRf>	s	Sollwerte für die Verweilzeiten der Rechteckfunktion setzen	Set dwell time settings for the rectangular function
:DWELL?			Sollwerte für die Verweilzeiten der Rechteckfunktion abfragen	Query dwell time settings for the rectangular function
:MODE	CURRent VOLTage		Betriebsart der Regelung für die Ausführung der Rechteckfunktion setzen	Set regulation mode for rectangular function execution
:MODE?			Betriebsart der Regelung für die Ausführung der Rechteckfunktion abfragen	Query regulation mode for rectangular function execution
VOLTage				
[:LEVel]	<NRf>,<NRf>	V	Sollwerte für die Spannung während den Verweilzeiten der Rechteckfunktion setzen	Set voltage settings for the dwell times of the rectangular function
[:LEVel]?			Sollwerte für die Spannung während den Verweilzeiten der Rechteckfunktion abfragen	Query voltage settings for the dwell times of the rectangular function
RESistance				
[:LEVel]				
[:IMMediate]	<NRf> MIN MAX	Ohm	Sollwert für Widerstand setzen	Set setting value for resistance
[:IMMediate]?	[MIN MAX]		Sollwert für Widerstand abfragen	Query setting value for resistance
:TRIGgered	<NRf> MIN MAX	Ohm	Getriggerten Sollwert für Widerstand setzen	Set triggered setting value for resistance
:TRIGgered?	[MIN MAX]		Getriggerten Sollwert für Widerstand abfragen	Query triggered setting value for resistance
SERVICE				
:CALibration				
[:STATe]	<Boolean>[,<Code>]		Aktivierungszustand für Kalibriermodus setzen	Set activation state for calibration mode
[:STATe]?			Aktivierungszustand für Kalibriermodus abfragen	Query activation state for calibration mode
:LEVel				

[:REfERENCE]				
:HIGH	CURR VOLT,<NRf>		Referenzwert der oberen Stützstelle zur Justierung der geregelten Ausgangsgröße setzen	Set reference value of upper point for adjusting regulated level
:LOW	CURR VOLT,<NRf>		Referenzwert der unteren Stützstelle zur Justierung der geregelten Ausgangsgröße setzen	Set reference value of lower point for adjusting regulated level
:SElect	A B		Zu justierenden Stellpfad setzen	Set setting path to adjust
:SElect?			Zu justierenden Stellpfad abfragen	Query setting path to adjust
:MEASure				
[:REfERENCE]				
:HIGH	CURR VOLT,<NRf>		Referenzwert der oberen Stützstelle zur Justierung einer Messgröße setzen	Set reference value of upper point for adjusting measurement level
:LOW	CURR VOLT,<NRf>		Referenzwert der unteren Stützstelle zur Justierung einer Messgröße setzen	Set reference value of lower point for adjusting measurement level
:PROTection				
[:REfERENCE]				
:HIGH	CURR VOLT,<NRf>		Referenzwert der oberen Stützstelle zur Justierung einer Begrenzung setzen	Set reference value of upper point for adjusting protection level
:LOW	CURR VOLT,<NRf>		Referenzwert der unteren Stützstelle zur Justierung einer Begrenzung setzen	Set reference value of lower point for adjusting protection level
:SElect	LOW HIGH		Zu justierenden Begrenzungspfad setzen	Set protection path to adjust
:SElect?			Zu justierenden Begrenzungspfad abfragen	Query protection path to adjust
[:PARAmeter]				
:VALue	<NRf>,<NRf>		Wert in Parameterspeicher schreiben	Write value to parameter memory
:VALue?	<NRf>		Wert aus Parameterspeicher lesen	Read value from parameter memory
SETTing				
:EXTeRnal				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand für externe Ansteuerung setzen	Set activation state of external control
[:STATe]?			Aktivierungszustand für externe Ansteuerung abfragen	Query activation state of external control
:ENABle	OUTPut MODE ILEVl PLEVl SPEEd,<Boolean>		Freigabezustand eines externen Steuersignals setzen	Set enable state of an external control signal
:ENABle?			Freigabezustand eines externen Steuersignals abfragen	Query enable state of an external control signal
STATUs				
:OPERation				
[:EVENT]?			Operation Status Event Register abfragen	Query Operation Status Event register
:CONDition?			Operation Status Condition Register abfragen	Query Operation Status Condition register
:ENABle	<NRf>		Operation Status Enable Register setzen	Set Operation Status Enable register
:ENABle?			Operation Status Enable Register abfragen	Query Operation Status Enable register

:PRESet			Status Enable Register auf definierte Werte setzen	Preset Status Enable registers
:QUESTionable				
[:EVENT]?			Questionable Status Event Register abfragen	Query Questionable Status Event register
:CONDition?			Questionable Status Condition Register abfragen	Query Questionable Status Condition register
:ENABLE	<Nrf>		Questionable Status Enable Register setzen	Set Questionable Status Enable register
:ENABLE?			Questionable Status Enable Register abfragen	Query Questionable Status Enable register
SYSTem				
:BEEP	<Nrf> MIN MAX		Piepser für spezifizierte Zeitdauer aktivieren	Activate buzzer for specified duration
:COMMunication				
:CAN				
:ADDRess	<Nrf>		Adresse der CAN-Schnittstelle setzen	Set address of the CAN interface
:ADDRess?	[MIN MAX]		Adresse der CAN-Schnittstelle abfragen	Query address of the CAN interface
:BAUD	<Nrf>		Baudrate der CAN-Schnittstelle setzen	Set baud rate of the CAN interface
:BAUD?	[MIN MAX]		Baudrate der CAN-Schnittstelle abfragen	Query baud rate of the CAN interface
:TERMination				
[:STATe]	<Nrf>		Aktivierungszustand des Terminierungswiderstands für die CAN-Schnittstelle setzen	Set activation state of termination resistor of the CAN interface
[:STATe]?	[MIN MAX]		Aktivierungszustand des Terminierungswiderstands für die CAN-Schnittstelle abfragen	Query activation state of termination resistor of the CAN interface
:GPIB				
:ADDRess	<Nrf> MIN MAX		Adresse der GPIB-Schnittstelle setzen	Set address of the GPIB interface
:ADDRess?	[MIN MAX]		Adresse der GPIB-Schnittstelle abfragen	Query address of the GPIB interface
:LAN				
:DHCP				
[:STATe]	<Boolean>		Aktivierungszustand für die Verwendung des DHCP-Protokolls setzen	Set activation state of using DHCP protocol
[:STATe]?			Aktivierungszustand für die Verwendung des DHCP-Protokolls abfragen	Query activation state of using DHCP protocol
:DNS				
[:ADDRess]	<string>		Statische IP-Adresse des DNS-Servers setzen	Set static IP address of DNS server
[:ADDRess]?	[ACTual STATic]		IP-Adresse des DNS-Servers abfragen	Query IP address of DNS server
:GATEway				
[:ADDRess]	<string>		Statische IP-Adresse des Gateways setzen	Set static IP address of Gateway
[:ADDRess]?	[ACTual STATic]		IP-Adresse des Gateways abfragen	Query IP address of Gateway
:HOSTname?			Hostname der Quelle-Senke abfragen	Query host name of source-sink
:IP				
[:ADDRess]	<string>		Statische IP-Adresse der LAN-Schnittstelle setzen	Set static IP Address of LAN interface
[:ADDRess]?	[ACTual STATic]		IP-Adresse der LAN-Schnittstelle abfragen	Query IP Address of LAN interface
:MAC				
[:ADDRess]?			MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle abfragen	Query MAC Address of LAN interface

:PORT	<NRf>		TCP-Port-Nummer der LAN-Schnittstelle setzen	Set TCP Port number of LAN interface
:PORT?			TCP-Port-Nummer der LAN-Schnittstelle abfragen	Query TCP Port number of LAN interface
:SUBNet				
[:MASK]	<string>		Subnet Mask der LAN-Schnittstelle setzen	Set Subnet Mask of LAN interface
[:MASK]?	[ACTual STATic]		Subnet Mask der LAN-Schnittstelle abfragen	Query Subnet Mask of LAN interface
:SERial				
:BAUD	<NRf> MIN MAX		Baudrate für die RS-232-Schnittstelle setzen	Set baud rate of RS-232 interface
:BAUD?	[MIN MAX]		Baudrate für die RS-232-Schnittstelle abfragen	Query baud rate of RS-232 interface
:BITS?	[MIN MAX]		Anzahl der Datenbits für die RS-232-Schnittstelle abfragen	Query number of data bits of RS-232 interface
:PARity	EVEN NONE ODD		Parität für die RS-232-Schnittstelle setzen	Set Parity of RS-232 interface
:PARity?			Parität für die RS-232-Schnittstelle abfragen	Query Parity of RS-232 interface
:SBITs	<NRf> MIN MAX		Anzahl der Stoppbits für die RS-232-Schnittstelle setzen	Set number of stop bits of RS-232 interface
:SBITs?	[MIN MAX]		Anzahl der Stoppbits für die RS-232-Schnittstelle abfragen	Query number of stop bits of RS-232 interface
:VCP				
:BAUD	<NRf> MIN MAX		Baudrate für die USB VCP Schnittstelle setzen	Set baud rate of USB VCP interface
:BAUD?	[MIN MAX]		Baudrate für die USB VCP-Schnittstelle abfragen	Query baud rate of USB VCP interface
:BITS?	[MIN MAX]		Anzahl der Datenbits für die USB VCP-Schnittstelle abfragen	Query number of data bits of USB VCP interface
:PARity	EVEN NONE ODD		Parität für die USB VCP-Schnittstelle setzen	Set parity of USB VCP interface
:PARity?			Parität für die USB VCP-Schnittstelle abfragen	Query parity of USB VCP interface
:SBITs	<NRf> MIN MAX		Anzahl der Stoppbits für die USB VCP-Schnittstelle setzen	Set number of stop bits of USB VCP interface
:SBITs?	[MIN MAX]		Anzahl der Stoppbits für die USB VCP-Schnittstelle abfragen	Query number of stop bits of USB VCP interface
:COOLing				
[:MODE]	AUTO FULL		Modus für die Kühlung der Endstufe setzen	Set mode for power stage cooling
[:MODE]?			Modus für die Kühlung der Endstufe abfragen	Query mode for power stage cooling
:DATE	<year>,<month>,<day>		Datum setzen	Set date
:DATE?			Datum abfragen	Query date
:ERRor				
[:NEXT]?			Nächsten Eintrag aus der Fehlerwarteschlange auslesen	Read next entry from the error queue
:ALL?			Alle Einträge aus der Fehlerwarteschlange auslesen	Read all entries from the error queue
:COUNT?			Anzahl der Einträge in der Fehlerwarteschlange abfragen	Query number of entries in the error queue
:HELP				

:HEADers?			Alle SCPI-Befehlsheader abfragen	Query all SCPI command headers
:KLOCK	<Boolean>		Aktivierungszustand der Tastensperre setzen	Set activation state of the keylock function
:KLOCK?			Aktivierungszustand der Tastensperre abfragen	Query activation state of the keylock function
:LOCAL			Lokale Bedienung aktivieren	Activate local control
:PRESet			Werkseinstellungen setzen	Set factory settings
:REMOte			Fernsteuerung über eine Datenschnittstelle aktivieren	Activate remote control by a data interface
:TIME	<hour>,<minute>,<second>		Uhrzeit setzen	Set time
:TIME?			Uhrzeit abfragen	Query time
:VERSion?			Version des kompatiblen SCPI-Standards abfragen	Query version of compatible SCPI standard
TRIGger				
[[:IMMediate]			Trigger-Ereignis (unabhängig von Trigger-Quelle) erzeugen	Generate trigger event (independent of trigger source)
:DELay	<NRf> MIN MAX	s	Triggervverzögerung setzen	Set trigger delay
:DELay?			Triggervverzögerung abfragen	Query trigger delay
:HOLDoff	<NRf> MIN MAX	s	Triggerfreihaltezeit setzen	Set trigger holdoff time
:HOLDoff?			Triggerfreihaltezeit abfragen	Query trigger holdoff time
:LEVel				
:CURRent	<NRf> MIN MAX	A	Stromwert zur Erzeugung eines Trigger-Ereignisses setzen	Set current value to generate a trigger event
:CURRent?	[MIN MAX]		Stromwert zur Erzeugung eines Trigger-Ereignisses abfragen	Query current value to generate a trigger event
:VOLTage	<NRf> MIN MAX	V	Spannungswert zur Erzeugung eines Trigger-Ereignisses setzen	Set voltage value to generate a trigger event
:VOLTage?	[MIN MAX]		Spannungswert zur Erzeugung eines Trigger-Ereignisses abfragen	Query voltage value to generate a trigger event
:SLOPe	EITHer POSitive NEGative		Signalflanke für Trigger-Ereignis am I/O-Port setzen	Set signal edge for generating trigger event at I/O port
:SLOPe?			Signalflanke für Trigger-Ereignis am I/O-Port abfragen	Query signal edge for generating trigger event at I/O port
:SOURce	BUS CURRent EXTernal MANual VOLTage		Quelle für Trigger-Ereignisse setzen	Set trigger source
:SOURce?			Quelle für Trigger-Ereignisse abfragen	Query trigger source
VOLTage				
[[:LEVel]				
[[:IMMediate]	<NRf> MIN MAX	V	Sollwert für Spannung setzen	Set setting value for voltage
[[:IMMediate]?]	[MIN MAX]		Sollwert für Spannung abfragen	Query setting value for voltage
:TRIGgered	<NRf> MIN MAX	V	Getriggerten Sollwert für Spannung setzen	Set triggered setting value for voltage
:TRIGgered?	[MIN MAX]		Getriggerten Sollwert für Spannung abfragen	Query triggered setting value for voltage

:PROtection				
[:LEVel]:HIGH	<NRf> MIN MAX	V	Sollwert für obere Spannungsbegrenzung setzen	Set setting value for high voltage protection
[:LEVel]:HIGH?	[MIN MAX]		Sollwert für obere Spannungsbegrenzung abfragen	Query setting value for high voltage protection
[:LEVel]:LOW	<NRf> MIN MAX	V	Sollwert für untere Spannungsbegrenzung setzen	Set setting value for low voltage protection
[:LEVel]:LOW?	[MIN MAX]		Sollwert für untere Spannungsbegrenzung abfragen	Query setting value for low voltage protection
WAVEform				
:ARbitrary				
[:LEVel]	<NRf>{1000}		Punkte der arbiträren Wellenform für AC-Betrieb setzen	Set points of arbitrary waveform for AC mode
[:LEVel]?			Punkte der arbiträren Wellenform für AC-Betrieb abfragen	Query points of arbitrary waveform for AC mode
:FREquency	<NRf> MIN MAX	Hz	Frequenz für den AC-Betrieb setzen	Set frequency for AC mode
:FREquency?	[MIN MAX]		Frequenz für den AC-Betrieb abfragen	Query frequency for AC mode
:OFFSet				
:CURRent	<NRf> MIN MAX	A	Strom-Offset für den AC-Betrieb setzen	Set current offset for AC mode
:CURRent?	[MIN MAX]		Strom-Offset für den AC-Betrieb abfragen	Query current offset for AC mode
:VOLTage	<NRf> MIN MAX	V	Spannungs-Offset für den AC-Betrieb setzen	Set voltage offset for AC mode
:VOLTage?	[MIN MAX]		Spannungs-Offset für den AC-Betrieb abfragen	Query voltage offset for AC mode
:TYPE	ARbitrary SAWTooth SINE SQUare TRIangle		Typ der Wellenform für AC-Betrieb setzen	Set waveform type for AC mode
:TYPE?			Typ der Wellenform für AC-Betrieb abfragen	Query waveform type for AC mode

6 Externe Steuerung über I/O-Port

Die Geräte der Serie QL verfügen über einen I/O-Port, über den Einstellungen und Messungen mittels analogen und digitalen Signalen vorgenommen werden können. Dieser Port erlaubt die schnellstmögliche Art der Steuerung und ist als 25-polige D-Sub-Buchsenleiste ausgeführt.

Zwei Varianten stehen zur Verfügung:

- Standard-I/O-Port
- Galvanisch isolierter I/O-Port (Option QL06)

Beide I/O-Ports haben den gleichen Funktionsumfang und die gleiche Steckerbelegung.



Das An- und Abstecken des I/O-Ports ist nur bei ausgeschalteter Quelle-Senke erlaubt!

6.1 Standard I/O-Port



Beim Standard-I/O-Port sind der negative Ausgang (Output -) und der GND des I/O-Ports galvanisch miteinander verbunden. Dadurch können am I/O-Port berührungsgefährliche Spannungen entstehen, wenn das Potential am Ausgang hochgelegt wird!



Eine zusätzliche Verbindung irgendeines Pins am I/O-Port mit den Ausgangs- oder Sense-Klemmen des Gerätes erzeugt Kurzschlüsse oder Masseschleifen und kann zu Fehlfunktionen, Fehlmessungen bis hin zur Zerstörung des Gerätes führen!

Für Anwendungsfälle, in denen zwischen dem GND des I/O-Ports und dem negativen Ausgang höhere Spannungsdifferenzen als $\pm 2\text{ V}$ zu erwarten sind, empfehlen wir den galvanisch isolierten I/O-Port (Option QL06). Achten Sie auch auf dynamische Spannungsdifferenzen!

6 External Control via I/O Port

The devices of the QL series have an I/O port via which settings and measurements can be made using analog and digital signals. This port allows the fastest possible type of control and is designed as a 25-pin D-Sub female connector.

There are two alternatives:

- Standard I/O port
- Galvanically isolated I/O port (Option QL06)

Both I/O ports provide the same functions and have the same pinning.



Connecting and disconnecting the I/O port is only allowed when the source-sink is switched off!

6.1 Standard I/O Port



At the Standard I/O port, the negative output terminal (Output -) and GND of the I/O port are galvanically connected. Thereby dangerous voltages may appear at the I/O port if the output potential is shifted!



Additional connections of one of the pins of the I/O port to one of the output terminals or to the sense terminals can produce short circuits or ground loops which cause malfunction, incorrect measurement data or can even damage the unit!


If potential differences higher than $\pm 2\text{ V}$ between the GND of the I/O port and the negative output terminal are expected, the galvanically isolated I/O Port is recommended (Option QL06). Pay also attention to dynamic voltage differences!

6.2 Isolierter I/O-Port (Option QL06)

Beim isolierten I/O-Port sind alle Eingänge und Ausgänge vom Ausgang galvanisch getrennt. Die zulässigen Potentiale am isolierten I/O-Port sind in Kapitel 2.3.4 Zulässige Spannungen an den Geräteanschlüssen definiert.

Im Dialog *Main Menu* -> *Tech. Data* ist unter dem Abschnitt *Options* ersichtlich, ob ein isolierter I/O-Port am Gerät vorhanden ist. Weiter können durch den SCPI-Befehl **OPT?* (siehe 5.9.6 **OPT?*) die verfügbaren Optionen abgefragt werden.

6.3 Steckerbelegung I/O-Port



Pin	Name ¹⁾	Beschreibung	Dir. ²⁾	Pegel ³⁾
1	GNDA	GND für analoge Signale		
2	n.u.	Keine Funktion. Nicht anschließen!		
3	10V_LEVEL-	Negativer Steuereingang -10 ... 10 V für geregelte Ausgangsgröße	E	±10 V
4	5V_LEVEL-	Negativer Steuereingang -5 ... 5 V für geregelte Ausgangsgröße	E	±5 V
5	/STAT_OUTP_ON	Aktivierungsstatus des Ausgangs	A	Logik

6.2 Isolated I/O Port (Option QL06)

The isolated I/O port provides all inputs and outputs with galvanic isolation from the output. The admissible potentials at the isolated I/O port are defined in chapter 2.3.4 Permissible Voltages at the Device Terminals.

In the dialog *Main Menu* -> *Tech. Data* you can see under the *Options* section if an isolated I/O port is available at the device. Furthermore, the SCPI command **OPT?* (see 5.9.6 **OPT?*) can be used to query the available options.

6.3 Pin Assignment I/O Port

Pin	Name ¹⁾	Description	Dir. ²⁾	Level ³⁾
1	GNDA	GND für analog signals		
2	n.u.	Not used. Do not connect!		
3	10V_LEVEL-	Negative control input -10 ... 10 V for regulated output level	I	±10 V
4	5V_LEVEL-	Negative control input -5 ... 5 V for regulated output level	I	±5 V
5	/STAT_OUTP_ON	Activation status of output	O	Logic

6	PROT_HI+	Positiver Steuereingang für obere Begrenzung -10 ... 10 V	E	±10 V
7	PROG_IN	Abfragbarer Logikeingang	E	Logik
8	MODE_VOLT	Steuereingang für die Betriebsart der Regelung	E	Logik
9	/OUTP_ON	Steuereingang für Aktivierung des Ausgangs	E	Logik
10	SPEED_FAST	Steuereingang für Regelgeschwindigkeit	E	Logik
11	RSD	Remote Shut-Down	E	Logik
12	/TRIG_OUT	Trigger-Ausgang	A	Logik
13	/STAT_PROT_HI	Status für obere Begrenzung	A	Logik
14	VMON	Monitorsignal für Ausgangsspannung	A	±10 V
15	IMON	Monitorsignal für Ausgangsstrom	A	±10 V
16	10V_LEVEL+	Positiver Steuereingang -10 ... 10 V für geregelte Ausgangsgröße	E	±10 V
17	5V_LEVEL+	Positiver Steuereingang -5 ... 5 V für geregelte Ausgangsgröße	E	±5 V
18	PROT_HI-	Negativer Steuereingang für obere Begrenzung -10 ... 10 V	E	±10 V
19	PROT_LO-	Neg. Steuereingang für untere Begrenzung -10 ... 10 V	E	±10 V
20	n.u.	Keine Funktion. Nicht anschließen!		
21	PROT_LO+	Pos. Steuereingang für untere Begrenzung -10 ... 10 V	E	±10 V

6	PROT_HI+	Positive control input for high protection -10 ... 10 V	I	±10 V
7	PROG_IN	Readable logic input	I	Logic
8	MODE_VOLT	Control signal for operating mode	I	Logic
9	/OUTP_ON	Control signal for activation of output	I	Logic
10	SPEED_FAST	Control signal for regulation speed	O	Logic
11	RSD	Remote Shut-Down	I	Logic
12	/TRIG_OUT	Trigger output	O	Logic
13	/STAT_PROT_HI	Status for high protection	O	Logic
14	VMON	Monitor signal for output voltage	O	±10 V
15	IMON	Monitor signal for output current	O	±10 V
16	10V_LEVEL+	Positive control input -10 ... 10 V for regulated output level	I	±10 V
17	5V_LEVEL+	Positive control input -5 ... 5 V for regulated output level	I	±5 V
18	PROT_HI-	Negative control input for high protection -10 ... 10 V	I	±10 V
6	PROT_LO-	Negative control input for low protection -10 ... 10 V	I	±10 V
20	n.u.	Not used. Do not connect!		
21	PROT_LO+	Positive control input for low protection -10 ... 10 V	I	±10 V

22	/CTRL_EXT	Steuereingang zum Aktivieren der ext. Ansteuerung	E	Logik
23	/STAT_PROT_LO	Status für untere Begrenzung	A	Logik
24	GND	GND für Logik-Signale		
25	TRIG_IN	Trigger-Eingang	E	Logik

¹⁾ Low-aktive Signale haben einen Schrägstrich (/) vor dem Namen.

²⁾ Signalrichtung: A: Ausgang, E: Eingang

³⁾ Signalpegel: Logik: siehe technische Daten
 ±5 V: -5 ... 5 V DC
 ±10 V: -10 ... 10 V DC

22	/CTRL_EXT	Control input for activation of external control	I	Logic
23	/STAT_PROT_LO	Status for low protection	O	Logic
24	GND	GND for logic signals		
25	TRIG_IN	Trigger input	I	Logic

¹⁾ active-low signals have a slash (/) in front of the name.

²⁾ signal direction: O: Output, I: Input

³⁾ signal level: Logic: see technical data
 ±5 V: -5 ... 5 V DC
 ±10V: -10 ... 10 V DC

6.4 Aktivierung der Steuersignale

Um die Steuerfunktionen des I/O-Ports zu verwenden, muss man

- die externe Steuerung aktivieren
 - durch manuelle Konfiguration an der Benutzerschnittstelle
 - oder durch SCPI-Befehl über Datenschnittstelle
 - oder durch eine Brücke auf GND an Pin /CTRL_EXT am I/O-Port

und

- einzelne Steuersignale freischalten
 - durch manuelle Konfiguration an der Benutzerschnittstelle
 - oder durch SCPI-Befehl über Datenschnittstelle

Die folgenden Sollwerte können extern vorgegeben werden:

- Aktivierungszustand für Ausgang: /OUTP_ON
- Betriebsart der Regelung (CV oder CC): MODE_VOLT
- Sollwert für die geregelte Ausgangsgröße
- Sollwert für untere Strom-/Spannungsbegrenzung
- Sollwert für obere Strom-/Spannungsbegrenzung
- Regelgeschwindigkeit

6.4 Activation of the Control Signals

In order to use the control functions of the I/O port you must

- activate external control
 - by manual configuration at the user interface
 - or by SCPI command via data interface
 - or by bridging pin /CTRL_EXT at I/O-Port to GND

and

- enable single control signals
 - by manual configuration at the user interface
 - or by SCPI command via data interface

The following settings can be set externally:

- Activation state for output
- regulation mode (CV or CC)
- Setting value for regulated output level
- Setting value for low current or voltage protection
- Setting value for high current or voltage protection
- regulation speed




Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der extern steuerbaren Funktionen
Figure 6.1: Schematic illustration of external controllable functions



Beim Aus- und Einschalten werden die Freigabezustände der einzelnen Signale wieder zurückgesetzt. Wenn das unerwünscht ist, kann man nach erfolgter Konfiguration die Geräteeinstellungen speichern und über die Benutzerschnittstelle eine entsprechende Power-on-Konfiguration einstellen. Siehe 4.24 Geräteeinstellungen speichern und laden.

Lokale Bedienung:

Main Menu -> Settings -> Basic settings -> Ext. control
Entsprechende Steuersignale aktivieren.

Digitale Fernsteuerung:

Siehe 5.10.17 SETTING-Subsystem.

Externe Steuerung:

Pin /CTRL_EXT mit Pin GND verbinden (ausschließlich Aktivierung der externen Steuerung).



Upon power-cycling, the enable states of the individual signals are reset. If this is undesirable, you can save the device settings after completing the configuration and set an appropriate power-on configuration via the user interface. See 4.24 Save and Recall Device Settings

Local operation:

Main Menu -> Settings -> Basic settings -> Ext. control
Activate corresponding control signals.

Digital remote operation:

See 5.10.17 SETTING Subsystem.

External control:

Connect pin /CTRL_EXT with pin GND (activation of external control only).

6.5 Logikpegel und Remote Shut-Down-Funktion

6.5 Logic Levels and Remote Shut-Down Function




Abbildung 6.2: Standard I/O-Port Board mit SW1 und JMP1

Figure 6.2: Standard I/O port board with SW1 and JMP1




Abbildung 6.3: Isoliertes I/O-Port Board mit SW1 und JMP1

Figure 6.3: Isolated I/O port board with SW1 and JMP1



Trennen Sie die Quelle-Senke von allen Spannungsquellen und sorgen Sie für ESD-Maßnahmen, wenn Sie die Leiterplatte des I/O-Ports aus- und einbauen!

SW1

Schalter für Spannungspegel der Logik-Ausgänge

- Position 5V (TTL-Pegel, Auslieferungszustand)
- Position 24V

Nur bei isoliertem I/O-Port: Schalter „Open Input“ für Logikpegel der unbeschalteten Eingänge:

- Auf Position NH belassen!

JMP1

Aktivierung der Remote Shut-Down-Funktion

- Jumper JMP1 gesteckt: Funktion deaktiviert (Auslieferungszustand)
- Jumper JMP1 entfernt: Funktion aktiviert

Siehe 6.6.1.1 Sicherheitsschaltung (Remote Shut-Down).



Disconnect the source-sink from all voltage sources and provide ESD measures when removing and installing the I/O port board!

SW1

Switch for voltage level of logic output signals

- 5V position (TTL level, factory default setting)
- 24V position

Only with isolated I/O port: switch „Open Input“ for logic level of unconnected inputs:

- Leave at NH position!

JMP1

Activation of remote shut-down function

- Jumper JMP1 plugged: function deactivated (factory default setting)
- Jumper JMP1 unplugged: function activated

See 6.6.1.1 Remote Shut-Down.

6.6 Logik-Ein- und Ausgänge

6.6 Logic Inputs and Outputs

6.6.1 Steuereingänge

Die Steuereingänge stehen in Bezug zum digitalen GND und haben im Ruhezustand einen Spannungspegel von 5 oder 24 Volt. Die Aktivierung oder Deaktivierung eines Steuersignals kann durch eine externe Spannung (Pegel s. technische Daten) bzw. durch Verbinden mit GND (zum Beispiel durch ein Relais) erfolgen.



Beachten Sie die Pegeldefinitionen für digitale Eingänge in den technischen Daten!



Note the level definitions for digital inputs in the technical data!

6.6.1.1 Sicherheitsschaltung (Remote Shut-Down)

Durch das Eingangssignal RSD kann der Ausgang sicher deaktiviert werden. Dieses Signal hat als Teil der Sicherheitsschaltung Vorrang gegenüber allen anderen Steuerquellen und ist bei Logikpegel High aktiv.

6.6.1.1 Remote Shut-Down

The output can be safely deactivated by the RSD input signal. As part of a safety circuit, this signal has priority over all other control sources and is active with a high level.

Im Auslieferungszustand des Geräts ist diese Funktion deaktiviert. Um die Funktion zu aktivieren, muss auf dem I/O Board die Kurzschlussbrücke JMP1 entfernt werden (siehe 6.5 Logikpegel und Remote Shut-Down-Funktion). Jetzt kann der Ausgang nur aktiviert werden, wenn das Signal RSD inaktiv ist.

Der Status des RSD-Signals kann über eine Kommunikationsschnittstelle durch den Befehl STATus:OPERation:CONDition? abgefragt werden. In der Statusleiste des Displays wird bei aktivem Remote Shut-Down-Signal RSD angezeigt.



Bei Verwendung der Sicherheitsschaltung muss der Jumper JMP1 entfernt werden! Ansonsten wird die angelegte Spannung kurzgeschlossen und der I/O-Port kann beschädigt werden.

6.6.1.2 Ausgang ein- und ausschalten

Durch das Eingangssignal /OUTP_ON kann der Ausgang ein- und ausgeschaltet werden.

Im unbeschalteten Zustand oder bei High-Pegel ist der Ausgang deaktiviert, bei Low-Pegel ist der Ausgang aktiviert.



Das Steuersignal RSD hat eine höhere Priorität als das Signal /OUTP_ON. Das heißt, ein aktives RSD-Signal schaltet den Ausgang aus, auch wenn das Signal /OUTP_ON aktiv ist.

6.6.1.3 Betriebsart der Regelung wählen

Durch das Signal MODE_VOLT kann die Betriebsart für die Regelung gewählt werden.

Im unbeschalteten Zustand oder bei High-Pegel ist der Spannungsbetrieb gewählt, bei Low-Pegel ist der Strombetrieb ausgewählt.



Die Quelle-Senke kann auch im CR- oder CP-Betrieb extern gesteuert werden. Dazu muss allerdings die Betriebsart über die Benutzer- oder über die Datenschnittstelle vorgegeben werden, nicht über den I/O-Port.

This function is deactivated when leaving the factory. To activate the function, the short-circuit bridge JMP1 on the I/O board must be removed (see 6.5 Logic Levels and Remote Shut-Down Function). Now the output can only be activated if the control signal RSD is inactive.

The status of the RSD signal can be queried via a communication interface by the query STATus:OPERation:CONDition. The display's status bar shows RSD if the Remote Shut-Down signal is active.



When the Remote Shut-Down circuit is used, JMP1 must be removed from the I/O board! Otherwise the applied voltage will be short-circuited and the I/O board may be damaged.

6.6.1.2 Output On-Off

The input signal /OUTP_ON enables activating or deactivating the output.

In unconnected state or high level, the output is deactivated, with low level the output is activated.



The control signal RSD has got a higher priority than the signal /OUTP_ON. That means a active RSD signal switches the output off even when /OUTP_ON signal is active.

6.6.1.3 Regulation Mode Selection

The regulation mode can be selected by the MODE_VOLT signal.

In unconnected state or high level, voltage regulation mode is selected, with low level current regulation mode is selected.



The source-sink can also be controlled externally in CR or CP mode. For this purpose, however, the operating mode must be specified via the user interface or via the data interface, not via the I/O port.

6.6.1.4 Regelgeschwindigkeit wählen

Mit dem Signal SPEED_FAST wird die Regelgeschwindigkeit gewählt.

Im unbeschalteten Zustand oder High-Pegel ist die schnelle Regelgeschwindigkeit (fast) gewählt, bei Low-Pegel ist die langsame (slow) Regelgeschwindigkeit ausgewählt.

6.6.1.5 Triggereingang

Durch das Signal TRIG_IN wird ein externes Trigger-Ereignis erzeugt. Die aktive Flanke ist einstellbar (siehe 4.18 Triggersystem). Nach einem Reset ist die positive Flanke ausgewählt.

6.6.1.6 Digitaler Eingang

Das Eingangssignal PROG_IN ist an keine Gerätefunktion gebunden, sondern kann für beliebige Zwecke beschaltet werden.

Externe Logikzustände können über die elektronische Last vom Steuer-PC gelesen werden.

Siehe auch: 5.10.12 PORT-Subsystem

6.6.2 Statusausgänge

Der Spannungspegel der Statusausgänge kann mit dem Schalter SW1 (s. Abbildung 6.2) eingestellt werden.



Keine Spannungen an die Statusausgänge anlegen! Anlegen von Spannungen an die Statusausgänge kann den I/O-Port beschädigen.

6.6.2.1 Status des Ausgangs

Das Ausgangssignal /STAT_OUTP_ON zeigt den Aktivierungsstatus des Ausgangs (Output) und ist low-aktiv.

6.6.1.4 Regulation Speed Selection

The SPEED_FAST signal is used to select the regulation speed.

In the unconnected state or with high level, the fast regulation speed (fast) is selected, with low level the slow regulation speed is selected.

6.6.1.5 Trigger Input

The signal TRIG_IN generates a trigger event. The active edge is selectable (see 4.18 Trigger System). After a reset, the positive edge is selected.

6.6.1.6 Digital Input

The input signal PROG_IN is not coupled to any function of the device and can be used for any purposes.

External logic states can be read from the control PC via the electronic load.

See also: 5.10.12 PORT Subsystem

6.6.2 Status Outputs

The voltage level of the status output signals can be set by the switch SW1 (see Figure 6.2).



Do not connect any voltage to the status outputs! Connecting voltages to the status outputs can damage the I/O port.

6.6.2.1 Status of Output

The output signal /STAT_OUTP_ON shows the activation status of the output and is low active.

6.6.2.2 Status der Begrenzungen

Das Ausgangssignal /STAT_PROT_HI zeigt den Status der oberen Strombegrenzung im CV-Betrieb bzw. der oberen Spannungsbegrenzung im CC-, CP- oder CR-Betrieb.
Das Ausgangssignal /STAT_PROT_LO zeigt den Status der unteren Strombegrenzung im CV-Betrieb bzw. der unteren Spannungsbegrenzung im CC-, CP- oder CR-Betrieb.
/STAT_PROT_HI und /STAT_PROT_LO sind low-aktiv.

6.6.2.3 Trigger-Ausgang

Am Trigger-Ausgang /TRIG_OUT wird ein 200 µs langer Low-Puls ausgegeben, wenn das Gerät ein Trigger-Ereignis von der konfigurierten Trigger-Quelle erkannt hat.

6.7 Analoge Ein- und Ausgänge

Die Quellen-Senken verfügen über einen analogen Steuereingang für den Sollwert der Regelung, je einen analogen Steuereingang für den Sollwert der oberen und unteren Begrenzung und zwei Monitorausgänge.

6.7.1 Analoge Eingänge

6.7.1.1 Sollwert für Regelung

Der Sollwert für die geregelte Ausgangsgröße kann durch analoge Steuersignale definiert werden.

- 5V_LEVEL: Steuerspannung -5 ... 5 V
für -Vmax ... Vmax bei aktiver Spannungsregelung,
für -Imax ... Imax bei aktiver Stromregelung
für -Pmax ... Pmax bei aktiver Leistungsregelung
für -Rmax ... Rmax bei aktiver Widerstandsregelung

6.6.2.2 Status of Protections

The output signal /STAT_PROT_HI shows the status of the high current protection in CV mode or the high voltage protection in CC, CP or CR mode. The output signal /STAT_PROT_LO shows the status of the low current protection in CV mode or the low voltage protection in CC, CP or CR mode. /STAT_PROT_HI and /STAT_PROT_LO are low active.

6.6.2.3 Trigger Output

The trigger output /TRIG_OUT provides a low pulse of 200 µs if the device has noticed a trigger event from the configured trigger source.

6.7 Analog Inputs and Outputs

The source-sinks have one analog control input for the setting value of the regulation, control inputs for the setting value of low and high protection and two monitoring outputs.

6.7.1 Analog Inputs

6.7.1.1 Setting Value for Control

The setting value for the regulated output level can be defined by analog control signals.

- 5V_LEVEL: control voltage -5 ... 5 V
for -Vmax ... Vmax with active voltage regulation,
for -Imax ... Imax with active current regulation
for -Pmax ... Pmax with active power regulation
for -Rmax ... Rmax with active resistance regulation

- 10V_LEVEL: Steuerspannung -10 ... 10 V
für -Vmax ... Vmax bei aktiver Spannungsregelung,
für -Imax ... Imax bei aktiver Stromregelung
für -Pmax ... Pmax bei aktiver Leistungsregelung
für -Rmax ... Rmax bei aktiver Widerstandsregelung

Für jede Steuerspannung ist ein + Eingang (5V_LEVEL+/10V_LEVEL+) und ein - Eingang (5V_LEVEL-/10V_LEVEL-) vorhanden. Der Steuereingang 5V_LEVEL+ bzw. 10V_LEVEL+ muss mit dem positiven Ausgang der Steuerquelle verbunden werden, der Steuereingang 5V_LEVEL- bzw. 10V_LEVEL- muss mit dem negativen Ausgang der Steuerquelle verbunden werden.

Der Eingangswiderstand ist größer als 10 kΩ bei Ansteuerung über 5V_LEVEL und größer als 20 kΩ bei Ansteuerung über 10V_LEVEL.



Keine Spannungen höher als die angegebenen Endwerte (5 V/10 V) an die Steuereingänge anlegen! Spannungen größer als 20 V zerstören den Eingangsverstärker.

6.7.1.2 Sollwerte für Begrenzungen

Die Sollwerte für die obere und untere Begrenzung können durch analoge Steuersignale definiert werden.

- PROT_LO: Steuerspannung -10 ... 10 V
für -Imax ... Imax bei aktiver Strombegrenzung,
für -Vmax ... Vmax bei aktiver Spannungsbegrenzung
- PROT_HI: Steuerspannung -10 ... 10 V
für -Imax ... Imax bei aktiver Strombegrenzung,
für -Vmax ... Vmax bei aktiver Spannungsbegrenzung

Für jede Steuerspannung ist ein + Eingang (PROT_LO+/PROT_HI+) und ein - Eingang (PROT_LO-/PROT_HI-) vorhanden. Der Steuereingang PROT_LO+ bzw. PROT_HI+ muss mit dem positiven Ausgang der Steuerquelle verbunden werden, der Steuereingang PROT_LO- bzw. PROT_HI- muss mit dem negativen Ausgang der Steuerquelle verbunden werden.

Der Eingangswiderstand ist größer als 20 kΩ.

- 10V_LEVEL: control voltage -10 ... 10 V
for -Vmax ... Vmax with active voltage regulation,
for -Imax ... Imax with active current regulation
for -Pmax ... Pmax with active power regulation
for -Rmax ... Rmax with active resistance regulation

There is a + input (5V_LEVEL+/10V_LEVEL+) and a - input (5V_LEVEL-/10V_LEVEL-) for each control voltage. The control input 5V_LEVEL+ or 10V_LEVEL+ must be connected to the positive output of the control source, and the control input 5V_LEVEL- or 10V_LEVEL- must be connected to the negative output of the control source.

The input impedance is greater than 10 kΩ when controlled by 5V_LEVEL and higher than 20 kΩ when controlled by 10V_LEVEL.



Do not connect voltages higher than the defined maximum values (5 V/10 V)! Voltages higher than 20 V damage the input amplifier.

6.7.1.2 Setting Values for Protections

The settings values for the low and high protection can be defined by analog control signals.

- PROT_LO: control voltage -10 ... 10 V
for -Imax ... Imax with active current protection,
for -Vmax ... Vmax with active voltage protection
- PROT_HI: control voltage -10 ... 10 V
for -Imax ... Imax with active current protection,
for -Vmax ... Vmax with active voltage protection

For each control voltage there is one + input (PROT_LO+/PROT_HI+) and one - input (PROT_LO-/PROT_HI-) available. The PROT_LO+ or PROT_HI+ control signal must be connected to the positive output of the control source, the PROT_LO- or PROT_HI- control signal must be connected to the negative output of the control source.

The input impedance is higher than 20 kΩ.



Keine Spannungen höher als 10 V an die Steuereingänge anlegen!
Spannungen größer als 20 V zerstören den Eingangsverstärker.

6.7.2 Analoge Ausgänge

Folgende, analoge Ausgänge sind vorhanden:

VMON: Monitorsignal für Spannung am Ausgang

IMON: Monitorsignal für Strom durch Ausgang

Die Monitorsignale mit einer Ausgangsspannung von -10 ... 10 V entsprechen -100 ... 100 % des jeweiligen Messbereichs und sind auf die analoge Masse GNDA bezogen.

VMON: -10 ... 10 V für -Vmax ... Vmax

IMON: -10 ... 10 V für -Imax ... Imax

Die maximale Belastbarkeit der Monitorsignale ist den technischen Daten zu entnehmen.



Do not connect voltages higher than 10 V! Voltages greater than 20 V damage the input amplifier.

6.7.2 Analog Outputs

The following analog outputs are available:

VMON: monitor signal for voltage at output

IMON: monitor signal for current through output

The monitor signals with an output voltage range of -10 ... 10V correspond to -100 ... 100 % of the corresponding measuring range and are referred to analog ground GNDA.

VMON: -10 ... 10 V for -Vmax ... Vmax

IMON: -10 ... 10 V for -Imax ... Imax

The maximum load capacity of the monitor signals can be found in the technical data.

7 Optionen

7.1 GPIB-Datenschnittstelle (Option QL02)

Siehe: 5.7 GPIB-Schnittstelle (Option QL02)

7.2 Isolierter I/O-Port (Option QL06)

Siehe: 6 Externe Steuerung über I/O-Port

7 Options

7.1 GPIB Data Interface (Option QL02)

See: 5.7 GPIB Interface (Option QL02)

7.2 Isolated I/O Port (Option QL06)

See: 6 External Control via I/O Port

8 Problembehandlung

8.1 Regelschwingungen



Häufig ist die Verkabelung Ursache von Regelschwingungen. Lange Kabel (im Extremfall nicht verdreht) haben hohe Eigeninduktivitäten, die das Regelverhalten der Quelle-Senke beeinflussen.

Überprüfen Sie als erste Maßnahme die Verkabelung (siehe 2.3.2 Ausgangs- und Sense-Leitungen anschließen).

Beim Prüfen von Stromversorgungen oder sonstigen Schaltungen, die über einen Regelkreis eine Ausgangsgröße regeln, werden beim Anschluss der Quelle-Senke zwei Regler miteinander verbunden. Wenn im Gesamtsystem eine Phasenverschiebung größer als 180° mit einer Verstärkung größer 1 auftritt, ist die Schwingungsbedingung erfüllt, und das System beginnt zu oszillieren.

Dieser Zustand ist kein Defekt an der Quelle-Senke, sondern ein physikalisch möglicher Zustand, der bei Prüfungen unerwünscht ist. Sie können diesen Zustand dadurch vermeiden, indem Sie die Schwingungsbedingung beseitigen.

Bei den Quellen-Senken besteht die Möglichkeit, die Regelzeitkonstante zu ändern, um das System zu stabilisieren (siehe 4.4 Regelgeschwindigkeit).



Wählen Sie die Regelgeschwindigkeit "FAST" nur, wenn sehr kurze verdrehte Ausgangskabel oder spezielle induktionsarme H&H-Kabel verwendet werden. Andernfalls ist die Gefahr von Regelschwingungen gegeben!

8 Troubleshooting

8.1 Oscillations



Very often improper wiring is the reason for oscillations. Long cables (in worst case not twisted) have high inductances which affect the regulation capability of the source-sink.

Check the wiring as first measure (see 2.3.2 Connecting Output and Sense Lines).

When testing power supplies or other circuits that regulate an output variable via a control loop, two controllers are connected together when the source-sink is connected. When a phase shift of more than 180° and an amplification higher than 1 are reached by the system, the oscillation condition is fulfilled and the system starts to oscillate.

This state is no defect of the source-sink but a possible physical state which is unwanted in tests. You can avoid this state by eliminating the preconditions for the oscillating system.

Therefore the regulation speed of the source-sinks can be changed (see 4.4 Regulation Speed).



Choose the regulation speed "FAST" only when very short and twisted output lines or the special low-inductive H&H cables are used. Otherwise the risk of instability is high!

8.2 Elektromagnetische Einkopplungen

Im Widerstandsbetrieb ist eine genaue Erfassung der Spannung am Prüfling notwendig, da aus der gemessenen Größe der Sollwert für den Strom bestimmt wird. Bei Verwendung der Sense-Leitungen besteht die Gefahr, dass durch eine magnetische Kopplung mit den stromführenden Ausgangskabeln auf die Spannungsmessung eine Störgröße induziert wird, die das System instabil macht.

Als erste Maßnahme ist die Verringerung der Einkopplung vorzunehmen: verlegen Sie die Sense-Leitungen so weit wie möglich weg von stromführenden Leitungen. Verdrillen Sie die Sense-Leitungen miteinander, damit sich die magnetisch induzierte Spannung aufhebt (siehe auch 2.3.2 Ausgangs- und Sense-Leitungen anschließen).



Nie die Sense-Leitungen mit den stromführenden Leitungen verdrillen und alle Leitungen so kurz wie möglich halten! Am besten auch die stromführenden Leitungen miteinander verdrillen oder zumindest parallel verlegen, damit sich die Magnetfelder wenigstens teilweise kompensieren.

Wenn das alles keine Verbesserung bringt, kann ein Kondensator zwischen die Sense-Leitungen geschaltet werden.

8.3 Verzerrter Stromanstieg im dynamischen Betrieb

Zum Erreichen des bestmöglichen Stromanstieges im dynamischen Betrieb müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Innenwiderstand der Spannungsquelle sowie Widerstand der stromführenden Zuleitungen sollte sehr gering sein.
- Die Zuleitungen müssen möglichst induktionsfrei sein. Die Induktivität und der Widerstand der Kabel bestimmen die maximal mögliche Stromanstiegsgeschwindigkeit.
- Außerdem wirken die Zuleitungen als Energiespeicher (Selbstinduktion) und liefern bei Entlastung Strom in die Quelle-Senke und den Prüfling zurück.

8.2 Electromagnetic Coupling

In resistance mode an accurate acquisition of the voltage at the device under test is required, because the value of the output current is determined using the measured value. When using the sense lines, there is a risk that magnetic coupling with the current-carrying output cables will induce a disturbance variable on the voltage measurement, making the system unstable.

The first measure to be taken is to reduce coupling: separate the sense lines as far as possible from current-carrying lines. Also separate the sense lines from all other lines drawing current, e.g. mains supply. Twist the sense lines to eliminate the induced voltage (see also 2.3.2 Connecting Output and Sense Lines).



Never twist the sense lines with any of the current-drawing lines and keep all lines as short as possible! The output lines should be twisted or at least run in parallel to compensate the magnetic fields.

If there is no improvement, a capacitor may be placed between the sense lines.

8.3 Distorted Slew Rate in Dynamic Operation

To reach the best possible current slew rate in dynamic mode the following conditions have to be fulfilled:

- The internal resistance of the voltage supply and the resistance of the current-carrying lines should be very low.
- The output lines must be as free of induction as possible. The inductance and resistance of the cables determine the maximum possible current slow rate.
- Furthermore, the connecting lines behave like an energy storage (self-induction) and deliver current into the source-sink and device under test when being unloaded.

Die Messung der Stromanstiegsgeschwindigkeit darf nur mit einer Stromzange von ausreichender Geschwindigkeit erfolgen (z. B. Tektronix Current Measurement).

Die Strommessung über Messshunts ergibt meist falsche Ergebnisse, da die meisten Messshunts nicht induktionsfrei sind. Es ergeben sich bei derartigen Messungen zwangsläufig langsamere Anstiegsgeschwindigkeiten mit erheblichem Überschwingen.

8.4 Verzernte Monitorsignale

Speziell beim Prüfen von getakteten Stromversorgungen kann es vorkommen, dass die Monitorsignale am I/O-Port für Strom und Spannung (IMON, VMON) verzerrt sind. Die Ursache dazu ist im Aufbau des Messkreises zu suchen.

Getaktete Stromversorgungen haben Filter im Ausgangskreis, unter anderem Y-Kondensatoren, die vom Ausgang zur Schutz Erde des Gerätes geschaltet sind. Auch die Quelle-Senke und andere Messgeräte haben aus EMV-Gründen Filter eingebaut.

Durch die Common Mode-Störspannung (Spannung, die beide Ausgangsanschlüsse der Stromversorgung gegenüber der Schutz Erde aufweisen) fließt ein Fehlerstrom durch den Entstörkondensator über die Quelle-Senke oder angeschlossene Messgeräte zurück auf den Ausgang der Stromversorgung.

Dieser Störstrom erzeugt meist hochfrequente Überlagerungen an den Messsignalen. Besonders hohe Störspannungen werden bei dynamischen Prüfungen erzeugt. Abhilfe schafft hier, die Quelle-Senke und/oder die weiteren angeschlossenen Messgeräte über Trenntransformatoren mit geringer Kopplungskapazität zu versorgen. Der Störstromkreis wird damit unterbrochen und die Qualität der Messsignale wird verbessert.

The current slew rate measurement must be made with a suitable current clamp probe (e.g. Tektronix Current Measurement).

Current measurements via measurement shunts mostly deliver faulty results due to their parasitic inductance. Such measurements deliver slower slew rates with overshoots.

8.4 Distorted Monitor Signals

Especially when switched-mode power supplies are tested, situations may occur where the monitor signals for current and voltage (IMON, VMON) at the I/O Port are distorted. The reason for this distortion has to be searched in the test setup.

Switched-mode power supplies have filters in the output circuit including Y-capacitors that are connected between the output and the protective earth of the device. Also the source-sink and other instruments include filters because of EMC reasons.

The common mode distortion voltage (voltage between each output terminal of the power supply and protective earth) causes a fault current through the EMC capacitors and the source-sink (or other instruments) back to the power supply's output.

This fault current often generates high-frequent superpositions at the measurement signals. At dynamic tests very high interference voltages may occur. To solve this problem the source-sink and/or the other instruments can be supplied via isolating transformers with low coupling capacity. Thereby the interference circuit is interrupted and the measurement quality is improved.

8.5 Auswirkungen der Ausgangskapazität

Jede Quelle-Senke hat eine gewisse Ausgangskapazität. Diese macht sich bei sauberen DC-Ausgangsspannungen wenig bis gar nicht bemerkbar.

Ist die Spannung am Ausgang jedoch mit einem Wechselspannungsanteil behaftet, ergibt sich durch die Kapazität ein Wechselstromanteil abhängig von Amplitude und Frequenz der Wechselspannung.



Bei hohem Amplitudenanteil bzw. hoher Frequenz des Wechselspannungsanteils kann eine Überlastung der Ausgangskondensatoren auftreten!

Die angegebenen Genauigkeiten in den technischen Daten gelten für saubere Gleichspannungen am Ausgang.

8.5 Effects of the Output Capacity

Each source-sink has a certain output capacity. This is hardly noticeable with clean DC output voltages.

However, if the voltage at the output has an AC voltage component, the capacitance results in an AC current component depending on the amplitude and frequency of the AC voltage.



If the amplitude portion or the frequency of the AC voltage component is high, an overload of the output capacitors can occur!

The accuracy values given in the technical data apply for clean DC voltages at the output.

9 Anhang

9.1 Fehlercodes

9.1.1 Command Errors

Ein Fehlercode im Bereich [-199 ... -100] zeigt an, dass ein IEEE 488.2 Syntax Error im Parser der Quelle-Senke festgestellt wurde. Wenn ein Fehler dieser Klasse auftritt, wird das Command Error Bit (Bit 5) im Event Status gesetzt.

Fehlercode		Beschreibung
-100	Command error	Allgemeiner Syntaxfehler.
-101	Invalid character	Ein syntaktisches Element enthält ein ungültiges Zeichen.
-104	Data type error	Der Parser hat ein unerlaubtes Datenelement erkannt.
-108	Parameter not allowed	Für den entsprechenden Header wurden zu viele Parameter empfangen.
-109	Missing parameter	Für den entsprechenden Header wurden zu wenige Parameter empfangen.
-110	Command header error	Ein Fehler im Header wurde erkannt.
-120	Numeric data error	Ein numerisches Datenelement ist fehlerhaft.
-130	Suffix error	Allgemeiner Suffixfehler.
-138	Suffix not allowed	Ein Suffix wurde bei einem Datenelement ohne erlaubtem Suffix erkannt.
-140	Character data error	Zeichenfehler
-150	String data error	Stringfehler
-160	Block data error	Blockdatenfehler

9 Appendix

9.1 Error Codes

9.1.1 Command Errors

An error in the range [-199 ... -100] indicates that a syntax error has been detected in a command sent to the source-sink. The occurrence of any error of this classification causes the Command Error Bit (bit 5) in the Event Status Register to be set.

Error Code		Description
-100	Command Error	Generic syntax error.
-101	Invalid character	A syntactic element contains a character which is invalid.
-104	Data type error	The parser recognized a data element different than one allowed.
-108	Parameter not allowed	More parameters were received than expected for the header.
-109	Missing parameter	Fewer parameters were received than required for the header.
-110	Command header error	An error was detected in the header.
-120	Numeric data error	A numeric data element produced an error.
-130	Suffix error	Generated when parsing a faulty suffix.
-138	Suffix not allowed	A suffix was encountered after a numeric element which does not allow suffixes.
-140	Character data error	Generated when parsing a faulty character data element.
-150	String data error	Generated when parsing a string data element.

-170	Expression error	Ausdrucksfehler
-180	Macro error	Makrofehler

9.1.2 Execution Errors

Ein Fehlercode im Bereich [-299 ... -200] zeigt an, dass ein Fehler in der Ausführungseinheit der Quelle-Senke festgestellt wurde. Wenn ein Fehler dieser Klasse auftritt, wird das Execution Error Bit (Bit 4) im Event Status gesetzt.

Fehlercode		Beschreibung
-200	Execution error	Allgemeiner Ausführungsfehler
-210	Trigger error	Ein Triggerfehler ist aufgetreten.
-211	Trigger ignored	Ein Trigger wurde erkannt, aber ignoriert
-213	Init ignored	Eine Trigger-Initiierung wurde ignoriert.
-220	Parameter error	Ein Parameterfehler wurde festgestellt.
-221	Settings conflict	Ein zulässiger Befehl wurde erkannt, der aber aufgrund des momentanen Gerätezustands nicht ausgeführt werden konnte.
-222	Data out of range	Ein Parameter wurde erkannt, der außerhalb des zulässigen Wertebereichs der Quelle-Senke liegt.
-224	Illegal parameter value	Ein exakter Wert aus einer Liste möglicher Parameter wurde erwartet.
-226	Lists not same length	Der Start der Listenfunktion wurde aufgrund von unterschiedlichen Listenlängen abgebrochen.
-230	Data corrupt or stale	Ungültige Daten sind aufgetreten.

-160	Block data error	Generated when parsing a faulty block data element.
-170	Expression error	Generated when parsing a faulty expression data element.
-180	Macro error	Generated when defining a faulty macro or executing a macro.

9.1.2 Execution Errors

An error in the range [-299 ... -200] indicates that an error has been detected at the execution of a command. The occurrence of any error of this classification causes the Execution Error Bit (bit 4) in the Event Status Register to be set.

Error Code		Description
-200	Execution error	Generic execution error.
-210	Trigger error	A trigger error occurred.
-211	Trigger ignored	A trigger event was received but ignored.
-213	Init ignored	Indicates that a request for a trigger initiation was ignored.
-220	Parameter error	A parameter error occurred.
-221	Settings conflict	A legal command was parsed but could not be executed due to the current device state.
-222	Data out of range	A legal command was parsed but could not be executed because the interpreted value was outside the valid range as defined by the device.
-224	Illegal parameter value	An exact value from a list of possibles was expected.
-226	Lists not same length	The start of LIST function was aborted due to different lengths.
-230	Data corrupt or stale	Invalid data occurred.

-240	Hardware error	Ein zulässiger Befehl wurde erkannt, der aber aufgrund eines Hardwarefehlers nicht ausgeführt werden konnte.
-250	Mass storage error	Ein Massenspeicher-Fehler ist aufgetreten.
-280	Program error	Ein programmbezogener Ausführungsfehler ist aufgetreten.
-290	Memory use error	Eine Benutzeranfrage hat direkt oder indirekt einen speicherbezogenen Fehler verursacht.

9.1.3 Device-specific Errors

Ein Fehlercode im Bereich [-399 ... -300] zeigt einen gerätespezifischen Fehler an, der weder ein Command Error, ein Query Error, noch ein Execution Error ist. Wenn ein Fehler dieser Klasse auftritt, wird das Device Dependent Error Bit (Bit 3) im Event Status gesetzt.

Fehlercode		Beschreibung
-300	Device-specific error	Allgemeiner gerätespezifischer Fehler
-310	System error	Ein gerätespezifischer Systemfehler ist aufgetreten.
-315	Configuration memory lost	Nichtflüchtige, in der Quelle-Senke gespeicherte Konfigurationsdaten sind verloren.
-320	Storage fault	Die Firmware hat einen Fehler bei der Benutzung des Datenspeichers festgestellt.
-330	Self-test failed	Selbsttest ist fehlgeschlagen.
-340	Calibration failed	Kalibrierung ist fehlgeschlagen.
-350	Queue overflow	Die Fehler-Warteschlange ist voll, und der verursachende Fehler wurde nicht eingetragen.
-360	Communication error	Allgemeiner Kommunikationsfehler wie z. B. Parity Error oder Framing Error in Daten, die über eine serielle Schnittstelle angekommen sind.

-240	Hardware error	A legal command or query could not be executed because of a hardware problem.
-250	Mass storage error	A mass storage error occurred.
-280	Program error	A program-related execution error occurred.
-290	Memory use error	A user request has directly or indirectly caused a memory-related error.

9.1.3 Device-specific Errors

An error in the range [-399 ... -300] indicates that the source-sink has detected a device-specific error which is not a command error, a query error or an execution error. The occurrence of any error of this classification causes the Device Dependent Error Bit (bit 3) in the Event Status Register to be set.

Error Code		Description
-300	Device-specific error	Generic device-dependent error.
-310	System error	A device-specific system error occurred.
-315	Configuration memory lost	Nonvolatile configuration data has been lost.
-320	Storage fault	The firmware detected an error when using the data storage.
-330	Self-test failed	An error occurred during self-test.
-340	Calibration failed	An error occurred during calibration/adjustment.
-350	Queue overflow	The error queue is full, and the causing error was not entered.
-360	Communication error	Generic communication error. Error might be parity error or framing error in data received from serial interface.

9.1.4 Query Errors

Ein Fehlercode im Bereich [-499 ... -400] zeigt an, dass die Output-Queue-Steuerung der Quelle-Senke ein Problem mit dem Nachrichtenaustausch-Protokoll (in IEEE 488.2, Kap. 6) festgestellt hat. Wenn ein Fehler dieser Klasse auftritt, wird das Query Error Bit (Bit 2) im Event Status gesetzt.

Fehlercode		Beschreibung
-400	Query error	Allgemeiner Abfragefehler.
-410	Query interrupted	Eine Abfrage ist unterbrochen worden.
-420	Query unterminated	Eine Abfrage wurde nicht terminiert.
-430	Query deadlocked	Eine Abfrage ist stehengeblieben (Ein- und Ausgangspuffer der Quelle-Senke sind voll).

9.1.5 Nicht standardisierte Error Codes

Fehlercodes im Bereich [1 ... 999] sind solche, die nicht im Standard IEEE 488.2 spezifiziert sind, sondern vom Hersteller der Quelle-Senke, um weitere Fehler zu definieren. Das Auftreten eines Fehlers in diesem Codebereich sollte an den Hersteller gemeldet werden.

9.2 Geräteparameter

Im Folgenden sind die anwender-relevanten Geräteparameter und deren Funktion aufgelistet.



Reservierte Parameter dürfen nicht beschrieben werden!

9.1.4 Query Errors

An error in the range [-499 ... -400] indicates that the output queue control of the source-sink has detected a problem produced by the message exchange protocol described in IEEE 488.2, chapter 6. The occurrence of any error in this class causes the Query Error Bit (bit 2) in the Event Status Register to be set.

Error Code		Description
-400	Query error	Generic query error.
-410	Query interrupted	A query was interrupted.
-420	Query unterminated	A query was not terminated.
-430	Query deadlocked	A query freezed due to full input and output buffers.

9.1.5 Non-standardized Error Codes

Error codes in the range [1 ... 999] are errors which are not specified in IEEE 488.2 standard but defined by the source-sink manufacturer to specify further errors. If an error code in this range occurs it shall be reported to the manufacturer.

9.2 Device Parameters

The following list shows the operator-relevant device parameters and their function.



Reserved parameters may not be written!

Par. Nr.	Funktion	Wert bei Auslieferung	Zugriff
0 ... 9	<i>reserviert</i>		-
10	Regelkonstante Kp für Betriebsart CP mit der Regelgeschwindigkeit FAST	0	lesen, schreiben
11	Regelkonstante Ki für Betriebsart CP mit der Regelgeschwindigkeit FAST	0.10	lesen, schreiben
12	Regelkonstante Kp für Betriebsart CP mit der Regelgeschwindigkeit SLOW	0	lesen, schreiben
13	Regelkonstante Ki für Betriebsart CP mit der Regelgeschwindigkeit SLOW	0.02	lesen, schreiben
14 ... 100	<i>reserviert</i>		-
101 ...	Produktions- und Kalibrierparameter		lesen

9.3 Informationen zu Sonderausführungen

Informationen zu Sonderausführungen von Quellen-Senken finden Sie in der Datei TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = Gerätenummer) auf einem mitgelieferten USB-Stick.

9.4 Mitgeliefertes Zubehör

Das mitgelieferte Zubehör ist in der Datei TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = Gerätenummer) auf einem mitgelieferten USB-Stick aufgeführt.

Par. No.	Function	Ex works value	Access
0 ... 9	<i>reserved</i>		-
10	Control constant Kp for operating mode CP with regulation speed FAST	0	read, write
11	Control constant Ki for operating mode CP with regulation speed FAST	0.10	read, write
12	Control constant Kp for operating mode CP with regulation speed SLOW	0	read, write
13	Control constant Ki for operating mode CP with regulation speed SLOW	0.02	read, write
14 ... 100	<i>reserved</i>		-
101 ...	Production and calibration parameters		read

9.3 Information for Special Models

You will find information for special versions of source-sinks in the file TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = device number) on the supplied USB flash drive.

9.4 Supplied Accessories

The supplied accessories are listed in the file TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = device number) on the supplied USB flash drive.

9.5 Technische Daten

Die technischen Daten zu Ihrer Quelle-Senke finden Sie in der Datei TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = Gerätenummer) auf einem mitgelieferten USB-Stick.

9.6 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung zu Ihrem Gerät finden Sie in der Datei TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = Gerätenummer) auf einem mitgelieferten USB-Stick.

9.5 Technical Data

You will find the technical data for your source-sink in the file TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = device number) on the supplied USB flash drive.

9.6 Declaration of Conformity

You will find the Declaration of Conformity for your device in the file TechDat_QL_*dn*.pdf (*dn* = device number) on the supplied USB flash drive.

10 Stichwortverzeichnis

A	
Abkürzungen	25
Abwärme	15
Anstiegszeit	71
Ausgangskapazität	257
Ausgangszustand	74
B	
Batterieprüfung	<i>Siehe</i> Ladefunktion, <i>Siehe</i> Entladefunktion, <i>Siehe</i> Zyklierfunktion
Bedienelemente	27
Bediener	12
Berührungsschutz	32
Betreiber	13
Betriebsart	63
Betriebsbereich	37
C	
CAN-Schnittstelle	123
CAT	<i>Siehe</i> Messkategorie
CC	<i>Siehe</i> Strombetrieb
CP	<i>Siehe</i> Leistungsbetrieb
CR	<i>Siehe</i> Widerstandsbetrieb
CV	<i>Siehe</i> Spannungsbetrieb
D	
Datenformat	156
DBC-Datei	126
E	
Entladefunktion	91
Entsorgung	25
Erdung	<i>Siehe</i> Schutzleiter
Erholungsphase	90, 93
F	
Fehlercode	258
Firmware-Update	120

10 Index

A	
Abbreviations	25
Accessories	10
Adjustment	<i>See</i> Calibration
B	
Basic operating mode	67
Beeper	110
C	
Calibration	22
CAN interface	123
CAT	<i>See</i> Measurement category
CC	<i>See</i> Current mode
Cleaning	21
Control elements	27
Control inputs	247
analog	250
CP	<i>See</i> Power mode
CR	<i>See</i> Resistance mode
Current direction	67
Current mode	64
Current protections	72
CV	<i>See</i> Voltage mode
D	
Data format	156
Data logging	100
DBC file	126
Device parameter	261
Device under test	30
Disposal	25
E	
electric arcs	16
Environment	18
Error code	258

Format.....	<i>Siehe Datenformat</i>
G	
Gefährdungen	15
Geräteparameter	261
Gewährleistung	23
GPIO-Schnittstelle	134
Grundbetriebsart	67
H	
Haarnetz	10, 16
Handschuhe	10, 16
I	
I/O-Port	28, 241
Identifikation	11
ID-String	145
Innenleitwert.....	75
Innenwiderstand	75
Innenwiderstandsmessung	97
Interne Messdatenerfassung	99
J	
Justierung	<i>Siehe Kalibrierung</i>
K	
Kalibrierung	22
Kurzschluss	65
L	
Ladefunktion	88
LAN-Schnittstelle	126
Latenzzeit	106
Leistungsbetrieb.....	65
Lichtbogen.....	15
Listenfunktion	78
Abtastzeiten.....	80
Betriebsart	79
count.....	80
Listensatz	80
Messdatenpunkt.....	80

F

Fan control	107
Firmware update	120
Follow-up time	90, 93
Format.....	<i>See Data format</i>
Fuse.....	16, 21

G

Gloves	10, 16
GPIO interface	134
Grounding	<i>See Protective Earth</i>

H

Hairnet	10, 16
Hazards	15

I

I/O port	241
I/O Port	28
ID string.....	145
Identification	11
Infinite.....	175
Internal conductance	75
Internal data acquisition	99
Internal resistance	75
Internal resistance measurement.....	97

K

Keylock	108
---------------	-----

L

LAN interface	126
Latency time.....	106
List function	78
count	80
dwell times	80
levels.....	79
list set	80
measurement data point.....	80
mode	79

Pegel	79
Profil	79
Rampenzeiten	80
Verweilzeiten	80
Local	123
Lüftersteuerung	107

M

MAC-Adresse	128
Messdatensatz	154
Messkategorie	17
Modulator-Funktion	75

N

Nachlaufzeit	90, 93
Netzkabel	20
Netzsicherung	22
Netzspannungswahlschalter	20
Nullmodem-Kabel	131

P

Piepser	110
Preset	119
Protokollierung	100
Prüfling	30
PWM-Funktion	77

Q

Quelle-Senke	10
--------------------	----

R

Rechteck-Funktion	76
Regelgeschwindigkeit	71
Reinigen	21
Remote	123
Reparatur	23
Reset	116
RMA	25
RS232-Schnittstelle	131
RSD	247

profile	79
ramp times	80
sample times	80
Local	123

M

MAC address	128
Mains cable	20
Mains fuse	22
Mains voltage selector	20
Maintenance	21
Measurement data point	154
Measuring category	17
Memory position	111
Modulator function	75

N

Nullmodem cable	131
-----------------------	-----

O

Operating mode	63
Operating range	37
Operator	13
Output capacity	257
Output state	74
Overtemperature	38
Overvoltage	15, 38

P

Packing	12
Power mode	65
Protection class	14
Protective Earth	14, 20, 28
PWM function	77

R

Rectangle function	76
Regeneration phase	90, 93
Regulation speed	71
Remote	123
Reset	116

S

Schutzklasse	14, 17, 20
Schutzleiter	14, 20, 28
SCPI	136
Sense	30
Seriennummer	11
Sicherheitsabdeckung	32
Sicherheitsschuhe	10, 16
Sicherung	16, 21
Signalpegel	244
Spannungsbegrenzungen	73
Spannungsbetrieb	67
Speicherposition	111
Statusausgänge	249
analog	252
Statusmodell	197
Steuereingänge	247
analog	250
Stoppkriterien	89, 92
Strombegrenzungen	72
Strombetrieb	64
Stromrichtung	67
Symboldatei	126
Symbole	19

T

Tastensperre	108
Terminierung	124
Trigger-Ausgang	250
Trigger-Ereignis	103
Trigger-Freihaltezeit	104
Trigger-Modell	103
Trigger-Quelle	106
Trigger-Spannung	106
Trigger-Strom	107
Triggervverzögerung	104
TTL	247

U

Überspannung	15, 38
--------------------	--------

Resistance mode	66
Rise time	71
RMA	25
RS232 interface	131
RSD	247

S

Safety class	20
Safety cover	32
Safety shoes	10, 16
SCPI	136
Sense	30
Serial number	11
short-circuit	65
Signal level	244
Source-sink	10
Status model	197
Status outputs	249
analog	252
Symbol file	126
Symbols	19

T

Termination	124
thermal energy	15
Touch protection	32
Trigger current level	107
Trigger delay	104
Trigger event	103
Trigger holdoff	104
Trigger model	103
Trigger output	250
Trigger source	106
Trigger voltage level	106
TTL	247

U

USB flash drive	100
USB interface	133
User	12

Übertemperatur.....	38
Umwelt	18
Unendlich.....	175
USB-Schnittstelle.....	133
USB-Stick	100

V

VCP	<i>Siehe Virtual COM Port</i>
Verpackung	12
Virtual COM Port.....	133

W

Wartung.....	21
Watchdog.....	109
Widerstandsbetrieb	66

Z

Zubehör.....	10
Zykliefunktion	94

V

VCP	<i>See Virtual COM Port</i>
Virtual COM Port	133
Voltage mode	67
Voltage protections	73

W

Warranty.....	23
Watchdog	109